ADDENDA N° 02
INVITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SALUD".

A LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE LA CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SALUD, EN LO REFERENTE A:

Ítem N° 1: Sillón Dental

Consulta N° 1:

- Regreso a cero con una posición de trabajo.

Respuesta: la función es vuelta a cero.

Consulta N° 2:

- Es Posible la presentación de un pedal con botones de accionamiento para las diferentes funciones del Sillón y el Reflector con su regulación de intensidad. Además un segundo pedal para accionamiento de las puntas del modulo odontológico dado que los Botones de comando con **JOYSTICK,** corresponden a una marca especifica y por lo tanto podría estar dirigida.

Respuesta: puede ser presentado de esa forma si el equipo viene en conjunto. Se puede presentar con uno de los 2 mecanismos.

Ítem N° 1.1: Modulo Odontológico acoplado

Consulta N° 1: es preciso 2 terminales de alta y Terminal de baja + 1 jeringa triple?

Respuesta: la necesidad es 2 terminales y 1 jeringa triple y una baja.

Consulta N° 3: la necesidad seria Ultrasonido piezo Eléctrico o el desarrador neumático? Este último podrá ser incorporado a la Terminal para alta que se solicita.

Respuesta: Es el desarrador neumático porque este puede ser incorporado en la Terminal para alta.

Ítem N° 1.2: Lámpara odontológica (3 intensidades)
Consulta N° 1: Lámpara con cabezal poliéster sellado, todos los cabezales necesitan ventilación y por ende no pueden ser completamente sellados y deben tener ciertos orificios de ventilación.
Respuesta: Si tienen que tener orificios de ventilación.

Ítem N° 1.3: Unidad de Agua
Consulta N° 1: donde dice escupidera translucida, podría ser de porcelana?
Respuesta: Si, puede ser de porcelana

Consulta N° 2: donde dice llena vasos con botón de presión, podría ser con botón de accionamiento?
Respuesta: Si, puede ser con botón de accionamiento.

Consulta N° 3: donde dice luz incorporada se refiere al fotopolimerizador LED?
Respuesta: Si, es el fotopolimerizador LED.

Consulta N° 4: donde dice cámara Intra, se refiere a la cámara intra oral y debería también incluir monitor y soporte para monitor?
Respuesta: corresponde a cámara intra oral y debe también incluir monitor y soporte para el mismo.

Ítem N° 6: Rayos X
Consulta N° 1: Donde dice: de pie, debe ser móvil o fijo?
Respuesta: es Rayos X de pie móvil.

Ítem N° 7: Sonic Border Eléctrico
Consulta N° 1: Lo que se esta necesitando es un desarrador ultrasónico o es desarrador neumático, ya que en el ítem 1.1 se solicita un ultrasonido ?
Respuesta: Se necesita un desarrador neumático.

Ítem N° 8: Compresor

Consulta N° 1: Solicitan garantía de 2 (dos) años y la mayoría de las marcas solo otorgan 1 (uno) año, es posible cotizar con este tiempo ?

Respuesta: Se solicita garantía de 2 años como mínimo.

Consulta N° 2: El formato de la póliza debe ser expedida por una compañía de seguros o hay algún formato especial?

Respuesta: En este caso de Contratación Directa son formatos especiales, incluidos en la carta de invitación: para Garantia de Mantenimiento de oferta en el Anexo 2 y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el Anexo 6. La Garantia que se solicita de 2 años debe ser escrita.

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: hasta las 10:30 hs., del día 09/11/12.

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: A las 11:00 hs., del día 09/11/12.

FECHA TOPE DE CONSULTAS: hasta las 10:00 hs. del día 06/11/12.

SE MANTIENEN INALTERABLES LAS DEMAS CONDICIONES INDICADAS EN LA NOTA DE INVITACION

Asunción, 30 de octubre de 2012

ARQ. LILIAN GONZALEZ, Directora
Dirección de Administración y Logística
Titular UOC
Contraloría General de la República