PAC Nº: 366.275

ACLARACIÓN Nº 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 22/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOENDOSCOPIA CON SUS ACCESORIOS – MSPBS" – ID 366.275, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

EMPRESA 01:

Consulta

Lote N° 1 - Ítem N° 1 Torre para Videoendoscopia
Consulta N° 1
1.2.3.1 De 26" como mínimo, sistema PAL/NTSC, formato 16:10, grado médico, con pie de apoyo y/o brazo de soporte.
Creemos que existe un error en el formato solicitado, no existe formato 16:10, lo correcto debe ser 16:9.
¿Podrían aclarar, por favor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 2
1.2.4.5 Incluir al menos 1 (una) lámpara de repuesto, según tecnología ofertada
¿Este requisito podría ser considerado para el caso de cotizar fuentes de luz Xenón?, considerando que las de tecnología LED no requieren cambio de foco.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 3
1.2.7.7 Calefactor de gas, esterilizable.
¿Podría cotizarse calefactor de gas estéril, de un solo uso?

Respuesta: favor ajustarse al PBC

Consulta

Lote N° 1 - Ítem N° 2 Kit de instrumentales para CVL adulto
Consulta Nº 4
2.2.11 Longitud de las mandíbulas 12mm
¿Podría cotizarse con una longitud de 12 a 15mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

Lote N° 2 - Ítem N° 1 Torre para videoendoscopia
Consulta Nº 5
1.1 Procesador de alta definición HDTV. Salida de señal HDTV y analógica RGB
Considerando que se solicita un Procesador FULL HD, ¿podría cotizarse con Salida de señal HDTV y analógica RGB o al menos una de ellas?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 6
1.8 Función cromoedoscopia electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

LIC. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta Nº 7
2.3 Cromoendoscopía electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 8
3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 9
4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 10
4.7.3 Hacia la derecha: 160º o mayor
¿Se podría cotizar 120º o mayor?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 11
4.7.4 Hacia la izquierda: 160º o mayor
¿Se podría cotizar 120º o mayor?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 12
4.8 Longitud total del tubo de inserción entre 1990 y 2005
¿Se podría cotizar entre 1900 y 2005?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 13
4.9 Longitud útil de inserción: 1.650mm o más
¿Se podría cotizar de 1.100mm o más?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 14
6.3 Grabación en formato: MPEG-2 compresión, media: DVD+RW
¿Se podría cotizar con grabación en formaro: MPEG-2, DVD+RW, MPEG-4, MOV, al menos 2 de ellos?
Respuesta: remitirse a la ADENDA.

Consulta Nº 15
6.4 Control remoto de uso manual
¿Podría cotizar con control remoto de uso manual o control desde el cabezal de los videoendoscopios o en el panel frontal?
Respuesta: remitirse a la ADENDA.

Consulta Nº 16
Accesorios: Debe incluir 200CD compatible con el video grabador
¿Podría cotizar 200CD o USB, según tecnología del fabricante?
Respuesta: remitirse a la ADENDA.

Lic. ANTONIO CANTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta Nº 17
8.5 Pantalla plana entre 19" a 24"
¿Podria cotizar entre 19" a 27"?
Respuesta: remitirse a la ADENDA.

Consulta Nº 18
11.3 Pinza para cuerpo extraño tipo yacaré descartable para videogastroscopios y videocolonoscopios con canales 2.8mm o mas, largo de la pinza de 230 cm. Cantidad: 1 (UNA) unidad.
¿Podría cotizarse largo de 200cm o mayor?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 19
11.4 Pinza de biopsia reutilizable para videocolonoscopio con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160cm.
¿Se podria cotizar con canales de 2.2mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 20
11.12 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable para videogastroscopios con canales 2.0mm. largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 5 (cinco) unidades.
¿Se podria cotizar con canales de 2.2mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lote Nº 3 - Ítem Nº 1 Torre para videoendoscopia
Consulta Nº 21
1.1 Procesador de alta definición HDTV. Salida de señal HDTV y analógica RGB
Considerando que se solicita un Procesador FULL HD, ¿podría cotizarse con Salida de señal HDTV y analógica RGB o al menos una de ellas?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 22
1.8 Función cromoedoscopia electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 23
2.3 Cromoendoscopía electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 24
3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podria cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 25
4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 26
4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 11.0 a 11.3mm
¿Se podria cotizar entre 11 a 13mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C. P. Patricia Gonzalez Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta Nº 27
4.8 Longitud total del tubo de inserción entre 1990 y 2005
¿Se podría cotizar entre 1900 y 2005?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 28
4.9 Longitud útil de inserción: 1.650mm o más
¿Se podría cotizar de 1.400mm o más?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 29
6.3 Grabación en formato: MPEG-2 compresión, media: DVD+RW
¿Se podría cotizar con grabación en formaro: MPEG-2, DVD+RW, MPEG-4, MOV, al menos 2 de ellos?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 30
6.4 Control remoto de uso manual
¿Podría cotizar con control remoto de uso manual o control desde el cabezal de los videoendoscopios o en el panel frontal?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 31
Accesorios: Debe incluir 200CD compatible con el video grabador
¿Podría cotizar 200CD o USB, según tecnología del fabricante?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 32
8.5 Pantalla plana entre 19" a 24"
¿Podría cotizar entre 19" a 27"?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 33
10.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 34
En los numerales 12.1 y 12.2 ¿Se podría cotizar de con canales de 2.2mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 35
En el numeral 12.3 ¿Se podría cotizar de con canales de 2.8mm?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lote N° 4 - Ítem N° 1 Torre para videoendoscopia
Consulta Nº 36
1.1 Procesador de alta definición HDTV. Salida de señal HDTV y analógica RGB
Considerando que se solicita un Procesador FULL HD, ¿podría cotizarse con Salida de señal HDTV y analógica RGB o al menos una de ellas?
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 37
1.8 Función cromoedoscopia electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.
Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. ANTONIO CARLES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta Nº 38
2.3 Cromoendoscopía electrónica
¿Se podría cotizar Función de cromoendoscopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 39
3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 40
4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 41
4.8 Longitud total del tubo de inserción entre 1990 y 2005
¿Se podría cotizar entre 1900 y 2005?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 42
4.9 Longitud útil de inserción: 1.650mm o más
¿Se podría cotizar de 1.400mm o más?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 43
6.3 Grabación en formato: MPEG-2 compresión, media: DVD+RW
¿Se podría cotizar con grabación en formaro: MPEG-2, DVD+RW, MPEG-4, MOV, al menos 2 de ellos?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 44
6.4 Control remoto de uso manual
¿Podría cotizar con control remoto de uso manual o control desde el cabezal de los videoendoscopios o en el panel frontal?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 45
Accesorios: Debe incluir 200CD compatible con el video grabador
¿Podría cotizar 200CD o USB, según tecnología del fabricante?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 46
8.5 Pantalla plana entre 19" a 24"
¿Podría cotizar entre 19" a 27"?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 47
12.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica
¿Se podría cotizar cromosopia electrónica o similar, según la tecnología del fabricante?, considerando que es una característica exclusiva de una marca en el mercado.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 48
12.7.1 Hacia arriba: 130º o mayor
¿Se podría cotizar 120º o mayor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Patricia González Burgos
Contadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Lote N° 6 - Ítem N° 1 Torre para Videoendoscopia
Consulta N°48
1.2.3.1 De 26" como mínimo, sistema PAL/NTSC, formato 16:10, grado médico, con pie de apoyo y/o brazo de soporte.
Creemos que existe un error en el formato solicitado, no existe formato 16:10, lo correcto debe ser 16:9.
¿Podrían aclarar, por favor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 49
1.2.4.5 Incluir al menos 1 (una) lámpara de repuesto, según tecnología ofertada
¿Este requisito podría ser considerado para el caso de cotizar fuentes de luz Xenón?, considerando que las de tecnología LED no requieren cambio de foco.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 50
1.2.7.7 Calefactor de gas, esterilizable.
¿Podría cotizarse calefactor de gas estéril, de un solo uso?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lote N° 6 - Ítem N° 2 Kit de instrumentales para CVL adulto
Consulta Nº 51
2.2.11 Longitud de las mandíbulas 12mm
¿Podría cotizarse con una longitud de 12 a 15mm?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta Nº 52
Solicitamos considerar la posibilidad de incluir un anticipo financiero, teniendo en cuenta el alto costo de los equipos a ser adquiridos. Caso que se incluya dicho anticipo, solicitamos que el plazo de entrega corra desde el cobro del mismo.

Respuesta: Ajustarse al PBC.

EMPRESA 02:

CONSULTAS PARA EL :
LOTE 2 – ÍTEM 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA
TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIBLE PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA

CONSULTA 1
Se detalla en el punto 1.4 Ajuste de balances de blancos. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED el ajuste de blancos no es necesario por el tipo de lámpara. Solo se utiliza el balance de blancos en casos de ofertar lámpara XENON. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 1.4 Ajuste de balances de blancos. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 2
Se detalla en el punto 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. Solicitamos que esta caracteristica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED, la Fuente de Luz no requiere de lámpara de emergencia. Estas vienen con tres a cuatro lámparas LED que se conectan automáticamente cuando una deja de funcionar. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 3
Se detalla en el punto 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.9 a 6.0 mm. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que este sea : Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.8 a 6.0 mm

LIC. ANTONIO CANTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 4

Se detalla en el punto 4.7 Angulaciones: 4.7.1 Hacia arriba: 180° o mayor , 4.7.2 Hacia abajo: 180° o mayor, 4.7.3. Hacia la derecha: 160° o mayor, 4.7.4. Hacia la izquierda: 160° o mayor . Creemos que hay un error de tipeo o una confusión involuntaria ya que estas características son de un videocolonoscopio y no un videogastroscopio como lo detalla bien en los puntos del punto 3 , 3.7 en el videogastroscopio (ítem anterior) . Por lo que solicitamos la corrección y que diga **4.7 Angulaciones: 4.7.1 Hacia arriba: 210° o mayor , 4.7.2 Hacia abajo: 90° o mayor, 4.7.3. Hacia la derecha: 100° o mayor, 4.7.4. Hacia la izquierda: 100° o mayor .**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 5

Se detalla en el punto 4.8 Longitud total de tubo de inserción entre 1.990 y 2.005 mm . y 4.9 Longitud útil de inserción. 1.650 mm o más . Creemos que hay un error de tipeo o una confusión involuntaria ya que estas características son de un videocolonoscopio y no un videogastroscopio como lo detalla bien en los puntos del punto 3 , 3.8 y 3.9 en el videogastroscopio (ítem anterior) . Por lo que solicitamos la corrección y que diga **4.8 Longitud total de tubo de inserción entre 1.100 y 1.420 mm . y 4.9 Longitud útil de inserción. 1.030 mm o más**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 6

Se detalla en el punto 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 compression, media: DVD+RW . Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que este sea : 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 **a 4** compression, media: DVD+RW .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 7

Se detalla en el punto 6.4 Con control remoto de uso manual. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 6.4 Con control remoto de uso manual **o desde el panel frontal.**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 8

Se detalla en el punto 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución **o mejor** .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 9

Se detalla en el punto 11.1 Pinza de biopsia reutilizable para videogastroscopio con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades . Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 11.1 Pinza de biopsia reutilizable **o descartable** para videogastroscopio con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: favor ajustarse al PBC

Antonio Cantes, Jefe Dpto. de Licitaciones Nivel Central MSP y BS

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 10

Se detalla en el punto 11.2 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable para videogastroscopios con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 1 (UNA) unidad. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable **o descartable** para videogastroscopios con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a **230 cm**. Cantidad: 1 (UNA) unidad. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 11

Se detalla en el punto 11.4 Pinza de biopsia reutilizable para videocolonoscopio con canales 2.0 mm, largo de la pinza de 160 cm o más. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite Pinza de biopsia reutilizable **o descartable** para videocolonoscopio con canales 2.0 mm, largo de la pinza de 160 cm o más. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: favor ajustarse al PBC

CONSULTA 12

Se detalla en el punto 11.10 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 (tres) unidades. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que las mepresas fabricantes de Videoendoscopios han dejado de fabricar y NO RECOMIENDAN MAS el uso de estas siliconas por tapar los canales de los endoscopios. Por lo que solicitamos que en el PBC quede de la siguiente manera: 11.10 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 13

Se detalla en el punto 11.12 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable para videogastroscopios con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 5 (cinco) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón **o yacaré** reutilizable o **descartable** para videogastroscopios con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a **230 cm**. Cantidad: 5 (cinco) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTAS PARA EL :

LOTE 3 ÍTEM 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIBLE PARA EL H.G. PEDIATRICO – "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

CONSULTA 14

Se detalla en el punto 1.4 Ajuste de balances de blancos. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED el ajuste de blancos no es necesario por el tipo de lámpara. Solo se utiliza el balance de blancos en casos de ofertar lámpara XENON. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 1.4 Ajuste de balances de blancos. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 15

Se detalla en el punto 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED, la Fuente de Luz no requiere de lámpara de emergencia. Estas vienen con tres a cuatro lámparas LED que

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe Dpto. de Licitaciones UOC Nº 1 - Nivel Central MSP y BS

Lic. Graciela González Burgos Coordinadora Dirección Operativa de Contrataciones

se conectan automáticamente cuando uno deja de funcionar. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 16

Se detalla en el punto 3.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.9 a 6.0 mm . Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que este sea : 3.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.8 a 6.0 mm

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 17

Se detalla en el punto 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 compression, media: DVD+RW . Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que este sea : 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 a 4 compression, media: DVD+RW .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 18

Se detalla en el punto 6.4 Con control remoto de uso manual. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 6.4 Con control remoto de uso manual **o desde el panel frontal.**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 19

Se detalla en el punto 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución **o mejor** .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 20

Se detalla en el punto 12.1 Pinza de biopsia reutilizable para videogastroscopio con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Cantidad: 3 (tres) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.1 Pinza de biopsia reutilizable **o descartable** para videogastroscopio con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Cantidad: 3 (tres) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: favor adecuarse al PBC

CONSULTA 21

Se detalla en el punto 12.2 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable para videogastroscopios con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 2 (dos) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.2 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón **O YACARE** reutilizable **O DESCARTABLE** para videogastroscopios con canales 2.0mm, largo de la pinza de 160 a 200 cm. Cantidad: 2 (dos) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 22

Se detalla en el punto 12.3 Pinza para cuerpo extraño tipo yacaré descartable para videogastroscopios y videocolonoscopios con canales 2.0mm o más, largo de la pinza de 230 cm. Cantidad: 2 (dos) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.3 Pinza para cuerpo extraño tipo yacaré descartable para

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

videogastroscopios y videocolonoscopios con canales 2.8mm o más, largo de la pinza de 200 cm O MAS . Cantidad: 2 (dos) unidades.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 23

Se detalla en el punto 12.4 Pinza de biopsia reutilizable para videocolonoscopio con canales 3.2 mm, largo de la pinza de 230 cm. Sin estilete. Cantidad: 3 (tres) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.4 Pinza de biopsia reutilizable **O DESCARTABLE** para videocolonoscopio con canales 3.2 mm, largo de la pinza de 230 cm. Sin estilete. Cantidad: 3 (tres) unidades.

Respuesta: favor adecuarse al PBC

CONSULTA 24

Se detalla en el punto 12.14 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 (tres) unidades. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que las empresas fabricantes de Videoendoscopios han dejado de fabricar y NO RECOMIENDAN MAS el uso de estas siliconas por tapar los canales de los endoscopios. Por lo que solicitamos que en el PBC quede de la siguiente manera: 12.14 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 **(OPCIONAL)**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTAS PARA EL :

LOTE 4 ÍTEM 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA
TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIBLE PARA EL H.R. LUQUE

CONSULTA 25

Se detalla en el punto 1.4 Ajuste de balances de blancos. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED el ajuste de blancos no es necesario por el tipo de lámpara. Solo se utiliza el balance de blancos en casos de ofertar lámpara XENON. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 1.4 Ajuste de balances de blancos. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 26

Se detalla en el punto 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. Solicitamos que esta característica sea OPCIONAL, ya que en caso de ofertar con lámpara LED, la Fuente de Luz no requiere de lámpara de emergencia. Estas vienen con tres a cuatro lámparas LED que se conectan automáticamente cuando una deja de funcionar. Por lo que solicitamos para mayor participación de oferentes : 2.9 Con indicador de encendido de lámpara de emergencia. **OPCIONAL**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 27

Se detalla en el punto 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 12.8 a 13.0 mm. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 12.0 a 13.0 mm.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 28

Se detalla en el punto 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 compression, media: DVD+RW . Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que este sea : 6.3 Grabación en formato : MPEG-2 a 4 compression, media: DVD+RW .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. Antonio Cartes, Jefe
Dto. de Licitaciones
DGAF y DS

Dra. Daniela González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

CONSULTA 29

Se detalla en el punto 6.4 Con control remoto de uso manual. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 6.4 Con control remoto de uso manual **o desde el panel frontal.**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 30

Aclarar el punto 7.2 que dice SOLO MEZCLAS. Si se observa en los lotes anteriores deberia de decir **7.2 Modo monopolar de corte puro, coagulación y al menos 2 (dos) mezclas**

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 31

Se detalla en el punto 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 8.2 Con 1280 x 1024 de resolución o mejor .

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 32

Se detalla en el punto 11.1 Pinza de biopsia reutilizable para videogastroscopio con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 11.1 Pinza de biopsia reutilizable **o DESCARTABLE** para videogastroscopio con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

CONSULTA 33

Se detalla en el punto 11.2 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón reutilizable para videogastroscopios con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 1 (UNA) unidad. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 11.2 Pinza para cuerpo extraño con diente de ratón **O YACARE** reutilizable **O DESCARTABLE** para videogastroscopios con canales 2.8mm, largo de la pinza de 160 a 180 cm. Cantidad: 1 (UNA) unidad. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 34

Se detalla en el punto 11.4 Pinza de biopsia reutilizable para videocolonoscopio con canales 3.7 mm , largo de la pinza de 230 cm. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 11.4 Pinza de biopsia reutilizable **O DESCARTABLE** para videocolonoscopio con canales 3.7 mm , largo de la pinza de 230 cm. Sin estilete. Cantidad: 2 (DOS) unidades. Esta solicitud se adecua a las nuevas exigencias internacionales donde las empresas proveedoras de este tipo de insumos han dejado de fabricar reutilizables para eliminar o bajar los riesgos de infección.

Respuesta: favor adecuarse al PBC

CONSULTA 35

Se detalla en el punto 11.11 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 (tres) unidades. Solicitamos que este punto sea OPCIONAL ya que las empresas fabricantes de Videoendoscopios han dejado de fabricar y NO RECOMIENDAN MAS el uso de estas siliconas por tapar los canales de los endoscopios. Por lo que solicitamos que en el PBC quede de la siguiente manera: 11.11 Silicona para válvulas de los endoscopios y/o pinzas de biopsia. Cantidad: 3 (**OPCIONAL**)

Lic. ANTONIO CANTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

P. Patricia Sánchez Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 36

Se detalla en el punto 12.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 11 5 a 13.1 mm Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre **11.3** a 13.1 mm

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 37

Se detalla en el punto 12.7.1 Hacia arriba: 130° o mayor. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.7.1 Hacia arriba: **120°** o mayor

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 38

Se detalla en el punto 12.9 Longitud útil de inserción. 1.259 mm o más Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos y que se solicite 12.9 Longitud útil de inserción. **1.250 mm** o más.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTAS PARA EL :
Lote 5 Ítem 1: VIDEOENDOSCOPIO
VIDEOENDOSCOPIOS PEDIATRICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

CONSULTA 39

Se detalla en el punto Exigencia sustancial: los Tubos de videoendoscopia ofertados deben ser Compatibles con el Procesador de Imagen y Fuente de Luz Fujinon Modelos: EPX-4450HD y EPX-2500, existentes en el Servicio de Endoscopia Digestiva del H. NACIONAL DE ITAUGUA . Solicitamos que el punto sea Exigencia sustancial: los Tubos de videoendoscopia ofertados deben ser Compatibles con el Procesador de Imagen y Fuente de Luz Fujinon Modelos: EPX-4450HD Y/O EPX-2500, existentes en el Servicio de Endoscopia Digestiva del H. NACIONAL DE ITAUGUA

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 40

Se detalla en el punto 1.4 Profundidad de campo cercano de 4 mm +/-10%. Lejano 100 mm +/-10% , solicitamos que este se modifique a 1.4 Profundidad de campo cercano de **3** a 4 mm . Lejano 100 mm +/-10%

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CONSULTA 41

Se detalla en el punto 1.6 Diámetro interior del canal de biopsia: 2,00 mm +/-10% . solicitamos que este se modifique a 1.6 Diámetro interior del canal de biopsia: **2,4 mm** +/-10%

Respuesta: remitirse a la ADENDA

EMPRESA 03:

DONDE DICE:
B) Experiencia y Capacidad Técnica
Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, Inscripta en el registro público de comercio.
CONSULTA:
(B) Experiencia y Capacidad Técnica
¿Se podría presentar una copia simple al momento de la apertura?, no obstante, para la firma del contrato, en caso de ser adjudicados presentar dicho documento consularizado e inscripto en el registro público de comercio. Esta solicitud se debe a que nuestra carta de representación está en trámite, en el registro público de comercio, pero dicha entidad esta de huelga hace un buen tiempo y no se puede procesar documento alguno, afectando los intereses de particulares.

Respuesta: favor adecuarse al PBC.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

DONDE DICE:
SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones Técnicas Mínimas Referenciales
Lote 6 – Ítem 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA
1.3.2.4 - EL procesador debe contar con al menos tres filtros digitales u ópticos integrados que permitan:
1.3.2.5 - 1) unificar la iluminación de la cavidad aunque se generen sombras, de forma digital u óptico
1.3.2.6 - 2) aumentar el contraste cromático sin alterar la percepción de los colores naturales, para que el usuario pueda distinguir con claridad la transición entre distintos tipos de tejidos.
1.3.2.7 - 3) filtro digital u óptico de los tonos rojos de la imagen, mediante transposición cromática, para permitir distinguir mejor las estructuras rojas más pequeñas como vasos sanguíneos y mucosa.
1.3.2.8 - El procesador debe permitir además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros digitales aplicados.
CONSULTA:
Solicitamos amablemente a la convocante, eliminar todas estas especificaciones, ya que estas características, corresponden única y exclusivamente a la marca KARL STORZ y su tecnología SPIES, lo solicitado es casi una transcripción del catálogo de la marca en su modelo IMAGE 1 S, limitando esto a un solo oferente en el país, en contradicción a la Ley Nº 2051/3. Que habla de los principios de libre concurrencia y economía establecidos en el Art. 4°. Hablando otros oferentes, con marcas reconocidas a nivel mundial, como ser, OLYMPUS, STRYKER y/o RICHARD WOLF, Incluso otros más, que quedamos fuera de competencia por ser un llamado dirigido a una sola marca y modelo.

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

DONDE DICE:
SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones Técnicas Mínimas Referenciales
Lote 6 – Ítem 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA
1.2.2.1 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico parafocal.
CONSULTA:
Solicitamos amablemente a la convocante, si se podría considerar ofertar equipos con tecnología FULL HD CMOS de 1 chip, la tecnología CMOS, es superior en capacidad de datos que el CCD, por lo tanto, 1 solo CHIP CMOS, es capaz de captar y transmitir mayor información de datos que 3 CHIPS CCD, y también a mayor velocidad, generando ventajas técnicas y mayor calidad de imagen.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE:
1.2.2.5 Esterilizable por gas, plasma y autoclave. Al menos 2
CONSULTA:
Se puede ofertar equipos con capacidad de esterilización por gas, plasma, plasma y autoclave. Al menos 2 u otra tecnología para esterilizar, y que al menos cumpla 2 opciones de esterilización

Respuesta: remitirse a la ADENDA

DONDE DICE:
1.2.4.2 Regulación de intensidad de la luz: selección manual sin escalas.
CONSULTA:
Se puede ofertar equipos con Regulación de Intensidad de la luz: selección manual con escalas o sin escalas

Respuesta: remitirse a la ADENDA

CARTES, Jefe
Licitaciones
Nivel Central
UOC MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE:
1.2.4.5 Incluir al menos 1 (una) lámpara de repuesto, según la tecnología ofertada
CONSULTA:
La tecnología LED tiene larga vida útil, según el fabricante puede ser mayor a 10.000 horas, o como en nuestro caso, 40.000 horas de vida útil, comparando con la tecnología XENON, este equivale a 80 lámparas de xenón considerando la vida útil de cada lámpara de xenón es de 500 Hs, En las FUENTES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED, las lámparas no vienen para ser sustituidas por el Usuario, ya que son fabricadas para que cumplan su vida útil sin ser remplazadas a lo largo de su vida útil del equipo, o bien por un especialista en servicio técnico.
Por lo que solicitamos, que si el equipo ofertado, es con tecnología LED, se pueda ofertar sin lámpara adicional de respuesto

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE:
1.2.5.2 Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta.
CONSULTA:
Solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar con o sin puertas y con o sin gavetas, ya que nuevamente, estas características, corresponden única y exclusivamente al Carro de transporte de la marca KARL STORZ, y no hacen diferencia alguna en la calidad y funcionamiento del equipo, solo sirve para direccionar a una empresa y marca, la compra del equipo.

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

DONDE DICE:
1.2.6.2 Regulación manual del periodo de funcionamiento en el sector de coagulación bipolar
CONSULTA:
Se podría aclarar a que se refiere este punto, eliminarlo o bien considerarlo como opcional, la coagulación bipolar es activada durante el tiempo que el medico considere necesario, o bien esto podría estar dirigido, como característica técnica única del mismo representante de la marca KARL STORZ, limitando así la presencia de otras posibles oferentes, violando lo establecido en la Ley Nº 2051/3.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE:
1.2.6.6.3 Autostop: Coagulación bipolar
CONSULTA:
Se podría considerar esto como un requisito opcional, o bien eliminarlo, ya que si bien, la función autostop, corresponde a generadores de alta frecuencia (electrobisturi), el mismo es para sellados de vasos por tecnología bipolar avanzada, sin embargo no se pide en ningún punto, que el generador tenga la capacidad de sellar vasos por tecnología bipolar, generando esto una especificación que elevaría el costo del equipo, pero sin sentido alguno, ya que tampoco se pide instrumentales para sellado de vasos, no tendría sentido considerar Autostop bipolar sin tener sellado de vasos, ni instrumentos para sellado de vasos.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE:
1.2.7.4 Presión intraabdominal: 0 – 30 mmHg o mejor
CONSULTA:
Solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar con "presión intraabdominal: 0 – 25 mmHg o mejor, solo los insufladores, de la marca KARL STORZ cumplen con este requisito de presión intraabdominal de 0 – 30 mmHg solicitados, nuevamente dejando fuera de competencia a otras marcas importantes.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

LIC. ANTONIO CARTES, Jefe
Depto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE:
1.2.7.7 Calefactor de gas, esterilizable
CONSULTA:
Solicitamos amablemente a la convocante explicar mejor a que se refiere con este requisito, o bien si se pudiera considerar un ITEM opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.5 - 2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm,
CONSULTA:
¿Se podría considerar ofertar con "2 x Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm +/- 0.5 mm?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.8 - Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales.
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con "Longitud 36 cm (+/- 3 cm), con aberturas laterales. La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.9 - Longitud 36 cm (+/- 2cm)
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con "Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.10 - Con clavija de 4 mm,
CONSULTA:
¿Se podría considerar ofertar con clavija de 4.8 mm? en realidad lo importante es que la clavija sea compatible con el generador ofertado y en el generador no menciones los tipos ni tamaños de conexión que deben tener los accesorios.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.11 - Longitud 36 cm (+/- 2cm)
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con "Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
LIC. ARNOLD CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC - Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE
2.2.12 - Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con las siguientes características: Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con o sin conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes Longitud 36 cm (+/- 3cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.13 - Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, con conexión de irrigación para limpieza, aisladas, desmontable en tres partes, abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (+/- 2cm).
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con las siguientes características: Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, con o sin conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes abertura unilateral, 2 x 4 dientes, para agarre y liberación de órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis, Longitud 36 cm (+/- 3cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.14 - Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con "Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.15 - Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza.
Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Múltiples dientes, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con o sin conexión de irrigación para la limpieza.
Se podría considerar ofertar con: Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Carola González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE
2.2.16 - Anchura de las mandíbulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza.
Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Anchura de las mandibulas de 4.8mm, para agarre atraumático y preciso, rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con o sin conexión de irrigación para la limpieza.
Se podría considerar ofertar con: Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.17 - Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con conexión de irrigación para la limpieza,
Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con las siguientes características: Rotativas, con pin conector para la coagulación unipolar, aisladas, desmontable en tres partes, con o sin conexión de irrigación para la limpieza.
Se podría considerar ofertar con: Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.18 - Longitud 36 cm (+/- 2cm).
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.19 - Longitud 36 cm (+/- 2cm),
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Longitud 36 cm (+/- 3 cm). La longitud de instrumentos fabricados en 36 cm, nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.20 - Desmontable, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula. Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (+/- 2cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes,
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Desmontable o de una sola pieza, giratorio para clips de ligadura médium/large; después de conectar el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la mandíbula. Tamaño 10 mm de diámetro, Longitud 36 cm (+/- 3 cm), Rotativa, con bloqueo para las mordazas. Desmontable en tres partes, o de una sola pieza. Nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. Antonio Cantes, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Dpto. Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Dra. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE
2.2.21 - 1 x Aguja para inyección, diámetro 1.2 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (+/- 2cm).
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Aguja para inyección, diámetro 1.2 mm a 1.5 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm (+/- 3 cm), nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.22 Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda.
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: mango ergonómico, axial/pistola, con bloqueo, posición de bloqueo a la derecha o izquierda, mandíbulas curvadas a la izquierda

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

DONDE DICE
2.2.23 Con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico, recta, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la izquierda, mandíbulas curvadas a la derecha.
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: mango ergonómico, axial/pistola, con bloqueo, posición de bloqueo a la derecha o izquierda, mandíbulas curvadas a la derecha.

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

DONDE DICE
2.2.25 Con un juego de tubos, para un solo uso, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (+/-2cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (+/-2cm)
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Con un juego de tubos, para un solo uso o reutilizables, estériles, envase de 10 unidades. Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 5mm, 36cm (+/-3cm). Un tubo de irrigación y aspiración con aberturas laterales, 10mm, 36cm (+/-3cm), nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
2.2.26 - Rotativas, con pin conector para la coagulación bipolar, aisladas, con conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes
Longitud 36 cm (+/- 2cm),

CONSULTA:
Se podría considerar ofertar con: Rotativas, con pin conector para la coagulación bipolar, aisladas, con o sin conexión de irrigación para la limpieza, desmontable en tres partes. Longitud 36 cm (+/- 3cm), nuevamente corresponde al fabricante KARL STORZ, dejando fuera de competencia por 1 cm a otros fabricantes importantes a nivel mundial, dirigiendo la compra a 1 solo fabricante y a una sola empresa en el país

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE
3.2.5 Mesa quirúrgica masiva y robusta, con capacidad hasta 180 kg de peso en todas las posiciones.
CONSULTA:
Se podría considerar ofertar Mesa quirúrgica masiva y robusta, con capacidad de al menos 200 kg de peso en todas las posiciones. Si consideramos con capacidad máxima 180 kg se limita a poder ofertar mesas con mayor capacidad.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.9 Cinco (4) Secciones: cabeza, espalda, sentadura y piernas
CONSULTA:
¿Se podría aclarar si lo solicitado es de 4 o 5 secciones, y si la sección piernas debe ser bipartida o única?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.11 Medidas: Longitud con pierneras y soportes de cabeza acoplados 2040 mm. (+-20mm)
CONSULTA:
Se podría ofertar con Medidas: Longitud con pierneras y soportes de cabeza acoplados 2040 mm. (+-40mm)

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.12 - Altura regulable de 734 a 1140 mm
CONSULTA:
Se podría ofertar con Medidas: Altura regulable de 780 a 1080 mm

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.13 - Ancho de 520 mm. (+-20mm)
CONSULTA:
Se podría ofertar: Ancho de 520 mm. (+-30mm)

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.21 - Placa de espalda (arriba / abajo): 75º/20º
CONSULTA:
Se podría ofertar: Placa de espalda (arriba / abajo): 70º/20º o mejor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.22 Cabecera (arriba / abajo) (por amortiguador de gas): 45º/90º
CONSULTA:
Se podría ofertar: Cabecera (arriba / abajo) (por amortiguador de gas): 45º/45º

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Lic. Antonio Cartes, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

DONDE DICE
3.2.23 - Movimiento longitudinal de la mesa: 300mm
CONSULTA:
Se podría ofertar: Movimiento longitudinal de la mesa: 285 mm +/- 10 mm

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

DONDE DICE
3.2.24 - Placa de piernas (arriba / abajo), por amortiguador de gas, posición horizontal: 10º/90º, 0º-90º
CONSULTA:
Se podría ofertar: Placa de piernas (arriba / abajo), por amortiguador de gas, posición horizontal: 20º, 0º-90º

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

EMPRESA 04:

Consulta

Lote 1 – Ítem 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIA;

Requiere:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	1	Torre para Videoendoscopio.	HOSPITAL DE TRAUMA	Unidad	Unidad
	2	Kit de Instrumentales para CVL adulto.		Unidad	Unidad
	3	Kit de Instrumentales para Toracoscopia un solo puerto.		Unidad	Unidad
	4	Kit de Instrumentales para Toracoscopia puertos múltiples.		Unidad	Unidad
	5	Kit de Instrumentales para CVL pediátrico.		Unidad	Unidad

Consulta: Con el propósito de dar mayor participación a los oferente y considerando las empresas representantes de equipos no necesariamente son importadores de instrumentales médicos, solicitamos para este Lote 1, Ítem 1 pase a ser un lote independiente. Y los ítems 2, 3, 4, 5 constituyan un lote de instrumentales, desde que lo requerido para estos ítems son instrumentales de uso genérico.

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

1.2.1 PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD;
Solicitan en el punto 1.2.1.4 EL procesador debe contar con al menos tres filtros digitales u ópticos integrados que permitan: **¿Para qué aplicación lo están solicitando?**

Punto 1.2.1.5 1) unificar la iluminación de la cavidad aunque se generen sombras, de forma digital u óptico.
¿Por qué limitan la ubicación del filtro al procesador y no lo amplían al sistema de imágenes?

Punto 1.2.1.8 El procesador debe permitir además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros digitales aplicados.
¿Qué beneficios se busca al tener la imagen standard al lado de la imagen que se obtiene con el filtro?

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

1.2.2 - CABEZAL DE CÁMARA;
PUNTO 1.2.3.2 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico parafocal. **¿Es importante para Uds. referenciar la resolución vertical?**

Punto 1.2.2.2 -Resolución de la imagen de 1900 x 1080 pixeles o mejor, en escaneo progresivo (FULL HD)
¿Es importante para Uds. referenciar la resolución vertical?

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

LUIS EDUARDO CANTES, Jefe
Depto. de Licitaciones
Sucursal 1 - Nivel Central
MSP y BS

Paola González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

1.2.5 - CARRO DE TRANSPORTE:
Punto 1.2.5.2 Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta.
¿Se puede ofertar sin puertas el carro?

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

1.2.7 - INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2, UNIVERSAL
Punto 1.2.7.4 Presión intraabdominal: 0 – 30 mmHg o mejor.
¿Se puede ofertar de 3-25?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

1.2.6 – ELECTROBISTURÍ:
Solicitan en el Punto 1.2.6.5 Posibilidad de seleccionar las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar.
¿Favor aclarar a que se refiere conexiones modulares para la utilización unipolar y bipolar?

Solicitan en el Punto 1.2.6.6.2 Autoestart: Coagulación bipolar. **¿Este punto puede considerarse OPCIONAL?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.6.3 Autostop: Coagulación bipolar. **¿Este punto puede ser OPCIONAL?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.7.1 Control duración de conexión **¿Favor aclarar a que se refiere Control duración de conexión?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.7.2 Dosificación errónea **¿Favor aclarar a que se refiere Dosificación errónea?**

Solicitan en el punto 1.2.6.8.3 Cable de conexión reutilizable, para electrodo neutro de al menos 400cm.
¿Se puede ofertar cable de conexión reutilizable para electrodo neutro de 200 cm a 400 cm?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

Lote N° 2 - Ítem N° 1: Torre para Videoendoscopio flexible con Accesorios para Gastroscopia:

1. PROCESADORA HD:
Solicitan en el punto 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser Opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

2- FUENTE DE LUZ XENON O LED:
Solicitan en el punto 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 75 W halógena. OCPIONAL
¿Se puede ofertar 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75 W halógena. OPCIONAL?

Solicitan en el punto 2.3 Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 2.3 Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

3- VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO:
Solicitan en el punto 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. [illegible] CANTES, Jefe
Depto. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

4- VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO:
Solicitan en el punto 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?
Solicitan en el punto 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.9 a 6.0 mm.
¿Se puede ofertar 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior de 5.4 mm o mayor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

4.7 Angulaciones:
Solicitan en el punto 4.7.1 Hacia arriba: 180° o mayor.
Solicitan en el punto 4.7.2 Hacia abajo: 180° o mayor.
Solicitan en el punto 4.7.3 Hacia la derecha: 160° o mayor.
Solicitan en el punto 4.7.4 Hacia la derecha: 160° o mayor.
Hacemos mención que estos puntos que se solicitan en el PBC corresponden a las Angulaciones de un Equipo Coloconoscopio, favor verificar.-
Solicitan en el punto 4.8 Longitud total de tubo de inserción entre 1.990 y 2.005 mm.
¿Se puede ofertar 4.8 Longitud total de tubo de inserción de 1420 mm o mayor? Esto se debe a que el largo del tubo de inserción que solicitan es de un Gastroscopio Adulto.-

Solicitan en el punto 4.9 Longitud útil de inserción. 1.650 mm o más.
Se puede ofertar 4.9 Longitud útil de inserción. 1.100 mm o más. Esto se debe a que el largo de trabajo utilizado que solicitan es de un Gastroscopio Adulto.-

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

Lote N° 3 - Ítem N° 1: Torre para Videoendoscopio – Hospital General Pediátrico:

1. PROCESADORA HD:
Solicitan en el punto 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser Opcional?

2- FUENTE DE LUZ XENON O LED:
Solicitan en el punto 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 75 W halógena. OCPIONAL
¿Se puede ofertar 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75 W halógena. OPCIONAL?

Solicitan en el punto 2.3 Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 2.3 Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

3- VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO:
Solicitan en el punto 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Solicitan en el punto 3.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 5.9 a 6.0 mm.
¿Se puede ofertar 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior de 5.4 mm o mayor?

Solicitan en el punto 3.6 Diámetro interior del canal de instrumentos: 2,8 mm o mayor.
¿Se puede ofertar 3.6 Diámetro interior del canal de instrumentos: 2,2 mm o mayor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

4- VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO:
Solicitan en el punto 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Solicitan en el punto 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 11,0 a 11,3 mm.
¿Se puede ofertar 4.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior de 9.5 mm o mayor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Dra. Patricia Gonzalez Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

10- VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO:
Solicitan en el punto 10.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 10.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

Lote N° 4 - Ítem N° 1: Torre para Videoendoscopio – Hospital Regional Luque:

1. PROCESADORA HD:
Solicitan en el punto 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 1.8 Función Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser Opcional?

2- FUENTE DE LUZ XENON O LED:
Solicitan en el punto 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 75 W halógena. OCPIONAL
¿Se puede ofertar 2.2 Lámpara de emergencia puede ser de 35 a 75 W halógena. OPCIONAL?

Solicitan en el punto 2.3 Cromoendoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 2.3 Cromoendoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

3- VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO;
Solicitan en el punto 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 3.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

4- VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO;
Solicitan en el punto 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 4.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Solicitan en el punto 4.6 Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,8 mm o mayor.
¿Se puede ofertar 3.6 Diámetro interior del canal de instrumentos: 3,7 mm o mayor?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

7- ELECTROBISTURI BIPOLAR;
Solicitan en el punto 7.2 mezclas. Al parecer hubo un error y se suprimió una parte de este punto.-
Corregir 7.2 Debe decir Modo monopolar de corte puro, coagulación y al menos 2 (dos) mezclas.

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

12- VIDEODUODENOSCOPIO;
Solicitan en el punto 12.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica.
¿Se puede ofertar 12.1 CCD de alta resolución y con cromoscopia electrónica y/o Optoelectrónica – podría ser opcional?

Solicitan en el punto 12.4 Profundidad de campo: 4 mm (o menor) a 60 mm (o mayor).
¿Se puede ofertar 12.4 Profundidad de campo: 5 mm (o menor) a 60 mm (o mayor)?

Solicitan en el Punto 12.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 11.5 a 13.1 mm.
¿Se puede ofertar 12.5 Tubo de inserción y extremo distal con diámetro exterior entre 11.3 a 13.7 mm?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Lic. Arturo CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC - Nivel Central
MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Proveeduría
Dirección Operativa de Contrataciones

Consulta

12.7 Angulaciones;
Solicitan en el punto 12.7.1 Hacia arriba: 130° o mayor. **¿Se puede ofertar 120 mm?**

Solicitan en el punto 12.9 Longitud útil de inserción. 1.259 mm o más.
¿Se puede ofertar 12.9 Longitud útil de inserción. 1.240 mm o más?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Consulta

Lote 6 – Ítem 1: TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO – HOSPITAL SAN JORGE

Requiere:

6	1	Torre para Videoendoscopio	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA HOSPITAL SAN JORGE	Unidad	Unidad
	2	Kit de Instrumentales para CVL adulto.		Unidad	Unidad
	3	Mesa Quirúrgica		Unidad	Unidad

Consulta: Con el propósito de dar mayor participación a los oferente y considerando las empresas representantes de equipos no necesariamente son importadores de instrumentales médicos, solicitamos para este Lote 6, Ítem 1 pase a ser un lote independiente. Y los ítems 2, 3 constituyan un lote de instrumentales, desde que lo requerido para estos ítems son instrumentales de uso genérico.

Respuesta: favor adecuarse al PBC, las especificaciones se adecuan a las necesidades del Servicio.

Consulta

1.2.6 – ELECTROBISTURÍ;
Solicitan en el Punto 1.2.6.5 Posibilidad de seleccionar las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar. **¿Favor aclarar a que se refiere conexiones modulares para la utilización unipolar y bipolar?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.6.2 Autoestart: Coagulación bipolar. **¿Este punto puede considerarse OPCIONAL?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.6.3 Autostop: Coagulación bipolar. **¿Este punto puede ser OPCIONAL?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.7.1 Control duración de conexión **¿Favor aclarar a que se refiere Control duración de conexión?**

Solicitan en el Punto 1.2.6.7.2 Dosificación errónea **¿Favor aclarar a que se refiere Dosificación errónea?**

Solicitan en el punto 1.2.6.8.3 Cable de conexión reutilizable, para electrodo neutro de al menos 400cm.
¿Se puede ofertar cable de conexión reutilizable para electrodo neutro de 200 cm a 400 cm?

Respuesta: remitirse a la ADENDA

Asunción, 18 de agosto de 2020.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Q.F. Patricia González Burgos
Coordinadora
Dirección Operativa de Contrataciones