INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATACIÓN DIRECTA
C.D. Nº 69/09

"Adquisición de Negatoscopios para el I.P."

ADDENDA Nº 1

SECCIÓN COMPRA DIRECTA

AÑO 2010

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 69/09
"ADQUISICIÓN DE NEGATOSCOPIOS PARA EL IPS."

ADDENDA Nº 1

Asunción, 03 de Febrero de 2009.

AL OFERENTE:

Con relación al llamado a **Contratación Directa Nº 69/09 "Adquisición de Negatoscopios para el IPS",** se comunica que la **fecha de apertura de sobres-ofertas quedó prorrogada para el día, miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:00 Hs.,** en la Sala de Apertura de Sobres-Ofertas de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, 1er. Piso Edificio Caja Central, siendo la hora tope de recepción de ofertas, las **10:45 horas**.

Se aclaran los siguientes puntos:

- **Consulta N° 1:**

Ítem Nº 1 y 4 Negatoscopio simple y Negastocopio de 4 cuerpos punto 1.1.7 y 4.1.7. Normas de calidad de equipos biomédicos FDA, ISO, CE, se podría eliminar estos parámetros para los productos de fabricación nacional?

Respuesta:

Para los ítems Nº 1 "Negatoscopio simple" y Nº 2 "Negatoscopio de 4 cuerpos" se aceptará Certificado de Marca emitido por el Miniterio de Industria y Comercio para los productos de fabricación Nacional.

- **Consulta N° 2:**

Ítem Nº 1 y 4 Negatoscopio simple y Negatoscopio de 4 cuerpos punto 1.2.3 y 4.2.3 Con sujetadores en la parte posterior, a que sujetador se refiere exactamente? Se refiere al sujetador de placas de acrílico que se ubica en la parte superior del negatoscopio?. Favor aclarar.

Respuesta:

Los ítems 1.2.3, 2.2.3, 3.2.4 y 4.2.3 "Sujetadores en la parte posterior", se refieren a sujetadores para fijar el negatoscopio a la pared.

- **Consulta N° 3:**

Ítem Nº 1 y 4 Negatoscopio simple y Negatoscopio de 4 cuerpos punto 1.3.7 y 4.3.5 Con toma de alimentación tipo Schuko, podría ser la toma de alimentación Standard?

Respuesta:

Se requiere que todos los equipos a ser ofertados cuenten con toma de alimentación tipo Schuko, debido a que es el tipo de toma utilizado en el hospital central del IPS.

ABOG. ALEJANDRO MENDIETA
DGBS - I.P.S.