INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Constituyendo el futuro hoy

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 122/17
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS"- AD REFERENDUM 2018.-

ADENDA N° 7

Asunción, 04 de mayo de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 122/17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS"- AD REFERENDUM 2018**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. ***Sección III Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas, se eliminan los siguientes productos:***
   - *2446-* AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 22G X 3 1/2 C/INTRODUCTOR.
   - *2442-* AGUJA LUMBAR: AGUJA P/PUNCIÓN LUMBAR 18G X 3 A 3 1/2 P/PERIDURAL.
   - *7084-* CATETER PERIDURAL / EPIDURAL CON PROLONGADOR: CATÉTER P/ RAQUÍDEA CONTÍNUO.
   - *3773-* SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL N° 10 SIN BALÓN.
   - *3772* - SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9,5 SIN BALÓN.
   - *2730* - JERINGA DE VIDRIO JERINGA DE VIDRIO DE 10 CC.
   - *2732-* JERINGA DE VIDRIO JERINGA DE VIDRIO DE 20 CC.
   - *9271-* SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS - PEDIATRICO SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO.
   - *9477-* SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS – PEDIATRICO SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 8 A 10 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO.
   - *10643-* EQUIPO MACROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV. (SISTEMA CERRADO).
   - *3718* - CATETER PERIDURAL / EPIDURAL: CATÉTER P/ PERIDURAL CONTÍNUO.

   Y se agregan los siguientes productos:
   - **11097-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G20.
   - **11095-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G22.
   - **11096-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G21.

La Planilla de Especificaciones Técnicas queda de la siguiente manera:

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	3469	42203708-002	LIQUIDO FIJADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS: FIJADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para procesadora automática, Kit x 30 a 40 litros.	KIT - JUEGO	Unidad	240	480
2	3501	42203704-001	LIQUIDO REVELADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS: REVELADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para 30 a 40 Lt. Para procesadora automática-Kits.	KIT - JUEGO	Unidad	240	480
3	3488	42201810-002	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 18 X 24 CM.	De Fondo Verde	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
4	***2564***	***42292904-001***	***CLIPADORA: CLIPADORA AUTOMÁTICA***	***CON VÁSTAGO GIRATORIO CON 20 (VEINTE) CLIPS TAMAÑO MEDIUM Y LARGE.***	***UNIDAD***	***Unidad***	***50***	***100***
5	2640	42272001-004	FOQUITO PARA LARINGOSCOPIO: FOQUITOS PARA LARINGOSCOPIO DE HOJAS CURVAS.	Adaptable a juego de laringoscopio de hojas curvas.	UNIDAD	Unidad	180	360
6	3459-2	42204002-002	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO TAMAÑO MEDIANO/ COMPLETO	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	UNIDAD	Unidad	6	12
7	3459-4	42204002-002	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO TAMAÑO MEDIANO/ PARCIAL	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	UNIDAD	Unidad	6	12
8	3459-5	42204002-002	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	UNIDAD	Unidad	6	12

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime ... Ballero
JEFE DE DEPART...
DIRECCION OPERAT...

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			PLOMADO TAMAÑO GRANDE/ PARCIAL					
9	5753	41114509-007	BRAZAL PARA APARATO DE PRESION PEDIATRICO: BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 1 (NEONATAL)		UNIDAD	Unidad	30	60
10	5754	41114509-007	BRAZAL PARA APARATO DE PRESION PEDIATRICO: BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN Nº 2 (NEONATAL)		UNIDAD	Unidad	120	240
11	8066	42271718-9997	MEDIDOR DE PRESION PARA BALON ENDOTRAQUEAL: MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DE BALÓN ENDOTRAQUEAL		UNIDAD	Unidad	30	60
12	9729	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°0	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
13	6784	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°1	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
14	9730	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°2	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
15	6783	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°3	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
16	9728	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°4	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
17	6782	46182005-004	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°5	Siliconada para circuito de anestesia	UNIDAD	Unidad	180	360
18	3726	42271708-004	MASCARA PARA OXIGENO GRANDE: MASCARILLA P/ OXÍGENO	Con sistema venturi y prolongador (tubuladura) para Oxígeno con accesorios de medición FIO2	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
19	2777	42181608-002	PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESION: PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESIÓN	Pera de inflado de goma, resistente y de alta elasticidad para uso en adultos y pediátrico.	UNIDAD	Unidad	60	120
20	2351	42291613-011	PICO DE ELECTROBISTURI: PICO PARA ELECTROBISTURÍ	Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.-	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
21	9900	42281508-9981	TEST DE BOWIE DICK: TEST DE BOWIE DICK	Test para detectar presencia de Aire en la cámara (Autoclave) Prueba en paquete lista para su uso.-	UNIDAD	Unidad	180	360
22	11069	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL : TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 0.5	Reutilizable. Para pacientes hasta 4 kilos. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	60	120
23	11070	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 1.0	Descartable. Para pacientes de 4 a 7 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	60	120
24	11071	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 1.5	Descartable. Para pacientes de 7 a 17 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	60	120
25	11072	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 2.0	Descartable. Para pacientes de 17 a 30 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	60	120
26	11073	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 2.5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	180	360
27	11074	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 3.5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	180	360
28	11075	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	UNIDAD	Unidad	180	360
29	11085	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: CATÉTER DE RESCATE PARA VÍA AEREA. ADULTO	Con punta curva y flexible. De 14 fr y 65 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	UNIDAD	Unidad	180	360
30	11086	42271903-001	TUBO ENDOTRAQUEAL: CATÉTER DE RESCATE PARA VÍA AEREA. PEDIÁTRICO	Con punta curva y flexible. De 8 fr y 35 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	UNIDAD	Unidad	180	360
31	11093	42272504-003	CAJA PERIDURAL: KIT DE ANESTESIA PERIDURAL	Aguja peridural punta tipo tuohy 18 G de 80 mm con mandril codificado por color y márcas de inserción. Catéter peridural 20 G de 1000mm con marcas por cm y 6 orificios laterales. Conector de catéter. Jeringa de perdida de resistencia, Filtro plano peridural de 0.2 µ (micras), Fijador de filtro autoadhesivo. Presentación. kit	UNIDAD	Unidad	180	360

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime José Caballero
JEFE DE DEPARTA... CITACIONES
DIRECCIÓN OPERA... ...ONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
32	6134	42221604-002	TAPA PARA CATETER: CONECTOR SILICONADO PARA CATÉTER	Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con conexión a rosca y punta catéter de estandar ISO, resistente a altas presiones tales como se presentan en lineas arteriales y NPT, compatibles con soluciones lípidicas, quimioterapéuticas y antibióticas, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos.	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
33	***6944***	***42142514-001***	***AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 27G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM.***	***Color gris, con punta lápiz, estéril, descartable.***	***UNIDAD***	***Unidad***	***2.500***	***5.000***
34	5929	42312301-003	APOSITO CURATIVO QUIRURGICO: APOSITO CURATIVO QUIRÚRGICO 20 X 11 CM (+ - 5)	No estéril, 100% Algodón Absorvente	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
35	10710	42131509-9999	BATA PARA PACIENTE DESCARTABLE: CHALECO O BATA DEL TIPO QUIRÚRGICO. NO ESTÉRIL. DESCARTABLE.	Confeccionada con tela de polipropilene de 1 o más capas. Gramaje de 30gr/m2 o más. Mangas largas con puños elastizados d 5 a 15 cm de ancho. Cierre posterior del tipo magnético y/o con tiras en el cuello y parte posterior de la cintura. Longitud mínima de 110 cms. Presentación Unidad.	UNIDAD	Unidad	70.000	140.000
36	3704	42272504-001	BOLSA DE ANESTESIA: BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Bolsa Respiratoria 1 Litro Reutilizable De Látex	UNIDAD	Unidad	180	360
37	3708	42272504-001	BOLSA DE ANESTESIA: BOLSA RESPIRATORIA 5 LITROS	Bolsa Respiratoria 5 Litros Reutilizable De Látex	UNIDAD	Unidad	600	1.200
38	4688	42222308-009	BOLSA DOBLE PARA EXTRACCION DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE: BOLSAS DOBLES P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	UNIDAD	Unidad	4.500	9.000
39	4684	42222308-006	BOLSA SIMPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE: BOLSAS SIMPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
40	4689	42222308-005	BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE: BOLSAS TRIPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAG. CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado, plástico permeable a gases.	UNIDAD	Unidad	2.000	4.000
41	3639	42171910-007	CAJA PARA MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE: CAJA DESCARTABLE P/MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE.	Aproximadamente de 13 litros. Cartón prensado con bolsa de polietileno amarillo, en su interior	UNIDAD	Unidad	7.500	15.000
42	3715	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	60	120
43	6992	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	UNIDAD	Unidad	180	360
44	6994	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	60	120
45	6997	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	30	60
46	6961	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 C/BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	480	960
47	7258-1	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE J N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
48	8737-1	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE J N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
49	5439	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluida Y Alambre Guía.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
50	11026	51102707-003	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL	Aplicador estéril descartable con gasa en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución conteniendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000

Abog. Iván [illegible]
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			70%. 0,67 ML.					
51	11027	51102707-003	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 3 ML.	Aplicador estéril descartable con espuma en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
52	11028	51102707-003	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 10,5 ML.	Aplicador estéril descartable con almohadilla en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	UNIDAD	Unidad	300	600
53	11016	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 12	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
54	2979	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 16	Kit, estéril descartable, con aguja incluída de vialón radiópaco	UNIDAD	Unidad	120	240
55	6763	42221503-004	CATETER PERCUTANEO: CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 22 FR.DE 20 A23 CM DE LONGITUD	Estéril, Descartable,Material Vialón o Poliuretano	UNIDAD	Unidad	120	240
56	7164	42221503-9998	CATETER CON RESERVORIO SUBCUTANEO PARA QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/PUNCIÓN SUBCLAVIA NIÑOS - ESTÉRIL, DE 4 A 6 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona) - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores con cierre deslizable; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber ,- 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	UNIDAD	Unidad	120	240
57	3102	42221506-002	CATETER UMBILICAL VENOSO: CATÉTER UMBILICAL NEONATAL 2 VÍAS DE 15 A 20 CM DE LONGITUD	Estéril de 15 a 20 cm. De longitud. Descartable, de 3,5 Fr. a 4 Fr.-	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
58	3909	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
59	3912	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM	5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	UNIDAD	Unidad	54.000	108.000
60	3914	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7.5 CM	7,5 cm.. (variante + - 5.) de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, antialérgico (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	Unidad	45.000	90.000
61	5858	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON BASE TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA DE 7,5 CM X 5 MTS.	7,5 cm. (variante + -5.) de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	Unidad	4.500	9.000
62	9678	42143103-002	T DE COBRE: DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	Estéril,carga de cobre por DIU:380	UNIDAD	Unidad	900	1.800
63	9485	42143103-001	DIU: ENDOCEPTIVO DE LEVONORGESTREL 20 MCG./24 H.	Sistema Intrauterino de levonorgestrel.- Servicio de Ginecología y Obstetricia.	UNIDAD	Unidad	420	840
64	3924	41123403-008	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCION FOTOSENSIBLE: EQ. VOLUMÉTRICO C/ CÁMARA RÍGIDA GRADUADA Y MICROGOT. P/ SOL./ FOTOSENSIBLES		UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
65	5884	42182001-001	ESPECULO DESCARTABLE PEQUEÑO: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE CHICO	Estéril	UNIDAD	Unidad	21.000	42.000
66	5885	42182001-002	ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	Estérill	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
67	9303	42295303-005	FLEVO EXTRACTOR: FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE	Paquete de 10/20 Unidades	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
68	8640	42295123-004	HEMOSUCTOR: HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 10 A 14 FR. PEDIÁTRICO	Estéril de PVC con tubuladura, pediátrico, 10 a 14 Fr.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
69	10145	42221702-9999	INFUSOR PORTATIL PARA QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA - 150 ML.	Estéril, descartable, recipiente de PVC libre de látex de 150 ml. Para 48 hs de infusión, fotosensible, diseñado para realizar infusiones exactas sin pérdida de medicación.-	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
70	4701	42222301-001	EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE INYECTOR P/TRANSFUSIÓN DE SANGRE C/AGUJA	Macrogotero C/ Filtro, Con Cámara Flexible e Inyector Lateral	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
71	10295	42295407-001	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE MÁSCARA DE PROTECCIÓN N 95	Descartable, espuma interna, con filtro adecuado contra bacilos de la Tuberculosis, con precinta de seguridad elástica para prender, adaptables a la cabeza, cuyo compartimiento debe poseer un tenor de O2 superior a 18% PV y no debe contener concentración de sustancias nocivas, en envoltorios individuales con indicación para el uso, forma convexa, adaptable a amplio rango de tamaños de cara.	UNIDAD	Unidad	42.000	84.000
72	4823	42182308-001	PASTA P/ ELECTROENCEFALOGRAMA PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Pote plástico x 400 a 500 gramos, con tapa hermética	UNIDAD	Unidad	60	120
73	7346	42221512-001	PRESURIZADOR PARA CATETER PRESURIZADOR	Presurizador Uti Manual De 500 Mm Hg Adaptable P/Catéter De Termodil.Swan Gang, Para Quirófano Para Difusor De Sangre	UNIDAD	Unidad	24	48
74	7077	42142518-002	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL Nº 3		UNIDAD	Unidad	600	1.200
75	7078	42142518-002	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL Nº 4		UNIDAD	Unidad	600	1.200
76	9336	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA SET PARA CISTOSTOMÍA N° 12	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
77	3761	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	2.520	5.040
78	3766	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
79	3767	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
80	6621	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	250	500
81	6622	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	90	180
82	2919	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 14 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
83	2924	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN 30 CC.	Látex siliconado, estéril, flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
84	2921	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN DE 5 CC	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
85	2922	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
86	2916	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 8 C/ BALÓN 3 A 5CC.	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
87	2926	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº. 12 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	900	1.800
88	2941-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 PVC 100% SILICONADA.	Estéril, marerial 100 % siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
89	7038	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 11	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	UNIDAD	Unidad	900	1.800
90	2942-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 ,100 % DE SILICONA.	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
91	2943-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 ,100% DE SILICONA	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
92	2944-2	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18, 100 % SILICONADA	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
93	9339	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 9	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
94	2945-2	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 31, SILICONA.	Estéril, material 100 % silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
95	2949-2	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 33, 100 % SILICONADA.	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
96	2947-2	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 35, 100% SILICONADA.	Estéril, material 100 % siliconada, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
97	2961	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA NELATON Nº 20	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
98	2956	42293603-001	SONDA VESICAL SONDA NELATON Nº 10	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	120	240
99	2965	42293603-007	SONDA PEZZER SONDA PEZZER Nº 16	Estéril, PVC flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
100	9926	42231502-003	SONDA TRANSPILORICA SONDA TRANSPILÓRICA 6FR.SILICONADA	Material de PVC siliconado, oliva pesada de 10 mm, estéril, línea radiópaca, descartable.	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
101	7086	42292904-006	SUTURA MECANICA SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 29 MM. DE DIÁMETRO , + - 1 MM.	Lúmen anastomótico 20,4 mm. Con visor de rango de cierre entre 1,0 y 2,5 mm. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejido, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	UNIDAD	Unidad	90	180
102	2546	42312201-002	HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE SIMPLE: SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL, Nº 0 CON AGUJA CURVA DE 4 CM.	Aguja 1/2 Circulo, 4 cms. Punta Redonda Con Acostillado Longitudinal Y Hebra De 60 Cm De Largo mínimo. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	UNIDAD	Unidad	7.800	15.600
103	2548	42312201-9999	HILO DE SUTURA DE POLIDIOXANONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIDIOXANONA 5/0 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO DE 15 MM +- 3 MM	Sintética, estéril. Calibre USP 6/0, monofilamento, hebra de 60 cm como mínimo, aguja 1/2 circulo, cuerpo redondo, atraumática, fabricada en acero quirúrgico de grado médico de 15 mm +- 3 MM . Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
104	7052	42312201-004	HILO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICOLICO: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO	N°1 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 circulo con aguja de (36 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm). Unión aguja hilo fuertemente adherido. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	900	1.800
105	5721	42312201-010	HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N° 1 C/AGUJA CORTANTE TRIANGULAR P/SUTURA ESTERNAL	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal de acero inoxidable.Longitud de hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	180	360
106	3356	42312201-010	HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°2 C/AGUJA, INFANTIL.	No absorbible, estéril, monofilamento. Aguja cortante triangular para sutura esternal, infantil, 3/8 círculo, hebra no menor a 25 cm. Aguja de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	480	960
107	3360	42312201-010	HILO PARA SUTURA ACERO: SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/AGUJA 4,8 CM.	No absorbible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8 cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
108	2646	42312201-003	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 C/AGUJA DE 3,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,1CM	Aguja curva triangular cortante de 3,5 cm, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
109	9359	42312201-999	HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 3/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 2,5 cm. +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
110	6017	42312201-999	HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 0 C/ AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	4.200	8.400

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
111	10223	42312201-002	HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE SIMPLE: SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL Nº 4/0 CON AGUJA CURVA DE 1,5 A 2 CM.	Aguja 1/2 círculo 1,5 a 2 cm, cilíndrica, atraumática. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
112	2666	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N 6/0 C/AGUJA 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 de círculo, 2 cm., cuticular plástica, variación + - 0,1 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	3.750	7.500
113	7161	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja,Trenzado, múltiples hebras X 60 cm. como mínimo de longitud. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
114	2687	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA; HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática, de acero inoxidable. 3/8 circulo con 25 mm y hebra de (40 a 45 cm) de largo. Unión de la aguja hilio fuerte. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	300	600
115	2682	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: HILO PARA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA	N° 3/0 con aguja traumática de acero inoxidable. 1/2 circulo con aguja de (25 a 26 mm) y hebra (55 a 70 cm) . Los extremos de unión de las agujas e hilos deben ser fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	300	600
116	8067	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
117	2683	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	240	480
118	7252	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Monofilamento estéril, no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	240	480
119	7043	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER Nº 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO SIN (PTFE). VARIACIÓN: +- 0,2 CM	No absorbible,estéril de poliéster trenzado, sin almohadilla de politetrafluoretileno (PTFE), con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
120	7050	42312201-004	HILO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICOLICO: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO	N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 circulo con aguja,de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm) . Unión aguja hilo fuertemente adherido. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
121	2693	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 1 C/AGUJA DE 5 CM. VARIACIÓN: + - 0,5 CM.	Absorbible, estéril, longitud de la hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 circulo 5 cm. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
122	2676	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA	Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	600	1.200
123	2656	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.	Long. de hebra como mínimo 30 Cm. Con 2 Agujas Armadas, Punta Espatulada De 3/8 o 1/2 Círculo 6,4 mm, + - 0,8 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
124	5535	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	600	1.200
125	2712	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS 2 CM (+ - 0,2 CM)	Con 2 agujas armadas 1/2 circulo. Punta redonda. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
126	5537	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 26 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	600	1.200
127	2713	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 22 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN: + - 0,2 MM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	5.040	10.080
128	5536	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	2.760	5.520
129	7056	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	300	600
130	10225	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de Acero Inoxidable. Longitud mínima 60 cm. Los extrmos de la unión de las agujas deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
COORDINADOR OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
131	2715	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/O C/2 AGUJAS DE 13 MM, 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación + - 0,2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.750	7.500
132	7055	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 3/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
133	2714	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Monofilamento estéril no absorbible resistente al tejido calcificado y los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra de 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
134	7168	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Con Aguja fuerte y resistente, curva punta cilíndrica de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
135	2671	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 1 C/AGUJA DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: +- 1 MM	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
136	9358	42312201-999	HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 2/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Circulo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
137	2690	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm, trenzado. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
138	2702	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO N° 2 C/AGUJA TRIANGULAR DE 7,5 CM 3 HEBRAS 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
139	7319	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 14 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	UNIDAD	Unidad	900	1.800
140	5849	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 DERECHO. ESTÉRIL	Con Accesorios: Sonda De Aspiración, Piezas De Unión Angulada, Adaptadores, Racor En Y Y Llave Extractora	KIT - JUEGO	Unidad	120	240
141	5851	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 DERECHO. ESTÉRIL		KIT - JUEGO	Unidad	120	240
142	5852	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 DERECHO. ESTÉRIL		KIT - JUEGO	Unidad	120	240
143	5789	42311505-001	VENDA ENYESADA YESO ACRÍLICO DE 10 CM		UNIDAD	Unidad	200	400
144	7149	42295114-001	CUCHILLETE OFTALMOLOGICO CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN P/	Descartable, Caja X 10 unidades	UNIDAD	Unidad	600	1.200

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime José Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			AMPLIAR INCISIÓN, PUNTA ROMA, DE 5,2 Y 6,2 MM DE ANCHO,ANGULADO					
145	4705	42295129-001	DOSIFICADOR DE GOTAS REGULADOR DE FLUJO (DOSIFLOW) GRADUADO	Estéril, descartable.	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
146	10240	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS.	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
147	10241	42222008-003	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
148	2495	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 1000 CC. MATERIAL EVA		UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
149	5634	42142504-006	AGUJA PARA BIOPSIA RENAL.: AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
150	7058	42221503-004	CATÉTER PERCUTÁNEO: CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 3 FR. DE 45 A 50 CM DE LONGITUD	100% Siliconado,Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	600	1.200
151	6946	42142504-001	AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR: AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR 8G A 11G - DE 7 A 15 CM DE LONGITUD	Estéril Descartable	UNIDAD	Unidad	750	1.500
152	***2448***	***42142514-001***	***AGUJA RAQUÍDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 25G 90 MM . INTRODUCTOR 20G X 38 MM***	***Color naranja, con punta lápiz, estéril, descartable.***	***UNIDAD***	***Unidad***	***20.000***	***40.000***
153	2776	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)	Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
154	6845	42203408-999	PARCHE DE PTFE: PARCHE DE TEFLÓN	Poliéster Felt/Teflón Medidas: 20 X 20 Cm. (+ - 5 cm)	UNIDAD	Unidad	180	360
155	2525	42221503-007	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/VÍA VENOSA CENTRAL 3 LÚMEN 7 A 7,5 FR.	Catéter de poliuretano 16 a 24 cm de longitud, descartable, estéril con jeringa y aguja incluida, con alambre guía de doble punta. Kit completo; aguja introductora, tapones intermitentes, con o sin hoja de bisturí, con o sin jeringa para infiltrar piel, aguja dilatadora, aleta de sutura móvil con traba clamp. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
156	6615	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5,5 C/BALÓN,	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca. Estéril. Descartable	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
157	6945	42294903-001	AGUJA PARA BIOPSIA PROSTATICA : AGUJA P/BIOPSIA DE PRÓSTATA	Estéril, descartable, 22 mm, disparo automatico	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
158	9756	42142502-005	AGUJA PARA INFUSIÓN: AGUJA DE INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 20 G	Para uso en Adultos, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, set con mariposita y conector	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
159	9757	42142502-005	AGUJA PARA INFUSIÓN: AGUJA PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 22G	Para uso en niños, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, Set con mariposita y conector	KIT - JUEGO	Unidad	4.500	9.000
160	4225	40101903-003	FILTRO ANTIBACTERIANO: FILTRO BACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR	Estéril, Descartable,Con Adaptador Corrugado	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
161	2444	42142502-006	AGUJA LUMBAR: AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G X 3 A 3 1/2.	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
162	7003	42142402-006	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
163	11018	42272011-001	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 8	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	UNIDAD	Unidad	240	480
164	2520	42221503-007	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL DOBLE LÚMEN 4,5 A 5 FR.	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.-	UNIDAD	Unidad	4.500	9.000
165	3927	42221505-002	CATÉTER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 23	Estèril Descartable	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
166	2478	41122407-002	HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 20	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
167	2481	41122407-002	HOJA DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	42.000	84.000
168	3759	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.-	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
169	2949-1	42231701-001	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 33 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	19.200	38.400

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
170	2942-1	42231701-002	SONDA NASOGÁSTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
171	3770	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ BALÓN	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca, Estéril. Descartable	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
172	3763	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconada sin balon. Radiopaca. Estéril. Descartable	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
173	5913	42295453-004	BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 38 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
174	2560	42221803-001	CINTA CARDÍACA: CINTA CARDÍACA DE 80 CM		UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
175	9338	42142709-001	SETS DE NEFROSTOMÍA: SET PARA NEFROSTOMÍA Nº 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
176	5853	42271903-003	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 IZQUIERDO. ESTÉRIL		KIT - JUEGO	Unidad	90	180
177	2443	42142502-006	AGUJA LUMBAR: AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 A 3 1/2.	Estéril desechable. Equivale a 0,7 x 90 mm.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
178	2735	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER : JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONOCATÉTER SIN AGUJA	Estéril.	UNIDAD	Unidad	90.000	180.000
179	2972	42293603-007	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER Nº 30	Estéril, PVC Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
180	2991	42231502-003	SONDA TRANSPILÓRICA: SONDA TRANSPILÓRICA 6FR. 100 % SILICONA	Con oliva corta,Mandril guía, radiópaca, flexible, material 100% silicona, estéril, descartable.-	UNIDAD	Unidad	2.160	4.320
181	2959	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 16	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
182	2960	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 18	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
183	6912	42293603-002	SONDA VESICAL DOBLE VIA SONDA FOLEY N°20 SILICONADA 2 VÍAS TRANSPARENTE	100% de silicona,estéril, flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
184	10144	42221702-9999	INFUSOR PORTATIL PARA QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA - 65 ML.	Estéril, descartable, recipiente de PVC libre de látex de 65 ml. Para 24 hs de infusión, fotosensible, diseñado para realizar infusiones exactas sin pérdida de medicación.-	UNIDAD	Unidad	480	960
185	3854	41116130-128	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD: CONTROL BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, con medio de cultivo incorporado	AMPOLLA	Unidad	600	1.200
186	4598	41116130-128	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD: CONTROL BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO	Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado	AMPOLLA	Unidad	1.500	3.000
187	7256-2	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
188	4469	42281808-001	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN: PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 120 CM X 120 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
189	9470	42131704-001	TOALLAS INTER-HOJAS: TOALLA INTER-HOJAS (CAJA)	Descartable;Producidas con 100% de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos agresivos, extra blanco y suave, alta absorción y rendimiento.-	CAJA	Unidad	20.000	40.000
190	3863	42281916-003	BOLSAS MIXTA PLEGABLE : BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Manta de polipropileno ó papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para óxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
191	3862	42281916-003	BOLSAS MIXTA PLEGABLE: BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para oxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
192	11017	42272011-001	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 10	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	UNIDAD	Unidad	4.200	8.400
193	10646	41123403-005	CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL (SISTEMA CERRADO).	Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con un cierre deslizable en cada una de las vías, conector proxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
194	3859	42281807-007	CINTA TESTIGO P/ OXIDO DE ETILENO: CONTROL EN TIRAS P/ OXIDO DE ETILENO	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para oxido de etileno.-	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Joel Caballero
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
195	2647	42312201-003	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Aguja curva triangular cortante de 2,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Aguja de acero inoxidable fuerte y resistente, estéril. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	48.000	96.000
196	3921	42131703-001	PACKS QUIRURGICOS: PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Con: 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelencia a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana. Longitud de las batas: de 120 a 135 cm. - Mangas con puño elastizado reforzado de 5 a15 cm de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano; - 5 compresas de campo de 1,20 x 1,20 mts.(+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS; - 6 compresas de vientre de 0,50 x 0,65 mts. (+ - 0,3 mts); - 1 cobertor de mesa de 1,30 x 1,80 mts. (0,3 mts). Material plástico impermeable; - 1 cobertor fenestrado de 2,00x 3,15 mts.(+ - 0,3mts) de tela tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
197	2672	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN : + - 0,1 MM.	No absobible, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica, curva, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
198	2674	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 cm.	Longitud mínima. De hebra 60 cm. Con aguja punta ahusada. Gastrointestinal. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
199	2663	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,6 CM. VARIACIÓN: +- 2 MM	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
200	2664	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	42.000	84.000
201	2665	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°5/0 C/AGUJA. DE 2 CM.VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible. Aguja cortante triangular, 3/8 círculo, 2 cm, cuticular/plástica. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
202	2695	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLACTINA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. GASTROINTESTINAL. VARIACIÓN: + - 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra mínimo 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	25.000	50.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
203	7053	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLACTINA N°1 C/AGUJA DE 4 CM. VARIANTE +- 2 MM.	Absorbible, estéril, longitud mínima de hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	25.000	50.000
204	2694	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 2 MM	Absorbible, estéril, longitud mínimo de la hebra 60 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	21.000	42.000
205	2696	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLACTINA.N° 4/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN +- 1 MM	Absorbible, estéril, longitud mínimo de hebra 60 cm con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
206	2692	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE ÁCIDO POLIGLACTINA Nº 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM. VARIACIÓN DE +- 1 MM.	Absorbible, estéril, longitud de hebra 60 cm. Con agujas punta cilindrica 1/2 circulo, deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo-aguja fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	21.000	42.000
207	2697	42312201-005	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 5/0 C/AG DE 1,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 .	Aguja curva atraumática, punta ahusada urológica,1,5 cm. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) .	UNIDAD	Unidad	10.800	21.600
208	3920	42131703-001	PACKS QUIRURGICOS: PAQUETE P/CIRUGÍA ESTÉRIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Cada paquete deberá contar como mínimo con: 4 chalecos o batas quirúrgicas , confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelente a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana, longitud de las batas de 120 a 135 cm. Mangas con puño elastizado, reforzado de 5 a 15 cm aprox. de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano 4 compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts)de tela tejida, tipo SSMMS 6 compresas de vientre (0,50 x 0,65mts(+ - 0,3 mts) 1 cobertor de mesa,de 1,30 x 1,80 mts (+ - 0,3 mts), material plástico impermeable; 1 cobertor fenestrado de 2,00 x 3,15 mts (+ - 0,3 mts) de tela no tejida tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Presentación: kit	UNIDAD	Unidad	20.622	41.244
209	5538	42142518-001	CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA	Con tapa, p/Uso de anatomía patológica.-	UNIDAD	Unidad	72.000	144.000
210	2716	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 9 MM 3/8 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA. Variación +- 0,1 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo. Acero Inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.240	6.480
211	2370	42142502-004	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 21G X 1	Estéril, tribicelada, descartable	UNIDAD	Unidad	90.000	180.000
212	***2449***	***42142514-001***	***AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM***	***Color marrón, estéril, descartable.***	***UNIDAD***	***Unidad***	***20.000***	***40.000***
213	2451	42142523-001	AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLE: AGUJA 27G A 28G X 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	UNIDAD	Unidad	54.000	108.000
214	2457	42182002-001	ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	Plástico Rígido. No Estéril	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCI
Abog. Jaime Joel Caballe
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACION
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
215	2479	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 21	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
216	2480	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
217	2482	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 24	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
218	2477	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 10	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	10.800	21.600
219	2509	42142601-002	TUBO DE ASPIRACION DE CAMPO QUIRURGICO: CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K66	Material PVC, Flexible, con adaptador al Sist. de aspiración, long. Mínima 1,80 mt. Diámetro interno 9 mm, c/pico bucal de una sola pieza, con regulador de flujo en material de PVC rígido, estéril, descartable.-	UNIDAD	Unidad	90.000	180.000
220	2521	42221503-002	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.-	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
221	2532	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
222	2533	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
223	2534	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 12 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
224	2535	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	KIT - JUEGO	Unidad	36.000	72.000
225	2536	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	UNIDAD	Unidad	36.000	72.000
226	2557	42311602-001	CERA PARA HUESO: CERA P/ HUESO		UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
227	2605	42222301-006	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL: EQUIPO P/ MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL	PVC, graduado de 0 (+ - 0) hasta 25 cm (+-10), recto y rígido, estéril, descartable, con o sin filtro. El extremo debe tener encastre perfecto a la llave de tres vías.	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
228	2854	42292904-006	SUTURA MECANICA: SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 25 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	UNIDAD	Unidad	30	60
229	2917	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 10 C/BALÓN 5 CC.	Látex , Siliconado, estéril, flexible, descartable..	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
230	2918	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 12 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
231	2920	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 16 C/ BALÓN DE 5 CC	Látex Siliconada Estéril Flexible .Descartable	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
232	2925	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº. 14 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
233	2927	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
234	2936	42293603-9999	SONDA KEHR: SONDA DE KEHR N° 16	Sonda De Kehr N 16, Látex,	UNIDAD	Unidad	240	480
235	2941-1	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA N°12 , PVC SILICONADA.	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	9.600	19.200
236	2943-1	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	9.600	19.200
237	2944-1	42231701-002	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	UNIDAD	Unidad	9.600	19.200
238	2958	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 14	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	120	240
239	2973	42293603-007	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER: SONDA PEZZER Nº 32	Estéril, PVC Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
240	2974	42293603-007	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER: SONDA PEZZER Nº 34	Estéril, PVC Flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
241	2978	42231502-001	SONDA TRASPILORICA PARA ALIMENTACION ENTERAL: SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 108 DE 8 FRENCH, (ADULTOS)	De 130 cm. De poliuretano, con mandril guía, con punta de tungsteno, de 2 cm, con doble boca.	UNIDAD	Unidad	4.800	9.600
242	3004	42294945-001	ESPONJA HEMOSTATICA QUIRURGICA: ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA	Esponja Hemostática Quirúrgica de Colágeno Natural de Origen Bovino de 8+/-2 cm x 6+/- cm x 1 +- 0,5 cm	UNIDAD	Unidad	4.000	8.000
243	3005	42162016-003	TRAMPA DE MOCUS: TRAMPA PARA MUCUS		UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
244	3122	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
245	3123	41122407-002	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ N° 15	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
246	3355	42295123-001	HEMOSUCTOR QUIRURGICO ADULTO: HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 16 A 18 FR.	Estéril de PVC con tubuladura, 16 a 18 Fr.	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOC...
Abog. Jaime Joel Cab...
JEFE DE DEPARTAMENTO DE L...
DIRECCION OPERATIVA DE CONT...

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			ADULTOS					
247	3491	42201810-002	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 X 30 CM.	De Fondo Verde	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
248	3492	42201810-002	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 X 35 CM.	De Fondo Verde	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
249	3493	42201810-002	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 X 40 CM	De Fondo Verde	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
250	3494	42201810-002	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM	De Fondo Verde	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
251	3531	42142710-003	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1	Desechable Estéril. De Látex	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
252	3533	42142710-003	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 5/8	Desechable Estéril. De Látex	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
253	3534	42142710-003	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1/4	Desechable Estéril. De Látex	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
254	3542-2	42132203-001	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE MEDIANO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	UNIDAD	Unidad	1.800.000	3.600.000
255	3543	42132203-001	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE GRANDE NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	UNIDAD	Unidad	1.500.000	3.000.000
256	3544-2	42132203-001	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	UNIDAD	Unidad	900.000	1.800.000
257	3545	42132205-001	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°7 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	UNIDAD	Unidad	600.000	1.200.000
258	3546	42132205-001	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	UNIDAD	Unidad	720.000	1.440.000
259	3548	42132205-001	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°7 1/2 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, Longitud: mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, Espesor: mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	UNIDAD	Unidad	1.500.000	3.000.000
260	3549	42132205-001	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nº 8 1/2	Látex Quirúrgico. Largo	UNIDAD	Unidad	360.000	720.000
261	3628	42181702-004	ELECTRODO PEDIATRICO: ELECTRODO DESCARTABLE PEDIÁTRICO	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 3 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 4 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
262	3633	42181702-003	ELECTRODO ADULTO: ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 4 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 5 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	UNIDAD	Unidad	150.000	300.000
263	3659	42295453-009	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINA: SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL / PLEURAL DE 2000 CC. (+ - 500 CC)	De material plástico transparente (PVC), con trilla graduada. Con tubo de drenaje pleural / mediastinal sin trocar, de múltiples orificios no enfrentados entre sí, con linea radiopaca, de 36- 40 Fr de diámetro. Estéril.	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
264	3666	42149999-9990	TRANSDUCTOR DE PRESION PARA EQUIPO BIOMEDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	Conector Tipo DT 4812, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
265	3710	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 0	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	360	720
266	3711	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 1	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	360	720
267	3712	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 3	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	360	720
268	3720	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	UNIDAD	Unidad	150	300

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Igel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			TRAQUEOSTOMÍA N° 7 SIN BALÓN					
269	3737	42221612-001	LLAVE DE TRES VIAS: LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	Plástico Rígido Estéril, conección a rosca	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
270	3757	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2 S/BALÓN	Flexible Siliconado S/ Balón Radiópaco Estéril	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
271	3758	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 2,5 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconada S/ Balón Radiópaco Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
272	3760	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	4.800	9.600
273	3762	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	UNIDAD	Unidad	4.800	9.600
274	3765	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconado. Radiopaca. Estéril	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
275	3827	41103311-002	MANOMETRO DE OXIGENO: MANÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	Ajustado a 3,5 Kg/cm2 ó PSI, Válvula de sobre presión como seguridad y conexión Diss. Humidificador con rosca interna metálica, debe ser compatible con la mascarilla de nebulización.-	UNIDAD	Unidad	300	600
276	3832	40101903-001	HUMIDIFICADOR: HUMIDIFICADORES P/ BALÓN DE OXÍGENO C/ TOMA DISS		UNIDAD	Unidad	300	600
277	3838	42295406-001	APOSITO TRANSPARENTE: APOSITO TRANSPARENTE DE 6 CM X 7 CM (+ - 2) HIPOALERGENICO P/FIJACION DE CATETER	Estéril	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
278	3840	42281916-002	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO, C/FUELLE. 11 X 3 X 19 CM(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm. Caja x 100 uds.	UNIDAD	Unidad	1.080.000	2.160.000
279	3841	42281916-002	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR. QUÍMICO C/ FUELLE. 14 X 5 X 33 CM.(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm	UNIDAD	Unidad	750.000	1.500.000
280	3844	42281916-002	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 32 X 12 X 54 CM (+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 5 cm y la altura +- 10 cm . Presentación: Caja .	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
281	3846	41104112-004	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	De Látex,	UNIDAD	Unidad	4.800	9.600
282	3847	41104112-004	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: BOLSA COLECTORA ORINA. ADULTOS. 1500 - 2000 CC	Para adultos, con desagote y válvula antirreflujo de 1500 a 2000 cc. Con asa de sostén.-	UNIDAD	Unidad	120.000	240.000
283	3849	42295453-004	BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
284	3850	41104112-001	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS: BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑOS.	Estéril Descartable	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
285	3851	41104112-001	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS: BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑAS.	Estéril Descartable	UNIDAD	Unidad	4.320	8.640
286	3856	42281807-007	CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO: CINTA TESTIGO P/ ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo	UNIDAD	Unidad	9.600	19.200
287	3857	42281807-004	CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO: CINTA TESTIGO QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO.	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo (Control adhesivo químico p/esterilización por autoclave)	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
288	3858	42281806-001	CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA: CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para calor seco.-	UNIDAD	Unidad	120.000	240.000
289	3865	42281808-001	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN: PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 130 CM X 180 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	UNIDAD	Unidad	42.000	84.000
290	3888	42312301-002	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO 10 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	Unidad	36.000	72.000
291	3889	42312301-002	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO 15 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	Unidad	36.000	72.000
292	3890	42312301-002	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	Unidad	36.000	72.000
293	3891	42312301-001	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO	Peso Neto (de algodón) como mínimo 300 g, bajo tenor de impurezas, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo/zigzag.	UNIDAD	Unidad	21.600.000	43.200.000
294	3892	42312301-001	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	UNIDAD	Unidad	4.800.000	9.600.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Jorl Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			CORTADO 8CM X 6 MT.					
295	3893	42312301-001	ALGODÓN HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 12CM X 6 MT	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	UNIDAD	Unidad	4.800.000	9.600.000
296	3894	42312301-001	ALGODÓN HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 32CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	UNIDAD	Unidad	6.000.000	12.000.000
297	3896	42311511-001	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL.	Cortada en piezas de 40 m de largo mínimo X 90 a 100 cm de ancho, doblada en zig zag, algodón 100%, absorbente, mínimo 16 hebras/cm2 con terminaciones laterales como mínimo de tres hilos. Serán sometidos a los sgtes. estudios: -capacidad de retención de agua; -contenido de algodón; -peso/m2: como mínimo 24,5 g/m2; -acidez y alcalinidad; -número de hilos. (Según Farmacopea Americana USP 35 NF 30 o ediciones posteriores). Presentación Unidad.	UNIDAD	Unidad	960.000	1.920.000
298	3903	42311505-003	VENDA ELASTICA: VENDA ELÁSTICA DE 10 CM X 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO	Alta compresión, presentación: rollos. No adherente.	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
299	3904	42311505-002	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 10 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	UNIDAD	Unidad	45.000	90.000
300	3905	42311505-002	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 15 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos . No adherente.	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
301	3906	42311505-001	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA 15 CM X 3 MTS DE LARGO MÍNIMO	De rápido secado, 3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
302	3907	42311505-001	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA 20 CM X 3 MT DE LARGO MÍNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
303	3913	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
304	3915	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 10 CM	10 cm. De ancho x 5 mt. De largo mínimo, alta adherencia, en sustrato impermeable (a prueba de humedad), carretes	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
305	3916	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA	10 cm de ancho x 4,5 mt de largo mínimo, antialérgico, alta adherencia, impermeable	UNIDAD	Unidad	36.000	72.000
306	3917	42151626-018	GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES	Desechables resistente a fluídos, tamaño estándar con goma.	UNIDAD	Unidad	600.000	1.200.000
307	3918-2	42131609-001	BOTA CUBRE CALZADO: CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard..	UNIDAD	Unidad	240.000	480.000
308	3919	42295407-001	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	Con triple filtro, resistente a fluidos, material liviano, flexible con cuatro tiras fijadoras separadas	UNIDAD	Unidad	750.000	1.500.000
309	3922	42131702-001	BATA QUIRURGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	UNIDAD	Unidad	132.000	264.000
310	3926	42221505-002	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 21	Estèril Descartable	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
311	3928	42221505-002	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 25	Estèril Descartable	UNIDAD	Unidad	36.000	72.000
312	3929	42221505-002	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 19	Estèril Descartable	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
313	3932	41123403-008	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCION FOTOSENSIBLE: EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO	C/ Aguja Incluída	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
314	4242	42294002-001	ESPATULA PARA PATOLOGIA CERVICAL: ESPÁTULA DE MADERA P/ PATOLOGÍA CERVICAL	Paquete por 100 a 200 Unidades	UNIDAD	Unidad	84.000	168.000
315	4680	42295428-001	TUBO DE IRRIGACION: EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA	Con interruptores de plástico, estéril, descartable.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
316	4682	41123403-005	CONEXION PARA INFUSION PARENTERAL: CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: CONECCIÓN CON 4 VÍAS P/INFUSIÓN PARENTERAL	Material PVC flexible, transparente, con una linea intravenosa primaria, conexiones a rosca, con clamp de seguridad en cada línea de conexión, estéril, descartable	UNIDAD	Unidad	50.000	100.000
317	4686	42141902-001	BOLSAS DE ENEMA: BOLSA DE COLON SIMPLE CON CÁNULA	Capacidad 1000 A 2500 cc. Con Cánula simple, conector adaptable, boca con tapa, clamp obturador, no estéril.-	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
318	4760	42311505-002	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 20 CMS X 1,50 A 1,80 MTS.DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	UNIDAD	Unidad	36.000	72.000
319	4821	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	UNIDAD	Unidad	36.000	72.000
320	5424	53131615-002	TOALLA HIGIENICA S/ALAS: APOSITO POS-PARTO (MEDIDA MÍNIMA 30 X10 CM LARGO Y ANCHO)	Toalla higiénica hospitalaria.	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
321	5437	42295406-001	APOSITO TRANSPARENTE: APOSITO TRANSPARENTE P/FIJACIÓN DE CATÉTER, HIPOALERGÉNICO DE 10 CM X 12 CM(+ - 2)	Estéril	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
322	5456	42143105-001	CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.	Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación.	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
323	5551	42295453-004	BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)		UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
324	5761	42191809-001	COMPRESA DE VIENTRE: COMPRESA ABDOMINAL 45 X 45 CM (+ - 5 CM)	Dobladas en cuatro capas, con cinta radiópaca, sin almidón, Absorvente, No Estériles,Confeccionada en Gasa de 16 Hebras x cm2	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
325	5787	42311511-001	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 10 X 10 CM (+ - 1)	Blanca, de Algodón Absorvente. Material NO DESHILACHABLE, Paquetes de 10 A 20 Unidades, que dobladas en cuatro deben medir 10 x 10 cm (+ - 1)	UNIDAD	Unidad	1.800.000	3.600.000
326	5788	42311511-001	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)	Abiertas:15 x 15 cm y dobladas en cuatro deben medir 7,5 x 7,5 cm, algodón 100% absorvente, material no deshilachable,blanca, paquetes de 10/20 unidades.	UNIDAD	Unidad	1.500.000	3.000.000
327	5822	42221501-001	CATETER EPICUTANEO: CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,3 MM X 0,6 MM	Catéter de acceso central por vía periferica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 2 FR 0,3 mm de diámetro interno y 0,6 mm de diámetro externo, estéril	KIT - JUEGO	Unidad	1.800	3.600
328	5837	42311506-001	APOSITO HIDROCOLOIDE: APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (LARGO Y ANCHO)	Estéril	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
329	5875	42181702-005	ELECTRODO NEONATAL: ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL	Para recién nacido, cabecera de metal, base de forma circular, cuadrada o rectangular, soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse,empaque resistente a la humedad.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
330	5886	42162001-003	ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	Estéril	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
331	5915	42295453-004	BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA P/COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
332	7068	42221501-001	CATETER EPICUTANEO: CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,27 MM X 0,58 MM	Catéter de acceso central por vía periférica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 1,8 FR 0,27 mm de diámetro interno y 0,58 mm de diámetro externo, estéril	KIT - JUEGO	Unidad	3.000	6.000
333	5931	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC		UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
334	6024	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8 C/ BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	600	1.200
335	6110	41104112-004	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: BOLSA EST.P/ RECL. DE ORINA ADLT. C/ URINÓMETRO		UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
336	6155-1	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE J N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
337	6155-2	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL : CATÉTER DOBLE J N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
338	6614	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC siliconada, radiópaca,Estéril. Descartable	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
339	6616	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
340	6617	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 6,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
341	6618	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N°	Flexible, PVC estéril, siliconada, radópaca.	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			7 C/BALÓN,					
342	6619	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	UNIDAD	Unidad	14.000	28.000
343	6620	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALÓN	Flexible, PVC, siliconada, radiópaca. Estéril.	UNIDAD	Unidad	14.000	28.000
344	6630	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 14	Con camisa protectora. Estéril	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
345	6917	42271709-005	CÁNULA NASAL ADULTO PARA OXÍGENO	Bigotera y dos cánulas intranasalesde silicona 100 % de arco regulable y prolongador de PVC siliconado, libre de látex, estéril, flexible.	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
346	6920	42271709-005	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA PARA OXIGENOTERAPIA 9 FR	Bigotera y dos cánulas intranasales de 9 Fr de silicona 100%, un arco de 45 a 48 cm. de largo regulables de PVC siliconado, libre de látex. Las dos cánulas intranasales deben tener un diámetro externo de 3 mm y diámetro interno de 2.30 mm con punta roma o redondeada (atraumática), insertadas sobre el arco. Estéril, flexible. Prolongador de PVC siliconado de 1.20 a 1.60 cm de longitud, libre de látex.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
347	6951	42142502-002	AGUJA PARA ASPIRACION DE MEDULA: AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA	De 15 a 16 G de 20 a 70 mm de longitud. Adulto/pediatrica. Estèril Desechable. Presentación. Unidad	UNIDAD	Unidad	900	1.800
348	7009	42142607-001	JERINGA PICO FINO: JERINGA PICO FINO DE 50 ML - 60 ML	Estéril, descartable,sin aguja	UNIDAD	Unidad	60.000	120.000
349	7039	42293603-003	SONDA VESICAL TRIPLE VIA: SONDA FOLEY N°24 TRES VÍAS-	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
350	7040	42293603-003	SONDA VESICAL TRIPLE VIA: SONDA FOLEY N°22 TRES VÍAS	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
351	7085	42292904-006	SUTURA MECANICA: SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 33 MM. DE DIÁMETRO	Con visor de rango de cierre curvo. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejidos, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	UNIDAD	Unidad	30	60
352	7095	42295513-002	MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 X 15 CM	Estéril. Variación del ancho + 10 cm y del largo + 5 cm.	UNIDAD	Unidad	360	720
353	7136	42295453-001	FRASCO PARA DRENAJE: FRASCO PARA DRENAJE DE 500 CC	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	UNIDAD	Unidad	7.500	15.000
354	7137	42295453-001	FRASCO PARA DRENAJE: FRASCO PARA DRENAJE DE 1.000 CC	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
355	7165	42221503-003	CATETER PARA INFUSION DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona): - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores de Slidelock; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber; - 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
356	7202	42261610-001	TUBO EN T CON CONEXION CORRUGADO: TUBO T	Con nebulizador y tubuladura de conección para Oxígeno, PVC, Estéril o altamente desinfectada, con ó sin máscara. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	7.500	15.000
357	7256-1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
358	7258-2	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE J N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440
359	3035	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 8 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
360	7317	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 10 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
361	7318	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 12 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
362	7320	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 16 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
363	7347	42221616-002	PROLONGADOR DE VIA: PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VÍAS		UNIDAD	Unidad	10.200	20.400
364	8074	42293603-001	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 A 5 CC	Siliconada, Estéril, Flexible, Descartable.	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
365	8737-2	42142702-9999	CATETER / STENT URINARIO URETRAL:	Estéril, descartable de 28 cm.	UNIDAD	Unidad	720	1.440

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			CATÉTER DOBLE J N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR					
366	8995	41112213-002	TERMOMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el símbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. Resolusión: Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) Rango de medición: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. Batería interna: de 1.5 V o menor.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
367	3584	41112213-002	TERMOMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR	Digital-Pantalla: LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el símbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. Resolusión: Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. Precisión: ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) Rango de medición: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. Batería interna: de 1.5 V o menor.	UNIDAD	Unidad	12.000	24.000
368	9272	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.-	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
369	9337	42142709-002	SETS DE CISTOSTOMIA: SET PARA CISTOSTOMÍA N° 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
370	9357	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/ AGUJA 2,5 CM, 1/2 CILINDRICA, VARIACIÓN: +- 2 mm	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.500	3.000
371	2649	42312201-003	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA.	No absorbible, hebra resistente multiples, estéril longitud mínima de 60 cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
372	2651	42312201-003	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja, de mínimo 10 hebras X 75 cm., trenzado, resistente, estéril. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	7.500	15.000
373	2657	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 0 C/AGUJA DE 2 CM	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Cuticular .Variación + - 1 mm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Longitud mínima de la hebra 60 cm. No absorbible. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
374	2667	42312201-006	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/AGUJA 2 CM . VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorbible, monofilamento, estéril, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud mínima de hebra 45 cm como mínimo. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	22.500	45.000
375	7041	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER : SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO CON (PTFE), VARIACIÓN: +- 2 MM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado con almohadilla politetrafluoretileno (PTFE) , con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	3.300	6.600
376	7049	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER : SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 4/0 C/2 AGUJAS 1,5 CM. (+ - 0,2 cm)	Con 2 agujas cilíndricas 1,5 cm. Sin almohadilla de politetrafluoroetileno (PTFE), variación + - 0,2 cm. Longitud mínima 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	240	480
377	2679	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 3,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	150	300
378	2691	42312201-008	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 2/0 S/AGUJA	Sin Aguja, Trenzado, como mínimo 15 Hebras X 75Cm. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
379	7162	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/ AGUJA 4 CM, CILÍNDRICA. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 mm.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
380	7057	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3 CM. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0.2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	UNIDAD	Unidad	2.850	5.700
381	3007	42292904-007	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA: CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE DE 75 MM. VARIACIÓN +- 5 MM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO.	Por cada 10 cartuchos debe incluir 1 dispositivo. Los cartuchos deben ser estériles, descartables, para tejidos normales y gruesos. Con bisturi en las cargas o en el dispositivo. Las grapas de titanio. El dispositivo debe ser reestirilizable. Presentación Kit.	UNIDAD	Unidad	800	1.600
382	9466	42132105-001	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA PARTE DE ABAJO 1,90 A 1,95 MTS. X 1,52 A 1,57 MTS.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
383	9467	42132105-001	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 A 1,95 X 0,90 A 0,95 MTS.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	Unidad	10.200	20.400
384	9468	42132105-001	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 A 0,55 X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	Unidad	1.950	3.900
385	9469	42132105-001	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA 0,70 A 0,75 MTS. X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	Unidad	1.975	3.950
386	9480	42141902-001	BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE	Capacidad de 1000 a 2500 cc,con sus respectivas almohadillas y manguitos para insuflar, no estéril.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
387	9481	53131622-001	CONDONES: PRESERVATIVO	De Látex de caucho natural, resistente a roturas, Lubricado con Cloruro de Benzalconio o silicona, con Depósito,Adaptable, Flexible, para uso masculino	UNIDAD	Unidad	120.000	240.000
388	9689	42221504-003	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO DE 30 A 35 MM DE LONGITUD	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10 ml)	UNIDAD	Unidad	150.000	300.000
389	9690	42221504-003	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO DE 30 A 32 MM DE LONGITUD MÁXIMA	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10 ml)	UNIDAD	Unidad	201.000	402.000
390	2530	42221504-003	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 DE 25 MM DE LONGITUD MÁXIMA USO PEDIÁTRICO	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 35 ml/min.	UNIDAD	Unidad	201.000	402.000
391	2531	42221504-003	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 DE 19 A 20 MM DE LONGITUD.	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10 ml)	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
392	9688	42221504-003	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°16 DE POLIURETANO DE 32 A 45 MM DE LONGITUD	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 205 ml/min.	UNIDAD	Unidad	24.000	48.000
393	9880	42242302-052	COLLAR ORTOPEDICO: COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO GRANDE	Material Plastazote y velcro, regulable	UNIDAD	Unidad	200	400

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
394	9903	42131702-001	BATA QUIRURGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ - 6)gr/m2. Resistente a fluídos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 a 135 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	UNIDAD	Unidad	120.000	240.000
395	9904	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 00	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	48	96
396	9905	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 2	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	120	240
397	9906	42142402-007	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 4	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	120	240
398	9907	42271802-002	MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
399	10149	42143106-001	KIT EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLÓGICO: EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)	Componentes: Aspirador cilindrico de 60 ml, con aro de seguridad; Válvulas(sencillas y dobles); Embolo con mango ergonómico y anillos de seguridad; Sistema de cánulas rígidas multiuso: cánulas de, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. Capacidad: contención 60 cc; succión 24 - 26 pulgadas de mercurio, compatibilidad con canulas rígidas mutiuso. Estéril. Presentación: kit.	UNIDAD	Unidad	90	180
400	10158	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	900	1.800
401	10159	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
402	10160	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
403	10161	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
404	10162	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
405	7255-1	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
406	7255-2	42231502-006	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
407	10645	42222001-004	EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO PARA SOLUCIONES: EQUIPO VOLUMÉTRICO 140 A 150 ML(SISTEMA CERRADO)	Equipo volumétrico 140 a 150 ml, espiga con protector, con cámara de goteo con válvula antirreflujo y filtro de aire, con dos cierres rotatorios para regular el goteo con dos puertos de inyección (el primero en la cámara y el segundo situado en la línea próxima al paciente), libre de aguja sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica), conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 190 cm (+ - 40 cm). Fabricado en PVC, grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. Observación: La medición se realizará por debajo del gotero hasta la línea próxima del paciente.	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
408	2731-2	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta a presión.	UNIDAD	Unidad	1.980.000	3.960.000
409	2731-3	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	UNIDAD	Unidad	1.980.000	3.960.000
410	2733-1	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	UNIDAD	Unidad	900.000	1.800.000
411	2733-2	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X11/2. Embolo de goma y punta a presión.	UNIDAD	Unidad	1.020.000	2.040.000
412	2724	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril, Embolo de goma.	UNIDAD	Unidad	600.000	1.200.000
413	2729	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA	Estéril C/Aguja 21X1.1/2. Embolo De Goma y Punta Enroscable	UNIDAD	Unidad	1.800.000	3.600.000
414	2739	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA	Estéril, Descartable, c/Aguja Desmontable.	UNIDAD	Unidad	600.000	1.200.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI. C/AGUJA DE 27G A 28G X 1/2					
415	2742	42142609-001	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 1 CC P/TUBERCULINA C/AGUJA 27 G A 28 G X 1/2	Estéril, descartable, c/aguja desmontable.	UNIDAD	Unidad	300.000	600.000
416	2948-1	42231701-001	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 30 PVC SILICONADA	Estéril,material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
417	2948-2	42231701-001	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	Estéril, material 100%, siliconada, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
418	3657-2	42294713-001	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO- MODELO SAMS 2	KIT - JUEGO	Unidad	360	720
419	5594-1	42294713-001	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA PEDIÁTRICO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO-MODELO SAMS 2. Rango: Como mínimo a 15 (quince) Kilo gramos o más. Presentación Kit.	KIT - JUEGO	Unidad	30	60
420	5595-2	42294713-001	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A MACHI II.	KIT - JUEGO	Unidad	30	60
421	11019	42272011-001	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	UNIDAD	Unidad	600	1.200
422	11020	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	UNIDAD	Unidad	600	1.200
423	11021	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	UNIDAD	Unidad	240	480
424	11022	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	UNIDAD	Unidad	120	240
425	11023	42221503-007	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluída, con alambre guía. Kit completo.	UNIDAD	Unidad	120	240
426	11024	40101903-003	FILTRO ANTIBACTERIANO: FILTRO BACTERIANO C/HUMIDIFICADOR PEDÍATRICO	Estéril, Descartable, Con Adaptador Corrugado.	UNIDAD	Unidad	2.040	4.080
427	11025	42291620-004	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 6 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, más trocar	UNIDAD	Unidad	60	120
428	10740	41123403-9999	PICO INYECTOR PARA FRASCOS: PICO PARA IRRIGACIÓN DE FRASCOS DE SUEROS CON SISTEMA CERRADO	Dispositivo estéril de poliuretano rígido con tapa y aleta para irrigación con protector que permita grandes volúmenes.	UNIDAD	Unidad	66.000	132.000
429	3632	42203503-002	ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO EPICÁRDICO. C/ 2 AGUJAS	Agujas Recta Y Curva	UNIDAD	Unidad	2.520	5.040
430	6919	42142402-009	CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR	Bigotera de Silicona 100%, formada por un arco de 45 a 48 cm. De largo y dos cánulas intranasales de 6 Fr regulables. Diámetro externo de 2 mm y diámetro interno de 1,30 mm con punta roma o redondeada (atraumática), insertadas sobre el arco. Estéril, flexible. Prolongador de PVC siliconado de 1,20 a 1,60 cm de longitud. Envases primarios: sobres pelables, con papel apto para la esterilización por óxido de etileno.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
431	6941-1	42191501-001	AEROCAMARA:: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño infantil.	UNIDAD	Unidad	9.000	18.000
432	6941-2	42191501-001	AEROCAMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño para adultos.	UNIDAD	Unidad	8.250	16.500
433	3529	42295427-001	CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO: CEPILLO QUIRÚRGICO	Cepillo Quirúrgico Impregnado Con Iodopovidona. Descartable	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
434	***5850***	***42271903-003***	***TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL***		***KIT - JUEGO***	***Unidad***	***50***	***100***
435	3769	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	3.600	7.200
436	3768	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	1.200	2.400
437	2772	42141607-002	ORINAL PLASTICO MASCULINO: ORINAL DE PLÁSTICO	Orinal De Pvc Rígido Masculino Adulto	UNIDAD	Unidad	2.700	5.400
438	3771	42293603-005	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N°	Flexible Siliconado. Estéril	UNIDAD	Unidad	180	360

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			9 SIN BALÓN					
439	5692	42272304-003	RESUCITADOR PEDIATRICO C/ CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ML	Bolsa autoinflable con reservorio de O2 de 500 ml,máscara anatómica de silicona N°0, transparente con borde almohadillado, válvula unidireccional con entrada de Oxígeno, entrada de admisión de aire de ambiente. Salida expiratoria, válvula de seguridad.-	UNIDAD	Unidad	180	360
440	5846	42171607-001	PROTECTOR PARA TIROIDES (CUELLERA) DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)	Plomado de 0,5 mm de plomo de espesor	UNIDAD	Unidad	120	240
441	3489	42201803-001	PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 X 24 CM.		UNIDAD	Unidad	7.800	15.600
442	4394	46181811-002	LENTES O GAFAS PROTECTORAS: LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR .	De policarbonato, tamaño Standard, Material liviano, descartable	UNIDAD	Unidad	600	1.200
443	6128	42204002-9999	LENTES DE PROTECCION RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X	Peso no mayor a 136 gr. Contenido de plomo ó equivalente en el vidrio ó cristal: 0,50 a 0,75 mm. Marco ó armazón: material de plástico ó equivalente (vinyl,policarbonato,propionato de celulosa)	UNIDAD	Unidad	18	36
444	4388	41104102-003	LANCETA DESECHABLE: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	Desechable, estéril	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
445	10154	42271702-999	HALO CEFALICO: HALO CEFÁLICO PEQUEÑO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxigeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	UNIDAD	Unidad	7	15
446	3550	42271702-999	HALO CEFALICO: HALO CEFÁLICO GRANDE	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxígeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	UNIDAD	Unidad	5	10
447	10644	41123403-001	EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO).	Calibrado a 60 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en Estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión proxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+- 10cm). Fabricado en PVC grado médico tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
448	3717	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	240	480
449	3716	42142402-001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	UNIDAD	Unidad	360	720
450	2472	42181501-001	BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE MADERA		UNIDAD	Unidad	600.000	1.200.000
451	9687	42271903-002	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO ESPIRAL: TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 6	Estéril	UNIDAD	Unidad	20	40
452	6786	42271903-002	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO ESPIRAL: TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 7,5	Estéril	UNIDAD	Unidad	40	80
453	2491	42231504-002	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	Con sistema de llenado incorporado con 3 lineas de bajada.	UNIDAD	Unidad	3.900	7.800
454	3843	42261916-002	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 18 X 9,5 X 38 CM. PARA AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm. Caja x 100 uds.	UNIDAD	Unidad	150.000	300.000
455	7001	42142402-006	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON : CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	UNIDAD	Unidad	2.400	4.800
456	3459-3	42204002-002	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO GRANDE/TAMAÑO MEDIANO-COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE/MEDIANO COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	UNIDAD	Unidad	6	12

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
457	2462	42181608-001	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	UNIDAD	Unidad	3.000	6.000
458	10156	42181608-001	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	UNIDAD	Unidad	300	600
459	2619	42301506-001	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO	Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	UNIDAD	Unidad	600	1.200
460	3860	42261807-008	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867	UNIDAD	Unidad	30.000	60.000
461	2856	42295513-002	MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO GRANDE 30 X 30 CM (+ - 5)	Con tramas no deshilachables al producirse el corte, estéril	UNIDAD	Unidad	600	1.200
462	6918	42271802-002	MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA ADULTOS	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	UNIDAD	Unidad	49.800	99.600
463	2947-1	42231701-001	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 35 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	18.000	36.000
464	***5848***	***42271903-003***	***TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 IZQUIERDO. ESTÉRIL***		***KIT - JUEGO***	***Unidad***	***50***	***100***
465	7011	42311505-001	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT.LARGO MÍNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo minimo, presentación: rollos	UNIDAD	Unidad	6.000	12.000
466	6943	42142502-004	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 23G X 1 (USO PEDIÁTRICO)	Estéril, tribicelada, descartable	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
467	2371	42142502-004	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	UNIDAD	Unidad	180.000	360.000
468	2465	42181608-001	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm de fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), Brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. De 10 a 12 x 34 a 45 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	UNIDAD	Unidad	300	600
469	3103	42311702-001	CLAMP UMBILICAL: CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	UNIDAD	Unidad	15.000	30.000
470	2775	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	Estéril, Descartable	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
471	3101	42221506-001	CATETER UMBILICAL ARTERIAL: CATÉTER UMBILICAL NEONATAL UNILÚMEN DE 15 A 20 CM DE LONGITUD	Estéril de 15 a 20 cm. De longitud. Descartable, de 3,5 Fr. a 4 Fr.-	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
472	2945-1	42231701-001	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 31 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	UNIDAD	Unidad	9.900	19.800
473	9886	42201803-001	PLACA MAMOGRAFICA: PELÍCULA MAMOGRÁFICA 24 X 30 CM.		UNIDAD	Unidad	750	1.500
474	11097	42141805-002	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G20	Aguja: Diámetro G20, Longitud 6" (100mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600
475	11095	42141805-002	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G22	Aguja: Diámetro G22, Longitud 2" (50mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	1.800	3.600

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Codigo	Código Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
476	11096	42141805-002	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G21	Aguja: Diámetro G21, Longitud 4" (100mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	7.800	15.600

2. ***Sección III Suministros Requeridos: Muestras de Productos para Control de Calidad, se eliminan los siguientes productos:***

- *2446-* AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 22G X 3 1/2 C/INTRODUCTOR.
- *2442-* AGUJA LUMBAR: AGUJA P/PUNCIÓN LUMBAR 18G X 3 A 3 1/2 P/PERIDURAL.
- *7084-* CATETER PERIDURAL / EPIDURAL CON PROLONGADOR: CATÉTER P/ RAQUÍDEA CONTÍNUO.
- *3773-* SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL N° 10 SIN BALÓN.
- *3772* - SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9,5 SIN BALÓN.
- *2730* - JERINGA DE VIDRIO JERINGA DE VIDRIO DE 10 CC.
- *2732-* JERINGA DE VIDRIO JERINGA DE VIDRIO DE 20 CC.
- *9271-* SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS - PEDIATRICO SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN 7, 5 FR.- 8 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO.
- *9477-* SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS – PEDIATRICO SET DE CATÉTER DOBLE LÚMEN CON CUFF 8 A 10 FR. P/HEMODIÁLISIS PEDIÁTRICO.
- *10643-* EQUIPO MACROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MACROGOTERO DE INFUSION IV. (SISTEMA CERRADO).
- *3718* - CATETER PERIDURAL / EPIDURAL: CATÉTER P/ PERIDURAL CONTÍNUO.

Y se agregan los siguientes productos:

- **11097-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G20.
- **11095-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G22.
- **11096-** AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G21.

La planilla de MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA CONTROL DE CALIDAD, queda de la siguiente manera:

MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA CONTROL DE CALIDAD.

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
1	42203708-002	3469	LIQUIDO FIJADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS: FIJADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para procesadora automática, Kit x 30 a 40 litros.	Kits	Unidad	N/A	N/A
2	42203704-001	3501	LIQUIDO REVELADOR PARA PLACAS RADIOGRAFICAS: REVELADOR PARA PROCESO RÁPIDO	Para 30 a 40 Lt. Para procesadora automática- Kits.	Kits	Unidad	N/A	N/A
3	42201810-002	3488	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 18 X 24 CM.	De Fondo Verde	Unidad	Unidad	N/A	N/A
4	42292904-001	2564	CLIPADORA: CLIPADORA AUTOMÁTICA CON VÁSTAGO GIRATORIO CON 20 CLIPS MEDIUN-LARGE LT 300 A LT 1400		Unidad	Unidad	N/A	N/A
5	42272001-004	2640	FOQUITO PARA LARINGOSCOPIO: FOQUITOS PARA LARINGOSCOPIO DE HOJAS CURVAS.	Adaptable a juego de laringoscopio de hojas curvas.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
6	42204002-002	3459-2	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO TAMAÑO MEDIANO/ COMPLETO	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
7	42204002-002	3459-4	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO TAMAÑO MEDIANO/ PARCIAL	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
8	42204002-002	3459-5	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE/ PARCIAL	Protectores de "Rayos X",Plomado, de doble cobertura anterior de 0,5 mm, posterior de 0,25 mm a 0,3 mm.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dog. Jaime José Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
9	41114509-007	5753	BRAZAL PARA APARATO DE PRESION PEDIATRICO: BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN N° 1 (NEONATAL)		Unidad	Unidad	N/A	N/A
10	41114509-007	5754	BRAZAL PARA APARATO DE PRESION PEDIATRICO: BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN N° 2 (NEONATAL)		Unidad	Unidad	N/A	N/A
11	42271718-9997	8066	MEDIDOR DE PRESION PARA BALON ENDOTRAQUEAL: MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DE BALÓN ENDOTRAQUEAL		Unidad	Unidad	N/A	N/A
12	46182005-004	9729	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°0	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
13	46182005-004	6784	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°1	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
14	46182005-004	9730	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°2	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
15	46182005-004	6783	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°3	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
16	46182005-004	9728	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°4	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
17	46182005-004	6782	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA: MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA N°5	Siliconada para circuito de anestesia	Unidad	Unidad	N/A	N/A
18	42271708-004	3726	MASCARA PARA OXIGENO GRANDE: MASCARILLA P/ OXÍGENO	Con sistema venturi y prolongador (tubuladura) para Oxigeno con accesorios de medición FIO2	Unidad	Unidad	N/A	N/A
19	42181608-002	2777	PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESION: PERA DE GOMA PARA APARATO DE PRESIÓN	Pera de inflado de goma, resistente y de alta elasticidad para uso en adultos y pediátrico.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
20	42291813-011	2351	PICO DE ELECTROBISTURI: PICO PARA ELECTROBISTURÍ	Adaptable a Eq. Valleylab Forceps II con cable y mango,descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
21	42281508-9981	9900	TEST DE BOWIE DICK: TEST DE BOWIE DICK	Test para detectar presencia de Aire en la cámara (Autoclave) Prueba en paquete lista para su uso.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
22	42271903-001	11069	TUBO ENDOTRAQUEAL : TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 0.5	Reutilizable. Para pacientes hasta 4 kilos. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
23	42271903-001	11070	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 1.0	Descartable. Para pacientes de 4 a 7 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
24	42271903-001	11071	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 1.5	Descartable. Para pacientes de 7 a 17 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
25	42271903-001	11072	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 2.0	Descartable. Para pacientes de 17 a 30 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
26	42271903-001	11073	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 2.5	Descartable. Para pacientes de 30 a 50 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
27	42271903-001	11074	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 3.5	Descartable. Para pacientes de 50 a 70 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
28	42271903-001	11075	TUBO ENDOTRAQUEAL: TUBO LARINGEO SUPRAGLÓTICO CON MÁSCARA AUTOPRESURIZABLE DE 4,5	Descartable. Para pacientes de 70 a 100 kilos aprox. Permite el paso de tubos endotraqueales. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
29	42271903-001	11085	TUBO ENDOTRAQUEAL: CATÉTER DE RESCATE PARA VÍA AEREA. ADULTO	Con punta curva y flexible. De 14 fr y 65 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad	Unidad	N/A	N/A
30	42271903-001	11086	TUBO ENDOTRAQUEAL: CATÉTER DE RESCATE PARA VÍA AEREA. PEDIÁTRICO	Con punta curva y flexible. De 8 fr y 35 cm aprox de largo con canula y válvula para conexión a ventilación	Unidad	Unidad	N/A	N/A
31	42272504-003	11093	CAJA PERIDURAL: KIT DE ANESTESIA PERIDURAL	Aguja peridural punta tipo tuohy 18 G de 80 mm con mandril codificado por color y marcas de inserción. Catéter peridural 20 G de 1000mm con marcas por cm y 6 orificios laterales. Conector de catéter. Jeringa de perdida de resistencia, Filtro plano peridural de 0.2 µ (micras), Fijador de filtro autoadhesivo. Presentación. kit	Unidad	Unidad	N/A	N/A
32	42221604-002	6134	TAPA PARA CATETER: CONECTOR SILICONADO PARA CATÉTER	Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con conexión a rosca y punta catéter de estandar ISO, resistente a altas presiones tales como se presentan en lineas arteriales y NPT, compatibles con soluciones lipidicas, quimioterapéuticas y antibióticas, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
33	42142514-001	6944	AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 27G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM.	Color gris, con punta lápiz, estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
34	42312301-003	5929	APOSITO CURATIVO QUIRURGICO: APOSITO CURATIVO QUIRÚRGICO 20 X 11 CM (+ - 5)	No estéril, 100% Algodón Absorvente	Unidad	Unidad	N/A	N/A
35	42131509-9999	10710	BATA PARA PACIENTE DESCARTABLE: CHALECO O BATA DEL TIPO QUIRÚRGICO. NO ESTÉRIL. DESCARTABLE.	Confeccionada con tela de polipropileno de 1 o más capas. Gramaje de 30gr/m2 o más. Mangas largas con puños elastizados d 5 a 15 cm de ancho. Cierre posterior del tipo magnético y/o con tiras en el cuello y parte posterior de la cintura. Longitud mínima de 110 cms. Presentación Unidad.	Unidad	Unidad	Metodología Original del fabricante	5
36	42272504-001	3704	BOLSA DE ANESTESIA: BOLSA RESPIRATORIA 1 LITRO	Bolsa Respiratoria 1 Litro Reutilizable De Látex	Unidad	Unidad	N/A	N/A
37	42272504-001	3708	BOLSA DE ANESTESIA: BOLSA RESPIRATORIA 5 LITROS	Bolsa Respiratoria 5 Litros Reutilizable De Látex	Unidad	Unidad	N/A	N/A
38	42222308-009	4688	BOLSA DOBLE PARA EXTRACCION DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE: BOLSAS DOBLES P/RECOLECCIÓN DE SANGRE C/ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
39	42222308-006	4684	BOLSA SIMPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE: BOLSAS SIMPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAGULANTE CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/ SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
40	42222308-005	4689	BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE: BOLSAS TRIPLES P/ COLEC. DE SANGRE C/ ANTICOAG. CPDA 1 (ADENINA) 450 A 500 CC C/SU EQUIPO INFUSOR	Capacidad 450 a 500 cc, con equipo infusor correspondiente con aguja tribicelada con protector para el descarte, resistente a centrifugado, congelado, plástico permeable a gases.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
41	42171910-007	3839	CAJA PARA MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE: CAJA DESCARTABLE P/MATERIAL CORTANTE Y PUNZANTE.	Aproximadamente de 13 litros. Cartón prensado con bolsa de polietileno amarillo, en su interior	Unidad	Unidad	N/A	N/A
42	42142402-001	3715	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
43	42142402-006	6992	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad	Unidad	N/A	N/A
44	42142402-001	6994	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 3,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
45	42142402-001	6997	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4,5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
46	42142402-006	6961	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 6 C/BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
47	42142702-9999	7258-1	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
48	42142702-9999	8737-1	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
49	42221503-007	5439	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 5 FR 3 LÚMEN	Poliuretano. Descart. Estéril C/ Jeringa (Pico Sin Rosca), Aguja Incluída Y Alambre Guía.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
50	51102707-003	11026	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. 0,67 ML.	Aplicador estéril descartable con gasa en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
51	51102707-003	11027	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 3 ML.	Aplicador estéril descartable con espuma en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
52	51102707-003	11028	CLORHEXIDINA+ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCIÓN LIMPIADORA: APLICADOR ESTÉRIL DESCARTABLE DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% + ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%, CON TINTE PARA VISUALIZAR EL ÁREA DE PIEL TRATADA. 10,5 ML.	Aplicador estéril descartable con almohadilla en un extremo conteniendo la solución en una ampolla de vidrio revestida por otra de PVC que permite discurrir la solución rompiendo la ampolla de vidrio mediante presión aplicada por el operador.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
53	42272011-001	11016	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 12	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
54	42221503-007	2979	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL N° 16	Kit, estéril descartable, con aguja incluída de vialón radiópaco	Unidad	Unidad	N/A	N/A
55	42221503-004	6763	CATETER PERCUTANEO: CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 22 FR.DE 20 A23 CM DE LONGITUD	Estéril, Descartable,Material Vialón o Poliuretano	Unidad	Unidad	N/A	N/A
56	42221503-9998	7164	CATETER CON RESERVORIO SUBCUTANEO PARA QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/PUNCIÓN SUBCLAVIA NIÑOS - ESTÉRIL, DE 4 A 6 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona) - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores con cierre deslizable; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber ,- 1 Aguja de 90°; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
57	42221506-002	3102	CATETER UMBILICAL VENOSO: CATÉTER UMBILICAL NEONATAL 2 VÍAS DE 15 A 20 CM DE LONGITUD	Estéril de 15 a 20 cm. De longitud. Descartable, de 3,5 Fr. a 4 Fr.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
58	42311708-003	3909	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 2,5 CM	2,5 cm de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	Unidad	Unidad	Farmacopea Europea	3
59	42311708-003	3912	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM	5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
60	42311708-003	3914	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7,5 CM	7,5 cm.. (variante + - 5.) de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, antialérgico (a prueba de humedad), carretes	Unidad	Unidad	N/A	N/A
61	42311708-003	5856	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA CON BASE TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA DE 7,5 CM X 5 MTS.	7,5 cm. (variante + -5.) de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	Unidad	Unidad	N/A	N/A
62	42143103-002	9678	T DE COBRE: DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)	Estéril,carga de cobre por DIU:380	Unidad	Unidad	N/A	N/A
63	42143103-001	9485	DIU: ENDOCEPTIVO DE LEVONORGESTREL 20 MCG./24 H.	Sistema Intrauterino de levonorgestrel.- Servicio de Ginecología y Obstetricia.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
64	41123403-008	3924	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCION FOTOSENSIBLE: EQ. VOLUMÉTRICO C/ CÁMARA RÍGIDA GRADUADA Y MICROGOT. P/ SOL./ FOTOSENSIBLES		Unidad	Unidad	N/A	N/A
65	42182001-001	5884	ESPECULO DESCARTABLE PEQUEÑO: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE CHICO	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
66	42182001-002	5885	ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
67	42295303-005	9303	FLEVO EXTRACTOR: FLEBOEXTRACTOR DESECHABLE	Paquete de 10/20 Unidades	Unidad	Unidad	N/A	N/A
68	42295123-004	8840	HEMOSUCTOR: HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 10 A 14 FR. PEDIÁTRICO	Estéril de PVC con tubuladura, pediátrico, 10 a 14 Fr.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
69	42221702-9999	10145	INFUSOR PORTATIL PARA QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA - 150 ML.	Estéril, descartable, recipiente de PVC libre de látex de 150 ml. Para 48 hs de infusión, fotosensible, diseñado para realizar infusiones exactas sin pérdida de medicación.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
70	42222301-001	4701	EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE INYECTOR P/TRANSFUSIÓN DE SANGRE C/AGUJA	Macrogotero C/ Filtro. Con Cámara Flexible e Inyector Lateral	Unidad	Unidad	N/A	N/A
71	42295407-001	10295	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE MÁSCARA DE PROTECCIÓN N 95	Descartable, espuma interna, con filtro adecuado contra bacilos de la Tuberculosis, con precinta de seguridad elástica para prender, adaptables a la cabeza, cuyo compartimiento debe poseer un tenor de O2 superior a 18% PV y no debe contener concentración de sustancias nocivas, en envoltorios individuales con indicación para el uso, forma convexa, adaptable a amplio rango de tamaños de cara.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
72	42182308-001	4823	PASTA P/ ELECTROENCEFALOGRAMA PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA	Pote plástico x 400 a 500 gramos, con tapa hermética	Unidad	Unidad	N/A	N/A
73	42221512-001	7346	PRESURIZADOR PARA CATETER PRESURIZADOR	Presurizador Uti Manual De 500 Mm Hg Adaptable P/Catéter De Termodil.Swan Gang, Para Quirófano Para Difusor De Sangre	Unidad	Unidad	N/A	N/A
74	42142518-002	7077	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL Nº 3		Unidad	Unidad	N/A	N/A
75	42142518-002	7078	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL Nº 4		Unidad	Unidad	N/A	N/A
76	42142709-002	9336	SETS DE CISTOSTOMIA SET PARA CISTOSTOMÍA Nº 12	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
77	42293603-005	3761	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón. Radiópaca, Estéril,Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
78	42293603-005	3766	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
79	42293603-005	3767	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
80	42293603-005	6621	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
81	42293603-005	6622	SONDA ENDOTRAQUEAL SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 C/ BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
82	42293603-001	2919	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 14 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
83	42293603-001	2924	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN 30 CC.	Látex siliconado, estéril, flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
84	42293603-001	2921	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 18 C/BALÓN DE 5 CC	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
85	42293603-001	2922	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
86	42293603-001	2916	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº 8 C/ BALÓN 3 A 5CC.	Látex,Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
87	42293603-001	2926	SONDA VESICAL SONDA FOLEY Nº. 12 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
88	42231701-002	2941-2	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 PVC 100% SILICONADA.	Estéril, marerial 100 % siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
89	42231701-002	7038	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 11	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
90	42231701-002	2942-2	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 ,100 % DE SILICONA.	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
91	42231701-002	2943-2	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 ,100% DE SILICONA	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
92	42231701-002	2944-2	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18, 100 % SILICONADA	Estéril, material 100% siliconada, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
93	42231701-002	9339	SONDA NASOGASTRICA ADULTO SONDA NASOGÁSTRICA Nº 9	Estéril Siliconada Radiópaca y Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
94	42231701-001	2945-2	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 31, SILICONA.	Estéril, material 100 % silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
95	42231701-001	2949-2	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 33, 100 % SILICONADA.	Estéril, material 100% silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Uniddad	Unidad	N/A	N/A
96	42231701-001	2947-2	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 35, 100% SILICONADA.	Estéril, material 100 % siliconada, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
97	42293603-001	2961	SONDA VESICAL SONDA NELATON Nº 20	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
98	42293603-001	2956	SONDA VESICAL SONDA NELATON Nº 10	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
99	42293603-007	2965	SONDA PEZZER SONDA PEZZER Nº 16	Estéril, PVC flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
100	42231502-003	9928	SONDA TRANSPILÓRICA SONDA TRANSPILÓRICA 6FR.SILICONADA	Material de PVC siliconado, oliva pesada de 10 mm, estéril, línea radiópaca, descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
101	42292904-006	7086	SUTURA MECANICA SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 29 MM. DE DIÁMETRO , + - 1 MM.	Lúmen anastomótico 20,4 mm. Con visor de rango de cierre entre 1,0 y 2,5 mm. Altura de engrapado que permita acomodar un gran rango de grosores de tejido, con punzón principalmente a nivel del mango. Estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
102	42312201-002	2546	HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE SIMPLE SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL, Nº 0 CON AGUJA CURVA DE 4 CM.	Aguja 1/2 Círculo, 4 Cms. Punta Redonda Con Acostillado Longitudinal Y Hebra De 70 Cm De Largo mínimo. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
103	42312201-005	2548	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA SUTURA QUIRÚRGICA DE CATGUT SIMPLE N° 00 C/ AGUJA CURVA	C/ Aguja, 1/2 Círculo, 4 Cms. Punta Redonda Con Acostillado Longitudinal Y Hebra De 70 Cm De Largo	Unidad	Unidad	N/A	N/A
104	42312201-004	7052	HILO PARA SUTURA ÁCIDO POLIGLICOLICO: HILO PARA SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO	N°1 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo con aguja de (38 a 40 mm) y hebra de (60 a 75 cm). Unión aguja hilo fuertemente adherido. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
105	42312201-010	5721	HILO PARA SUTURA ACERO SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N° 1 C/AGUJA CORTANTE TRIANGULAR P/SUTURA ESTERNAL	Longitud de hebra no menor a 25 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
106	42312201-010	3356	HILO PARA SUTURA ACERO SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°2 C/AGUJA, INFANTIL.	No absorvible, estéril, monofilamento. Aguja cortante triangular para sutura esternal, infantil, 3/8 círculo, hebra no menor a 25 cm. Aguja de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
107	42312201-010	3360	HILO PARA SUTURA ACERO SUTURA QUIRÚRGICA DE ACERO N°5 C/AGUJA 4,8 CM.	No absorvible. Aguja triangular cortante para sutura esternal, adultos, aguja de 4,8 cm, 1/2 círculo, de acero inoxidable, hebra no menor a 25 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
108	42312201-003	2646	HILO PARA SUTURA ALGODÓN SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 C/AGUJA DE 3,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,1CM	Aguja curva triangular cortante de 3,5 cm, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
109	42312201-999	9359	HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 3/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 2,5 cm, +- 0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
110	42312201-999	6017	HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 0 C/ AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
111	42312201-002	10223	HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE SIMPLE: SUTURA QUIRÚRGICA DE COLÁGENO DE ORIGEN NATURAL Nº 4/0 CON AGUJA CURVA DE 1,5 A 2 CM.	Aguja 1/2 círculo 1,5 a 2 cm, cilíndrica, atraumática. Con aguja fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores) . PARA UROLOGÍA EXCLUSIVO	Unidad	Unidad	N/A	N/A
112	42312201-006	2666	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N 6/0 C/AGUJA 2 CM.	Aguja cortante triangular 3/8 de círculo, 2 cm., cuticular plástica, variación + - 0,1 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
113	42312201-008	7161	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 3/0 S/AGUJA	Sin Aguja, Incoloro, Trenzado, 15 Hebras X 75Cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
114	42312201-008	2687	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 0 C/AGUJA 3 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Con Aguja Curva triangular, fuerte y resistente 1/2 Círculo de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
115	42312201-008	2682	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 4/0 C/2 AGUJAS 1CM, VARIACIÓN: + - 0,3 CM.	No absorvible,estéril de poliéster trenzado . Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben ser fuertemente adheridos, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
116	42312201-008	8067	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
117	42312201-008	2683	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS CON AT 1/2 CÍRCULO 1 CM. VARIACIÓN: 0,2 CM.	No absorvible,estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
118	42312201-008	7252	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1 A 1,3 CM SIN AT.	No absorvible,estéril de poliéster trenzado siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm.Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
119	42312201-008	7043	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER Nª 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO SIN AT.	No absorvible,estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
120	42312201-005	7050	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Absorvible, estéril, longitud de la hebra mínimo 70 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo . La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
121	42312201-005	2693	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 1 C/AGUJA DE 5 CM. VARIACIÓN: + - 0,5 CM.	Absorvible, estéril, longitud de la hebra mínimo 90 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 5 cm. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
122	42312201-007	2676	HILO PARA SUTURA SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA	Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
123	42312201-006	2656	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.	Long. de hebra como mínimo 30 Cm. Con 2 Agujas Armadas, Punta Espatulada De 3/8 o 1/2 Círculo 6,4 mm, + - 0,8 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
124	42312201-009	5535	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
125	42312201-009	2712	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS 2 CM (+ - 0,2 CM)	Con 2 agujas armadas 1/2 círculo. Punta redonda, variación :+ - 0,2 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
126	42312201-009	5537	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 2,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
127	42312201-009	2713	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 4/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 2 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
128	42312201-009	5536	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
129	42312201-009	7056	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
130	42312201-009	10225	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICAS 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
131	42312201-009	2715	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS DE 1,3 CM, CILÍNDRICAS, 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,1 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
132	42312201-009	7055	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 3/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
133	42312201-009	2714	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 1,3 CM. VARIACIÓN: + - 0,2.	Con 2 agujas 1,3 cm. 3/8 círculo, cilíndricas.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
134	42312201-007	7168	HILO PARA SUTURA SEDA SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Long. Hebra mínima 70Cm: Con Aguja fuerte y resistente, curva punta cilíndrica de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
135	42312201-007	2671	HILO PARA SUTURA SEDA SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 1 C/AGUJA DE 3,5 CM 1/2 CÍRCULO	Aguja curva	Unidad	Unidad	N/A	N/A
136	42312201-999	9358	**HILO PARA SUTURA DE POLIGLECAPRONA:** SUTURA QUIRÚRGICA DE POLYGLECAPRONA 25 N° 2/0 CON AGUJA	Hebra de longitud mínima de 60 cm. Con Aguja Punta Cilíndrica, 1/2 Círculo De 3,5 cm. +-0,2 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
137	42312201-008	2690	HILO PARA SUTURA POLIESTER SUTURA QUIRÚRGICA POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA	Sin aguja, de 15 hebras x 75 cm., incoloro, trenzado, resistente, estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
138	42312201-009	2702	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA POLIPROPILENO N° 2 C/AGUJA TRIANGULAR DE 7,5 CM 3 HEBRAS 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
139	42291620-004	7319	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 14 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea redlopaca más trocar.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
140	42271903-003	5849	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 DERECHO. ESTÉRIL	Con Accesorios: Sonda De Aspiración, Piezas De Unión Angulada, Adaptadores, Racor En Y Y Llave Extractora	Kits	Unidad	N/A	N/A
141	42271903-003	5851	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 DERECHO. ESTÉRIL		Kits	Unidad	N/A	N/A
142	42271903-003	5852	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACION BRONQUIAL TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 DERECHO. ESTÉRIL		Kits	Unidad	N/A	N/A
143	42311505-001	5789	VENDA ENYESADA YESO ACRÍLICO DE 10 CM		Unidad	Unidad	N/A	N/A
144	42295114-001	7149	CUCHILLETE OFTALMOLOGICO CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN P/ AMPLIAR INCISIÓN, PUNTA ROMA, DE 5,2 Y 6,2 MM DE ANCHO,ANGULADO	Descartable, Caja X 10 unidades	Unidad	Unidad	N/A	N/A
145	42295129-001	4705	DOSIFICADOR DE GOTAS REGULADOR DE FLUJO (DOSIFLOW) GRADUADO	Estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
146	42222008-003	10240	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL FILTRO DE 0,22 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL SIN LÍPIDOS.	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
147	42222008-003	10241	FILTRO PARA NUTRICION PARENTERAL FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
			NUTRICION PARENTERAL TOTAL					
148	42231504-002	2495	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL 1000 CC. MATERIAL EVA		Unidad	Unidad	N/A	N/A
149	42142504-006	5634	AGUJA PARA BIOPSIA RENAL.: AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	Unidad	Unidad	N/A	N/A
150	42221503-004	7058	CATÉTER PERCUTÁNEO: CATÉTER PERCUTÁNEO UNILÚMEN 3 FR. DE 45 A 50 CM DE LONGITUD	100% Siliconado,Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
151	42142504-001	6946	AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR: AGUJA DE BIOPSIA MÉDULAR 8G A 11G - DE 7 A 15 CM DE LONGITUD	Estéril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
152	42142514-001	2448	AGUJA RAQUÍDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 25G 90 MM . INTRODUCTOR 20G X 38 MM	Color naranja, con punta lápiz, estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
153	42312005-002	2776	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)	Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
154	42203408-999	6845	PARCHE DE PTFE: PARCHE DE TEFLÓN	Poliéster Felt/Teflón Medidas: 20 X 20 Cm. (+ - 5 cm)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
155	42221503-007	2525	CATÉTER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/VÍA VENOSA CENTRAL 3 LÚMEN 7 A 7,5 FR.	Catéter de poliuretano 16 a 24 cm de longitud, descartable, estéril con jeringa y aguja incluida, con alambre guía de doble punta. Kit completo; aguja introductora, tapones intermitentes, con o sin hoja de bisturí, con o sin jeringa para infiltrar piel, aguja dilatadora, aleta de sutura móvil con traba clamp. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
156	42293603-005	6615	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5,5 C/BALÓN.	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca. Estéril. Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
157	42294903-001	6945	AGUJA PARA BIOPSIA PROSTATICA : AGUJA P/BIOPSIA DE PRÓSTATA	Estéril, descartable, 22 mm, disparo automatico	Unidad	Unidad	N/A	N/A
158	42142502-005	9756	AGUJA PARA INFUSIÓN: AGUJA DE INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 20 G	Para uso en Adultos, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, set con mariposita y conector	Set	Unidad	N/A	N/A
159	42142502-005	9757	AGUJA PARA INFUSIÓN: AGUJA PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA N° 22G	Para uso en niños, adaptable al catéter para infusión de quimioterapia, estéril, descartable, Set con mariposita y conector	Kit	Unidad	N/A	N/A
160	40101903-003	4225	FILTRO ANTIBACTERIANO: FILTRO BACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR	Estéril, Descartable,Con Adaptador Corrugado	Unidad	Unidad	N/A	N/A
161	42142502-006	2444	AGUJA LUMBAR: AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G X 3" A 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
162	42142402-006	7003	CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad	Unidad	N/A	N/A
163	42272011-001	11018	CATETER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 8	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
164	42221503-007	2520	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL DOBLE LÚMEN 4,5 A 5 FR.	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
165	42221505-002	3927	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 23	Estéril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
166	41122407-002	2478	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 20	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
167	41122407-002	2481	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 23	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
168	42293603-005	3759	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
169	42231701-001	2949-1	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 33 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
170	42231701-002	2942-1	SONDA NASOGÁSTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
171	42293603-005	3770	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 C/ BALÓN	Flexible, PVC Siliconada, Radiópaca, Estéril. Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
172	42293603-005	3763	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 S/ BALÓN	Flexible PVC Siliconada sin balon. Radiopaca. Estéril. Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
173	42295453-004	5913	BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 38 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
174	42221803-001	2560	CINTA CARDÍACA : CINTA CARDÍACA DE 80 CM		Unidad	Unidad	N/A	N/A
175	42142709-001	9338	SETS DE NEFROSTOMÍA: SET PARA NEFROSTOMÍA Nº 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
176	42271903-003	5853	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 41 IZQUIERDO. ESTERIL		Kits	Unidad	N/A	N/A
177	42142502-006	2443	AGUJA LUMBAR: AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 22G X 3 A 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 0,7 x 90 mm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
178	42142604-001	2735	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER : JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONOCATETER SIN AGUJA	Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
179	42293603-007	2972	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER N° 30	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
180	42231502-003	2991	SONDA TRANSPILÓRICA: SONDA TRANSPILÓRICA 6FR. 100 % SILICONA	Con oliva corta,Mandril guía, radiópaca, flexible, material 100% silicona, estéril, descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
181	42293603-001	2959	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 16	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
182	42293603-001	2960	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 18	Látex,Siliconado,Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALÍTICO
183	42293603-002	6912	SONDA VESICAL DOBLE VIA SONDA FOLEY N°20 SILICONADA 2 VÍAS TRANSPARENTE	100% de silicona,estéril, flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
184	42221702-9999	10144	INFUSOR PORTATIL PARA QUIMIOTERAPIA: INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA - 65 ML.	Estéril, descartable, recipiente de PVC libre de látex de 65 ml. Para 24 hs de infusión, fotosensible, diseñado para realizar infusiones exactas sin pérdida de medicación.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
185	41116130-128	3854	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD: CONTROL BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE	Dispositivos Inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, con medio de cultivo incorporado	Ampolla	Unidad	N/A	N/A
186	41116130-128	4598	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD: CONTROL BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO	Dispositivos Inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado	Ampolla	Unidad	N/A	N/A
187	42231502-006	7256-2	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad	Unidad	N/A	N/A
188	42281808-001	4469	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN: PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 120 CM X 120 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	Unidad	Unidad	N/A	N/A
189	42131704-001	9470	TOALLAS INTER-HOJAS: TOALLA INTER-HOJAS (CAJA)	Descartable;Producidas con 100% de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos agresivos, extra blanco y suave, alta absorción y rendimiento.-	Caja	Unidad	N/A	N/A
190	42281916-003	3863	BOLSAS MIXTA PLEGABLE : BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Manta de polipropileno ó papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para óxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
191	42281916-003	3862	BOLSAS MIXTA PLEGABLE: BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para oxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
192	42272011-001	11017	CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 10	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
193	41123403-005	10646	CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL (SISTEMA CERRADO).	Libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con un cierre deslizable en cada una de las vías, conector proxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
194	42281807-007	3859	CINTA TESTIGO P/ OXIDO DE ETILENO: CONTROL EN TIRAS P/ OXIDO DE ETILENO	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867: tiras Indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para oxido de etileno.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
195	42312201-003	2647	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N°2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Aguja curva triangular cortante de 2,5 cm. Aguja de acero inoxidable fuerte y resistente, estéril. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
196	42131703-001	3921	PACKS QUIRURGICOS: PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Con: 4 chalecos o batas quirúrgicas, confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluídos corporales, repelencia a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana. Longitud de las batas: de 120 a 135 cm. - Mangas con puño elastizado reforzado de 5 a15 cm de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano; - 5 compresas de campo de 1,20 x 1,20 mts.(+ - 0,3 mts) de tela tejida, tipo SSMMS; - 6 compresas de vientre de 0,50 x 0,65 mts. (+ - 0,3 mts); - 1 cobertor de mesa de 1,30 x 1,80 mts. (0,3 mts). Material plástico impermeable; - 1 cobertor fenestrado de 2,00x 3,15 mts.(+ - 0,3mts) de tela tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
197	42312201-007	2672	HILO PARA SUTURA DE SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN : + - 0,1.	Longitud de hebra 75 cm. Con aguja punta cilíndrica, fuerte y resistente, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
198	42312201-007	2674	HILO PARA SUTURA DE SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2.	Longitud mínima. De hebra 75 cm. Con aguja punta ahusada. Gastrointestinal.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
199	42312201-006	2663	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,6 CM	Aguja cortante, triangular 3/8 círculo, 2,6 cm. Hebra 45 cm. De longitud.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
200	42312201-006	2664	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 3/0 C/AGUJA DE 2 CM. VARIACIÓN: + - 1 MM.	No absorvible, monofilamento, longitud mínima de la hebra 45 cm, aguja cortante punta triangular 3/8 círculo, 2 cm(+ - 1 mm) de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
201	42312201-006	2665	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°5/0 C/AGUJA. DE 2 CM.VARIACIÓN: + - 2 MM.	No absorvible. Aguja cortante triangular, 3/8 círculo, 2 cm, cuticular/plástica. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos, estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
202	42312201-005	2695	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 3/0 C/AGUJA DE 2,5 CM. GASTROINTESTINAL. VARIACIÓN: + - 1 MM.	Absorvible, estéril, longitud de hebra mínimo 70 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo. La aguja debe ser fuerte y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
203	42312201-005	7053	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N°1 C/AGUJA DE 4 CM	Longitud de hebra 70 cm. Con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 4 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
204	42312201-005	2694	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 2/0 C/AGUJA DE 2,5 CM	Longitud de la hebra 70 cm con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 2,5 cm. Gastrointestinal Variación: + - 1mm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
205	42312201-005	2696	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA.N° 4/0 C/AGUJA DE 2,5 CM	Longitud de hebra 70 cm con aguja punta cilíndrica 1/2 círculo 2,5 cm Gastrointestenal, variación + - 1 mm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
206	42312201-005	2692	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA POLIGLACTINA N° 0 C/AGUJA CILÍNDRICA DE 4 CM, 1/2 CÍRCULO.	Absorvible, estéril, longitud de hebra 70 cm. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Los extremos de unión hilo- aguja fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
207	42312201-005	2697	HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 5/0 C/AG DE 1,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 .	Aguja curva atraumática, punta ahusada urológica,1,5 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
208	42131703-001	3920	PACKS QUIRURGICOS: PAQUETE P/CIRUGÍA ESTÉRIL DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Cada paquete deberá contar como mínimo con: 4 chalecos o batas quirúrgicas , confeccionados en tela no tejida tipo SSMMS de 50 (+ -6)gr/m2; resistente a fluidos corporales, repelente a alcohol de 70%, con la más alta barrera bacteriana, longitud de las batas de 120 a 135 cm. Mangas con puño elastizado, reforzado de 5 a 15 cm aprox. de ancho con cierre tipo magnetico y/o tiras de sujeción en el cuello y en la parte posterior de la cintura. - 4 toallas de mano 4 compresas de campo 1,20 mts x 1,20 mts (+ - 0,3 mts)de tela tejida, tipo SSMMS 6 compresas de vientre (0,50 x 0,65mts(+ - 0,3 mts) 1 cobertor de mesa,de 1,30 x 1,80 mts (+ - 0,3 mts), material plástico impermeable; 1 cobertor fenestrado de 2,00 x 3,15 mts (+ - 0,3 mts) de tela no tejida tipo SSMMS, con cinta adhesiva hipoalergénica de 4,5 cm de adhesión, resistente, con refuerzo tipo termobond laminado. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%. Presentación: kit	Unidad	Unidad	N/A	N/A
209	42142518-001	5538	CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA	Con tapa, p/Uso de anatomía patológica.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
210	42312201-009	2716	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 7/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS DE 0,9 A 1,3 CM, 3/8 CÍRCULO.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
211	42142502-004	2370	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 21G X 1	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
212	42142514-001	2449	AGUJA RAQUIDEA: AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM	Color marrón, estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
213	42142523-001	2451	AGUJAS HIPODÉRMICAS DESCARTABLE: AGUJA 27G A 28G X 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
214	42182002-001	2457	ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	Plástico Rígido. No Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
215	41122407-002	2479	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 21	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
216	41122407-002	2480	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
217	41122407-002	2482	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 24	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
218	41122407-002	2477	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 10	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	Normas AISI	1
219	42142601-002	2509	TUBO DE ASPIRACION DE CAMPO QUIRURGICO: CÁNULA DE ASPIRACIÓN P/CAMPO QUIRÚRGICO TIPO K66	Material PVC, Flexible, con adaptador al Sist. de aspiración, long. Mínima 1,80 mt. Diámetro interno 9 mm, c/pico bucal de una sola pieza, con regulador de flujo en material de PVC rígido, estéril, descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
220	42221503-002	2521	CATETER INTRAVENOSA VIA CENTRAL ADULTO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 2 LÚMEN 7 FR	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
221	42272011-001	2532	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
222	42272011-001	2533	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
223	42272011-001	2534	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 12 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
224	42272011-001	2535	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Kits	Unidad	N/A	N/A
225	42272011-001	2536	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 16 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
226	42311602-001	2557	CERA PARA HUESO: CERA P/ HUESO		Unidad	Unidad	N/A	N/A
227	42222301-006	2605	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA CENTRAL: EQUIPO P/ MEDIR LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL	PVC, graduado de 0 (+ - 0) hasta 25 cm (+-10), recto y rígido, estéril, descartable, con o sin filtro. El extremo debe tener encastre perfecto a la llave de tres vías.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
228	42292904-006	2854	SUTURA MECANICA: SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 25 MM. DE DIÁMETRO C/ VISOR DE RANGO DE CIERRE, CURVO		Unidad	Unidad	N/A	N/A
229	42293603-001	2917	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 10 C/BALÓN 5 CC.	Látex , Siliconado, estéril, flexible, descartable..	Unidad	Unidad	N/A	N/A
230	42293603-001	2918	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 12 C/ BALÓN 5 CC	Látex Siliconado Estéril Flexible , descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
231	42293603-001	2920	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 16 C/ BALÓN DE 5 CC	Látex Siliconada Estéril Flexible .Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
232	42293603-001	2925	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº. 14 C/BALÓN DE 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
233	42293603-001	2927	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY Nº 20 C/ BALÓN 30 CC	Látex, Siliconado, Estéril, Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
234	42293603-9999	2936	SONDA KEHR: SONDA DE KEHR N° 16	Sonda De Kehr N 16, Látex,	Unidad	Unidad	N/A	N/A
235	42231701-002	2941-1	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA N°12 , PVC SILICONADA.	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
236	42231701-002	2943-1	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
237	42231701-002	2944-1	SONDA NASOGASTRICA ADULTO: SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18, PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible, long. Mínima 90 cm. Tipo Levine.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
238	42293603-001	2958	SONDA VESICAL: SONDA NELATON Nº 14	Látex,Siliconado, Estéril, , Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
239	42293603-007	2973	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER: SONDA PEZZER Nº 32	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
240	42293603-007	2974	SONDA PEZZER: SONDA PEZZER: SONDA PEZZER Nº 34	Estéril, PVC Flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
241	42231502-001	2978	SONDA TRASPILORICA PARA ALIMENTACION ENTERAL: SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL TIPO K 108 DE 8 FRENCH. (ADULTOS)	De 130 cm. De poliuretano, con mandril guia, con punta de tungsteno, de 2 cm, con doble boca.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
242	42294945-001	3004	ESPONJA HEMOSTATICA QUIRURGICA: ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA	Esponja Hemostática Quirúrgica De Colágeno Natural De Origen Bovino (10 CM. X 10 CM +- 2 CM.)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
243	42182018-003	3005	TRAMPA DE MOCUS: TRAMPA PARA MUCUS		Unidad	Unidad	N/A	N/A
244	41122407-002	3122	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	N/A	N/A
245	41122407-002	3123	HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ N° 15	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	Unidad	Unidad	N/A	N/A
246	42295123-001	3355	HEMOSUCTOR QUIRURGICO ADULTO: HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 16 A 18 FR. ADULTOS	Estéril de PVC con tubuladura, 16 a 18 Fr.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
247	42201810-002	3491	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 X 30 CM.	De Fondo Verde	Unidad	Unidad	N/A	N/A
248	42201810-002	3492	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 X 35 CM.	De Fondo Verde	Unidad	Unidad	N/A	N/A
249	42201810-002	3493	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 X 40 CM	De Fondo Verde	Unidad	Unidad	N/A	N/A
250	42201810-002	3494	PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 X 43 CM	De Fondo Verde	Unidad	Unidad	N/A	N/A
251	42142710-003	3531	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1	Desechable Estéril. De Látex	Unidad	Unidad	N/A	N/A
252	42142710-003	3533	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 5/8	Desechable Estéril. De Látex	Unidad	Unidad	N/A	N/A
253	42142710-003	3534	TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1/4	Desechable Estéril. De Látex	Unidad	Unidad	N/A	N/A
254	42132203-001	3542-2	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE MEDIANO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	Unidad	Unidad	USP 39 NF 34	300 unidades
255	42132203-001	3543	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE GRANDE NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	Unidad	Unidad	USP 39 NF 34	300 unidades
256	42132203-001	3544-2	GUANTE DE PROCEDIMIENTO: GUANTE PEQUEÑO NO ESTÉRIL	Látex resistente, para procedimientos. Caño largo, con reborde. Presentación caja por 50 a 100 unidades.	Unidad	Unidad	USP 39 NF 34	300 unidades
257	42132205-001	3545	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°7 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, **Longitud:** mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, **Espesor:** mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par	Unidad	USP 39 NF 34	150 pares
258	42132205-001	3546	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°8 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, **Longitud:** mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, **Espesor:** mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par	Unidad	USP 39 NF 34	150 pares
259	42132205-001	3548	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO N°7 1/2 ESTÉRIL	Con bordes largos, ajustables a la manga del cirujano, de látex, **Longitud:** mayor o igual a 270 mm, a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño, **Espesor:** mínimo para "Dedo" Y "Palma", mayor o igual a 0,13 mm y 0,1 mm para el "Puño"	Par	Unidad	USP 39 NF 34	150 pares
260	42132205-001	3549	GUANTE QUIRURGICO: GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nº 8 1/2	Látex Quirúrgico. Largo	Par	Unidad	USP 39 NF 34	150 pares
261	42181702-004	3628	ELECTRODO PEDIATRICO: ELECTRODO DESCARTABLE PEDIÁTRICO	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 3 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 4 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
262	42181702-003	3633	ELECTRODO ADULTO: ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS	Cabecera de metal, base de forma: a) circular o cuadrada con 4 cm (+ -1) de diámetro o de lado, b) rectangular de 5 cm(+ -1) de diagonal. Soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse, empaque resistente a la humedad.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
263	42295453-009	3659	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINA: SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL / PLEURAL DE 2000 CC. (+ - 500 CC)	De material plástico transparente (PVC), con trilla graduada. Con tubo de drenaje pleural / mediastinal sin trocar, de múltiples orificios no enfrentados entre sí, con línea radiopaca, de 36- 40 Fr de diámetro. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
264	42149999-9990	3666	TRANSDUCTOR DE PRESION PARA EQUIPO BIOMEDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	Conector Tipo DT 4812, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	Unidad	Unidad	N/A	N/A
265	42142402-007	3710	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 0	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
266	42142402-007	3711	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 1	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
267	42142402-007	3712	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 3	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
268	42142402-001	3720	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7 SIN BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad	Unidad	N/A	N/A
269	42221612-001	3737	LLAVE DE TRES VIAS: LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	Plástico Rígido Estéril, conección a rosca	Unidad	Unidad	N/A	N/A
270	42293603-005	3757	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2 S/BALÓN	Flexible Siliconado S/ Balón Radiópaco Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
271	42293603-005	3758	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/BALÓN	Flexible PVC Siliconada S/ Balón Radiópaco Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
272	42293603-005	3760	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
273	42293603-005	3762	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 S/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada sin Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
274	42293603-005	3765	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6	Flexible PVC Siliconado. Radiopaca. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCI
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
			S/BALÓN					
275	41103311-002	3827	MANOMETRO DE OXIGENO: MANÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	Ajustado a 3,5 Kg/cm2 ó PSI, Válvula de sobre presión como seguridad y conexión Diss. Humidificador con rosca interna metálica, debe ser compatible con la mascarilla de nebulización.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
276	40101903-001	3832	HUMIDIFICADOR: HUMIDIFICADORES P/ BALÓN DE OXÍGENO C/ TOMA DISS		Unidad	Unidad	N/A	N/A
277	42295406-001	3838	APOSITO TRANSPARENTE: APOSITO TRANSPARENTE DE 6 CM X 7 CM (+ - 2) HIPOALERGENICO P/FIJACION DE CATETER	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
278	42281916-002	3840	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO, C/FUELLE. 11 X 3 X 19 CM(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm. Caja x 100 uds.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
279	42281916-002	3841	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR. QUÍMICO C/ FUELLE. 14 X 5 X 33 CM.(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
280	42281916-002	3844	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 32 X 12 X 54 CM (+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 5 cm y la altura +- 10 cm . Presentación: Caja .	Unidad	Unidad	N/A	N/A
281	41104112-004	3846	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	De Látex,	Unidad	Unidad	N/A	N/A
282	41104112-004	3847	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: BOLSA COLECTORA ORINA. ADULTOS. 1500 - 2000 CC	Para adultos, con desagote y válvula antirreflujo de 1500 a 2000 cc. Con asa de sostén.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
283	42295453-004	3849	BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA 64 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
284	41104112-001	3850	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS: BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑOS.	Estéril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
285	41104112-001	3851	BOLSITA COLECTORA DE ORINA PARA ANALISIS: BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑAS.	Estéril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
286	42281807-007	3856	CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO: CINTA TESTIGO P/ ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo	Unidad	Unidad	N/A	N/A
287	42281807-004	3857	CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO: CINTA TESTIGO QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN POR CALOR HUMEDO.	En Rollos, autoadhesivas, pueden variar de 1,5 a 2 cm. de ancho y 40/50 mts. de largo (Control adhesivo químico p/esterilización por autoclave)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
288	42281806-001	3858	CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA: CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para calor seco.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
289	42281808-001	3865	PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN: PAPEL ENVOLTORIO PARA ESTERILIZACIÓN DE 130 CM X 180 CM	Papel envoltorio para esterilización de polipropileno resistente a bacteria; color azul ó verde, reutilizable. Variación de tamaño: + - 10 cm . Resma x 100 unidades	Unidad	Unidad	N/A	N/A
290	42312301-002	3888	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO 10 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	Rollo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
291	42312301-002	3889	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO 15 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	Rollo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
292	42312301-002	3890	ALGODON LAMINADO: ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	Rollo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
293	42312301-001	3891	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO	Peso Neto (de algodón) como mínimo 300 g, bajo tenor de impurezas, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo/zigzag.	Gramo. (peso neto del algodón)	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
294	42312301-001	3892	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 8CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
295	42312301-001	3893	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 12CM X 6 MT	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
296	42312301-001	3894	ALGODON HIDROFILO: ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 32CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	Gramo	Unidad	USP 39 NF 34	5 rollos
297	42311511-001	3896	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL.	Cortada en piezas de 40 m de largo mínimo X 90 a 100 cm de ancho, doblada en zig zag, algodón 100%, absorbente, mínimo 16 hebras/cm2 con terminaciones laterales como mínimo de tres hilos. Serán sometidos a los sgtes. estudios: -capacidad de retención de agua; -contenido de algodón; - peso/m2: como mínimo 24,5 g/m2; -acidez y alcalinidad; -número de hilos. (Según Farmacopea Americana USP 35 NF 30 o ediciones posteriores). Presentación Unidad.	Metro	Unidad	USP 39 NF 34	1
298	42311505-003	3903	VENDA ELASTICA: VENDA ELÁSTICA DE 10 CM X 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO	Alta compresión, presentación: rollos. No adherente.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
299	42311505-002	3904	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 10 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
300	42311505-002	3905	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 15 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos . No adherente.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
301	42311505-001	3906	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA 15 CM X 3 MTS DE LARGO MÍNIMO	De rápido secado, 3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	Unidad	Unidad	Metodología Original del fabricante	10
302	42311505-001	3907	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA 20 CM X 3 MT DE LARGO MÍNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	Unidad	Unidad	Metodología Original del fabricante	10
303	42311708-003	3913	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 7.5 CM	7,5 cm. de ancho x 5 m. de largo mínimo, alta adherencia en sustrato impermeable, (a prueba de humedad), carretes	Unidad	Unidad	Farmacopea Europea	3
304	42311708-003	3915	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA DE 10 CM	10 cm. De ancho x 5 mt. De largo mínimo, alta adherencia, en sustrato impermeable (a prueba de humedad), carretes	Unidad	Unidad	Farmacopea Europea	3
305	42311708-003	3916	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA	10 cm de ancho x 4,5 mt de largo mínimo, antialérgico, alta adherencia, impermeable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
306	42151626-018	3917	GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES	Desechables resistente a fluídos, tamaño estándar con goma.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
307	42131609-001	3918-2	BOTA CUBRE CALZADO: CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril Descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard.	Par	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
308	42295407-001	3919	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE	Con triple filtro, resistente a fluidos, material liviano, flexible con cuatro tiras fijadoras separadas	Unidad	Unidad	N/A	N/A
309	42131702-001	3922	BATA QUIRURGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTERIL, DESCARTABLE TAMAÑO MEDIANO	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ -6) gr/m2. Resistente a fluidos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 120 a 125 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad	Unidad	Metodología Original del fabricante	5
310	42221505-002	3926	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 21	Estèril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
311	42221505-002	3928	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 25	Estèril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
312	42221505-002	3929	CATETER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 19	Estèril Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
313	41123403-008	3932	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCION FOTOSENSIBLE: EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO	C/ Aguja Incluida	Unidad	Unidad	N/A	N/A
314	42294002-001	4242	ESPATULA PARA PATOLOGIA CERVICAL: ESPÁTULA DE MADERA P/ PATOLOGÍA CERVICAL	Paquete por 100 a 200 Unidades	Unidad	Unidad	N/A	N/A
315	42295428-001	4680	TUBO DE IRRIGACION: EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA	Con interruptores de plástico, estéril, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
316	41123403-005	4682	CONEXION PARA INFUSION PARENTERAL: CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL: CONECCIÓN CON 4 VÍAS P/INFUSIÓN PARENTERAL	Material PVC flexible, transparente, con una línea intravenosa primaria, conexiones a rosca, con clamp de seguridad en cada línea de conexión, estéril, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
317	42141902-001	4686	BOLSAS DE ENEMA: BOLSA DE COLON SIMPLE CON CÁNULA	Capacidad 1000 A 2500 cc. Con Cánula simple, conector adaptable, boca con tapa, clamp obturador, no estéril.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
318	42311505-002	4760	VENDA SEMI ELÁSTICA: VENDA SEMIELASTIZADA 20 CMS X 1,50 A 1,80 MTS.DE LARGO MÍNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
319	42272011-001	4821	CATETER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO	Estéril Siliconado Flexible	Unidad	Unidad	N/A	N/A
320	53131615-002	5424	TOALLA HIGIENICA S/ALAS: APOSITO POS-PARTO (MEDIDA MÍNIMA 30 X10 CM LARGO Y ANCHO)	Toalla higiénica hospitalaria.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
321	42295406-001	5437	APOSITO TRANSPARENTE: APOSITO TRANSPARENTE P/FIJACIÓN DE CATÉTER, HIPOALERGÉNICO DE 10 CM X 12 CM(+ - 2)	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
322	42143105-001	5456	CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.	Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
323	42295453-004	5551	BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA PARA COLOSTOMÍA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)		Unidad	Unidad	N/A	N/A
324	42191809-001	5761	COMPRESA DE VIENTRE: COMPRESA ABDOMINAL 45 X 45 CM (+ - 5 CM)	Dobladas en cuatro capas, con cinta radiópaca, sin almidón, Absorvente, No Estériles.Confeccionada en Gasa de 16 Hebras x cm2	Unidad	Unidad	N/A	N/A
325	42311511-001	5787	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 10 X 10 CM (+ - 1)	Blanca, de Algodón Absorvente. Material NO DESHILACHABLE, Paquetes de 10 A 20 Unidades, que dobladas en cuatro deben medir 10 x 10 cm (+ - 1)	Unidad	Unidad	USP 39 NF 34	15 sobres
326	42311511-001	5788	GASA HIDRÓFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)	Abiertas:15 x 15 cm y dobladas en cuatro deben medir 7,5 x 7,5 cm, algodón 100% absorvente, material no deshilachable,blanca, paquetes de 10/20 unidades.	Unidad	Unidad	USP 39 NF 34	15 sobres
327	42221501-001	5822	CATETER EPICUTANEO: CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,3 MM X 0,6 MM	Catéter de acceso central por vía periferica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 2 FR 0,3 mm de diámetro interno y 0,6 mm de diámetro externo, estéril	kit	Unidad	N/A	N/A
328	42311506-001	5837	APOSITO HIDROCOLOIDE: APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (LARGO Y ANCHO)	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
329	42181702-005	5875	ELECTRODO NEONATAL: ELECTRODO DESCARTABLE NEONATAL	Para recién nacido, cabecera de metal, base de forma circular, cuadrada o rectangular, soporte de espuma, conductor de gel seco, adhesivo sin látex, hipoalergénico, lámina protectora individual. Debe poseer buena adherencia a la piel del paciente, resistiendo a la humedad, frio o calor sin despegarse,empaque resistente a la humedad.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
330	42182001-003	5886	ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
331	42295453-004	5915	BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/COLOSTOMÍA C/ANILLO DE TIPO KARAYA DE 51 MM	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
332	42221501-001	7068	CATETER EPICUTANEO: CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,27 MM X 0,58 MM	Catéter de acceso central por vía periférica, 100% Silicona de larga duración (más de un mes) radiópaco, 30 cm de largo (+ - 1) 1,8 FR 0,27 mm de diámetro interno y 0,58 mm de diámetro externo, estéril	kit	Unidad	N/A	N/A
333	42231504-002	5931	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC		Unidad	Unidad	N/A	N/A
334	42142402-006	6024	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 8 C/ BALÓN	Con balón, con mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
335	41104112-004	6110	SISTEMA COLECTOR DE ORINA: BOLSA EST.P/ RECL. DE ORINA ADLT. C/ URINÓMETRO		Unidad	Unidad	N/A	N/A
336	42142702-9999	6155-1	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 26 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
337	42142702-9999	6155-2	CATETER / STENT URINARIO URETRAL : CATÉTER DOBLE "J" N° 5 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
338	42293603-005	6614	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC siliconada, radiópaca,Estéril. Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
339	42293603-005	6616	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
340	42293603-005	6617	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
341	42293603-005	6618	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/BALÓN,	Flexible, PVC estéril, siliconada, radópaca.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
342	42293603-005	6619	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN	Flexible, PVC estéril, siliconada, radiópaca.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
343	42293603-005	6620	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/BALÓN	Flexible, PVC, siliconada, radiópaca. Estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
344	42272011-001	6630	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 14	Con camisa protectora. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
345	42271709-005	6917	CÁNULA NASAL ADULTO PARA OXÍGENO	Bigotera y dos cánulas intranasalesde silicona 100 % de arco regulable y prolongador de PVC siliconado, libre de látex, estéril, flexible.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
346	42271709-005	6920	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA: CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA PARA OXIGENOTERAPIA 9 FR	Formada por: Bigotera y dos cánulas intranasales de 9 Fr de silicona 100%, un arco de 45 a 48 cm. de largo regulables de PVC siliconado. Las dos cánulas intranasales deben tener un diámetro externo de 3 mm y diámetro interno de 2,30 mm con punta roma o redondeada (atraumática), insertadas sobre el arco. Estéril, flexible. Prolongador de PVC siliconado de 1,20 a 1,60 cm de longitud. Envases primarios: sobres pelables, con papel apto para la esterilización por óxido de etileno.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
347	42142502-002	6951	AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MEDULA: AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA	De 15 a 16 G de 20 a 70 mm de longitud. Adulto/pediatrica. Estèril Desechable. Presentación. Unidad	Unidad	Unidad	N/A	N/A
348	42142607-001	7009	JERINGA PICO FINO: JERINGA PICO FINO DE 50 ML - 60 ML	Estéril, descartable,sin aguja	Unidad	Unidad	N/A	N/A
349	42293603-003	7039	SONDA VESICAL TRIPLE VIA: SONDA FOLEY N°24 TRES VÍAS-	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
350	42293603-003	7040	SONDA VESICAL TRIPLE VIA: SONDA FOLEY N°22 TRES VÍAS	Látex- siliconado, estéril, flexible, descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
351	42292904-006	7085	SUTURA MECANICA: SUTURA MECÁNICA CIRCULAR DE 33 MM. DE DIÁMETRO C/ VISOR DE RANGO DE CIERRE, CURVO		Unidad	Unidad	N/A	N/A
352	42295513-002	7095	MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 X 15 CM	Estéril. Variación del ancho + 10 cm y del largo + 5 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
353	42295453-001	7136	FRASCO PARA DRENAJE: FRASCO PARA DRENAJE DE 500 CC	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad	Unidad	N/A	N/A
354	42295453-001	7137	FRASCO PARA DRENAJE: FRASCO PARA DRENAJE DE 1.000 CC	Sellado bajo agua.Debe adaptarse a la tapa del Sist. De drenaje mediastinal adquirido	Unidad	Unidad	N/A	N/A
355	42221503-003	7165	CATETER PARA INFUSION DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.	Estéril, Descartable, con set de 6 agujas. El kit debe contener: Portal (homopolímero de acetal y silicona): - Catéter de poliuretano radiopaco; - Conectores de Slidelock; - 1 Aguja para portal; - 1 Aguja despuntada de 1,3 mm; - Selector de vena; - 1 Aguja tipo Juber; - 1 Aguja de 90º; - Aguja introductora de pared extrafina; - Introductor 2,0 mm; - Alambre guía "J "; - 2 Jeringas de 10/12 cc. ; - Instrumento de tunelización; - 3 Dispositivos de seguridad para aguja; - Manual con información sobre el producto.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
356	42261610-001	7202	TUBO EN T CON CONEXION CORRUGADO: TUBO " T "	Con nebulizador y tubuladura de conección para Oxigeno, PVC, Estéril o altamente desinfectada, con ó sin máscara. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
357	42231502-006	7256-1	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad	Unidad	N/A	N/A
358	42142702-9999	7258-2	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE "J" N° 6 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
359	42291620-004	3035	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 8 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
360	42291620-004	7317	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 10 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
361	42291620-004	7318	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL Nº 12 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea rediopaca más trocar.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
362	42291620-004	7320	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 16 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
363	42221616-002	7347	PROLONGADOR DE VIA: PROLONGADOR CON LLAVE DE 3 VÍAS		Unidad	Unidad	N/A	N/A
364	42293603-001	8074	SONDA VESICAL: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 A 5 CC	Siliconada, Estéril, Flexible, Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
365	42142702-9999	8737-2	CATETER / STENT URINARIO URETRAL: CATÉTER DOBLE "J" N° 7 CON GUÍA Y POSICIONADOR	Estéril, descartable de 28 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
366	41112213-002	8995	TERMOMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL	**Digital-Pantalla:** LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el símbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. **Resolusión:** Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. **Precisión:** ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) **Rango de medición**: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. **Batería interna:** de 1.5 V o menor.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
367	41112213-002	3584	TERMOMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR	**Digital-Pantalla:** LCD de 3 dígitos o más, que despliegue el símbolo de °C (Grado Celsius) en incrementos de 0.1 grados. **Resolusión:** Incrementos y decrementos de 0,1 °C como máximo. **Precisión:** ± 0,1 °C (de 32.0 a 42.0 °C) **Rango de medición**: entre 32,0 °C o menos a 42,0 °C o mayor. **Batería interna:** de 1.5 V o menor.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
368	42221503-007	9272	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
369	42142709-002	9337	SETS DE CISTOSTOMIA: SET PARA CISTOSTOMÍA N° 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
370	42312201-009	9357	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/ AGUJA	Aguja Armada De 2,5 Cm, 1/2 Círculo, Punta Redonda	Unidad	Unidad	N/A	N/A
371	42312201-003	2649	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 0 SIN AGUJA.	Sin aguja, hebra no menor a 75 cm.Hebra resistente, estéril.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
372	42312201-003	2651	HILO PARA SUTURA ALGODÓN: SUTURA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN N° 3/0 S/AGUJA		Unidad	Unidad	N/A	N/A
373	42312201-006	2657	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 0 C/AGUJA DE 2 CM	Aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Cuticular .Variación + - 1 mm	Unidad	Unidad	N/A	N/A
374	42312201-006	2667	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N°4/0 C/AGUJA 2 CM . VARIACIÓN: + - 1 MM.	No absorvible, estéril, aguja cortante triangular 3/8 círculo, 2 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Longitud de hebra 45 cm como mínimo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
375	42312201-008	7041	HILO PARA SUTURA POLIESTER : SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 2/0 C/2 AGUJAS DE 2 CM , 1/2 CÍRCULO CON AT.	No absorvible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
376	42312201-008	7049	HILO PARA SUTURA POLIESTER : SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 4/0 C/2 AGUJAS 1,5 CM. (+ - 0,2)	Con 2 agujas cilíndricas 1,5 cm. Sin almohadilla de teflón, variación + - 0,2 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
377	42312201-008	2679	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 3,5 CM. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	No absorvible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
378	42312201-008	2691	HILO PARA SUTURA POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN Nº 2/0 S/AGUJA	Sin Aguja, Incoloro, Trenzado, 15 Hebras X 75Cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
379	42312201-009	7162	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 0 C/ AGUJA 4 CM, CILÍNDRICA, 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
380	42312201-009	7057	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 2/0 C/2 AGUJAS ARMADAS CILÍNDRICAS DE 3 CM. 1/2 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 0.2 CM.	Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
381	42292904-007	3007	CARTUCHO DE RECARGA DE SUTURA: CARTUCHOS DE RECARGA DE SUTURA MECÁNICA LINEAL CORTANTE TCR DE 75 +- 5 MM DE LONGITUD		Unidad	Unidad	N/A	N/A
382	42132105-001	9466	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA PARTE DE ABAJO 1,90 A 1,95 MTS. X 1,52 A 1,57 MTS.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad	Unidad	N/A	N/A
383	42132105-001	9467	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 A 1,95 X 0,90 A 0,95 MTS.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad	Unidad	N/A	N/A
384	42132105-001	9468	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 A 0,55 X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad	Unidad	N/A	N/A
385	42132105-001	9469	SABANA DE ENFERMERIA: SABANA PARA CAMA 0,70 A 0,75 MTS. X 50 MTS. (ROLLOS)	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	Unidad	Unidad	N/A	N/A
386	42141902-001	9480	BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE	Capacidad de 1000 a 2500 cc,con sus respectivas almohadillas y manguitos para insuflar, no estéril.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
387	53131622-001	9481	CONDONES: PRESERVATIVO	De Látex de caucho natural, resistente a roturas, Lubricado con Cloruro de Benzalconio o silicona, con Depósito,Adaptable, Flexible, para uso masculino	Unidad	Unidad	N/A	N/A
388	42221504-003	9689	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°18 DE POLIURETANO DE 30 A 35 MM DE LONGITUD	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 99 ml/min (+ - 10 ml)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
389	42221504-003	9690	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO DE 30 A 32 MM DE LONGITUD MÁXIMA	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero, a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 60 ml/min (+ - 10 ml)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
390	42221504-003	2530	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 DE 25 MM DE LONGITUD MÁXIMA USO PEDIÁTRICO	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 35 ml/min.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
391	42221504-003	2531	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°24 DE 19 A 20 MM DE LONGITUD.	Hecho a base de resina de poliuretano, radiópaco, estéril, flexible, con bisel y trifacetado. Con protector de bioseguridad, libre de LATEX Y DEHP(Di(2-etilhexil)ftalato). Con conector para equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos de 25 ml/min (+ - 10 ml)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
392	42221504-003	9688	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°16 DE POLIURETANO DE 32 A 45 MM DE LONGITUD	De poliuretano,estéril.descartable,radiópaco,flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (puntafina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 205 ml/min.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
393	42242302-052	9880	COLLAR ORTOPEDICO: COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO GRANDE	Material Plastazote y velcro, regulable	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
394	42131702-001	9903	BATA QUIRURGICA: CHALECO O BATA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE	Confeccionada en tela no tejida, tipo SSMMS de 50 (+ - 6)gr/m2. Resistente a fluidos corporales, repelencia al alcohol de 70%, la más alta barrera bacteriana, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 15 cm de ancho, cierres tipo magnetico y/o tiras en el cuello y en la parte posterior de la cintura, longitud mínima 130 a 135 cm. Deberán acompañar al producto, Certificados internacionales debidamente consularizados que avaten la calificación SSMMS. Además de otros certificados que respalden la alta barrera bacteriana de protección, que no deberá ser inferior al 94%.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
395	42142402-007	9904	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 00	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
396	42142402-007	9905	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 2	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
397	42142402-007	9906	CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 4	Pvc Rígido, Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
398	42271802-002	9907	MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
399	42143106-001	10149	KIT EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLÓGICO: EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)	Componentes: Aspirador cilíndrico de 60 ml, con aro de seguridad; Válvulas(sencillas y dobles); Embolo con mango ergonómico y anillos de seguridad; Sistema de cánulas rígidas multiuso: cánulas de, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. Capacidad: contención 60 cc; succión 24 - 26 pulgadas de mercurio, compatibilidad con canulas rígidas mutiuso. Estéril. Presentación: kit.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
400	42293603-005	10158	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
401	42293603-005	10159	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
402	42293603-005	10160	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
403	42293603-005	10161	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
404	42293603-005	10162	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN	Flexible, PVC Siliconada con Balón, Radiópaca, Estéril.Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
405	42231502-006	7255-1	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material poliuretano , 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad	Unidad	N/A	N/A
406	42231502-006	7255-2	SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 12 FR.	Estéril, material silicona 100%, 125 a 140 cm. de longitud, mandril y oliva de Tunsgteno.Set completo c/ guía standard y adaptador universal	Unidad	Unidad	N/A	N/A
407	42222001-004	10645	EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO PARA SOLUCIONES: EQUIPO VOLUMÉTRICO 140 A 150 ML(SISTEMA CERRADO)	Equipo volumétrico 140 a 150 ml, espiga con protector, con cámara de goteo con válvula antirreflujo y filtro de aire, con dos cierres rotatorios para regular el goteo con dos puertos de inyección (el primero en la cámara y el segundo situado en la línea próxima al paciente), libre de aguja sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica), conexión próxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 190 cm (+ - 40 cm). Fabricado en PVC, grado médico, tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos. **Observación:** La medición se realizará por debajo del gotero hasta la línea próxima del paciente.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
408	42142609-001	2731-2	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta a presión.	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
409	42142609-001	2731-3	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril C/Aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
410	42142609-001	2733-1	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
411	42142609-001	2733-2	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X11/2. Embolo de goma y punta a presión.	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
412	42142609-001	2724	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril, Embolo de goma.	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
413	42142609-001	2729	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA	Estéril C/Aguja 21X1.1/2. Embolo De Goma y Punta Enroscable	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
414	42142609-001	2739	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 1 CC P/INSULINA DE 100 UI. C/AGUJA DE 27G A 28G X 1/2	Estéril, Descartable, c/Aguja Desmontable.	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
415	42142609-001	2742	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE 1 CC P/TUBERCULINA C/AGUJA 27 G A 28 G X 1/2	Estéril, descartable, c/aguja desmontable.	Unidad	Unidad	(RESOLUCION MERCOSUR/GMC/RES .N° 50/98) y Norma ISO 7886-1:1993	100
416	42231701-001	2948-1	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 30 PVC SILICONADA	Estéril,material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
417	42231701-001	2948-2	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 30, 100 % DE SILICONA	Estéril, material 100%, siliconada, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
418	42294713-001	3657-2	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO- MODELO SAMS 2	KIT	Unidad	N/A	N/A
419	42294713-001	5594-1	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA PEDIÁTRICO	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A TERUMO-MODELO SAMS 2. Rango: Como mínimo a 15 (quince) Kilo gramos o más. Presentación Kit.	KIT	Unidad	N/A	N/A
420	42294713-001	5595-2	OXIGENADOR A MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL	C/ Tubuladura Y Filtros C/ Soporte Incluidos . ADAPTABLE A MACHI II.	KIT	Unidad	N/A	N/A
421	42272011-001	11019	CATETER DE ASPIRACION: CATÉTER DE SUCCIÓN C/ CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN TRAQUEAL N 6	Con camisa protectora. Con vía accesoria p/aplicación de soluciones traqueales. Con puerto p/ administración de drogas aerolisadas.Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
422	42221503-007	11020	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
			LUMEN					
423	42221503-007	11021	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
424	42221503-007	11022	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 3 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
425	42221503-007	11023	CATETER VENOSO CENTRAL: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 2 LÚMEN	Poliuretano, descartable, estéril c/Jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
426	40101903-003	11024	FILTRO ANTIBACTERIANO: FILTRO BACTERIANO C/HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO	Estéril, Descartable, Con Adaptador Corrugado.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
427	42291620-004	11025	TROCAR PARA PUNCION PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 6 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, más trocar	Unidad	Unidad	N/A	N/A
428	41123403-9999	10740	PICO INYECTOR PARA FRASCOS: PICO PARA IRRIGACIÓN DE FRASCOS DE SUEROS CON SISTEMA CERRADO	Dispositivo estéril de poliuretano rígido con tapa y aleta para irrigación con protector que permita grandes volúmenes.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
429	42203503-002	3632	ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO EPICÁRDICO, C/ 2 AGUJAS	Agujas Recta Y Curva	Unidad	Unidad	N/A	N/A
430	42142402-009	6919	CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR	Bigotera de Silicona 100%, formada por un arco de 45 a 48 cm. De largo y dos cánulas intranasales de 6 Fr regulables. Diámetro externo de 2 mm y diámetro interno de 1,30 mm con punta roma o redondeada (atraumática), insertadas sobre el arco. Estéril, flexible. Prolongador de PVC siliconado de 1,20 a 1,60 cm de longitud. Envases primarios: sobres pelables, con papel apto para la esterilización por óxido de etileno.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
431	42191501-001	6941-1	AEROCAMARA:: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño infantil.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
432	42191501-001	6941-2	AEROCAMARA: AEROCAMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS	Multivalvular, aséptica, con membrana y máscara de silicona de diseño anatómico tamaño para adultos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
433	42295427-001	3529	CEPILLO PARA LAVADO QUIRURGICO: CEPILLO QUIRÚRGICO	Cepillo Quirúrgico Impregnado Con Iodopovidona. Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
434	42271903-003	5850	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO, ESTÉRIL		Kits	Unidad	N/A	N/A
435	42293603-005	3769	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
436	42293603-005	3768	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
437	42141607-002	2772	ORINAL PLASTICO MASCULINO: ORINAL DE PLÁSTICO	Orinal De Pvc Rígido Masculino Adulto	Unidad	Unidad	N/A	N/A
438	42293603-005	3771	SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9 SIN BALÓN	Flexible Siliconado. Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
439	42272304-003	5692	RESUCITADOR PEDIATRICO C/ CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ML	Bolsa autoinflable con reservorio de O2 de 500 ml,máscara anatómica de silicona N°0, transparente con borde almohadillado, válvula unidireccional con entrada de Oxígeno, entrada de admisión de aire de ambiente. Salida expiratoria, válvula de seguridad.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
440	42171607-001	5846	PROTECTOR PARA TIROIDES (CUELLERA) DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)	Plomado de 0,5 mm de plomo de espesor	Unidad	Unidad	N/A	N/A
441	42201803-001	3489	PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 X 24 CM.		Unidad	Unidad	N/A	N/A
442	46181611-002	4394	LENTES O GAFAS PROTECTORAS: LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR .	De policarbonato, tamaño Standard, Material liviano, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
443	42204002-9999	6128	LENTES DE PROTECCION RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X	Peso no mayor a 136 gr. Contenido de plomo ó equivalente en el vidrio ó cristal: 0,50 a 0,75 mm. Marco ó armazón: material de plástico ó equivalente (vinyl,policarbonato,propionato de celulosa)	Unidad	Unidad	N/A	N/A
444	41104102-003	4388	LANCETA DESECHABLE: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE	Desechable, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
445	42271702-999	10154	HALO CEFALICO: HALO CEFÁLICO PEQUEÑO	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxígeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
446	42271702-999	3550	HALO CEFALICO: HALO CEFÁLICO GRANDE	Forma cilíndrica compacta, que proporcione concentraciones de oxígeno superiores a 90%, una tapa con orificio central para entrada de sensor de oxígeno y termómetro con aberturas frontal y laterales, construido en acrílico transparente, válvula de entrada de oxígeno y panel para uso con terapia de radiación . No descartable.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
447	41123403-001	10644	EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO).	Calibrado a 60 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de aguja, sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en Estudios de Resonancia Magnetica y otros). Conexión proxima al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 180 cm (+- 10cm). Fabricado en PVC grado médico tubería flexible totalmente transparente, estéril y libre de pirógenos.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
448	42142402-001	3717	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
449	42142402-001	3716	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4 SIN BALÓN	Sin balón, sin mandril, con collar, 100% silicona, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
450	42181501-001	2472	BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE MADERA		Unidad	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
451	42271903-002	9687	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO ESPIRAL: TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 8	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
452	42271903-002	6786	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO ESPIRAL: TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFUERZO EN ESPIRAL N° 7,5	Estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
453	42231504-002	2491	BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICION PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 2000 CC	Con sistema de llenado incorporado con 3 líneas de bajada.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
454	42281916-002	3843	BOLSA DE PAPEL CON INDICADOR QUIMICO: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 18 X 9,5 X 38 CM. PARA AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm. Caja x 100 uds.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
455	42142402-006	7001	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON : CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 7,5 C/BALÓN	Siliconado Pvc Estéril, Con Mandril, Con Collar	Unidad	Unidad	N/A	N/A
456	42204002-002	3459-3	DELANTALES DE PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA: DELANTAL PLOMADO, TAMAÑO GRANDE/TAMAÑO MEDIANO-COMPLETO CON PLOMO VIRGEN.	DELANTAL PLOMADO TAMAÑO GRANDE/MEDIANO COMPLETO CON PLOMO VIRGEN DE 0,5 MM DE PLOMO CON COBERTURA ANTERIOR. CERTIFICADO POR LA FDA Y COMUNIDAD EUROPEA	Unidad	Unidad	N/A	N/A
457	42181608-001	2462	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 14 a 16 x 50 a 60 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
458	42181608-001	10156	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ARTERIAL ANEROIDE ADULTOS OBESOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm. De fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. de 15 a 18 x 60 a 75 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
459	42301506-001	2619	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR: ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO	Campana metálica, con membrana de 45 mm de diámetro (+ - 2) y una campana de 32 mm (+ - 2) con elevada fidelidad acústica, diseño con doble resorte integrado, tubo sin látex, anillos de materia plástica p/membrana y campana, olivas blandas con fijación	Unidad	Unidad	N/A	N/A
460	42281807-008	3860	INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR: INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867	Unidad	Unidad	N/A	N/A
461	42295513-002	2856	MALLA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA: MALLA DE POLIPROPILENO GRANDE 30 X 30 CM (+ - 5)	Con tramas no deshilachables al producirse el corte, estéril	Unidad	Unidad	N/A	N/A
462	42271802-002	6918	MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA ADULTOS	Estéril, descartable, debe ser adaptable al manómetro de oxígeno (Cód. 3827) PVC Siliconado.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
463	42231701-001	2947-1	SONDA NASOGÁSTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 35 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
464	42271903-003	5848	TUBO TRAQUEAL PARA INTUBACIÓN BRONQUIAL: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACIÓN BRONQUIAL SELECTIVA DE 37 IZQUIERDO. ESTÉRIL		Kits	Unidad	N/A	N/A
465	42311505-001	7011	VENDA ENYESADA: VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT.LARGO MÍNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado,resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	Unidad	Unidad	Metodología Original del fabricante	10
466	42142502-004	6943	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 23G X 1 (USO PEDIÁTRICO)	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
467	42142502-004	2371	AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 21G X 1 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
468	42181608-001	2465	ESFIGMOMANOMETRO O TENSIOMETRO: APARATO DE PRESIÓN ANEROIDE PARA NIÑOS	Manómetro a prueba de presión, escala grande de 60 mm de fácil lectura, manguito de primera calidad (insufla 50% más volúmen de la pera), Brazalete impermeable acolchado, con la escala de medición en mm/Hg. De 10 a 12 x 34 a 45 cm (largo x ancho); largo de la tubuladura 50 + - 10 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
469	42311702-001	3103	CLAMP UMBILICAL: CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	Unidad	Unidad	N/A	N/A
470	42312005-002	2775	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO NIÑOS 30 X 18 CM (+ 10)	Estéril, Descartable	Unidad	Unidad	N/A	N/A
471	42221506-001	3101	CATETER UMBILICAL ARTERIAL: CATÉTER UMBILICAL NEONATAL UNILÚMEN DE 15 A 20 CM DE LONGITUD	Estéril de 15 a 20 cm. De longitud. Descartable, de 3,5 Fr. a 4 Fr.-	Unidad	Unidad	N/A	N/A
472	42231701-001	2945-1	SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICO: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO "K" 31 PVC SILICONADA	Estéril, material PVC grado médico con baño de silicona, radiópaca, flexible. Long. 50 a 60 cm.	Unidad	Unidad	N/A	N/A
473	42201803-001	9886	PLACA MAMOGRAFICA: PELÍCULA MAMOGRÁFICA 24 X 30 CM.		Unidad	Unidad	N/A	N/A
474	42141805-002	11097	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G20	Aguja: Diámetro G20, Longitud 6" (100mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	N/A	N/A
475	42141805-002	11095	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G22	Aguja: Diámetro G22, Longitud 2" (50mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	N/A	N/A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	CÓDIGO IPS	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	FARMACOPEA RECOMENDADA	UNIDADES A SER ENTREGADAS PARA PERITAJE ANALITICO
476	42141805-002	11096	AGUJA DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TÉCNICAS DE PUNCIÓN ÚNICA EN ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFERICOS, CON NEUROESTIMULADOR G21	Aguja: Diámetro G21, Longitud 4" (100mm). Completamente aisladas a excepción del bisel. El bisel corto de 30° facilita la identificación del espacio peri vascular mediante un nítido "click". Este aspecto reduce el riesgo de dañar el nervio y permite a la aguja deslizarse suavemente a través de los tejidos. El diseño ergonómico de la aguja actúa como una guía segura durante la punción. Toma especial contra el contacto accidental. Testado por ultrasonido con gran visibilidad.	UNIDAD	Unidad	N/A	N/A

3. Sección VII. Anexos. Inciso F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos, queda de la siguiente manera:

F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
1. El oferente deberá presentar cualquier documentación de origen o aclaratorio de los ítems en que se requieran que podrán ser solicitados por la Comisión Evaluadora, debidamente autenticados.		
2. Planilla de Datos Garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc. tal como será entregado en el DASM, conforme al modelo adjunto.		
3. Declaración jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma del ítem ofertado		
4. Certificado de esterilidad de origen para todos los productos ofertados que soliciten dicha presentación en las EE.TT. debidamente autenticados, que podrán ser solicitados por el comité evaluador.		
5. Copia autenticada de la habilitación vigente, para importar y/o comercializar Dispositivos Médicos-Hospitalarios y listado donde consten los productos ofertados, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS. De encontrarse vencido se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.		
6. Presentar Certificado de aprobación y habilitación para su uso en la práctica clínica emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia – Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485. Todos los documentos deben estar traducidos al español. Para los ítems 117-118-126-127-130-131-133-210 se solicitan Certificación expedida por la FDA y/o EMA.		
7. Certificados de garantía de calidad de Origen de los ítems en que se requieran por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados		
8. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, Autoridad Sanitaria competente de nuestro país, vigente durante toda la duración del contrato.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Joel Caballero
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES