LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 148/18 "ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS A COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL".

ADENDA N° 3

Asunción, 7 de diciembre de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 148/18 "ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS A COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL".**, con **ID N° 352.697**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. En la SECCION III .REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS; 1.Especificaciones Técnicas. Lote 1: Reactivos para Equipos Automatizados para pruebas pretransfusionales y tamizaje Inmunohematológicos en Donantes.

Donde dice:

Donantes:
Reactivos para determinación de grupo hematico ABO que incluya además la determinación del Rh D, con 2 reactivos (DVI-, DVI+), su control Rh y determinación del D débil en los Rh D negativos, Fenotipo Rh y Kell, Panel celular selector (Pesquisa de Anticuerpos Irregulares) para ser utilizados en equipo automatizado, con los insumos y accesorios necesarios para la realización de estos estudios incluyendo controles de calidad. Las determinaciones de PAI (Pesquisa de Anticuerpos Irregulares - Panel celular selector) deben contar con 2 células e incluir la detección de Anti Diego a

Equipo en comodato:
1. La empresa deberá incluir en su oferta en carácter comodato 1 (un) equipo totalmente automatizado, con menos de 5 años de fabricación para la realización de los estudios inmunohematológicos en donantes especificados en los ítems 5 al 7:

Características del equipo:
- Capacidad de procesamiento para al menos 100 muestras, con posibilidad de introducir muestras en cualquier momento de la corrida normal así como recarga o cambio de reactivos y tarjetas o microplacas (tiras) durante el funcionamiento del equipo.

Debe decir:

Donantes:
Reactivos para determinación de grupo hematico ABO que incluya además la determinación del Rh D, con 2 reactivos (DVI-, DVI+), su control Rh y determinación del D débil en los Rh D negativos, Fenotipo Rh y Kell, Panel celular selector (Pesquisa de Anticuerpos Irregulares) para ser utilizados en equipo automatizado, con los insumos y accesorios necesarios para la realización de estos estudios incluyendo controles de calidad. Las determinaciones de PAI (Pesquisa de Anticuerpos Irregulares - Panel celular selector) deben contar con **como mínimo con 2 células** e incluir la detección de Anti Diego a

Equipo en comodato:

1. La empresa deberá incluir en su oferta en carácter comodato 1 (un) equipo totalmente automatizado, con menos de 5 años de fabricación para la realización de los estudios inmunohematológicos en donantes especificados en los ítems 5 al 7:

Características del equipo:
- Capacidad de procesamiento para al **menos 96 muestras**, con posibilidad de introducir muestras en cualquier momento de la corrida normal así como recarga o cambio de reactivos y tarjetas o microplacas (tiras) durante el funcionamiento del equipo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blas Roberto Nunez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fátima Ramirez O.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES