Aclaraciones 01
De la Licitación Publica Nacional Nº 08/2012
"Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos"
ID 245.127.-

San Lorenzo 02 de Noviembre de 2012

Consulta 01: En relación a ITEM 4 "Caja Básica de Traumatología" donde dice; "Torniquete neumático portátil eléctrico de 220V, con batería recargable, autonomía mínima de 90 min. Presión de 0-600 mgHg, cronómetro con cuenta regresiva de alarma. Pie móvil y cesta con 5 tamaños de torniquetes incluidos en material de silicona libre de látex, tubos de silicona y cintas de seguridad", solicitamos a la convocante separar tal producto del ítem y solicitarlo como un ítem aparte, debido a que muchas empresas importan solamente instrumentales quirúrgicos, pudiendo de esa manera tener una mayor participación de oferentes

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 02: Teniendo en cuenta las posible variaciones en las medidas que pudiera darse en los diferentes modelos de cada fabricante, solicitamos a la convocante incluir +/- 2 cm de variación en las medidas de todos los instrumentales del ítem numero 4 "Caja Básica de Traumatología".

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Enrique Valdez Artaza
Responsable Sub U.O.C.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.