Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Tel.: (595-21) 585.606/10 **Email: contrataciones@agr.una.py - Web: www.agr.una.py**
Fax: (595-21) 585.612 **Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay**

San Lorenzo, 08 de Octubre de 2013.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente.

Ref.: Aclaración Nº 2 correspondiente al llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2013 "Adquisición de Equipos de Laboratorio para el Proyecto DCI-ALA/2012/302613 Fomento a la Producción de Plantas Medicinales - Cód. 14" - Contrato Cerrado. ID Nº 256.619.-

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Proceso del Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2013** para la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES" - CONTRATO CERRADO, ID 256.619 - COD. 14,** de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, con el fin de dar respuesta a consultas recibidas, aclarando cuánto sigue:

1. ***Consulta Ítem 1:***
   Pregunta 1: Autoclave. Se puede ofertar un Autoclave tipo chamberland de 75 Litros?.
   Pregunta 2: Se puede cotizar un equipo de 50 litros de capacidad?.

   Respuestas:
   Respuesta 1: SI se podrá cotizar un Autoclave de 75 Litros por ser de mayor capacidad de lo solicitado.
   Respuesta 2: NO Podrá ser cotizado un Equipo de 50 Litros de capacidad, por ser de menor capacidad que lo solicitado en las Especificaciones Técnicas del presente Llamado.

2. ***Consulta Ítem 2:***
   Pregunta 1: Balanza para laboratorio. Favor aclarar capacidad máxima y precisión en números?.
   Pregunta 2: Balanza para laboratorio. Favor indicar que capacidad máxima de pesaje y que precisión debe tener la balanza?.

   Respuestas:
   Respuestas 1 y 2: La Capacidad Máxima de Pesaje es de 5.000 gramos y la Precisión deberá ser de 2 decimales.

3. ***Consulta Ítem 3:***
   Pregunta 1: Balanza para laboratorio. Favor aclarar precisión en números?.
   Pregunta 2: Balanza para laboratorio. Favor especificar la Capacidad Máxima y la sensibilidad o precisión de la Balanza?.
   Pregunta 3: Balanza para laboratorio. Favor aclarar si en la capacidad máxima de pesaje solicitada es de 1.000 g. ó de 2.200 g.?

   Respuestas:
   Respuestas 1, 2 y 3: La Capacidad Máxima de Pesaje es de 2.200 gramos y la Precisión deberá ser de 3 decimales.

4. ***Consulta Ítem 4:***
   Pregunta 1: Balanza para laboratorio. Favor aclarar precisión en números?.
   Pregunta 2: Balanza para laboratorio. Favor aclarar si en la capacidad máxima de pesaje solicitada es de 1.000 g. ó de 5.000 g.?

   Respuestas:
   Respuestas 1 y 2: La Capacidad Máxima de Pesaje es de 5.000 gramos y la Precisión deberá ser de 2 decimales.

5. ***Consulta Ítem 5: Plancha Calefactora. Se puede ofertar una plancha calefactora eléctrica con temperatura máxima de 370ºC?.***

   Respuesta:
   SI se podrá ofertar una plancha calefactora con temperatura máxima de 370ºC.

6. ***Consulta Ítem 10: Espectrofotómetro de Absorción Atómica. Favor especificar cuantas lámparas de Cátodo Hueco deberán ser proveídos con el equipo y cuáles son los elementos químicos de dichas lámparas?.***

   Respuesta:
   Deberán ser proveídas 6 lámparas de Cátodo Hueco con el equipo y los Elementos Químicos de dichas lámparas son: Aluminio (Al), Hierro (Fe), Calcio (Ca), Sodio (Na), Plomo (Pb) y Potasio (K).

7. ***Consulta Ítem 11:***
   Pregunta 1: Medidor de pH. Favor aclarar si la precisión deseada serían de 3 decimales?. Favor aclarar si es de mesada o portátil?.
   Pregunta 2: Medidor de pH. ¿Se requiere un equipo de mesa o que sea portátil con maletín?.

   Respuestas:
   Respuestas 1 y 2: La precisión deberá ser de 3 decimales y el Equipo deberá ser portátil con maletín.

8. ***Consulta Ítem 12: Microscopio Estereoscopio. Bajo descripción del Bien se solicita Microscopio Estereoscopio. En las especificaciones técnicas sin embargo se describen las características de un microscopio binocular pero no las de un estereoscopio (llamado también microscopio estereoscópico). En caso de solicitar en este ítem un estereoscopio, se deberán detallar las especificaciones técnicas de este equipo. Favor aclarar cual equipo debe cotizarse?.***

   Respuesta:
   El Microscopio deberá ser Binocular y se mantendrá las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado

9. ***Consulta Ítem 13: Microscopio Estereoscopio. En este ítem se presenta la misma duda que en el ítem 12. Favor aclarar que debe cotizarse?.***

   Respuesta:
   El Microscopio deberá ser Binocular y se mantendrá las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado

10. ***Consulta Ítem 15:***
    Pregunta 1: Mufla. Favor aclarar tamaño o volumen de la Mufla que se necesita y si se puede ofertar una Mufla de 1100 con apertura hacia abajo tipo bandeja?.
    Pregunta 2: Mufla. Favor aclarar si debe ofertarse el equipo con una capacidad (= volumen interno) de 3, 5 o 9 litros?.

    Respuestas:
    Respuestas 1 y 2: SI se puede ofertar una Mufla de 1100 ºC, con apertura indistintamente lateral o descendente tipo bandeja y deberá ser con una capacidad (= volumen interno) de 9 litros como mínimo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles cordialmente.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · DPTO. DE CONTRATACIONES

C.P. PABLO DANIEL PEÑA
Jefe
Departamento de Contrataciones