CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ACTA Nº 77/10

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LCO Nº 05/10
"ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO"

En la ciudad de Asunción, siendo las nueve horas del día lunes veinticuatro del mes de mayo del año dos mil diez en el local del Centro Financiero Nº 5, sito en la Avda Artigas 920 c/ Perú, se realiza la Junta de Aclaraciones relativo al llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/10 "Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio, convocada por la UOC Nº 5 "COMLOG". Da inicio al acto el Señor Jefe del Dpto. Financiero de la DISERSANFA, TCNEL DCEM JUAN BENJAMIN FRUTOS, con la presencia del CNEL SAN CARMEN ALMIRON DE ROJAS, el CAP INT CARLOS SILVA y la LIC. JUANA GIMENEZ.

Se deja constancia de la presencia de los siguientes oferentes:

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	EMPRESA
1	SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.	1.029.985	VICTOR MENACHO
2	DIEST MEDICINAL	462.608	SERGIO VILLANUEVA
3	ARGON S.RL	2.206.633	MERCEDES ROMAN

Da inicio al acto el TCNEL DCEM JUAN BENJAMIN FRUTOS y seguidamente se procede a las aclaraciones que se indican a continuación:

a) Formulario de lista de precio Item Nº 9 – Sillas de ruedas cromadas, la capacidad de la misma podría ser de hasta 120 kg.? Ya que la silla con capacidad hasta 150 kg. Debe ser con apoya brazos desmontables y de mayor amplitud del asiento. Favor aclarar.
Rta.: Se solicita respetar lo especificado en la lista de bienes, **capacidad de 150 kg.**

b) Formulario de lista de precios Item Nº 12 – Nebulizador ultrasónico, a qué tipo de nebulizador se refiere si el mismo no funciona con membrana ni cámara de agua, debido a que el cristal precisa de dicho componente para producir la niebla? Favor aclarar.
Rta.: Lo solicita es nebulizador ultrasónico con membrana y cámara de agua para uso hospitalario.

c) Bajo el punto IAO 1.2 en la Sección II – Datos de la Licitación (DDL) se menciona que el sistema de adjudicación es por lote. Nuestra empresa así como otras empresas que potencialmente podrían participar están especializadas en ciertos suministros en el sector de la salud.
La diversidad de los equipos licitados en cada lote reduciría considerablemente la cantidad de oferentes debido al sistema de adjudicación por lote. Por consiguiente

las opciones para la Institución se verán reducidas. Proponemos por lo tanto que el sistema de adjudicación se realice por ítem.
Rta.: El sistema de adjudicación se realizará por ítem.

d) Solicitamos se pueda extender el plazo de entrega a 60 días de la emisión de la orden de compra.
Rta.: El plazo podrá ser hasta 90 (noventa) días para los bienes importados y hasta 30 (treinta) días para los bienes nacionales.

e) En el soporte de suero o mástil solicitamos aclarar si precisan de 2 (dos) o de 4 (cuatro) ganchos de servicios.
Rta.: El soporte de suero solicitado es de 2 (dos) ganchos.

f) Solicitamos aclarar a que se refiere columna compuesta de cuatro astas de acero 1045 con cromo duro rectificado, estos son las secciones de la mesa?
Rta.: La columna compuesta de cuatro astas de acero 1045 con cromo duro rectificado, son las secciones de la mesa.

g) En el punto de los accesorios donde menciona 1(un) Juego de colchones con capa de plástico lavable y 1 (un) Juego de colchones en espuma con revestimiento de covium, favor aclarar si están solicitando 2 (dos) juegos de colchones.
Rta.: Lo solicitado son 2 (dos) juegos de colchones.

h) Donde menciona el accesorio 1 (un) par de porta-cosa, favor aclarar a que se refiere?
Rta.: Lo solicitado es 1 (un) par de posa pies.

i) El soporte de muslo y soporte de muñeca favor aclarar si son cintas inmovilizadoras.
Rta.: Lo solicitado son cintas inmovilizadoras para muslo y muñeca.

j) Solicitamos se pueda cotizar mesas con medidas: 0,40 m. de ancho x 0,60 m. de largo x 0,80 m. de alto.
Rta.: Respetar lo solicitado en las especificaciones técnicas.

k) Se podrá cotizar balanza de estas características: Construcción acorde a normas internacionales; estructura de acero con acabado sanitario con pintura secado al horno resistente a la corrosión; sistema de pesaje del tipo mecánico; superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento; plataforma anti deslizante; rango de pesaje de 0 a 200 kg. Graduación de 100 gramos; tallímetro tipo telescopio; con rango de medición 95 cm a 200 cm.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

Rta.: Lo solicitado es la balanza con tallímetro convencional no digital.

Por medio de la presente acta se comunica que para la presente licitación deberá adjuntar a la oferta la Declaración Jurada SIPE, por la cual se establece la incorporación de la Declaración Jurada por la que se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores – SIPE.

Se da por concluido el acto siendo las diez horas, suscribiendo los funcionarios mencionados en la presente acta correspondiente, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho.

JUAN BENJAMIN FRUTOS A.
TCNEL DCEM
Jefe Dpto. Financiero – Disersanfa

CARMEN ALMIRON DE ROJAS
CNEL SAN
Jefe Parque Sanitario – Disersanfa

CARLOS D. SILVA M.
CAP INT
Jefe UOC Nº 5 – Comlog

LIC. JUANA E. GIMENEZ A.
FF.PP.
Jefe Div. Contrataciones - Disersanfa

Argon SRL.

Dest medicual.

VICTOR MENACHO.