Adenda Nº 02
a la Licitación Pública Nacional Nº 02/2011
"Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos y de Laboratorio"

San Lorenzo 02 de mayo de 2011

Sección V
Especificaciones Técnicas
En los ítems 6 al 9

Donde Dice:
Trabajos a Realizar

- Cambio de manchon, rulemanes, retenes, filtro de aceite y aceite.

Debe Decir:
Trabajos a Realizar

- Cambio de manchon, rulemanes, retenes, filtro de aceite y **aire.**

Agregar:

Ítem Nº 1

Tareas a realizar:

- Instalación del equipo en el Servicio de Laboratorio, la respectiva instalación eléctrica desde el tablero central del hospital hasta el recinto donde estará el equipo, además de la adecuación del desagüe del lugar, queda por cuenta de la empresa adjudicada.

Ítem Nº 6

Trabajos a Realizar

- Provisión e instalación de kit de reparo de la bomba

Ítem Nº 7

Trabajos a Realizar

- Provisión e instalación de kit de reparo de la bomba

Ítem Nº 8

Trabajos a Realizar

- Provisión e instalación de kit de reparo de la bomba.
- Provisión de dos (02) ventiladores y dos (02) manchones para las respectivas bombas.

Ítem Nº 13

Trabajos a realizar.

- Provisión y cambio de aro y juntas.
- Provisión y cambio de válvulas con sus respectivos kits de reparo.
- Provisión y cambio de pistón.
- Mantenimiento del secador de aire con la respectiva provisión e instalación del pre-filtro y post-filtro del mismo.

Ítem Nº 14

Tareas a realizar:

- Provisión y cambio de aro y juntas
- Provisión y cambio de válvulas con sus respectivos kits de reparo.
- Provisión y cambio de pistón.

Enrique Valdez Artaza
Responsable SUOC Nº 35