MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 16 / 2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - INSTRUMENTALES" PARA LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA PARA LA SALUD

ADDENDA Nº 03 / 2010

AL OFERENTE SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Consulta 1:

Ítem N° 1: Balanza con altímetro:

Consulta: ¿Se podría tolerar en el rango de medición del altímetro una diferencia de más menos 5 centímetros? Específicamente: se aceptaría que el Rango de medición del altímetro sea de 100 centímetros hasta 200 centímetros?

Respuesta 1: Se podrá cotizar con el rango de variación +/- 2.-

Consulta 2:

Ítems 10, 14, 15, 16, 29, 30 y 34 (Instrumentales Quirúrgicos):

En el PBC solicitan en éstos ítems que los instrumentales sean "Fabricados en acero quirúrgico sanitario resistente al carbono, con 1 año de garantía" y también que sean "Fabricado en acero inoxidable, acorde a normas internacionales de calidad".

Entendemos que la única forma de demostrar que el instrumental es fabricado "acorde a normas internacionales de calidad", es presentando la documentación correspondiente que avale dicha afirmación. Por ejemplo: Certificado ISO 13485 y/o Certificado CE, o al menos algún certificado otorgado por el Ministerio de Salud del país del fabricante que avale que el fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control en concordancia con la Resolución Mercosur GMC para dispositivos médicos.

Consulta: ¿Qué documento o documentos requerirá el MSPyBS para avalar que los instrumentales quirúrgicos son fabricados acorde a normas internacionales de calidad?

Respuesta 2: Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 11.1 (e), queda redactado de la siguiente manera:

Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que los Bienes ofertados, cumplen con los requerimientos de la Sección V, Programa de Suministros: a) Planilla de especificaciones Técnicas en el cual se detallan las descripciones: marcas, modelos, configuraciones y demás datos requeridos de los bienes y servicios.

Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay

Carlos A. Espinola Morales

de las marcas de los bienes ofertados. En el caso de representante o distribuidor, el oferente deberá presentar una Declaración Jurada, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, vigente al momento de la fecha de presentación de ofertas, en la cual se declara lo siguiente:

a. **Que el oferente es representante o distribuidor de la marca, o en su defecto, que esta debidamente autorizado a comercializar los bienes que oferta.**
b. **Que el oferente esta debidamente capacitado y certificado por el fabricante para proveer, instalar y respaldar posteriormente los bienes ofertados.**
c. **Que el oferente posee toda la infraestructura necesaria, así como del personal técnico para proveer servicios y asistencia técnica de los bienes ofertados.**
d. **Que los equipos ofertados disponen localmente de repuestos, partes y accesorios, de modo a solucionar en forma inmediata cualquier inconveniente que pueda surgir con los equipos ofertados.**

Consulta 3:

Por otro lado el PBC establece: "El Comité de Evaluación verificará las Muestras a fin de determinar que los Productos se adecuen a las Especificaciones Técnicas Solicitadas, para lo cual El Comité podrá realizar las pruebas que considere conveniente para garantizar la calidad del Producto".

Consulta: ¿Las pruebas consistirán en someter los instrumentales a procesos de esterilización conforme al protocolo de esterilización utilizado por el Ministerio de Salud? y, concretamente, ¿Cuáles serán las pruebas realizadas para garantizar la calidad de los productos?

Respuesta 3:

El Comité de Evaluación a fin determinar que los instrumentales se adecuen a las Especificaciones Técnicas Solicitadas, **se basará en los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios,** de conformidad a lo establecido en la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 10.2.

En consecuencia, en los puntos en donde el Pliego de Bases y Condiciones menciona la presentación de MUESTRAS quedará sin efecto.

Consulta 4:

Considerando que un solo ítem, como ser las Cajas de Cirugías y los Kits de Instrumentales, incluyen varios instrumentales de diferentes modelos y medidas y teniendo en cuenta que algunas medidas no son producidas por todos los fabricantes. Esta situación podría limitar la oferta, ya que al no coincidir una medida exacta de solo un instrumental no se podría ofertar todo el ítem.

Consulta: ¿Aceptará el Ministerio de Salud ofertas de instrumentales quirúrgicos, incluyendo cajas, bandejas y tambores de acero inoxidable quirúrgico, con un rango de diferencia de + - 5 Cm.?

Respuesta 4: Se podrá cotizar con el rango de variación +/- 2, los Instrumentales. Las cajas, bandejas

Carlos A. Espinola Morales
Jefe

y tambores con el rango de variación +/- 5.-

Consulta 5:

Considerando que se solicitan en varios ítems el mismo producto con distintas medidas y que el PBC establece que el Comité de Evaluación solicitará muestras de lo ofertado y entendiendo que las muestras serán consideradas por el Comité a fin de evaluar la marca, calidad y características generales del producto.

Consulta: ¿En caso de solicitarse en varios ítems el mismo producto con distintas medidas, será suficiente la presentación de una muestra que corresponda a uno de los ítems, así como una declaración jurada en la que el oferente se compromete a entregar el producto con las especificaciones técnicas correspondiente al ítem ofertado, con las mismas características de calidad, marca, procedencia, presentación, embalaje de la muestra presentada y con las medidas correspondientes al ítem ofertado?

Respuesta 5: Remitirse a la respuesta Nº 3 de esta Addenda.-

Consulta 6:

Ítem 5 **BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes, solicitamos tengan a bien permitir la cotización de bandejas de acero inoxidable con tapa de las siguientes medidas 30 x 20 x 4 cms.?

Respuesta 6: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 7:

Ítem 10 **CAJA DE CIRUGÍA**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; ¿Se podrán cotizar instrumental con un rango de variación de +/- 2 cms.?

Respuesta 7: Remitirse a la respuesta Nº 1 de esta Addenda.-

Consulta 8:
Favor aclarar en las especificaciones técnicas menciona: **Principio de medición: Método Riva-Rocci y Korotkoff., Partes metálicas cromadas. , Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg.** Estas especificaciones se refieren al aparato de presión aneroide, **¿Ustedes están solicitando como accesorio un aparato de presión aneroide?**

Respuesta 8: Sección IV. Formularios de la Oferta - Lista de Precios de Instrumentales Médicos / FORMULARIO Nº 3 y PARTE 2 – Suministros Requeridos - Sección V. Programa de Suministros / Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, **en el Item 17 ESTETOSCOPIO BI - AURICULAR, queda de la siguiente manera:**

17	42301506-001	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR	100	UNIDAD
		Caracteristicas Generales:		

Carlos A. Espinola Morales
Jefe

		Estetoscopio adulto pediátrico		
		Construcción acorde a normas internacionales.		
		Estructura metálica liviana de aluminio anodizado inoxidable o similar.		
		Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables.		
		Manguera de conexión del fonendoscopio con el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia.		
		Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto / pediátrico.		
		Para uso universal de tipo Littmann o similar.		
		Concepto modular con partes intercambiables.		
		Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.		
		Accesorios por equipo:		
		Manual de operación en español.		
		Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.		
		Garantía de 1 año		

Consulta 9:
Se solicita que para los ITEMS correspondientes a Equipos Médicos y de Laboratorio se exija como documento sustancial la Habilitación de Servicio Técnico por la dirección de Control de Establecimiento de Salud y la habilitación como empresa importadora de Equipos médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de modo a otorgar un respaldo y garantía de los equipos ofertados.

Respuesta 9: Remitirse a la respuesta Nº 2 de esta Addenda.-

Consulta 10:

Ítem 29 **CAJA DE CURACIÓN**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar Caja de 20 x 10 x 05 cm?
Respuesta 10: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta11 :
Ítem 29.1 **CAJA DE CURACIÓN**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar instrumental con un rango de +/- 2 cm.

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Respuesta 11: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 12:

Ítem 30 **KITS INSTRUMENTAL GINECOLÓGICO**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar instrumental con un rango de +/- 2 cm.

Respuesta 12: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 13:

Ítem 31 **TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar tambor de 29 x 16 cm. O de 29 x 24 cm.

Respuesta 13: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 14:

Ítem 32 **TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar tambor de 20 x 18 cm.

Respuesta 14: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Ítem 34 **KITS INSTRUMENTAL GINECOLOGICO**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar instrumental con un rango de +/- 2 cm.

Consulta 15:

Ítem 36 **BANDEJA DE ACERO PARA INSTRUMENTALES**
A fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes; Se podrán cotizar Bandeja de 32 x 24 x 04 cm.

Respuesta 15: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 16:
Que en atención a la consulta realizada en tiempo y forma sobre la inclusión de los siguientes documentos:

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones

- **CERTIFICADO DE REGISTRO Y HABILITACIÓN CORRESPONDIENTE A IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS);**
- **CONSTANCIA DE CONTAR CON HABILITACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO;**
- **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE EL OFERENTE ES FABRICANTE DEL PRODUCTO QUE OFERTA. TRATÁNDOSE DE AGENTE, DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE PARA EL PARAGUAY, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O AGENTE REGIONAL, QUE DEBERÁ ESTAR INSCRIPTA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, SECCIÓN REPRESENTACIONES. EN EL CASO DE REPRESENTANTES O DISTRIBUCIONES ENTRE EMPRESAS LOCALES, SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE COMO TAL.**

Respuesta 16: Remitirse a la respuesta Nº 2 de esta Addenda.-

Consulta 17:
Plazo de entrega, pagina 64:
También solicitamos la extensión del plazo de entrega de los bienes solicitados, por lo menos 60 días a partir de la firma del contrato. La convocante debe tener en cuenta que la gran cantidad de bienes solicitados no pueden entregarse en tan breve tiempo. Si la intención de la convocante es utilizar el presupuesto asignado, sería conveniente otorgar anticipo, con esa medida se estaría utilizando al máximo el presupuesto asignado, dejando el saldo para el presupuesto del año 2.011.

Respuesta 17: Sección V. Programa de Suministros - Forma y Plazo de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones y del Proforma de Contrato de Adjudicación en donde menciona la Forma y Plazo de Entrega, quedarán redactados de la siguiente manera:

El proveedor deberá estar en capacidad para realizar la entrega en cuanto a las cantidades y plazos, de una manera uniforme.

Entrega	Plazo de Entrega	Lugar de Entrega
UNICA Entrega 100 %	El oferente tendrá un plazo de **45 (CUARENTA Y CINCO)** dias calendarios a partir de la firma de contrato para la entrega de los productos adjudicados. Para dicho efecto, será emitido la Orden de Compra por el 100% de los productos adjudicados, aclarando desde ya que la fecha de emisión o recepción de la misma por parte del proveedor, no alterará el plazo de entrega mencionado más arriba, el cual se mantiene en **45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la firma de contrato.	Parque Sanitario - CENTRAL

Consulta 18:
Solicitamos habiliten un rango de + - 2cm. para todos los instrumentales quirúrgicos correspondientes a los diversos sets.

Respuesta 18: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-
Consulta 19:

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Solicitamos habiliten un rango de + - 5cm. para todos los tambores inox., bandejas inox., y cajas inox. solicitados en la presente Contratación, esto es debido a que los diferentes fabricantes tienen una pequeña variación en las medidas de estos productos.

Respuesta 19: Remitirse a la respuesta Nº 4 de esta Addenda.-

Consulta 20:
Item Nº1 Balanza con altímetro, se podría ampliar el rango de pesaje hasta 200Kg?.

Respuesta 20: Sección IV. Formularios de la Oferta - Lista de Precios de Instrumentales Médicos / FORMULARIO Nº 3 y PARTE 2 – Suministros Requeridos - Sección V. Programa de Suministros / Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, **en el Item 1 BALANZA CON ALTIMETRO, queda de la siguiente manera:**

1	**41111508-001**	**BALANZA CON ALTÍMETRO**
		Características Generales:
		Balanza para adultos con tallímetro
		Construcción acorde a normas internacionales.
		Estructura de acero con acabado cromo o satinado con pintura secado al horno resistente a la corrosión.
		Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración interno o pesa de referencia
		Altímetro tipo telescopio.
		Superficie que facilite la limpieza, desinfección y mantenimiento.
		Plataforma sólida.
		Características Técnicas:
		Rango de pesaje 0 a 200 kilogramo aproximadamente.
		Graduación de 100 gramos.
		Rango de medición del altímetro 95 centímetro hasta 200 centímetros.
		Accesorios:
		Manual de operación y servicio en español.
		Garantía de 1 año

Consulta 21:

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Item N° 2 Balanza pediátrica, se podría cotizar el altímetro como un accesorio externo, para que también lo puedan utilizar sin la balanza?. La plataforma podría ofertarse en acero esmaltado y ampliarse el rango de su medida en + - 5cm.? Favor aclarar.

Respuesta 21: Remitirse a la respuesta N° 4 de esta Addenda y ajustarse a lo solicitado en el PBC.-

Consulta 22:
Item N°5 Bandeja Inox. P/instrumentales en sus especificaciones técnicas nombran 2 diferentes medidas (31x20cm. y 35x22cm.) cual seria la correcta?

Respuesta 22: Remitirse a la respuesta N° 4 de esta Addenda.-

Consulta 23:

En la Lista de Precios, Lista de Bienes y Especificaciones.
Ítem 10, 29, 30, y 34 Especificaciones Técnicas
Solicitamos tengan a bien aceptar instrumentales con +/- 2 cm en las medidas.

Respuesta 23: Remitirse a la respuesta N° 4 de esta Addenda.

Consulta 24:

Solicitamos considerar la entrega de los productos adjudicados dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la emisión de la Orden de Compra respectiva, teniendo en cuenta que muchos de los productos solicitados deben ser Importados lo que lleva su tiempo entre el envió del país de origen, los trámites aduaneros en nuestro país, etc., los cuales sobrepasan ampliamente los plazos solicitados por Ustedes.

Respuesta 24: Remitirse a la respuesta N° 17 de esta Addenda.-

Consulta 25:

En el Plan de Entregas.
Donde dice:
El plazo de entrega comenzará a regir a partir de la firma del contrato.
Solicitamos que el plazo de entrega comience a regir desde la emisión de la Orden de Compra correspondiente.

Respuesta 25: Remitirse a la respuesta N° 17 de esta Addenda.-

Consulta 26:

En referencia al llamado mencionado, establecen como plazo de entrega 30 días, y conforme a la experiencia que tenemos el Ministerio de Salud, no cuenta con depósitos suficientemente grande como para albergar todo lo que están pidiendo. Aparte por las cantidades solicitadas la producción de las mismas llevaría como mínimo 90 días y los proveedores del exterior también nos prometen como mínimo en 80 días en el caso de confirmarse los pedidos, razón por la cual solicito tengan a bien ampliar como mínimo en 90 días el plazo de entrega.

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
MSPyBS

Respuesta 26: Remitirse a la respuesta Nº 17 de esta Addenda.-

Consulta 27:

Item 4 – BALON DE GAS
Balon de Oxigeno medicinal minimo de 6 Dm4,..... Capacidad de almacenaje 6 Dm3 o superior..... Cesto Protector.
a)La capacidad de los cilindros de O2; se expresan en Nm3 (normal m3 a 21° c; 1 Atm). Favor aclarar si los cilindros para O2 medicinal, serán de 6 Nm3, o superior?
b)Si el Cesto protector se refiere a la Tapa de protección de la válvula del cilindro?

Respuesta 27: - Sección IV. Formularios de la Oferta - Lista de Precios de Instrumentales Médicos / FORMULARIO Nº 3 y PARTE 2 – Suministros Requeridos - Sección V. Programa de Suministros / Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, **en el Item 4 BALON DE GAS, queda de la siguiente manera:**
a)

4	41115805-002	**BALÓN DE GAS**
		Características Generales:
		Balón de Oxigeno medicinal mínimo de 6 Dm3
		Construcción acorde a normas internacionales.
		Fabricado en hierro que permita almacenar oxigeno medicinal sin peligro de explosión.
		Capacidad de almacenaje 6 Dm^3 ó superior
		Dotado de válvula y llave de paso para su llenado.
		Cesto protector.
		Pintado en color convencional internacional para oxigeno.
		Garantía de 1 año

b) Si corresponde al Cesto protector de la Tapa de protección de la válvula del cilindro.-

Consulta 28:

Forma y Plazo de Entrega
El oferente tendrá un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de la firma de contrato para la entrega de los productos adjudicados.
Debido a las cantidades solicitadas, y dado que los productos y equipos son todos de fabricación extranjeras y deben ser importados solicitamos ampliar el plazo de entrega hasta 90(noventa) días calendarios?

Respuesta 28: Remitirse a la respuesta Nº 17 de esta Addenda.-

Consulta 29:
Ítem 29: (tijera p/ material. Un anillo alargado 16 cm) Solicitamos mejor especificación?

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Respuesta 29: Sección IV. Formularios de la Oferta - Lista de Precios de Instrumentales Médicos / FORMULARIO Nº 3 y PARTE 2 – Suministros Requeridos - Sección V. Programa de Suministros / Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, **en el Item 29 CAJA DE CURACION, queda de la siguiente manera:**

29	42181515-002	CAJA DE CURACIÓN
		Características Generales
		Set de instrumental para curación plana
		Fabricado en acero quirurgico sanitario resistente al carbono, con 1 año de garantía
		Características Técnicas:
		- 1 Pinza de Disección Anatómica c/ diente 14 cm.
		- 1 Pinza de Disección Anatómica s/ diente 14 cm.
		- 2 Pinza Kocher Recta 14 cm
		- 1 Tijera Mayo Curva 14 cm.
		- 1 Tijera p/ Hilos punta Roma-Roma Recta 16 cm
		- 1 Tijera recta p/ material 16 cm.-
		- 1 Tijera p/ retirar puntos. Modelo delicado 16 cm
		- 1 Pinza de Forster (Aro) Recta 16 cm.
		- 1 Caja de acero inoxidable c/ tapa c/ mango 20x15x5cm
		Garantía de 1 año

Consulta 30:
Se solicita anticipo debido a la gran cantidad de equipos Licitados.
Podrían aumentar los plazos de entrega de los bienes, posterior a la firma del contrato, de ser posible se solicita 60 días como mínimo. Son cantidades importantes y no se ajustan a los tiempos solicitado por los proveedores del exterior para cumplirnos en tiempo y forma?

Respuesta 30: Remitirse a la respuesta Nº 17 de esta Addenda.-

Consulta 31:
Se solicita que para los ITEMS correspondientes a Equipos Médicos y de Laboratorio se exija como documento sustancial la Habilitación de Servicio Técnico por la dirección de Control de Establecimiento de Salud y la habilitación como empresa importadora de Equipos médicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de modo a otorgar un respaldo y garantía de los equipos ofertados.

Respuesta 31: Remitirse a la respuesta Nº 2 de esta Addenda.-

Asunción, 14 de setiembre del 2010.-

Carlos A. Espinosa Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones