PAC Nº: 276.594

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08//2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMA, GASES Y ELECTROLITOS Y ELECTROLITOS"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA DEL OFERENTE

ITEM 3: KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO.

Consulta: "Se puede cotizar un Equipo Portátil para medir los siguientes PARÁMETROS MEDIDOS: Sodio (Na) - Potasio (K) - Calcio iónico (iCa) – Ph - pCO2 - pO2 – Glucosa - Hematocrito (Hct) - Lactato y los siguientes PARÁMETROS CALCULADOS: Dióxido de carbono total (TCO2) - Bicarbonato (HCO3-) - Exceso de bases (BE) - Saturación de oxígeno (sO2) - Hemoglobina (Hb). Consideramos que este Equipo por sus características se adecua a las necesidades y requerimientos según los HOSPITALES REQUERIDOS a ser Instalados, considerando que no precisan mantenimiento técnico y son de calibración Automática. Para su aplicación y uso es a través de Tarjetas con 50 test, con el cual se puede Garantizar los cálculos de rendimiento en las entregas y evitar desperdicios, además no necesita almacenamiento refrigerado.- Este Equipo está avalado con Certificadas de Calidad.

Velocidad: resultados en 30 segundos.
Conectividad: comunicación vía Bluetooth/ Wi-fi.
Practicidad: lectura por código de barras.
Comodidad: tarjetas multitests de almacenamiento a temperatura ambiente.
Versatilidad: sangre total arterial, venosa o capilar.
Simplicidad: no necesita mantenimiento. Calibración automática.

RESPUESTA: En las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones se solicita que los equipos a ser instalados en comodato procesen igualmente la determinación "Bilirrubina Neonatal", por lo que el equipo a ofertar no cumpliría fielmente con lo solicitado. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Asunción, 28 de mayo de 2014.-