CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/2013 - ADQUISICIÓN DE PROCESADORA AUTOMÁTICA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS - ID Nº 262386

CONSULTAS Y ACLARACIONES

CONSULTA 1:

Donde dice: GARANTÍA MÍNIMA 12 MESES, INCLUIR REPUESTOS Y MATERIALES NECESARIOS (12 MESES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE). Consultamos; En qué consistiría el mantenimiento preventivo, ya que si el mismo se refiere a la limpieza de la procesadora y al cambio de químicos que debe realizarse periódicamente por el usuario, al contemplarse su realización por personal técnico especializado, este debe ser incluido en el precio de la oferta y encarecería el costo del equipo.

RESPUESTA: SE SOLIICTA 1 (una) VEZ AL MES QUE SE REALICEN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN EL PROTOCOLO DEL FABRICANTE. EL CAMBIO DEL QUMICO LO REALIZA EL PERSONAL QUE MANEJA LA MAQUINA. AJUSTARSE A LO SOLICITADO

CONSULTA 2:

Donde dice: La oferta debe incluir 6 bidones de 10 litros de líquido revelador y 6 bidones de 10 litros de líquido fijador. Consultamos; si pueden ofertarse bidones de 5 litros concentrados que sirven para preparar 20 litros de revelador/fijador, ya que ésta es la presentación más usual en el mercado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LO SOLICITADO. LA PRESENTACION DE LOS BIDONES PODRA SER DE 5 LITROS. SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS LITROS SOLICITADOS (60 LITROS)

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO

Lic. Luis Silvero Riveros
Administrador