INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 44/21
"AQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS"

ADENDA Nº 32

Asunción, 25 de mayo de 2022.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 44/21 "AQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS"**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

1. En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el punto 1. Especificaciones Técnicas, se realizan las siguientes modificaciones.

Donde Dice.

Ítem 1

Fibroendoscopio de intubacion adulto

Especificaciones Técnicas					
1.	**1**	**Datos Generales**			
1.	1.1	Descripción:	Fibroendoscopio de intubación, para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas, el examen, la aspiración de secreciones bronquiales y extracción de cuerpos extraños		
1.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
1.	2.1	Marca:			
1.	2.2	Modelo:			
1.	2.3	Origen:			
1.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-		
Criterios de evaluación					
1.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
1.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
1.	**4**	**Características**			
1.	4.1	Fibrovideoendoscopio o videobroncoscopio portátil flexible de intubación difícil.			
1.	4.2	Para pacientes adultos.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez JEFE Sección Gestión de Ofertas Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Lucía Rojas Frette JEFE Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.	4.3	Diámetro exterior del tubo de inserción entre 5 y 5,3 mm y diámetro interno de canal de trabajo de 2.6mm o superior.			
1.	4.4	Diámetro interior del canal de trabajo: 2 a 2.3mm.			
1.	4.5	Longitud útil: 60cm o mayor.			
1.	4.7	Angulación Arriba: 130º o mayor.			
1.	4.8	Angulación Abajo: 120º o mayor.			
1.	4.10	Longitud total: 85 cm +/-5 cm.			
1.	4.11	Completamente sumergible			
1.	4.12	Compatible con tubos endotraqueales partir de 5.5mm.			
1.	4.13	Accesorios que debe incluir el suministro.			
1.	4.14	Maletín para endoscopios flexibles.			
1.	4.15	Tapón compensador de presión si es que el equipo lo requiere.			
1.	4.16	Verificador de estanqueidad.			
1.	4.17	Porta tubos.(OPCIONAL)			
1.	4.18	Tapa de cierre, esterilizable en autoclave o desechable, envase de 10 unidades.			
1.	4.19	Intubador para broncoscopios, tamaño 4mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades. (OPCIONAL)			
1.	4.20	Cepillo de limpieza con longitud compatible con equipo ofertado, no estéril, desechable, al menos 10 unidades.			
1.	4.21	Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.			
1.	4.22	Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades.			
1.	4.23	Tapa de cierre.			
1.	4.24	Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 100cm o mayor, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.			
1.	4.25	El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio.			
1.	4.26	Dependiendo de la tecnología puede ser a pilas o baterías recargables.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez JEFE Sección Examen de Ofertas Dirección Operativas de Contrataciones

Abg. Lidia Rojas Frette JEFE Dpto. de Licitaciones Dirección Operativas de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.	4.27	Rosca rápida o conexión rápida y fácil, si es portátil y el mismo no se encuentra integrada al endoscopio.			
1.	4.28	Luminosidad: no menor a 100klx.			
1.	4.29	Autonomía: mayor a 90 minutos.			
1.	4.30	Peso: no mayor a 180gr.(OPCIONAL)			
1.	4.31	Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada o 2 baterías recargables según tecnología del fabricante.			

Ítem 2

Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Especificaciones Técnicas					
2.	**1**	**Datos Generales**			
2.	1.1	Descripción:	Fibroendoscopio de intubación, para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas, el examen, la aspiración de secreciones bronquiales y extracción de cuerpos extraños		
2.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
2.	2.1	Marca:			
2.	2.2	Modelo:			
2.	2.3	Origen:			
2.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-		
Criterios de evaluación					
2.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
2.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
2.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
2.	**4**	**Características**			
2.	4.1	Fibrovideoendoscopio o videobroncoscopio portátil flexible de intubación difícil.			
2.	4.2	Para pacientes pediátricos.			
2.	4.3	Diámetro exterior del canal de trabajo: 2.5 a 3.0mm.			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez Jefe Sección Gestión de Ofertas Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Lucia Daniela Martinez Jefe Dpto. de Licitaciones Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

2.	4.4	Diámetro interior del canal de trabajo: 1 a 1.5mm.			
2.	4.5	Longitud útil: 60cm o mayor.			
2.	4.6	Dirección visual: 0º.			
2.	4.7	Angulación Arriba: 130º o mayor.			
2.	4.8	Angulación Abajo: 120º o mayor.			
2.	4.9	Ángulo de abertura: 90º o mayor.			
2.	4.10	Longitud total: 85 cm +/-5 cm.			
2.	4.11	Completamente sumergible.			
2.	4.12	Compatible con tubos endotraqueales partir de 4mm.			
2.	4.13	Accesorios que debe incluir el suministro.			
2.	4.14	Maletín para endoscopios flexibles.			
2.	4.15	Tapón compensador de presión si es que el equipo lo requiere.			
2.	4.16	Verificador de estanqueidad.			
2.	4.17	Porta tubos.(OPCIONAL)			
2.	4.18	Tapa de cierre, esterilizable en autoclave desechable, envase de 10 unidades.			
2.	4.19	Intubador para broncoscopios, tamaño 2mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.(OPCIONAL)			
2.	4.20	Cepillo de limpieza, longitud compatible con equipo ofertado, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades			
2.	4.21	Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.			
2.	4.22	Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades.			
2.	4.23	Tapa de cierre.			
2.	4.24	El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio.			
2.	4.25	Fuente de luz a pilas, para endoscopios.			
2.	4.26	Rosca rápida o conexión rápida y fácil, si es portátil y el mismo no se encuentra integrada al endoscopio.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez
JEFE
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativas de Contrataciones

Abg. Lucia Rojas Frente
Jefe
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativas de Contrataciones

2.	4.27	Luminosidad: no menor a 100klx.			
2.	4.28	Autonomía: mayor a 90 minutos.			
2.	4.29	Peso: no mayor a 180gr.(OPCIONAL)			
2.	4.30	Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada O 2 baterías recargables según tecnología del Fabricante.			

Debe Decir.

Ítem 1

Fibroendoscopio de intubacion adulto

Especificaciones Técnicas					
1.	**1**	**Datos Generales**			
1.	1.1	Descripción:	Fibroendoscopio de intubación, para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas, el examen, la aspiración de secreciones bronquiales y extracción de cuerpos extraños		
1.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
1.	2.1	Marca:			
1.	2.2	Modelo:			
1.	2.3	Origen:			
1.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-		
Criterios de evaluación					
1.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
1.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
1.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
1.	**4**	**Características**			
1.	4.1	Fibrovideoendoscopio o videobroncoscopio portátil flexible de intubación difícil.			
1.	4.2	Para pacientes adultos.			
1.	4.3	**Diámetro exterior del tubo de inserción entre 5 y 5,3 mm.**			
1.	4.4	**Diámetro interior del canal de trabajo: 2.6mm o mayor.**			

Abg. Yolanda Rodríguez JEFE Sección Gestión de Ofertas Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Lucía Rojas Pieiro JEFE Dpto. de Licitaciones Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

1.	4.5	Longitud útil: 60cm o mayor.			
1.	4.7	**Angulación Arriba: 180º o mayor.**			
1.	4.8	**Angulación Abajo: 130º o mayor.**			
1.	4.10	Longitud total: 85 cm +/-5 cm.			
1.	4.11	Completamente sumergible			
1.	4.12	Compatible con tubos endotraqueales partir de 5.5mm.			
1.	4.13	Accesorios que debe incluir el suministro.			
1.	4.14	Maletín para endoscopios flexibles.			
1.	4.15	Tapón compensador de presión si es que el equipo lo requiere.			
1.	4.16	Verificador de estanqueidad.			
1.	4.17	Porta tubos.(OPCIONAL)			
1.	4.18	Tapa de cierre, esterilizable en autoclave o desechable, envase de 10 unidades.			
1.	4.19	Intubador para broncoscopios, tamaño 4mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades. (OPCIONAL)			
1.	4.20	Cepillo de limpieza con longitud compatible con equipo ofertado, no estéril, desechable, al menos 10 unidades.			
1.	4.21	Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.			
1.	4.22	Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades.			
1.	4.23	Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, longitud útil 100cm o mayor, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.			
1.	4.24	El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio.			
1.	4.25	Dependiendo de la tecnología puede ser a pilas o baterías recargables.			
1.	4.26	Rosca rápida o conexión rápida y fácil, si es portátil y el mismo no se encuentra integrada al endoscopio.			
1.	4.27	Luminosidad: no menor a 100klx.			
1.	4.28	Autonomía: mayor a 90 minutos.			

Abg. Yolanda Rodríguez
JEFE
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Luis Rojas Freire
JEFE
Dpto. de Contrataciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

1.	4.29	Peso: no mayor a 180gr.(OPCIONAL)			
1.	4.30	Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada o 2 baterías recargables según tecnología del fabricante.			
1.	4.31	**Pantalla de al menos 3" ± 0.5"**			
1.	4.32	**Al menos 3 botones o switch, pre configurados o programables**			

Ítem 2

Fibroendoscopio de intubacion pediatrico

Especificaciones Técnicas					
2.	**1**	**Datos Generales**			
2.	1.1	Descripción:	Fibroendoscopio de intubación, para el tratamiento de deficiencias respiratorias agudas, el examen, la aspiración de secreciones bronquiales y extracción de cuerpos extraños		
2.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**			
2.	2.1	Marca:			
2.	2.2	Modelo:			
2.	2.3	Origen:			
2.	2.4	Dirección Web del fabricante:	-		
Criterios de evaluación					
2.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
2.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.			
2.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.			
2.	**4**	**Características**			
2.	4.1	Fibrovideoendoscopio o videobroncoscopio portátil flexible de intubación difícil.			
2.	4.2	Para pacientes pediátricos.			
2.	4.3	**Diámetro exterior del tubo de inserción: 2.5 a 3.1mm.**			
2.	4.4	**Diámetro interior del canal de trabajo: 1,2. a 1.5mm.**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez
JEFE
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativas de Contrataciones

Abg. Lucia Rojas Frette
Jefe
Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

2.	4.5	Longitud útil: 60cm o mayor.			
2.	4.6	Dirección visual: 0º.			
2.	4.7	**Angulación Arriba: 180º o mayor.**			
2.	4.8	**Angulación Abajo: 130º o mayor.**			
2.	4.9	Ángulo de abertura: 90º o mayor.			
2.	4.10	Longitud total: 85 cm +/-5 cm.			
2.	4.11	Completamente sumergible.			
2.	4.12	Compatible con tubos endotraqueales partir de 4mm.			
2.	4.13	Accesorios que debe incluir el suministro.			
2.	4.14	Maletín para endoscopios flexibles.			
2.	4.15	Tapón compensador de presión si es que el equipo lo requiere.			
2.	4.16	Verificador de estanqueidad.			
2.	4.17	Porta tubos.(OPCIONAL)			
2.	4.18	Tapa de cierre, esterilizable en autoclave desechable, envase de 10 unidades.			
2.	4.19	Intubador para broncoscopios, tamaño 2mm, con protector dental integrado, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades.(OPCIONAL)			
2.	4.20	Cepillo de limpieza, longitud compatible con equipo ofertado, no estéril, para un solo uso, paquete de 10 unidades			
2.	4.21	Válvula de aspiración estéril, para un solo uso, envase de 20 unidades.			
2.	4.22	Adaptador para irrigación, para limpieza mecánica, reutilizable. 2 unidades.			
2.	4.23	El equipo deberá ser con luz led incorporado en la punta distal del endoscopio.			
2.	4.24	Fuente de luz a pilas, para endoscopios.			
2.	4.25	Rosca rápida o conexión rápida y fácil, si es portátil y el mismo no se encuentra integrada al endoscopio.			
2.	4.26	Luminosidad: no menor a 100klx.			
2.	4.27	Autonomía: mayor a 90 minutos.			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Yolanda Rodríguez
JEFE
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativas de Contrataciones

Abg. Lucia Rojas Frette
Dirección Operativa de Contrataciones

2.	4.28	Peso: no mayor a 180gr.(OPCIONAL)			
2.	4.29	Debe incluir 10 pilas del tipo adecuado para la fuente de luz cotizada O 2 baterías recargables según tecnología del Fabricante.			
2.	4.31	**Pantalla de al menos 3" ± 0.5"**			
2.	4.32	**Al menos 3 botones o switch, pre configurados o programables**			

Abg. Yolanda Rodríguez
JEFE
Sección Gestión de Ofertas
Dirección Operativas de Contrataciones

Abg. Laura Rojas Frette
JEFE
Sección Operativas de Licitaciones
Dirección Operativas de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones