PAC Nº: 283.453

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 73/2014 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS JMS, NIHON KOHDEN" – AD REFERENDUM – PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

Consulta 1:

Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Favor indicar número de serie y ubicación de los equipos de los cuales se solicita mantenimiento preventivo.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta , se encuentra en la Adenda 6.-

Consulta 2:

Ítem 8 – Punto 1.3

En el desglose de este ítem, en el punto 1.3 solicitan sensor de gotas. Las bombas de Infusión JMS, modelo SP-500, son bombas de jeringa y no utilizan sensor de gotas.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta , se encuentra en la Adenda 6.-

Consulta 3:

Ítem 8 – Punto 1.33; 1.34 y 1.35

Favor aclarar a qué se refieren con Modulo E c/ LCD, Modulo N y Módulo A, pues la bomba de infusión SP-500 no cuenta con esas partes.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta, se encuentra en la Adenda 6.-

Consulta 4:

Ítem 8 – Punto 2.3; 2.10 y 2.11

Favor aclarar a qué se refieren con Módulo PNI y Manguera para PNI, ya que el Desfibrilador modelo TEC-5521 no cuenta con Presión No Invasiva.

RESPUESTA: La respuesta a la consulta, se encuentra en la Adenda 6.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Asunción, 26 de MARZO de 2015.-