INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Licitación Pública Nacional N° 120/12
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS"

ADENDA N° 3

Asunción, 1 de marzo de 2013.

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 120/12 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS",** se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

En la Sección III Suministros Requeridos
Donde dice
Ítem 1 – Maquina de Anestesia
1.5.11: Flujo inspiratorio 90 LPM o mejor

Ítem 4 – Lámpara Scialitica de techo
4.2.9 Reducción de sombras. En presencia de una máscara; 77%.
4.2.10 Reducción de sombras. En presencia de dos máscaras 56%.
4.2.11 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo 84%.
4.2.12 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara 61%.
4.2.13 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con dos máscaras 45%.
4.3.9 Reducción de sombras. En presencia de una máscara 28%.
4.3.11: Reducción de sombras. En presencia de una máscara; 100%.
4.3.12 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara 28%.

Ítem 5 - Mesa quirúrgica
5.2.4 Control remoto eléctrico inalámbrico
5.2.9 Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 530mm o mayor.
5.2.18 Subida de Piernera. Con movimiento eléctrico, 80° o mayor
5.2.19 Bajada de Piernera. Con movimiento eléctrico, 80° o mayor
5.2.25 Posición Flex Inverso de 70°
5.4.3 Espesura o altura de colchones: 80 mm o mayor

Debe decir
Ítem 1 – Maquina de Anestesia
1.5.11: Flujo inspiratorio de 90LM o mayor.

Ítem 4 – Lámpara Scialitica de techo
4.2.9 Reducción de sombras. En presencia de una máscara; 70% o mayor.
4.2.10 Reducción de sombras. En presencia de una máscara; 50% o mayor.
4.2.11 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo 80% o mayor.
4.2.12 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara 55% o mayor.
4.2.13 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara 40% o mayor.
4.3.9 Reducción de sombras. En presencia de una máscara 28%. o mayor.
4.3.11: Reducción de sombras. En presencia de una máscara; 90% o mayor.
4.3.12 Reducción de sombras. En el fondo de un tubo con una máscara 28%. o mayor.

Ítem 5 - Mesa quirúrgica
5.2.4 Control remoto eléctrico alambrico o inalámbrico
5.2.9 Ancho de la mesa (excluyendo rieles) de 520mm o mayor.
5.2.18 Podrán ofertarse equipos con movimientos de Subida de pernera 10 grados o mayor con movimiento eléctrico
5.2.19 Podrán ofertarse equipos con movimientos de Bajada de pernera 10 grados o mayor con movimiento eléctrico
5.4.3 Se podrá ofertar colchones con espesura o altura de 50mm o mayor.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Carlos Daniel Martínez Vallejo
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios