San Lorenzo, 22 de setiembre de 2017

Señores
Participantes de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/17 "ADQUISICION DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS" ID Nº 335.344.-**

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la AclaraciónNº 1.

Consulta 1: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
Solicitamos a la convocante agregar en las especificaciones los siguientes datos, que consideramos relevantes: **Marca/Modelo/Año de Fabricación/Certificados de Calidad: CE, TUV, ISO 13485, FDA, JIS (al menos 2)**

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3.
Consulta Nº 2: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Almacenamiento de datos de al menos 1200 hs tendencias gráficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos ECG, todos como mínimo.
Respecto a las 1.200 horas solicitadas, consideramos que se podría tratar de un involuntario en la cantidad de horas solicitadas, que nos parece excesiva.
Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de monitores con **Almacenamiento de datos de al menos 90 horas de tendencias graficas.-**

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Como estos monitores no estarán conectados a central de monitoreo se necesita una memoria amplia.-

Consulta Nº 3: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: CADA MONITOR DEBE SER CAPAZ RECIBIR AVISO DE ALARMAS REMOTA DE OTROS MONITORES, DANDO ALTA PRIORIDAD A CUALQUIER CAMA DE OBSERVAR EN FORMA AUTÓMATICA UN SIGNO VITAL (ESTA OPCIÓN DEBE PODER HABILITARSE O DESABILITARSE SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS)

Esto se refiere a un Sistema de Monitoreo Central
Solicitamos a la Convocante aceptar monitores con posibilidad a futuro que puedan conectar a un sistema de Monitoreo Central mediante conexiones WLAN/WIFI

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta Nº 4: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
En donde dice: Posibilidad de Visualización de tiras ECG en Formato Full Disciosure y zoom sobre zona de interés.
Resulta ambigua la forma de solicitar "Posibilidad de visualización, pues no determina si debe tener o no esta función, ante esta situación rogamos a la convocante que se solicite como **Opcional esta función**

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 5: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
En donde dice: SPO2, con tecnología para supresión de artefactos y baja perfusión con **papers** que sustenten el uso de la tecnología Alarmas.
Solicitamos a la Convocante aclarar a que se refiere baja perfusión con **papers** que sustenten el uso de la Tecnología Alarmas, específicamente la palabra PAPERS

Respuesta: Con papers nos referimos a estudios científicos que comprueben que la SpO2 se puede medir en bajas condiciones de perfusión y movimiento.-

Consulta Nº 6: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
En donde dice: Alarmas Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas
Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con Alarmas Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas o mayor. De esta forma se estaría reduciendo estos parámetros que limitan la participación de un número mayor de oferentes.-

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 7: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
Solicitamos a la Convocante agregar a este Formulario Nº 10 los siguientes datos que consideramos muy importantes para identificar fehacientemente los productos ofertados:
Marca/Modelo/Año de Fabricación/Certificados de Calidad: CE, TUV, ISO 13485, FDA, JIS (al menos 2)

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 8: Con relación al ítems Nº 1 Equipo Radiológico Fijo, en el Punto donde dice Garantía y dicen: Provisión de 3 (tres) Cajas de Placas de 100 Unidades cada uno Compatibles con el Equipo, a que equipo se refiere??

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.
Aclaramos que lo solicitado fue eliminado como requerimiento dentro de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta Nº 9: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD
Con tecnología para supresión de artefactos y baja perfusión con PAPERS que sustenten el uso de la tecnología. Solicitamos a la convocante si podría explicar con más detalles a que se refiere este punto.

Respuesta: Con papers nos referimos a estudios científicos que comprueben que la SpO2 se puede medir en bajas condiciones de perfusión y movimiento.

Consulta Nº 10: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD CADA MONITOR DEBE SER CAPAZ RECIBIR AVISO DE ALARMAS REMOTA DE OTROS MONITORES, DANDO ALTA PRIORIDAD A CUALQUIER CAMA DE OBSERVAR EN FORMA AUTÓMATICA UN SIGNO VITAL (ESTA OPCIÓN DEBE PODER HABILITARSE O DESABILITARSE SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS).
Solicitamos a la Convocante modificar este punto como opcional ya que la central de monitoreo cuenta con esta opción

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 11 ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD ANÁLISIS DE SEGMENTO ST EN AL MENOS 4 CANALES.
Se solicita a la Convocante considerar la presentación de monitores con análisis de segmento ST en al menos 3 canales o más.-

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.-

CONSULTA N°12: En el ítem N° 1 Equipo Radiológico Fijo, en el punto Mesa donde dice "Cámara de Ionización. Abastecida con 3 campos para uso dentro de la mesa", solicitamos amablemente considerar que la cotización de este ítem sea opcional, ya que para el uso que se le daría al equipo no es necesario tener varios campos de visualización, además es una opción que encarece al equipo.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

CONSULTA N° 13: En el ítem N° 1 Equipo Radiológico Fijo, en el punto Mesa donde dice "Cámara de ionización. Abastecida con 3 campos para uso dentro del estativo vertical", solicitamos amablemente considerar que la cotización de este ítem sea opcional, ya que para el uso que se le daría al equipo no es necesario tener varios campos de visualización, además es una opción que encarece al equipo.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

CONSULTA N°14: En el ítem N° 1 Equipo Radiológico Fijo, en el punto Consola de Control donde dice "Visualizador LCD Gráfico a color para las APR y los parámetros técnicos", solicitamos amablemente considerar que la cotización de este ítem sea de la siguiente manera "Visualizador para las APR y los parámetros técnicos" ya que la forma que lo visualiza siendo LCD, pantalla o la forma que sea es característico de cada fabricante y de esta manera se podría dar apertura a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

CONSULTA N°15: En el cuadro del Plan de Entregas, para el ítem 1 Equipo de Rayos X Fijo solicitamos amablemente se considere ampliar el tiempo de entrega a 150 días considerando que

la mayoría de los oferentes no cuenta con un equipo de esas características en depósito local y que el tiempo que ocupa la fabricación, traslado internacional y luego la gestión de desanudase varia en aproximadamente 120 a 150 días.

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA N°16: En el ítem N° 1 Equipo Radiológico Fijo, en el punto Garantía donde dice "Provisión de 3 (tres) cajas de placas de 100 unidades cada uno compatibles con el equipo", se solicita amablemente eliminar este ítem considerando que las placas radiográficas hacen parte del sistema de digitalización actual existente en el servicio de imágenes del Hospital de Clínicas y por consiguiente esto incrementaría el precio del ítem.
Si la necesidad es de contar con placas radiográficas compatibles con el sistema de digitalización del hospital recomendamos adquirir los mismos por otro medio y no encarecer así este ítem.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3 y a las respuestas a la Consulta N° 8 de la presente aclaración.

CONSULTA N°17: En el ítem N° 1 Equipo Radiológico Fijo, en el punto Mesa donde dice "Rejilla con densidad de 40 L/CM" solicitamos amablemente considerar el valor de 40 L/CM como mínimo y se permita así ampliar la participación de oferentes.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA N°18: En el punto CGC 15.1 Condiciones Generales del Contrato solicitamos amablemente el pago del 30% del valor ofertado como anticipo, considerando que este tipo de equipos debe ser importado.

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA N°19: Solicitamos amablemente informar el sitio donde será instalado el equipo, las condiciones en la que se encuentra y el alcance de trabajos de pre instalación que desea la convocante se incluya en la cotización del equipo del ítem 1 Equipo de Rayos X fijo.

Respuesta Remitirse a la Adenda 3.-

CONSULTA N°20: Con relación a las documentaciones solicitadas en capacidad y experiencia, considerando la disposición vigente que hace a la Ley 5169/2014 donde se crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), el cual exige la inscripción en dicha institución de todos los proveedores de Equipos Radiológicos entre los que se incluyen equipos de tomografía, además de la habilitación correspondiente del servicio técnico de dichos proveedores solicitamos se incorpore y requiera los siguientes documentos;

- ✓ Registro Vigente del Oferente como proveedor de Equipos Radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) creada por ley 5169/2014.
- ✓ Habilitación Vigente de Servicio Técnico del Oferente para Equipos Radiológicos, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) creada por ley 5169/2014.

Además, solicitamos respetuosamente y atendiendo a las disposiciones legales que hacen al Reglamento Básico de Protección Radiológica y Nuclear aprobado por Resolución -D-ARRN N°: 26/2016 de fecha 22/09/2016, se solicite e incluya como documento adicional solicitados en el PBC en su punto H), el oferente cuente con Personal Técnico incluido en el Registro de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la ARRN y/o al menos haya cursado y aprobado la capacitación de Protección Radiológica dictada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

Consulta N° 22: ÍTEMS N° 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO: 1- En las especificaciones técnicas del GENERADOR donde dice: RANGO DE mAs: DE 0,4mAs O MENOR HASTA 500mAs O MAYOR Solicitamos modificar a: RANGO DE mAs: DE 0,5mAs O MENOR HASTA 500mAs O MAYOR considerando que en la práctica diaria los rangos de mAs inferiores a 0,5 normalmente son muy poco utilizados y que esto permitiría la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta N° 23: ÍTEMS N° 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO. En las especificaciones técnicas del COLIMADOR donde dice: FILTRO EQUIVALENTE TOTAL (INHERENTE) IGUAL O MAYOR 2mmAl Solicitamos modificar a: FILTRO EQUIVALENTE TOTAL IGUAL O MAYOR 2,5mmAl CONSIDERANDO AL CONJUNTO TUBO/COLIMADOR ya que el tubo también tiene una filtración inherente y que lo deseable es que se cumpla el mínimo de filtración inherente del conjunto tubo/colimador.

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta N° 24:ÍTEMS N° 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO. En las especificaciones de la MESA en el punto donde dice: TABLERO CON UN ESPESOR EQUIVALENTE DE 1,2mmAl O MENOR Solicitamos modificar a TABLERO CON UN ESPESOR EQUIVALENTE DE 1,7mmAl o MENOR a fin de permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.-

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta N° 25:ÍTEMS N° 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO .En las especificaciones de la MESA en el punto donde dice: REJILLA CON RELACIÓN 12:1 O MAYOR Solicitamos se modifique a REJILLA CON RELACIÓN 10:1 O MAYOR, considerando que con esta relación se obtiene un perfecto filtrado de las radiaciones secundarias y que el valor de relación 12:1 hace que deba utilizarse una mayor dosis de radiación al paciente lo cual no es deseado especialmente en niños.

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta Nº 26: ÍTEMS Nº 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO.En las especificaciones de la MESA en el punto donde dice: MOVIMIENTO DEL BUCKY DE +/- 42 CM O MAYOR Solicitamos se modifique a MOVIMIENTO RELATIVO DEL TABLERO DE LA MESA CON REFERENCIA AL BUCKY DE +/-70 CM O MAYOR ya que de esta forma también se garantiza la fácil colocación del paciente en el campo de irradiación además de permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta Nº 27: ÍTEMS Nº 1 EQUIPO RADIOLÓGICO FIJO .En las especificaciones de la COLUMNA en el punto done dice: MOVIMIENTO VERTICAL DEL BRAZO PORTACABEZAL DE RAYOS X DE 35 CM O MENOR HASTA 184 CM O MAYOR DESDE EL PISO HASTA EL PUNTO FOCAL Solicitamos se modifique a MOVIMIENTO VERTICAL DEL BRAZO PORTACABEZAL DE RAYOS X DE 40 CM O MENOR HASTA 184 CM O MAYOR DESDE EL PISO HASTA EL PUNTO FOCAL a fin de permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las especificaciones son las mínimas requeridas.-

Consulta Nº 28: Ítem Nº 2 Torre de Endoscopía completa HD - Para uso en todos los procedimientos endoscópicos.CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ
*Salida de HDTV analógica: RGB o YBPR. Posibilidad de salidas simultáneas.
¿Se puede ofrecer salida de video HDTV digital múltiple? Teniendo en cuenta que para garantizar la mejor imagen hoy en día se trabaja en digital y no en analógico.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 29: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Ajuste de tono de color rojo ± 8 pasos, azul ± 8 pasos, Croma ± 8 Pasos.
¿Se puede ofrecer alternativamente ajuste de rojo, azul y croma en al menos 4 pasos?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº30: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Función para observación de patrones vasculares mediante filtro óptico integrado a la fuente de luz. ¿Se puede cotizar con función para observación de patrones vasculares mediante filtro óptico o digital de la fuente de luz o del procesador de cámara?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 31: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Iris pico y Promedio.

¿Pueden dar más detalles sobre esta especificación técnica?

Respuesta: Iris pico: Se refiere a la centralización de la luz a fin de mejorar la iluminación de un punto específico, reduciendo el brillo del entorno.-
Iris Promedio: Se refiere al hecho de iluminar homogéneamente la imagen, es decir teniendo la misma iluminación en todo el campo.-

Consulta Nº 32: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Control remoto para controlar *DVR *Impresora de Video *Almacenamiento de imagen *Bomba de irrigación *Unidad de CO2
¿Se refiere a que los equipos deben poder ser controlados desde los botones del video endoscopio? No se responde la consulta...
¿El equipo además debe poder permitir que se puedan modificar los parámetros de los demás equipos desde dichos controles, como ejemplo los parámetros de la fuente de luz? No se responde la consulta...

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 33: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Puerto USB y memoria portátil externa
¿Se puede cotizar con puerto USB y memoria portátil externa o integrada?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 34: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Fuente de luz LED de 5.000 (cinco mil) horas de duración o más integrado al procesador con ajuste automático de brillo.
¿Se puede cotizar con fuente de luz LED integrada o separada del procesador?
¿Es necesario que la fuente de luz cuente con bomba de insuflación integrados para el transporte de oxígeno, CO2 y oxígeno/CO2?.
Es fundamental en procedimientos endoscópicos contar con la bomba de insuflación, lo cual no se solicita en las especificaciones técnicas.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 35: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL MONITOR LED O LCD
Considerando que solicitan equipos con filtro, consultamos ¿Es necesario que el monitor permita mostrar en pantalla divida, tanto la imagen estándar así como la imagen con cualquiera de los filtros aplicados?

¿Es necesario que en el monitor se muestren los parámetros de los demás equipos de la torre, como la fuente de luz, para un fácil control visual del profesional interviniente?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.

Consulta Nº 36: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERÍSTICAS DEL GRABADOR DE VIDEO DE GRADO MÉDICO
Grabación de videos en formato: MPEG-4, AVC/H.264
¿Se puede cotizar con formatos de grabación de video MPEG-4 o AVC/H.264?

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Nº 37: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Medios de almacenamiento disponible DVD, USB y Disco duro. Posibilidad de grabar en simultáneo.
¿Se puede cotizar con medios de almacenamiento DVD, USB y disco duro, al menos 2?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 38: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Capacidad de disco duro interno 500GB
¿Se puede cotizar con disco duro interno de 320GB o mayor?

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Nº 39: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
VIDEOGASTROSCOPIO HD
*Imagen tipo H
¿Se puede cotizar con imagen tipo H, imagen circular o pantalla completa?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 40: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Compatible con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico
¿Se puede cotizar con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico o digital?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 41: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Diámetro exterior del tubo de inserción: 9.2mm
¿Se puede cotizar con diámetro exterior del tubo de inserción de 9.3mm?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 42: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Rangos de angulación de la sección distal: 210º hacia arriba, 90º hacia abajo, 100º hacia la izquierda y 100º hacia la derecha.
¿Se puede cotizar con rangos de angulación de la sección distal: 210º hacia arriba, 100º hacia abajo, 120º hacia la izquierda y 120º hacia la derecha?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 43: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Longitud útil de L: 1030mm. Longitud total 1350mm
Consulta Nº 19 ¿Se puede cotizar con longitud útil de 1030 a 1100mm y longitud total de 1.350mm o superior?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 44: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Compatible con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico
¿Se puede cotizar con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico o digital?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 45: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Visión de campo: 100º
¿Se puede cotizar con visión de campo de 140º?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 46: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Profundidad de campo entre: 5 a 60mm
¿Se puede cotizar con profundidad de campo entre: 2 a 60mm
*Diámetro exterior del tubo de inserción: 11.3mm
¿se puede cotizar con diámetro exterior del tubo de inserción con una variación de +/- 2mm para garantizar la participación de más oferentes ?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 47: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Diámetro exterior de la punta distal: 13.7mm
¿se puede cotizar con diámetro exterior de la punta distal con diámetro exterior del tubo de inserción con una variación de +/- 2mm para garantizar la participación de más oferentes?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 48: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Longitud útil de L: 1240mm. Longitud total 1550mm
¿Se puede cotizar con longitud útil de 1240 a 1260mm y longitud total de 1.350mm o superior?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 49: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Mínima distancia visible 10mm
¿Se puede cotizar con una variación de +/-2mm, para permitir una mayor participación de oferentes?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 50: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Chip CCD Compatible con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico
¿Se puede cotizar con sistema de observación de imagen de patrones vasculares con filtro óptico o digital?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 51: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Alambre de guía dual con mecanismo de bloqueo.
¿Favor aclarar si este punto se refiere al mecanismo tipo uña de Albarrán para catéteres y elementos de trabajo?
¿El alambre guía debe poder desmontarse fácilmente, para posibilitar su limpieza y esterilización?

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3.-

Consulta Nº 52: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD*Parámetros incorporados:
RESPIRACIÓN
Neonatal: de 0 a 120RPM
¿Se puede cotizar de 0 a 150RPM?

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Nº 53: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
Solicitamos ampliar el plan de entregas del ítem 2 a por lo menos 60 días, desde la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor, atendiendo a que es imposible contar con el equipo dentro del plazo estipulado en el Pliego.

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Nº 54: ÍTEM Nº 3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE MEDIA COMPLEJIDAD Condiciones de Pago:Considerando el alto costo de los equipos solicitados, consultamos la posibilidad de incluir un anticipo financiero de al menos 20%.
En caso de otorgase anticipo, que el plazo de entrega corra desde el pago del mismo.

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta Nº55: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ: AJUSTE DE TONO DE COLOR ROJO ± 8 PASOS, AZUL ± 8 PASOS, CROMA ± 8 PASOS.
Consultamos: Para mayor participación de oferentes solicitamos que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: AJUSTE DE TONO DE COLOR ROJO ± 4 a 8 PASOS, AZUL ± 4 a 8 PASOS, CROMA ± 4 a 8 PASOS

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 56: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ: FUNCIÓN PARA OBSERVACIÓN DE PATRONES VASCULARES MEDIANTE FILTRO ÓPTICO.
Consultamos si esta característica se refiere a la cromo endoscopia electrónica que en las marca Olympus lo llaman NBI y en la marca FUJINON lo llaman FICE, BLI (BLI-Bright) & LCI

Respuesta: Si se refiere a la cromo de endoscopia electrónica.

Consulta Nº 57: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ: INTEGRADO A LA FUENTE DE LUZ
Consultamos para mayor participación de oferentes, se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: INTEGRADO O SEPARADO A LA FUENTE DE LUZ

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 58: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ. CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: *DVR *IMPRESORA DE VIDEO *ALMACENAMIENTO DE IMAGEN *BOMBA DE IRRIGACIÓN *UNIDAD DE CO2
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: CONTROL REMOTO PARA CONTROLAR AL MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: *DVR *IMPRESORA DE VIDEO *ALMACENAMIENTO DE IMAGEN *BOMBA DE IRRIGACIÓN *UNIDAD DE CO2

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº 59: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ: PUERTO USB Y MEMORIA PORTÁTIL EXTERNA.

Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: PUERTO USB Y MEMORIA PORTÁTIL EXTERNA Y/O INTERNA

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº60: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ:FUENTE DE LUZ LED DE 5000 (CINCO MIL) HORAS DE DURACIÓN O MÁS INTEGRADO AL PROCESADOR CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILLO
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: FUENTE DE LUZ LED DE 5000 (CINCO MIL) HORAS DE DURACIÓN O MÁS INTEGRADO O SEPARADO AL PROCESADOR CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE BRILLO

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº61: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEOGASTROSCOPIO. IMAGEN TIPO H.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: IMAGEN TIPO H O CIRCULAR CON SUPER IMAGEN.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº62: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEOGASTROSCOPIO. COMPATIBLE CON SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE IMAGEN DE PATRONES VASCULARES CON FILTRO ÓPTICO
Consultamos si esta característica se refiere a la cromo endoscopía electrónica que en las marca Olympus lo llaman NBI y en la marca FUJINON lo llaman FICE, BLI (BLI-Bright) & LCI

Respuesta: Se refiere a la cromo de endoscopia electrónica.-

Consulta Nº63: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEOGASTROSCOPIO. DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN: 9.2MM.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN: 9.2MM A 9.3MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº64: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEOGASTROSCOPIO. LONGITUD ÚTIL DE L: 1030 MM. LONGITUD TOTAL 1350 MM.

Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: LONGITUD ÚTIL DE L: 1030 A 1100 MM. LONGITUD TOTAL 1350 A 1400 MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº65: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEOGASTROSCOPIO. CLIPADORA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REUTILIZABLE CON CAJA DE 40 CLIPS.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: CLIPADORA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REUTILIZABLE CON CAJA DE 40 CLIPS O PRESENTAR 40 UNIDADES DE CLIPS EN PRESENTACION DESCARTABLE CADA UNO CON SU SISTEMA DE LIBERACION.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº66: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. COMPATIBLE CON SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE IMAGEN DE PATRONES VASCULARES CON FILTRO ÓPTICO.
Consultamos si esta característica se refiere a la cromo endoscopia electrónica que en las marca Olympus lo llaman NBI y en la marca FUJINON lo llaman FICE, BLI (BLI-Bright) & LCI

Respuesta: Se refiere a la cromo de endoscopia electrónica.-

Consulta Nº67: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. VISIÓN DE CAMPO DE 100°.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: VISIÓN DE CAMPO DE 98 A 100°.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº68: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. DIRECCIÓN DE VISIÓN: HACIA ATRÁS 5º DE VISIÓN OBLICUA
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: DIRECCIÓN DE VISIÓN: HACIA ATRÁS 5ºA 8º DE VISIÓN OBLICUA

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº69: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. PROFUNDIDAD DE CAMPO ENTRE 5 A 60 MM.
Consultamos para mayor participación de oferentes solicitamos que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: PROFUNDIDAD DE CAMPO ENTRE 4 - 5 A 60 MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta N°70: ITEMS N° 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN: 11.3MM.
Consultamos Para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE INSERCIÓN: 11.3 a 11.5MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

Consulta N°71: ITEMS N° 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. DIÁMETRO EXTERIOR DE LA PUNTA DISTAL: 13.7MM.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: DIÁMETRO EXTERIOR DE LA PUNTA DISTAL: 13.1 A 13.7MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

Consulta N°72ITEMS N° 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. RANGOS DE ANGULACIÓN DE LA SECCIÓN DISTAL: 120° HACIA ARRIBA, 90° HACIA ABAJO, 90°HACIA LA IZQUIERDA Y 110° HACIA LA DERECHA.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: RANGOS DE ANGULACIÓN DE LA SECCIÓN DISTAL: 120° A 130° HACIA ARRIBA, 90° HACIA ABAJO, 90°HACIA LA IZQUIERDA Y 110° HACIA LA DERECHA.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

Consulta N°73: ITEMS N° 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. LONGITUD ÚTIL DE L: 1240 MM. LONGITUD TOTAL DE L: 1550 MM.
Consultamos para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos y que lo detallado sea: LONGITUD ÚTIL DE L: 1240 A 1250 MM. LONGITUD TOTAL DE L: 1550 MM.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3

Consulta N°74: ITEMS N° 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. MÍNIMA DISTANCIA VISIBLE 10 MM.
Para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos o sea una característica OPCIONAL ya que esta característica dirige la licitación a una sola marca de una manera súper obvia a: Olympus con su modelo TJF-Q180V, por lo que solicitamos que lo detallado sea: MÍNIMA DISTANCIA VISIBLE 10 MM. (OPCIONAL). Esta característica la tienen todos los endoscopios. Es la visión con los accesorios, característica muy insegura de

medir y que solo la marca Olympus la pone en su catálogo. Verificar la veracidad de este direccionamiento en :

https://www.olympus-europa.com/medical/en/medical_systems/products_services/product_details/product_details_112768.jsp

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

Consulta Nº75: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. CHIP CCD COMPATIBLE CON OBSERVACIÓN DE PATRONES VASCULARES A TRAVÉS DE UN FILTRO ÓPTICO.

Consultamos si esta característica se refiere a la cromo endoscopia electrónica que en las marca Olympus lo llaman NBI y en la marca FUJINON lo llaman FICE, BLI (BLI-Bright) & LCI.

Respuesta: Se refiere a la Cromo de Endoscopia Electrónica.-

Consulta Nº 76: ITEMS Nº 2 TORRE DE ENDOSCOPÍA COMPLETA HD
CARACTERISTICAS DEL VIDEODUODENOSCOPIO. ALAMBRE DE GUÍA DUAL CON MECANISMO DE BLOQUEO

Para mayor participación de oferentes se considere que las especificaciones técnicas posean rangos o sea una característica OPCIONAL ya que esta característica dirige la licitación a una sola marca de una manera súper obvia a: Olympus con su modelo TJF-Q180V, por lo que solicitamos que lo detallado sea: ALAMBRE DE GUÍA DUAL CON MECANISMO DE BLOQUEO (OPCIONAL). Esta característica es irrelevante y es solo para usarse en este equipo con los accesorios de la marca Olympus.
Se adjunta imagen de la página web para comprobar que dicha característica solo se refiere a esta marca y modelo citado más arriba.

Respuesta: Remitirse a la Adenda Nº 3

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS