San Lorenzo, 27 de febrero de 2.019

Señores

Participantes de la CONTRATACION DIRECTA N° 10/2.019 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL SERVICIO DE PQC"
ID N° 358.696
Presente

El Departamento de Contrataciones Públicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la ***Adenda N° 1:***

1. ***SE MODIFICA EL SIGUIENTE PUNTO DE LA CARTA DE INVITACIÓN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:***

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

LOTE 1	Reparación y mantenimiento del Esterilizador por Gas Plasma, marca Sterrad, modelo 100S, perteneciente la Servicio de PQC con provisión de repuestos compatibles				
Item	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**
1	**Mantenimiento Preventivo Tipo A del Esterilizador por Gas Plasma, marca Sterrad, modelo 100S, perteneciente la Servicio de PQC con provisión de repuestos compatibles.**		**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**
1.1	Mantenimiento Preventivo con cambio de aceite de la bomba de vacio.		Unidad	Evento	1
1.2	Mantenimiento Preventivo con cambio de filtro de aceite de la bomba de vacio.		Unidad	Evento	1
1.3	Mantenimiento Preventivo con limpieza del plato vaporizador.		Unidad	Evento	1
1.4	Mantenimiento Preventivo con drenaje de agua del tanque.		Unidad	Evento	1
1.5	Mantenimiento Preventivo con drenaje de la trampa de humedad.		Unidad	Evento	1
1.6	Mantenimiento Preventivo con limpieza interna de la cámara y electrodo.		Unidad	Evento	1
1.7	Mantenimiento Preventivo con actualización del contador para próximo mantenimiento		Unidad	Evento	1
1.8	Mantenimiento Preventivo con reparación con mano de obra especializada. Incluye entrega y puesta en marcha		Unidad	Evento	1
2	**Reparación del Esterilizador por Gas Plasma, marca Sterrad, modelo 100S, perteneciente la Servicio de PQC con provisión de repuestos compatibles.**		**UNIDAD**	**EVENTO**	**2**
2.1	Reparación con verificación general del equipo.		Unidad	Evento	2
3	**Mantenimiento Tipo B del Esterilizador por Gas Plasma, marca Sterrad, modelo 100S, perteneciente la Servicio de PQC con**		**UNIDAD**	**EVENTO**	**1**

Tel.: 693 930 Int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel.Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRD/AT

	provisión de repuestos compatibles.			
3.1	Mantenimiento con cambio de aceite de la bomba de vacio.	Unidad	Evento	1
3.2	Mantenimiento con cambio de filtro de aceite de la bomba de vacio.	Unidad	Evento	1
3.3	Mantenimiento con cambio de separadores de electrodos	Unidad	Evento	1
3.4	Mantenimiento con limpieza del plato vaporizador.	Unidad	Evento	1
3.5	Mantenimiento con drenaje de agua del tanque de aire del sistema neumático.	Unidad	Evento	1
3.6	Mantenimiento con drenaje de la trampa de Humedad.	Unidad	Evento	1
3.7	Mantenimiento con provisión y cambio de filtro de aire Hepa.	Unidad	Evento	1
3.8	Mantenimiento con limpieza interna de la cámara y electrodo.	Unidad	Evento	1
3.9	Mantenimiento con provisión y cambio de sello de la puerta	Unidad	Evento	1
3.10	Mantenimiento con actualizador del contador	Unidad	Evento	1
3.11	Mantenimiento con mano de obra especializada	Unidad	Evento	1

LOTE 2	**Reparación de la Maq. De Circulacion Extracorporea,marca C.E.C Braile Bio Medica, modelo BEC N° 0731002, perteneciente la Servicio de PQC con provisión de repuestos compatibles**				
Item	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**
1	Sustitucion Sensores de temperaturas (RW/KL/PT)		Unidad	Evento	1
2	Reparacion del Sistema de Calentamiento		Unidad	Evento	1
3	Sustitucion de Placa de control del Aspirador		Unidad	Evento	1
4	Sustitucion de Panel de control del Aspirador		Unidad	Evento	1
5	Calibracion y Puesta en Funcionamiento		Unidad	Evento	1

LOTE 3	**Reparación del Ecografo portatil marca General Electric, modelo VSCAN**				
Item	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Cantidad**
1	Reparacion de Cargador para Ecografo Portatil marca General Electric, modelo VSCAN		Unidad	Evento	1

2. Plan de Entregas

Los servicios deberán realizarse:
Para el Lote 1- Ítems 1, 2 y 3: dentro de los (06) seis meses a partir de la recepción de la orden de servicio por el proveedor.
Para los Lotes 2 y 3: dentro de los (15) quince días a partir de la recepción de la orden de servicio por el proveedor.

La recepción del servicio será en días hábiles, en el horario de 07:00 a 12:00 horas, previa coordinación entre las partes como mínimo 24 horas antes.

Al realizar los servicios, el proveedor y el responsable de la recepción por parte de la Facultad de Ciencias Médicas - Hospital de Clínicas, deberán firmar la Nota de Remisión y entregar una copia de la misma para la convocante.

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los servicios se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, se procederá a realizar los trámites pertinentes que habilitara al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

Lic. Liz Raquel Duarte
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

2. ***SE MODIFICA LA LISTA DE PRECIOS EN EL SICP.***

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarle(s) muy atentamente.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA