*Universidad Nacional de Asunción*
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

**ACLARACION DE LA C.D. Nº 04/14**
**ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO**

Asunción, 31 de marzo de 2014.

**Señores**
PRESENTE

**Referencia: Llamado de C.D. Nº 04/14 para la Adquisición de Equipos de Laboratorio. ID Nº 269.414.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a su Consulta realizada en fecha 28/03/2014, con relación al llamado C.D. 04/14 "**ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. ID Nº 269.414**".

| |
|---|
| **CONSULTA: Ítem 4 Cuba de Electroforesis vertical**: Favor aclarar si se puede cotizar un equipo con las siguientes características:<br>- Dimensiones máximas del gel: 10x10,5 cm.<br>- Volumen máximo de buffer: 1700 ml.<br>- Volumen minimo del buffer: 660 ml. |
| **CONSULTA: Ítem 9 Agitador orbital**: Favor aclarar si se puede cotizar un equipo con las siguientes características:<br>- Velocidad de agitación regulable de 100 a 500 rpm.<br>- Dimensiones: 340 x 300 x 100 mm.<br>- Diámetro de movimiento orbital: 100 cm. |
| **CONSULTA: Ítem 13 Estufa de cultivo**: Favor aclarar si se puede cotizar un equipo con las siguientes características:<br>- Temperatura máxima 70º C.<br>- Rango de trabajo: desde + 5º C por encima de la temperatura ambiente a 70º C.<br>- Capacidad: 170 litros.<br>- Pantalla LCD no táctil.<br>- Sin depósito de agua. |
| **CONSULTA: Ítem 14 Estufa de Esterilización**: Favor aclarar si se puede cotizar un equipo con las siguientes características:<br>- Temperatura minima: 5º C por encima de la temperatura ambiente.<br>- Capacidad de 170 litros.<br>- Cierre hermético a presión (sin pestillo). |

**RESPUESTA para los ítems 4, 9, 13 y 14:**
- Los equipos ofertados deben ceñirse a las especificaciones técnicas solicitadas.

- Las consultas deben realizarse en referencia a las especificaciones técnicas solicitadas y no en base a las características técnicas de los equipos a ser ofertados.

Atentamente;

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD · UOC - IICS

**C.P. Rodolfo Rojas**
**Jefe de la Sub-UOC IICS UNA**