Dictamen UOC 5 – Hospital de Trauma "Manuel Giagni" N° 12/21

A : Abog. Pablo Seitz – Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
De : Lic. Vanesa Benoit
Jefa de UOC N°5
REF. : Análisis de Precios Referenciales
CD N°02/2021 – Mantenimiento Correctivo del Autoclave de Esterilización – MARCA SERCON. ID 395.708.
FECHA : 03/05/2021

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Res. DNCP N° 1.890/20 *"Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley N° 2.051/03", Anexo - Guía para la Elaboración de Precios de Referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades en las contrataciones reguladas por la LEY N° 2051/03 de Contrataciones Públicas – Método para la Elaboración de Precios Referenciales (Punto 4),* se informa a esa Dirección que los precios enunciados para la elaboración y análisis de los precios referenciales, son el resultado de la del presupuesto obtenido por la empresa **Alexander** con **Ruc n°:557943-0** quien realizo el relevamiento de los equipos de esterilización Marca Sercon.

Resulta conveniente destacar que no se pudieron utilizar otros criterios de análisis, debido a las particularidades especiales del proceso en cuestión (relevamiento de los equipos, repuestos específicos) y que además, debe adecuarse a los equipos pre-existente de la convocante, en este caso el Hospital de Trauma.

En tal sentido, a lo antecedentemente dictaminado, se acompaña el cuadro de Análisis de Precios con sus respectivos presupuestos, con el visto bueno del Departamento requirente y Dirección Administrativa de esta institución

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 05

Lic. VANESSA BENOIT
Coordinadora
U.O.C. N° 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones - UOC 05 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION MARCA SERCON

PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO	TOTAL
1	**73171602-001**	**Mantenimiento correctivo de Auto Clave de Esterilizacion - Marca Sercon.**					
	1.1.	Provicion y cambio de electrovalvula con bobina 220V, Para vapor	Unidad	Unidad	2	1.760.000	3.520.000
	1.2	Reparacion y Mantenimiento de bomba de vacio, incluye electrovalvula con bobina 220V, para agua y antiremoto	Unidad	Unidad	1	2.870.000	2.870.000
	1.3	Provicion y cambio de resistencia 12 KW,mantenimiento integral de caldera, incluye electrodo de nivel.	Unidad	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
	1.4	Provicion y cambio de junta de puerta	Unidad	Unidad	1	1.720.000	1.720.000
	1.5	Tablero de mano,incluyendo cambio de temporizador,relay,controlador de nivel, contactor.	Unidad	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
	1.6	Traslado, desmontaje,ensamble,verificacion de uso y puesta en marcha.	Unidad	Unidad	1	740.000	740.000
Total con Iva:							**12.350.000**

Sra. Karen Godoy
UOC Nº05

Lic. Vanessa Benoit
UOC Nº05

TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTHONDEHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General Operativa de Contrataciones - UOC 05 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL RES. DNCP 1890/2020. ART. 1°, INCISO 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A) PRECIOS EN PORTALES PÚBLICOS	B) PRECIOS PUBLICADOS POR CÁMARAS, ORGANIZACIONES	C) ADJUDICACIONES EN EL PORTAL DNCP		D) POTENCIALES OFERENTES	PROMEDIO	REDONDEO
							Alexander		
1	73171602-001	Mantenimiento correctivo de Auto Clave de Esterilizacion - Marca Sercon.					12.350.000	12.350.000	12.350.000
									12.350.000

Sra. Karen Godoy
UOC Nº05

Lic. Vanessa Benoit
UOC Nº05

Alexander
Campos Cervera 4009 e/ Tte.Zotti – Cel.: 595-981- 560 133
T/F.: (595-21) 600 -110 – Email: sashalex50@gmail.com

Asuncion 6 de abril del 2021

Señores:
Hospital de Trauma

Pasamos el sigte presupuesto para el equipo de Esterilizacion , Marca: SERCON, C.D.: 011-22-21-0076, actualmente fuera de servicio, que incluye :

Planilla de precios					
items	Descripcion tecnica	Cant	unid.	Precio unit	Precio total
	Sector UTI				
1	Provicion y cambio de elctrovalvula con bobina 220V, para vapor	2	un	1.760.000	3.520.000
	Reparacion y mantenimiento de bomba de vacio , incluye electroválvula con bobina 220 V , para agua y antiretorno	1	un	2.870.000	2.870.000
	Provicion y cambio de resistencia 12 KW , mantenimiento integral de caldera, incluye electrodo de nivel	1	un	1.300.000	1.300.000
	Provicion y cambio de junta de puerta		un	1.720.000	1.720.000
	Tablero de mando, incluye cambio de temporizador, relay, controlador de nivel, contactor	1	un	2.200.000	2.200.000
	Traslado, desmontaje, ensamble, verificación de uso y puesta en marcha	1	un	740.000	740.000
	Monto total con iva incluido				**12.350.000**

Alexander
Campos Cervera 4009 e/ Tte.Zotti – Cel.: 595-981- 560 133
T/F.: (595-21) 600 -110 – Email: sashalex50@gmail.com

Monto total con iva incluido 12.350.000.- (Doce millones trescientos cincuenta mil).-

Forma de pago: A convenir

Validez de la oferta: 60 dias

Garantia : 1 año.-

Plazo de entrega: 10 dias hábiles.-

Atte.-

.....
Alexander Netcchoguine