PAC N°: 314.329.-

ADENDA N° 09/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 48/2016 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA DPTO DE LICITACIONES Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: ***26 de octubre de 2016*** Hora: *hasta las **09:50 a.m.** horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA DPTO DE LICITACIONES Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: **26 *de octubre de 2016*** Hora: ***10:00 a.m.** horas*

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

DONDE DICE:

MARCAPASOS IMPLANTABLES						
Lote	Ítem	Cód. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
31	1	42203502-005	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1, bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides, 58 cm de longitud. Con electrodo correspondiente.	Unidad	Unidad
31	2	42203502-004	Generador de marcapaso unicameral VVIR	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca. Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides 58 cm de longitud.	Unidad	Unidad
31	3	42203502-004	Generador de marcapaso Bicameral DDDR	Control de captura ventricular/ atrial Sensado asegurado vent./ atrial Informes de los histogramas. Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar, Fijación activa, liberación de esteroides 52 cm de longitud auricular y Fijación activa de 58 cm de longitud ventricular. Con electrodo correspondiente.	Unidad	Unidad

DEBE DECIR:

MARCAPASOS IMPLANTABLES						
Lote	Ítem	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
31	1	42203502-005	Generador de marcapaso unicameral VVIR con electrodo Ventricular de fijación activa..	Control de captura ventricular, Informes de los histogramas Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1, bipolar,.	Unidad	Unidad
31	2	42203502-004	Generador de marcapaso	Control de captura ventricular/ atrial Sensado asegurado vent./	Unidad	Unidad

Ing. MAPF Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPyBS

MARCAPASOS IMPLANTABLES						
Lote	Ítem	Cod. Cat.	Nombre genérico	Características	Presentación	Unidad de Medida
			Bicameral DDDR c/ electrodo auricular y ventricular de fijación activa	atrial Informes de los histogramas Histogramas de la frecuencia cardíaca Perfil de frecuencia indicado por el sensor Diagnósticos seleccionados por el médico Tendencia de la frecuencia personalizada Datos del control de captura ventricular Datos de frecuencia rápida. Conector IS-1 bipolar,		

Se aclara que los demás ítems permanecen invariables

Asunción, 18 de Octubre de 2016.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.