PAC Nº: 387.231.-

ADENDA Nº 04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 91/2020 "IMPLEMENTACION DE SERVICIOS LABORATORIALES PARA DIAGNOSTICOS COVID 19 – M.S.P. Y B.S."** SE REALIZAN MODIFICACIONES EN CUANTO A **LOS PLAZOS EN EL SICP Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las ET detalladas teniendo en cuenta que:

- *Las ET constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas ET bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.*
- *En las ET se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.*
- *En las ET se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las ET.*
- *Las ET deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.*
- *Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.*
- *Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.*
- *Las ET deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:*

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- *Las ET deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.*

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

*"**Resumen de las Especificaciones Técnicas.** Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	41116130-9920	KIT DE DETECCION POR PCR	Las Especificaciones técnicas se detallan más abajo.	Unidad	DETERMINACION	33.000.-
2	41116130-9920	KIT DE DETECCION POR PCR	Las Especificaciones técnicas se detallan más abajo.	Unidad	DETERMINACION	33.000.-
3	41116130-9920	KIT DE DETECCION POR PCR	Las Especificaciones técnicas se detallan más abajo.	Unidad	DETERMINACION	44.000.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS - DETALLADAS

ITEM 1 – KIT DE DETECCION POR PCR

REQUISITOS TECNICOS

1) KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE SARS-COV-2.
2) EL KIT DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA LA AMPLIFICACION DE MATERIAL GENETICO.
3) LA IDENTIFICACION DE SARS-COV-2 SE DEBERA LLEVAR A CABO MEDIANTE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA UTILIZANDO OLIGONUCLEOTIDOS ESPECIFICOS Y SONDAS MARCADAS CON FLUORESCENCIA QUE HIBRIDEN CON UNA REGION DIANA CONSERVADA DE LOS GENES RDRP O ORF1 Y E O N, SECUENCIAS NOMBRADAS POR LA OMS COMO VALIDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCION POR COVID-19.
4) CADA KIT DEBERA INCLUIR SUS RESPECTIVOS CONTROLES (CONTROL POSITIVO, CONTROL INTERNO DE EXTRACCION Y AMPLIFICACION, CONTROL NEGATIVO).

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

5) SE SOLICITA QUE LOS REACTIVOS SE ENCUENTREN LIOFILIZADOS DE MANERA A PERMITIR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. EN CASO QUE LOS REACTIVOS NO SEAN LEOFILIZADOS EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR LA CADENA DE FRIO DURANTE EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO EN LOS SERVICIOS INDICADOS.

6) SE SOLICITA ADEMAS QUE POSEAN CERTIFICACION CE-IVD O FDA.

7) LA OFERTA DEBERA INCLUIR: 1 (UN) TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUE POSEAN POR LO MENOS 4 CANALES DE DETECCION (HEX, FAM, ROX, CY5) PARA DETECCION MULTIPLEX, CON UNA CAPACIDAD PARA 96 MUESTRAS (96 PACIENTES) DE MANERA SIMULTANEA Y SOFWARE DE INTERPRETACION DE RESULTADOS PARA CADA LABORATORIO.

8) ADEMAS, SE DEBERA INCLUIR COMO MAXIMO 2 (DOS) EQUIPOS DE EXTRACCION AUTOMATIZADA DE MATERIAL GENETICO EN COMODATO QUE POSEAN CAPACIDAD PARA EXTRAER 96 MUESTRAS DE MANERA SIMULTANEA, QUE SEAN COMPATIBLES CON MULTIPLES TIPOS DE MUESTRAS CLINICAS, PARA CADA LABORATORIO.

9) TAMBIEN DEBERAN POSEER LUZ UV INCORPORADA, QUE PERMITA LA DESCONTAMINACION PREVIA A LA EXTRACCION.

10) LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA PROVISION DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y EMISION DE RESULTADOS.

11) SE DEBERA INCLUIR (UNA) CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2, CERTIFICADA, CON LAS SIGUINTES MINIMAS DE AREA DE TRABAJO: LARGO 60 CM, PROFUNDIDAD 43 CM, ALTURA 45 CM PARA CADA LABORATORIO.

12) LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA.

13) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN ESTAR INCLUIDAS EN LAS CANTIDADES SOLICITAS.

14) A DEMAS BRINDAR CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS A LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL EQUIPO TODO EL TIEMPO REQUERIDO Y EN CASO DE INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS AL PLANTEL.

15) INCLUIR COMO MINIMO 1 (UNA) MINICENTRIFUGA, 1 (UN) VORTEX Y 1 (UNA) CABINA PARA PCR, TODOS EN COMODATO; ASI COMO PIPETAS AUTOMATICAS, PUNTERAS, 1 (UNA) IMPRESORA, UPS, RESMA DE PAPEL Y TONER: PARA CADA LABORATORIO.

16) PRESENTAR POR ESCRITO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO, QUE DEBE CONSTAR DENTRO DE LA CARPETA DE OFERTA.

17) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UN INFORME POR ESCRITO DE LOS MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES REALIZADAS AL EQUIPO, PARA QUE EL USUSARIO REGISTRE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

18) EL TIEMPO DE NOTIFICACION Y RESPUESTA, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PRESENTADO, DEBERA SER INMEDIATO Y DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO DEL LABORATORIO Y CON PERSONAL CALIFICADO DE LA EMPRESA.

19) EL PROVEEDOR DEBERA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 (VEINTE) DIAS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.

SERVICIOS BENEFIADOS: HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION Y HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO, TOTAL 2 (DOS) DEPENDENCIAS.

ITEM 2 – KIT DE DETECCION POR PCR

REQUISITOS TECNICOS

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

1) KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE SARS-COV-2.
2) EL KIT DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA LA AMPLIFICACION DE MATERIAL GENETICO.
3) LA IDENTIFICACION DE SARS-COV-2 SE DEBERA LLEVAR A CABO MEDIANTE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA UTILIZANDO OLIGONUCLEOTIDOS ESPECIFICOS Y SONDAS MARCADAS CON FLUORESCENCIA QUE HIBRIDEN CON UNA REGION DIANA CONSERVADA DE LOS GENES RDRP O ORF1 Y E O N, SECUENCIAS NOMBRADAS POR LA OMS COMO VALIDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCION POR COVID-19.
4) CADA KIT DEBERA INCLUIR SUS RESPECTIVOS CONTROLES (CONTROL POSITIVO, CONTROL INTERNO DE EXTRACCION Y AMPLIFICACION, CONTROL NEGATIVO).
5) SE SOLICITA QUE LOS REACTIVOS SE ENCUENTREN LIOFILIZADOS DE MANERA A PERMITIR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. EN CASO QUE LOS REACTIVOS NO SEAN LIOFILIZADOS EN PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR LA CADENA DE FRIO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LOS SERVICIOS INDICADOS.
6) SE SOLICITA ADEMAS QUE POSEAN CERTIFICACION CE-IVD O FDA.
7) LA OFERTA DEBERA INCLUIR: 1 (UN) TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUE POSEAN POR LO MENOS 4 CANALES DE DETECCION (HEX, FAM, ROX, CY5) PARA DETECCION MULTIPLEX, CON UNA CAPACIDAD PARA 96 MUESTRAS (96 PACIENTES) DE MANERA SIMULTANEA Y SOFWARE DE INTERPRETACION DE RESULTADOS PARA CADA LABORATORIO.
8) ADEMAS, SE DEBERA INCLUIR COMO MAXIMO 2 (DOS) EQUIPOS DE EXTRACCION AUTOMATIZADA DE MATERIAL GENETICO EN COMODATO QUE POSEAN CAPACIDAD PARA EXTRAER 96 MUESTRAS DE MANERA SIMULTANEA, QUE SEAN COMPATIBLES CON MULTIPLES TIPOS DE MUESTRAS CLINICAS, PARA CADA LABORATORIO.
9) TAMBIEN DEBERAN POSEER LUZ UV INCORPORADA, QUE PERMITA LA DESCONTAMINACION PREVIA A LA EXTRACCION.
10) LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA PROVISION DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y EMISION DE RESULTADOS.
11) SE DEBERA INCLUIR (UNA) CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2, CERTIFICADA, CON LAS SIGUINTES MINIMAS DE AREA DE TRABAJO: LARGO 60 CM, PROFUNDIDAD 43 CM, ALTURA 45 CM PARA CADA LABORATORIO.
12) LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA.
13) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN ESTAR INCLUIDAS EN LAS CANTIDADES SOLICITAS.
14) A DEMAS BRINDAR CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS A LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL EQUIPO TODO EL TIEMPO REQUERIDO Y EN CASO DE INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS AL PLANTEL.
15) INCLUIR COMO MINIMO 1 (UNA) MINICENTRIFUGA, 1 (UN) VORTEX Y 1 (UNA) CABINA PARA PCR, TODOS EN COMODATO; ASI COMO PIPETAS AUTOMATICAS, PUNTERAS, 1 (UNA) IMPRESORA, UPS, RESMA DE PAPEL Y TONER: PARA CADA LABORATORIO.
16) PRESENTAR POR ESCRITO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO, QUE DEBE CONSTAR DENTRO DE LA CARPETA DE OFERTA.
17) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UN INFORME POR ESCRITO DE LOS MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES REALIZADAS AL EQUIPO, PARA QUE EL USUSARIO REGISTRE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
18) EL TIEMPO DE NOTIFICACION Y RESPUESTA, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PRESENTADO, DEBERA SER INMEDIATO Y DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO DEL LABORATORIO Y CON PERSONAL CALIFICADO DE LA EMPRESA.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

19) EL PROVEEDOR DEBERA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 (VEINTE) DIAS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.

SERVICIOS BENEFIADOS: HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE Y HOSPITAL REGIONAL DE VILLARICA, TOTAL 2 (DOS) DEPENDENCIAS,

ITEM 3 – KIT DE DETECCION POR PCR

REQUISITOS TECNICOS

1) KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE SARS-COV-2.

2) EL KIT DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA LA AMPLIFICACION DE MATERIAL GENETICO.

3) LA IDENTIFICACION DE SARS-COV-2 SE DEBERA LLEVAR A CABO MEDIANTE LA REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA UTILIZANDO OLIGONUCLEOTIDOS ESPECIFICOS Y SONDAS MARCADAS CON FLUORESCENCIA QUE HIBRIDEN CON UNA REGION DIANA CONSERVADA DE LOS GENES RDRP O ORF1 Y E O N, SECUENCIAS NOMBRADAS POR LA OMS COMO VALIDAS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCION POR COVID-19.

4) CADA KIT DEBERA INCLUIR SUS RESPECTIVOS CONTROLES (CONTROL POSITIVO, CONTROL INTERNO DE EXTRACCION Y AMPLIFICACION, CONTROL NEGATIVO).

5) SE SOLICITA QUE LOS REACTIVOS SE ENCUENTREN LIOFILIZADOS DE MANERA A PERMITIR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. EN CASO QUE LOS REACTIVOS NO SEAN LIOFILIZADOS EL PROVEEDOR DEBERA GARANTIZAR LA CADENA DE FRIO DURANTE EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO EN LOS SERVICIOS INDICADOS.

6) SE SOLICITA ADEMAS QUE POSEAN CERTIFICACION CE-IVD O FDA.

7) LA OFERTA DEBERA INCLUIR: 1 (UN) TERMOCICLADOR EN TIEMPO REAL QUE POSEAN POR LO MENOS 4 CANALES DE DETECCION (HEX, FAM, ROX, CY5) PARA DETECCION MULTIPLEX, CON UNA CAPACIDAD PARA 96 MUESTRAS (96 PACIENTES) DE MANERA SIMULTANEA Y SOFWARE DE INTERPRETACION DE RESULTADOS PARA CADA LABORATORIO.

8) ADEMAS, SE DEBERA INCLUIR COMO MAXIMO 2 (DOS) EQUIPOS DE EXTRACCION AUTOMATIZADA DE MATERIAL GENETICO EN COMODATO QUE POSEAN CAPACIDAD PARA EXTRAER 96 MUESTRAS DE MANERA SIMULTANEA, QUE SEAN COMPATIBLES CON MULTIPLES TIPOS DE MUESTRAS CLINICAS, PARA CADA LABORATORIO.

9) TAMBIEN DEBERAN POSEER LUZ UV INCORPORADA, QUE PERMITA LA DESCONTAMINACION PREVIA A LA EXTRACCION.

10) LA OFERTA DEBERA INCLUIR LA PROVISION DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EXTRACCION, AMPLIFICACION Y EMISION DE RESULTADOS.

11) SE DEBERA INCLUIR (UNA) CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2, CERTIFICADA, CON LAS SIGUINTES MINIMAS DE AREA DE TRABAJO: LARGO 60 CM, PROFUNDIDAD 43 CM, ALTURA 45 CM PARA CADA LABORATORIO.

12) LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA.

13) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR TODOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SIN ESTAR INCLUIDAS EN LAS CANTIDADES SOLICITAS.

14) A DEMAS BRINDAR CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS A LOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DEL EQUIPO TODO EL TIEMPO REQUERIDO Y EN CASO DE INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS AL PLANTEL.

15) INCLUIR COMO MINIMO 1 (UNA) MINICENTRIFUGA, 1 (UN) VORTEX Y 1 (UNA) CABINA PARA PCR, TODOS EN COMODATO; ASI COMO PIPETAS AUTOMATICAS, PUNTERAS, 1 (UNA) IMPRESORA, UPS, RESMA DE PAPEL Y TONER: PARA CADA LABORATORIO.

16) PRESENTAR POR ESCRITO UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO, QUE DEBE CONSTAR DENTRO DE LA CARPETA DE OFERTA.

Lic. ANTONIO CARTES, Jefe
Dep. de Licitaciones
UOC N° 1 - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

17) EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR UN INFORME POR ESCRITO DE LOS MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES REALIZADAS AL EQUIPO, PARA QUE EL USUSARIO REGISTRE LAS OBSERVACIONES REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
18) EL TIEMPO DE NOTIFICACION Y RESPUESTA, ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE PRESENTADO, DEBERA SER INMEDIATO Y DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO DEL LABORATORIO Y CON PERSONAL CALIFICADO DE LA EMPRESA.
19) EL PROVEEDOR DEBERA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 (VEINTE) DIAS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.

SERVICIOS BENEFIADOS: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO Y HOSPITAL GENERAL DE LUQUE, TOTAL 2 (DOS) DEPENDENCIAS.

Asunción, 17 de diciembre de 2020.-

Lic. ANTONIO CORTES, Jefe
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº II - Nivel Central
MSP y BS

Abg. Norma E. Pool Ruiz Díaz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

PAC Nº: 387.231.-

Observaciones D.N.C.P.
Nota DNC N° 24706 /2020

LPN SBE N° 91/220IMPLEMENTACION DE SERVICIOS LABORATORIALES PARA DIAGNOSTICO COVID-19 – MSPBS

Aspectos Observados

ÍTEM 1-2-3 - REQUISITOS TÉCNICOS:

- APARTADO 2: DETALLAR LOS REACTIVOS NECESARIOS, QUE OTROS REACTIVOS REQUIEREN TENIENDO EN CUENTA QUE ADQUIEREN KIT DE REACTIVOS.

Respuesta: Se aclara que no es posible detallar los reactivos necesarios debido a que cada fabricante dispone de un listado diferente de productos.

- APARTADO 7-10: SI LO REQUERIDO EN EL APARTADO DE REFERENCIA DEBE OFERTARSE, DEBERÁN DETALLAR POR SEPARADO DEL COMODATO Y DEL REACTIVO A SER ADQUIRIDO.

Respuesta: Se aclara que lo solicitado es en carácter comodato.

- APARTADO 19: NO QUEDA CLARO QUE LABORATORIO DEBERÁN PONER EN FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

Respuesta: Se aclara que el apartado hace referencia al Laboratorio de Biología Molecular.

Asunción, 27 de noviembre de 2020.-