PAC N°: 366.005.-

ADENDA N° 18

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

Se comunica por este medio, que en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 64/19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS". PLURIANUAL. ID 366.005,** se realizan modificaciones en el SICP en cuanto a los plazos y en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando redactado de la siguiente manera:

SECCIÓN III.
SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

OBSERVACIONES:

Para los Ítems:	Deberá ser:
42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.-	Los Circuitos deben ser compatibles con equipos cuyas marcas y modelos de respiradores pertenecientes al MSP y BS se describen a continuación: • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA DRAGUER MODELO V 300 Y VN 500. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA NEW PORT. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA CARE FUSION MODELOS AVEA Y VELA. • Circuito para ventiladores compatible con Respirador MARCA GENERAL ELECTRIC.
49 y 50.-	Compatible con el equipo de la Institución.
73 y 74.-	Compatible con el equipo disponible en la Institución (Hospital del Quemado y Hospital del Trauma).
118, 119, 120, 121 y 122.-	Compatible con equipo disponible en la Institución.
123.-	Adaptable a equipo eco cardiógrafo marca Sony.

- **Para los ítems correspondientes a Circuitos, tubuladuras y filtros para respiradores pulmonares:** deberá evidenciarse mediante catálogos, certificados o referencias de información en página WEB, de que los insumos ofertados cuentan con certificados ISO 5367:2014; ISO 13485:2003, ISO/DIN 14644 o similares.

Los demás puntos y Secciones no mencionados en la presente Adenda permanecen invariables.

Asunción, 2 de enero de 2020

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
NIVEL CENTRAL

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.