UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

*Facultad de Ciencias Químicas*

28/10/2013

# ADENDA Nº 1
## Contratación Directa Nº 29.
## "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO"
## Nº. de Expediente: 336012 ID Nº: 263394

Según consulta hecha por dos empresas se realiza las indicaciones en los ítems consultados.

| Ítem pliego | Código pliego | Descripción pliego | Indicación según consulta empresa 1 | Indicación según consulta empresa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 41122108-001 | **Ansas calibradas de platino de 5 uL.** En cajas sin signos de deterioro. | Ajustarse a la descripción del pliego – Planilla Especificaciones Técnicas | |
| 8 | 41122401-001 | **Barra magnetica para agitador de 3,5 cm. cubierta con Politetrafluoroetileno (PTFE) u otro material inerte** | Ajustarse a la descripción del pliego – Planilla Especificaciones Técnicas | Medida 3,5 cm de largo |
| 11 | 41101502-001 | **Bolsa homogenizadora. Dimensiones 4 pulg. X 6 pulg. En caja por 50 unidades como minimo.** | Debe contar con cierre hermético | |
| 13 | 41121808-001 | **Bureta llave recta de vidrio, x 25 mL, graduada al 0,1 mL, c/ robinete de plástico. Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras.** | | Se podrá cotizar con robinete de teflón |
| 17 | 41104112-001 | **Colector de orina para análisis** | Se puede ofertar frasco colector de 120 ml. | |
| 36 | 46181504-011 | **Guante de nitrilo En cajas originales conteniendo 1 PAR . Con fecha de vencimiento mínimo un año posterior a la fecha de entrega.** | Se puede ofertar cajas x 100 unid. (50 pares) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 42292501-002 | **Hisopos estéril x 100unid como minimo. con medio de transporte. Envasado en bolsa de plástico de cierre hermético, con rótulo especificando contenido.** | El tipo de medio de trasporte debe ser – Medio Stuart | |
| 42 | 42142609-001 | **Jeringa desechable con aguja. de plástico estéril x 10 mL. Con aguja corta En cajas x 100 unidades como minimo. Sin signos de deterioro, c/ fecha de vencimiento mín. de 2 años al momento de la entrega.** | Medida de la aguja -Calibre 21 (verde) | |
| 43 | 42142609-001 | **Jeringa desechable con aguja. de plástico estéril x 3mL. Con aguja corta En cajas x 100 unidades como minimo . Sin signos de deterioro, c/ fecha de vencimiento mín. de 2 años al momento de la entrega.** | Medida de la aguja -Calibre 21 (verde) | |
| 44 | 42142609-001 | **Jeringa desechable con aguja. de plástico estéril x 5mL. Con aguja corta En cajas x 100 unidades como minimo. Sin signos de deterioro, c/ fecha de vencimiento mín. de 2 años al momento de la entrega.** | Medida de la aguja -Calibre 21 (verde) | |
| 47 | 41122602-002 | **Lamina cubreobjetos de vidrio. En caja sellada con plástico mínimo x 50 unid como minimo. Sin signo de deterioro.** | Medida de cubre objeto debe ser de 22x22 mm como minimo | |
| 75 | 41121509-001 | **Pipeta Pasteur, largas. En cajas x 100 unid., sin signos de deterioro.** | Volumen de la pipeta de 1-4 mL | |
| 77 | 41121510-001 | **Pipeta graduada de doble aforo de vidrio no descartable x 2 mL. Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras. Con certificado de calibración. De clase A (dentro de los limites de error del volumen fijados por normas internacioanales )** | La pipeta debe ser graduada | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 41121510-001 | **Pipeta graduada de doble aforo de vidrio no descartable x 5 mL. Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras. Con certificado de calibración. De clase A (dentro de los limites de error del volumen fijados por normas internacioanales )** | La pipeta debe ser graduada | |
| 79 | 41121510-002 | **Pipeta volumétrica de 2 mL, con certificado de calibración de origen Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras. De clase A (dentro de los limites de error del volumen fijados por normas internacioanales )** | La pipeta debe ser de simple aforo | |
| 80 | 41121510-002 | **Pipeta volumétrica de 5 mL, con certificado de calibración de origen Sin signos de deterioro, burbujas o rajaduras. De clase A (dentro de los limites de error del volumen fijados por normas internacioanales )** | La pipeta debe ser de simple aforo | |
| 82 | 41122101-002 | **Placa de Petri descartable. Material polyestireno compatible con incubadora con block de aluminio.Certificado de esterilización para uso en análisis bacteriológicos** | Diámetro interno aproximado 80 mm x 12mm | |
| 83 | 41122101-001 | **Placa de Petri. Autoclabable. De vidrio 100 mm x 15 mm. En cajas, sin signos de deterioro** | | Ajustarse a la descripción del pliego – Planilla Especificaciones Técnicas |
| 95 | 41121607-003 | **Tips para pipetas automaticas x 100 - 1000 uL En bolsas cerradas x 1000 unid como minimo.** | Se puede ofertar en bolsas cerradas de 500 unidades pero considerar que deben ser 3000 unidades | |

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS – VITAM IMPENDERE VERO – CIUDAD UNIVERSITARIA – SAN LORENZO – PARAGUAY

**CP Sonia Unzain**
**Jefe de Dpto. de la UOC**