San Lorenzo, 20 de agosto de 2020

ADENDA N° 01

En referencia al Llamado con ID Nº **384.433, Contratación Directa Nº 23/2020"ADQUISICION DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULR"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES A LA CARTA INVITACION:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

1.1 Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*Completar con las características del equipo ofertado*
1	*Cabina de Bioseguridad para laboratorio*	***Cabina de Bioseguridad - Clase II/Tipo A2*** *- Apertura de ventana de 20 cm como mínimo* *- Interior de acero inoxidable de una pieza. (cámara)* *- Certificaciones requeridas: NSF/ANSI 49 UL, CE* *- Tipo de filtro requerido: H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS* *- Dimensiones mínimas requeridas: (LxAxA) 80 x 130 x 156.8cm* *- Requerimiento eléctrico 220V 50hz* ***Las dimensiones mínimas requeridas son externas*** *La oferta debe Incluir:* *- Filtros HEPA* *- Luz UV* *- Soportes ajustables* *- Reposa brazos* *- UPS* *- Certificación de filtros* *- Instalación* *- Capacitación* *- Todos los accesorios necesarios para la plena utilización, incluso accesorios para la instalación eléctrica en el Laboratorio de Biología Molecular.* *- Garantía mínima requerida: 12 contados a partir de su instalación.*	

Atentamente

LIC. DAMARIS OCAMPO BYKOV
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA