Asunción, 14 de noviembre del 2013

NOTA SUB-UOC 3 Nº 229 /2013

ABOGADO
PABLO SEITZ, Director General
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE:

De Nuestra Mayor Consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de responsable de la Sub-Unidad Operativa de Contratación Nº 3 **"Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA"** a fin de remitir la **ADDENDA Nº 02,** en el marco de la **Contratación Directa N° 09/2013, "Adquisición de equipos de laboratorio"**
ID: 256.364.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

.....
ING.ARNALDO GONZALEZ
DIRECTOR SUB-UOC 3
MSP Y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
S3

ADDENDA Nº 02
Contratación Directa N° 09/2013,
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
ID: 256.364

EN LA CIUDAD DE ASUNCION A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, LA SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 03 DEL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO-SENEPA, TOMANDO EN CUENTA LA RESOLUCION N° 805/09, SECOMUNICA A TODOS LOS POTECIALES OFERENTES QUE SE HA EMITIDO LA ADDENDA Nº 02 CORRESPONDIENTE A ESTA CONTRATACION MODIFICANDOSE: LA INVITACIÓN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE DEBIDO A CONSULTA DE UN POTENCIAL OFERENTE.

- **CARTA DE INVITACION DICE:**

ANEXO C dice: ESPECIFICACIONES TECNICAS

3	41104506-003	ESTUFA DE SECADO	ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS ESTUFAS HORIZONTAL DE SECADO- Tamaño: 40 a 60 Lts. Rango de Temperatura ambiente +50º c/250º c, Homogeneidad y estabilidad de temperatura con un sistema de control por microprocesador. Cámara de aluminio con tratamiento de oxidación anódica. Bajas perdidas de calor a través de la cámara de sellado con una presión firme y justa, Salida de exudado de vapor, termóstato de seguridad estándar. Garantía; 1 año como mínimo, debe cubrir desperfecto de fábrica Antigüedad máxima de fabricación a partir de 2010 hasta la fecha. .	unidad		unidad	1

ANEXO C debe decir: ESPECIFICACIONES TECNICAS

3	41104506-003	ESTUFA DE SECADO	ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS ESTUFAS HORIZONTAL DE SECADO- Tamaño: 40 a 60 Lts. Rango de Temperatura ambiente +50º c/300º c,,con cámara Interna en acero inoxidable AISI 304 Homogeneidad y estabilidad de temperatura con un sistema de control por microprocesador. Cámara de aluminio con tratamiento de oxidación anódica. Bajas perdidas de calor a través de la cámara de sellado con una presión firme y justa, Salida de exudado de vapor, termóstato de seguridad estándar. Garantía; 1 año como mínimo, debe cubrir desperfecto de fábrica Antigüedad máxima de fabricación a partir de 2010 hasta la fecha. .	unidad		unidad	1

Ing. Arnaldo González Galvez, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ING.ARNALDO GONZALEZ
DIRECTOR SUB-UOC 3