Circular Nº1
Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2011
"Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos"

San Lorenzo 12 de setiembre de 2011

Aclaraciones

Ítem Nº 22 Control de esterilización, indicador biológico para autoclave a vapor, lo cotizado debe incluir incubadoras en como dato.

Consulta Nº 1
Cuantas Incubadoras se precisan como mínimo?

Respuesta
Las necesarias para incubar 10 ampollas de manera simultánea.

Consulta Nº 2
Podría presentarse en caja por 30 o por 100 ampollas?

Respuesta
La presentación no es excluyente. Se solicitan 500 ampollas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO · Sub U.O.C · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Enrique Valdez Artaza
Responsable SUOC Nº35