Adenda 02

A la Licitación Pública Nacional Nº 01/2013
"Adquisición de Medicamentos e Insumos"

Las aclaraciones o respuestas siguientes que modifiquen las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, serán consideradas como Adendas Modificatorias al mismo.

San Lorenzo, 20 de Mayo de 2013

Consulta 1

Ítem Nº 111 CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA TENSIÓN para determinación de la presión arterial invasiva, se refiere a la Regla para PVC (presión venosa central) con escala rígida. Favor aclarar.

Respuesta: Se refiere al material PVC (policloruro de vinilo).

Consulta 2

Ítem Nº 111 CATÉTER PROLONGADOR DE ALTA TENSIÓN para determinación de la presión arterial invasiva, de PVC rígido como mínimo de 60 cm, solicitamos que se acepte un margen de +- 10 cm. En la longitud total, ya que lo importante de este insumo es que el mismo tenga una capacidad adecuada de determinación de la presión arterial invasiva.

Respuesta: Se aceptara un margen de ±10 cm.

Consulta 3

Ítem Nº 117 CATÉTER VENOSOS CENTRAL de 7- 7.5Fr compatible con técnica Seldinger, de cuantos lúmenes debe ser el catéter, de 2 o de 3?

Respuesta: Debe ser de 2 lúmenes.

Consulta 4

Ítem Nº 123 TUBO ADAPTADOR PARA CATÉTER de 2 vías con sistema cerrado, solicitamos que la extensión de dicho insumo sea de 15 cm. Como mínimo, ya que la medida exacta de 15 cm. Que figura en el PBC solo beneficiaría a una marca en particular, dejando sin la posibilidad de participar a los demás oferentes.

Respuesta: Debe ser de 15 cm. como mínimo.

Consulta 5

Ítem Nº 132 EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO, en uno de los puntos de las especificaciones técnicas solicitadas dice Sistema Cerrado, solicitamos que en dicha especificación técnica diga con Sistema Libre de Aguja que es el nombre técnico y genérico para las equipos de infusión con las características solicitadas por la convocante, la presente solicitud es para evitar que algún oferente en particular tome ventaja por el uso de la frase Sistema Cerrado con relación a los demás oferentes.

Respuesta: Debe decir "con sistema libre de Aguja".

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Consulta 6

Ítems Nº 147,148, Y 149 HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA Nº 4/0, 5/0, 2/0 c/aguja atraumatica de 3/8 círculo de 19mm, solicitamos se habiliten el rango de +-1mm para el tamaño de dicha aguja, así como lo hacen con varios otros ítems de hilos de sutura que solicitan en la presente contratación. Además pensamos que existe un error en la especificación de la aguja 3/8 de círculo atraumatica, por lo general las agujas para cierre de piel que corresponden a estos ítems deben ser de 3/8 círculo triangular (traumática). Favor confirmar.

Respuesta: Se aceptara una variación de ± 1mm. La especificación de la aguja es correcta.

Consulta 7

Ítem Nº 196 Y 197 BOLSA PRESURIZADORA para soluciones de 500ml y 1000ml, se solicita con el manómetro de presión? Favor confirmar.

Respuesta: Debe incluir el manómetro de presión.

Consulta 8

Ítem Nº 198 CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL de 30 x 28cm, solicitamos la apertura de un rango de +-10cm para el presente ítem, así como lo establecen en otro ítem (ítem Nº 169).

Respuesta: Se aceptara un margen de ±10 cm.

Consulta 9

Ítem Nº 199 CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL de 45 x 55cm, solicitamos la apertura de un rango +-10cm para el presente ítem, así como lo establecen en otro ítem (ítem Nº 169).

Respuesta: Se aceptara un margen de ±10 cm.

Consulta 10

Ítem Nº 243 Y 244 HILO PARA SUTURA DE POLIAMIDA Nº 3/0, 4/0, c/aguja cortante de 3/8 circulo de 19mm, solicitamos que habiliten el rango de +-1cm para el tamaño de dicha aguja, así como lo hacen con varios otros ítems de hilos de sutura que solicitan en la presente contratación.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 11

Muestras, las mismas serán solicitadas por la convocante según la necesidad o deben ser entregadas en el Acto de Apertura de Ofertas? Favor aclarar.

Respuesta: No se solicitan muestras para la Apertura de ofertas.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Consulta 12

Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC), punto CGC26.1 Multas, dice 2 % del valor del bien y/o servicio en demora, por cada semana o fracción mayor a 3 días. Solicitamos que la multa sea del valor del 1% por cada semana o fracción mayor a 3 días de atraso en la entrega, debido a que el 2 % es un valor muy elevado y los plazo de entregas son muy cortos, además de que el MSP Y BS en todas sus licitaciones anteriores siempre ha establecido como valor de multa el 1 %.

Respuesta: Adecuarse los Criterios establecidos por esta Convocante en el PBC.

Consulta 13

Ítem Nº 106 Y 107 CATÉTER DE SUCCIÓN CON CIRCUITO CERRADO de 14Fr. Y 10Fr. Dichos catéteres vienen en tres especificaciones técnicas diferentes, que son de 24hs (std), 24hs (antireflujo) y 72hs (std)? A cuál de ellos se refiere exactamente dichos ítems? Favor aclarar.

Respuesta: Limitarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 14

Ítem 132 EQUIPO VOLUTROL. Se puede ofertar Equipo Volumétrico, Microgotero, con el pico del Microgotero de la cámara de goteo de metal, dado que no creemos que la cantidad de unidades solicitadas se utilicen en pacientes que deban realizarse estudios de Resonancia Magnética, dando lugar a que más empresas oferentes puedan participar de dicho llamado.

Respuesta: Se aceptaran dichos equipos con el pico del Microgotero de la cámara de goteo de metal.

Consulta 15

Ítem 132 EQUIPO VOLUTROL. Se puede ofertar Equipo Volumétrico, Microgotero, con conectores libres de aguja, con válvula o tabique único de silicona, autosellante o auto bloqueante Tipo Maxplus (conector libre de aguja, sistema cerrado). Esta solicitud se realiza a los efectos de que puedan participar la mayor cantidad de oferentes, lo cual será de mayor provecho para dicha institución.

Respuesta: Se aceptara cualquier tecnología que sea de Sistema Cerrado libre de aguja.

Consulta 16

Ítems 84 y 85 SOLUCION DEXTROSA PARA DIALISIS PERITONEAL. Solicitamos se acepten como presentación "bolsa de 2000 ml". Este pedido obedece a que en el mercado no existe la presentación solicitada por la convocante.

Respuesta: Se aceptaran BOLSAS como presentación.

Consulta 17

Ítem 173 y 174 SET DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONEAL. Se solicita sea considerada la ampliación en las especificaciones técnicas para determinar el pedido de Clamp y línea de transferencia "según necesidad" pues la cantidad en el uso de los artículos difiere según el cuadro clínico del paciente sean estos crónicos o agudos.

Respuesta: CADA SET debe incluir 1 clamp y 3 líneas de transferencia.

ique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UC
ospital General Pedi

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Consulta 18

Ítem 170 Papel para Esterilización". Solicitamos especificar la medida solicitada.

Respuesta: Las medidas mínimas deben ser de 1.20 x 1.20 mts.

Consulta 19

Ítem 198 CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTERILES. Con el objeto de que exista una mayor cantidad de ofertas se podría ofertar la medida 30 cm. X 28 cm. (+-8 cm). En caso afirmativo cual será la unidad de medida para evaluar el costo del producto.

Respuesta: Se aceptara un margen de ±10 cm. La U.M. establecida en este caso es "unidad" y la presentación es "envase hermético". En ese sentido, se debe entender que la oferta debe ser en relación a la Presentación. (Unidad de Campo Quirúrgico de 30 x 28 ±10 cm en Envase Hermético).

Consulta 20

Ítem 199 SOLICITAN CAMPOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES. Con el objeto de que exista una mayor cantidad de ofertas se podría ofertar la medida 45 cm. X 55 cm. (+-10cm). En caso afirmativo cual sería la unidad de medida para evaluar el costo del producto.

Respuesta: Se aceptara un margen de ±10 cm. La U.M. establecida en este caso es "unidad" y la presentación es "envase hermético". En ese sentido, se debe entender que la oferta debe ser en relación a la Presentación. (Unidad de Campo Quirúrgico de 45cm x 55 ±10 cm en Envase Hermético).

Consulta 21

Ítem 100 CAL SODADA. En el caso de ofertar cal sodada en presentaciones de 1 kilo o 5 kilos, como tendríamos que ofertar con referencia al precio, sería en gramos o por kilos o directamente por la presentación ofertada sea esta de 1 kilo o de 5 kilos.

Respuesta: Es necesario aclarar que la Unidad de Medida es "unidad" y la presentación es "envase hermético". Las EETT establecen un mínimo de 500 gr.
Para ofertar se debe considerar 500 gramos. Para la posterior entrega se aceptaran Envases herméticos de 500 gr como mínimo y de 1 kilo como máximo.

Consulta 22

Ítem 112 CATETER VENOSO CENTRAL. Favor eliminar la palabra siliconado ya que el producto solicitado, de acuerdo a la descripción en el Pliego de Bases y Condiciones, deber ser Poliuretano.

Respuesta: Omitir las palabras "100 % siliconado".

Consulta 23

Ítem 172 REACTIVOS DE TIRAS PARA GLUCOSA. Favor aclarar si se puede cotizar sin escala cromática utilizable con el equipo ON – CALL PLUS.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Enrique Valdez Artaza
Jefe Dpto. de UOC
Hospital General Pediátrico

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Consulta 24

Ítem 175 SET PARA ADMINISTRACION PARA BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. Favor aclarar si se puede cotizar compatible con Bomba TERUMO.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 25

Ítem 131 EQUIPO MACROGOTERO. Favor aclarar si se puede cotizar macrogotero con conexión a presión.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 26

Ítem 255 LLAVE DE 3 VIAS. Favor aclarar si se puede cotizar llave de 3 vías sin prolongador.

Respuesta: Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 27

Ítems 138 y 139 GUANTE QUIRURGICO ESTERIL. Favor aclarar si la presentación de los guantes son PARES.

Respuesta: La presentación y la cotización deben ser en PARES.

Consulta 28

Ítem 170 PAPEL PARA ESTERILIZACION DE PROPILENO. Favor aclarar si la medida del papel puede ser de 120 120 cm.

Respuesta: Las medidas mínimas deben ser de 120 x 120 cm.

Enrique Valdez Artaza
Responsable de UOC Nº 34

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hosp. General Pediátrico

Dr. Pio Alfieri
Director General