ADENDA Nº 02

Asunción, 15 de enero de 2013

Señores:

PRESENTE

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2013 "Provisión e instalación de equipos de apoyo para el Laboratorio Genético" AD REFERÉNDUM----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la siguiente ADENDA 02 realizada al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

DONDE DICE

1. Especificaciones Técnicas

EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535		
EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS		
Ítem	**Concepto**	**Especificaciones técnicas mínimas requeridas**
2	Microcentrífuga	Tipo MINISPIN (referencial) - Velocidad máxima 6600 rpm, para tubos de 1,5 a 2,0 ml, con adaptador para tubos de 0,5 ml. Deberá ser nuevo de fábrica, contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución.

DEBE DECIR

1. Especificaciones Técnicas

EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535		
EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS		
Ítem	**Concepto**	**Especificaciones técnicas mínimas requeridas**
2	Microcentrífuga	Tipo MINISPIN (referencial) - Velocidad máxima 6600 rpm, para tubos de 1,5 a 2,0 ml, con adaptador para tubos de 0,5 ml. Deberá ser nuevo de fábrica, contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución. **Capacidad mínima de 12 (doce) microtubos**

DONDE DICE

2. Especificaciones Técnicas

EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535		
EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS		
Ítem	**Concepto**	**Especificaciones técnicas mínimas requeridas**
13	Baño María para laboratorio	Baño termostático de precisión, con circulación interna de líquido por bomba. Rango de temperatura 5-100 °C. Con tapa. Deberá ser nuevo de fábrica, contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución.

Ing. Com. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

ADENDA Nº 02

DEBE DECIR

1. Especificaciones Técnicas

EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535		
EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS		
Ítem	**Concepto**	**Especificaciones técnicas mínimas requeridas**
13	Baño María para laboratorio	a) Baño termostático de precisión, con circulación interna de líquido por bomba. Rango de temperatura 5-100 °C. Con tapa. Deberá ser nuevo de fábrica, contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución. **Volumen aproximado de 15 a 20 litros**

Atentamente,

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION