INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

Licitación Pública Nacional N° 120/12
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS"
ADENDA N° 6

Asunción, 18 de abril de 2013.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 120/12 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS",** se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Sección III-Suministros requeridos

Donde dice:

1.2.14	Sistema de oxígeno rápido (flush) con protección contra activación accidental con flujo de 40 a 60 LPM cada vez que el control es presionado.			

1.6.2	Parámetros medidos: ECG/RESP, SPO2, NIBP, (02) de Temperatura y (02) de PI, módulo BIS o entropía y analizador de agentes anestésicos

2.	4.4	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 2.			
2.	4.5	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 3.			
2.	4.6	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 4.			

3.	4.4	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 2.			
3.	4.5	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 3.			
3.	4.6	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 4.			

5.4.7	Debe impedir la entrada de líquidos e exenta de Látex			

6.6		Generador de Rayos X
6.	6.1	Generador de alta frecuencia.
6.	6.2	Posibilidad de realización de fluoroscopía pulsada, continua y modo de radiografía digital.
6.	6.3	Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numerica)
6.	6.4	Rango de kV para Fluoroscopía: de 40 o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numerica)
6.	6.5	Tiempo de exposición: de 0,003 seg o menos a 4 seg o más.
6.	6.6	Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor.
6.	6.7	Potencia minima nominal del generador 12.5kW.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Brizuela Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Debe decir:

1.2.14	Sistema de oxígeno rápido (flush) con protección contra activación accidental con un flujo dentro del rango 40 a 60 LPM, cada vez que el control es presionado.			

1.6.2	Parámetros medidos: ECG/RESP, SPO2, NIBP, (02) de Temperatura y (02) de PI, módulo BIS o entropía , analizador de agentes anestésicos, y como opcional trasmisión neuromuscular .

2.	4.4	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 0.			
2.	4.5	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 1.			
2.	4.6	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 2.			
2.	4.7	1 (una) hoja tipo Macintosh tamaño 3.			

3.	4.4	1 (una) hoja tipo Miller tamaño 0.			
3.	4.5	1 (una) hoja tipo Miller tamaño 1.			
3.	4.6	1 (una) hoja tipo Miller tamaño 2.			
3.	4.7	1 (una) hoja tipo Miller tamaño 3.			

5.4.7	Debe impedir la entrada de líquidos (sin costuras) y exenta de Látex			

6.6		Generador de Rayos X
6.	6.1	Generador de alta frecuencia.
6.	6.2	Posibilidad de realización de fluoroscopía pulsada, continua y modo de radiografía digital.
6.	6.3	Rango de kV para Radiografía: de 40 kV o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numerica)
6.	6.4	Rango de kV para Fluoroscopía: de 40 o menos a 120 kV o más. Sensibilidad de 1kV o menor (menor se refiere a la parte numerica)
6.	6.5	Tiempo de exposición: de 0,004 segundos o menos a 4 segundos .
6.	6.6	Rango de mAs: de 1 mAs o menos a 200 mAs o mayor.
6.	6.7	Potencia mínima nominal del generador 12.5kW.
6	6.8	Corriente de tubo de rayos x 180mA o mayor
6	6.9	Corriente para fluoroscopia 12mA o mayor

Sección VII –Anexos. G) Documentos adicionales a la oferta...
Se incluye el siguiente documento:

- El oferente deberá contar con habilitación del Servicio Técnico vigente emitido por el MSPBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Oferta
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe - Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios