PAC N°: 302.098

ADENDA N° 07/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2016 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2014" – ID N° 302.098"**, SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN EL SIGUIENTE PUNTO, QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote	Ítem	Producto	Especificaciones Técnicas	Método	Presentación	Unidad de medida
33	1	Test Rápido para HIV	HIV 1+2. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del país de origen. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación. **El Reactivo ofertado deberá contar con el Certificado de experiencia satisfactoria de uso emitido por el Pronasida, o en su defecto de contar con el Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la Empresa importadora de Reactivos para diagnósticos, emitidos por el LCSP, se realiza la evaluación previa de calidad de la prueba en 200 muestras proporcionadas por la empresa interesada.**		Unidad	Determinación

Asunción, 02 de agosto de 2016.-

Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS