ADENDA N° 2

LPN N° 11/2010 -ID 203.322

Adquisición de Medicamentos, Insumos y Reactivos –PROGRAMA DE DIABETES Y DIRECCION DE SALUD MENTAL

Donde dice:

Item	Codigo de Catalogo	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	metodo	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad Solicitada
39	41104102-003	Lancetas desechables	p/ dispositivo digitopunzor compatibles con el dispositivo de punción solicitado		Caja x 25 unidades como minimo	Unidad	14.000
40	41113035-003	Tira para determinacion de Hemoglobina glicada en sangre capilar (c/equipo portatil de consultorio)	Resultados en 5 minutos aproximados,Certificado de Aprobación de ISO 13485:2003. con indicador de tamperatura en la caja, Cada Caja x 10 determinantes debe incluir un equipo p/medicion sin interruptores o botones el monitor se autoactiva sobre la inserción del Cartucho de Ensayo, debe utilizar ambas tecnologías: Inmunoensayo y Química, para medir hemoglobina glicada, Hemoglobina Total y A1C respectivamente. , y los mismos seran entregados en los servicios indicados por la dirección del Programa Nacional de Diabetes.		caja X 10 determinaciones	Determinación	1.000
41	41116201-003	Tiras reactivas p/ determinación de Glucemia en Sangre Capilar.	Indicados para recien nacidos,neonatos, niños y adultos, debe cumplir con la **norma ISO 15197,** debe ser para : lectura con aparato con resultado de medición de 5 segundos como mínimo y 30 segundos como máximo, y que permita tambien la lectura visual a traves de la escala cromatica, cuyos colores indican el valor de glucemia, con 6 rangos de valores o más (Valor de 0 a 450 MG/DL o más)		Tubo x 50 tiras	Determinación	24.000

Debe decir:

Item	Codigo de Catalogo	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	metodo	Presentacion	Unidad de medida	Cantidad Solicitada
39	41104102-003	Lancetas desechables	p/ dispositivo digitopunzor compatibles con el dispositivo de punción solicitado		Caja x 25 unidades como minimo	Unidad	350.000
40	41113035-003	Tira para determinacion de Hemoglobina glicada en sangre capilar (c/equipo portatil de consultorio)	Resultados en 5 minutos aproximados,Certificado de Aprobación de ISO 13485:2003. con indicador de tamperatura en la caja, Cada Caja x 10 determinantes debe incluir un equipo p/medicion sin interruptores o botones el monitor se autoactiva sobre la inserción del Cartucho de Ensayo, debe utilizar ambas tecnologías: Inmunoensayo y Química, para medir hemoglobina glicada, Hemoglobina Total y A1C respectivamente. , y los mismos seran entregados en los servicios indicados por la dirección del Programa Nacional de Diabetes.		caja X 10 determinaciones	Determinación	10.000
41	41116201-003	Tiras reactivas p/ determinación de Glucemia en Sangre Capilar.	Indicados para recien nacidos,neonatos, niños y adultos, debe cumplir con la **norma ISO 15197,** debe ser para : lectura con aparato con resultado de medición de 5 segundos como mínimo y 30 segundos como máximo, y que permita tambien la lectura visual a traves de la escala cromatica, cuyos colores indican el valor de glucemia, con 6 rangos de valores o más (Valor de 0 a 450 MG/DL o más)		Tubo x 50 tiras	Determinación	1.200.000