PAC Nº: 280.913.

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 46/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY" - PLURIANUAL,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

Consulta 1:

Consulta: En la Sección III del PBC, suministros requeridos, en el punto 2, especificaciones técnicas, para el ítem 4, donde dice: "Velocidad de barrido, modo curva fija 3.125, 6.25 y 12.5mm/s". *Estas medidas son muy específicas, se* solicita que se considere el límite mínimo a partir de 6.25mm/s y el límite máximo de 25mm/s o 50 mm/s, ya que se consideran medidas estándares de la mayoría de los equipos de las diferentes marcas, con lo que se dará mayor oportunidad a oferentes.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 2:

Consulta: En la Sección III del PBC, suministros requeridos, en el punto 2, especificaciones técnicas, para el ítem 4, donde dice: "Función STAT o punción venosa". Se solicita que se aclare a que se refiere dicha función.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 3:

Consulta: En la Sección III del PBC, suministros requeridos, en el punto 2, plan de entregas, donde dice: "La entrega será por el total de los ítems adjudicados y deberá efectuarse a los 15 días hábiles a partir de la firma del contrato correspondiente". Se solicita que se aumente a por lo menos 60 días posteriores a la firma del contrato teniendo en cuenta que los equipos deben ser fabricados e importados del exterior, ya que en el país no existen fabricantes de los equipos solicitados.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014.

Consulta 4:

Consulta 1: Para el Item 1. – Incubadora; Solicitamos se establezca el parámetro de movimiento de Trendelemburg y Fowler, el cual podría establecerse como mínimo en +/- 15°, según lo referiere las normas de calidad internacional.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 5:

Consulta 2: Para el Item 1. – Incubadora; Con relación a los 4 portillos como mínimo, de fácil apertura, provistos de manguito; solicitamos se aclare suficientemente que estos 4 portillos deberán ser rebatibles a 180° para que permita una fácil apertura.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Ma. Dolores Veca Heitas
Jefa Dpto. Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Consulta 6:

Consulta 3: Para el Item 1. – Incubadora; en un punto se establece "Dispositivo porta-chasis (opcional) para película de rayos X", considerando que una incubadora es considerada un equipo de soporte de vida, solicitamos que la palabra opcional sea eliminada de esta especificación, ya que es de gran utilidad para el personal técnico contar con esta opción.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 7:

Consulta 4: Para el Item 2. – Servocuna con luminoterapia; en un punto se establece "Dispositivo portachasis para película de rayos X (opcional), considerando que una servocuna es considerada un equipo de soporte de vida, solicitamos que la palabra opcional sea eliminada de esta especificación, ya que es de gran utilidad para el personal técnico contar con esta opción.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 8:

Consulta 5: Para el Item 2. – Servocuna con luminoterapia; donde solicitan "trendelemburg +/- 10°", solicitamos que el mismo se establezca con movimientos automáticos y como mínimo en +/- 15°, según lo referiere las normas de calidad internacional.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 9:

Consulta 6: Para el Item 2. – Servocuna con luminoterapia; donde solicitan "luminoterapia LED integrada", sugerimos sea más completa la especificación, estableciendo que la misma cuenta con una cantidad mínima de 12 leds de potencia, con contador de horas de tratamiento de cada paciente reseteable y con contador de horas de uso del equipo"

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 10:

Consulta 7: Para el Item 3. – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad; donde se establece "pantalla LCD a color de 10" o mayor", recomendamos elevar a una medida de 12" como mínimo que permita observar más parámetros y a la vez que la misma sea del tipo Touchscreen.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 11:

Consulta 8: Para el Item 3. – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad; considerando su alto grado de importancia, recomendamos se solicite que el equipo cuente con Nebulizador integrado y sincronizado con la inspiración del paciente.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 12:

Consulta 9: Para el Item 3. – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad; donde solicitan Ventilación No Invasiva, solicitamos además se establezca una Compensación de fugas de como mínimo 70 lpm.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 13:

Consulta 10: Para el Item 3. – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad, debido a su alto grado de importancia, recomendamos se incluya en las especificaciones el siguiente punto; "Deberá contar con compresor o turbina integrada que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 14:

Consulta 11: Para el Item 3. – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad, para facilitar más el trabajo del personal médico, recomendamos la siguiente especificación; "Despliegue de tres curvas de Ventilación en simultáneo"

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 15:

Consulta 12: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Solicitamos se permitan cotizar monitores de construcción compacta multiparamétrico preconfigurado, por lo general los monitores del tipo modular se utilizan para configuraciones más complejas

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 16:

Consulta 13: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Para una mejor visualización de los parámetros sugerimos que la pantalla sea de 12 pulgadas como mínimo, con resolución de 800 X 600 pixeles

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 17:

Consulta 14: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Sugerimos ampliar la memoria a 600 registros de presión no invasiva, gráfico de tendencias de 1200 horas y 120 minutos de ECG con visualización completa en 1 canal

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 18:

Consulta 15: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; El software, el menú y el teclado deberán estar en español?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 19:

Consulta 16: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Antigüedad de fabricación se refiere a la antigüedad del equipo a ser entregado?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 20:

Consulta 17: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Como se solicitan varios parámetros la pantalla debería contar con 8 curvas en simultáneo como mínimo

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 21:

Consulta 18: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; El ECG deberá contar con análisis del segmento ST? Deberá incluir rótulos de arritmias, por lo menos de las 13 más importantes?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 22:

Consulta 19: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Presión no invasiva: Sugerimos que el modo de repetición automático sea desde 1 a 480 minutos

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 23:

Consulta 20: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Saturación de oxígeno: Donde dice tecnología que permite la medición en condiciones de baja perfusión o similar se refiere a tecnología tipo MASSIMO, STAT, NELLCOR o similar?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 24:

Consulta 21: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; El monitor deberá contar con alarmas codificadas por color según la gravedad del caso? Estas alarmas deberán mostrarse además en la pantalla del monitor con parpadeo del valor numérico del parámetro que se encuentra en condición de alarma?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 25:

Consulta 22: Para el Item 4. – Monitor Multiparamétrico; Cuántos sucesos de alarma deberá poder almacenar el monitor? Sugerimos al menos 200 sucesos

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 26:

Ítem 3 – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad

Donde dice Con pantalla que muestre gráficas, datos numéricos y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento, *Recomendamos* solicitar Ventiladores con pantalla táctil a fin de facilitar su operación y agilizar el acceso a las funciones.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 27:

Donde dice Flujo Inspiratorio (L/min). Límite Inferior 1 o menor y limite superior ..., *favor aclarar* el valor de límite superior.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS, SE ACEPTARAN OFERTAS DE EQUIPOS CON CARACTERISTICAS SUPERIORES.

Consulta 28:

Donde dice Volumen corriente (mL). Límite Inferior 2 o menor y limite superior 2500 o mayor.
Solicitamos favor permitir ofertar ventiladores con Volumen Corriente con Limite inferior 2 o menor y límite superior 2000 o mayor, ya que este es suficiente.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 29:

Donde dice Elastancia, Solicitamos se permita ofertar equipos sin esta opción ya que con compliancia se puede obtener este dato.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 30:

Donde dice Trabajo inspiratorio del paciente y trabajo inspiratorio total, Solicitamos favor permita ofertar equipos con Monitorización solo de Trabajo impuesto.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 31:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Cúpula de acrílico de doble pared transparente de aproximadamente 8 mm de espesor". Solicitamos a la Convocante permitir la cotización con 5 mm de espesor o mayor?"

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 32:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Termómetro de fácil lectura y cómoda desinfección. Rango de 20 a 40°C o mejor. Precisión + 0,2°C.". ¿Este termómetro debe ser integrado o no?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 33:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Permeable a rayos X". ¿Podría ser opcional?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 34:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Posiciones Trendelemburg y Fowler, comandables desde el exterior". ¿Las posiciones "Trendelenburg y Fowler" deben ser accionados en forma manual o eléctrica?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 35:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Posiciones Trendelemburg y Fowler, comandables desde el exterior". Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de equipos con las posiciones Trendelemburg y Trendelemburg reversa. Y que la Posición Fowler sea "Opcional", a fin de permitir la participación de más oferentes sin disminuir sustancialmente la prestación del equipo solicitado.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 36:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Capacidad de entrada entre 15 y 16 L/min". Este rango un limitativo, rogamos a la convocante extender dicho rango.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 37:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Pantalla para visualización de parámetros de funcionamiento e interacción incubadora-usuario. Control electrónico digital.". ¿Cuántas pulgadas debe ser esta pantalla?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 38:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Termómetro electrónico de tres dígitos, para medir la temperatura del flujo de aire y oxígeno. Rango de 20 a 50°C aproximadamente.". ¿Este termómetro debe ser integrado o no?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 39:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Alarma de temperatura alta y baja con apagado automático de la unidad calefactora a máximo 1° sobre el valor seleccionado". ¿Podrán cotizarse a 4° sobre el valor seleccionado?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 40:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Servo control de temperatura a través del sensor de piel de tres dígitos". ¿Podrán cotizarse con dos dígitos?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 41:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler". ¿Las posiciones "Trendelenburg y Fowler" deben ser accionados en forma manual o eléctrica?"

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 42:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler. Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de equipos con las posiciones Trendelemburg y Trendelemburg reversa. Y que la Posición Fowler sea "Opcional", a fin de permitir la participación de más oferentes sin disminuir sustancialmente la prestación del equipo solicitado.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 43:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Ancho: 60 a 75 cms.". ¿Se podrán ofertar con 50 cms de ancho?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 44:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Largo: 1[illegible] a 115 cms.". ¿Se podrán ofertar con 100 cms de ancho?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 45:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Carga de trabajo: 5 Kg o más.". ¿Se podrán ofertar con 4 Kg o más?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 46:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Altura del colchón variable entre 95 y 115cms". Solicitamos nos aclaren si se están refiriendo a la altura del soporte o base del colchón, que debe ser ajustable.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 47:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Visualización: pantalla LCD/TFT". ¿Cuántas pulgadas debe ser esta pantalla?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 48:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Temperatura de la piel del paciente". ¿Cuántos sensores de Temperatura de la piel del paciente" debe poseer?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 49:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Temperatura aire:+/-1°C del punto seleccionado". Consideramos que podría tratarse de un error -involuntario- en la transcripción del término aire. Creemos que debería "Temperatura Baja", pues abajo solicitan hablan de la temperatura baja. Solicitamos tengan a bien aclarar.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Ma. Dolores Valdez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Consulta 50:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Temperatura alta: Temperatura de piel +/-0,2°C del punto seleccionado". Consideramos que podría tratarse de un error -involuntario- en la transcripción de 0,2°C. Creemos que debería decir 2° o mejor. Solicitamos tengan a bien aclarar.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 51:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Luminoterapia LED integrada". ¿Cuántas lámparas LED debe poseer?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 52:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 4 - MONITOR MULTIPARAMETRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Monitor modular con pantalla de 10" como mínimo" ¿Se podrán cotizar con Parámetros Pre-configurados de fábrica?

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 53:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 4 - MONITOR MULTIPARAMETRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Favor especificar cuáles son los parámetros desean monitorear con este requisito: Batería recargable con duración de 4 horas de uso continúo como mínimo, con cargador interconstruido e indicador de batería. Solicitamos que permitan cotizar monitores con batería de 2 horas de duración como mínimo

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 54:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 4 - MONITOR MULTIPARAMETRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "1 (un) Cable interface para PI" En los parámetros solicitados no se menciona Presión Invasiva, sin embargo en este punto solicitan un cable interfase para PI. Solicitamos aclarar si debe tener o no Función de Presión Invasiva.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 55:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema calefactor desmontable para limpieza y esterilización. Indicación de potencia de calefactor en 8 pasos. (SEGÚN ADENDA N° 2). Solicitamos a la convocante incluir después de 8 pasos el término o mejor, de forma tal a permitir la cotización de equipos con mejores y mas modernas prestaciones.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 56:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Posiciones Trendelemburg y Fowler, comandables desde el exterior". Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de equipos con las posiciones Trendelemburg y Trendelemburg reversa. Y que la Posición Fowler sea "Opcional", a fin de permitir la participación de más oferentes sin disminuir sustancialmente la prestación del equipo solicitado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 57:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Trendelemburg: +/- 15° como mínimo. (SEGÚN ADENDA N° 2) Solicitamos a la convocante poder aceptar la cotización de Incubadoras con Trendelemburg: +/- 10° o mayor. A fin de poder contar con la mayor cantidad de oferentes y poder satisfacer de igual manera las necesidades del Hospital.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 58:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Termómetro electrónico de tres dígitos, para medir la temperatura del flujo de aire y oxígeno. Rango de 20 a 45°C aproximadamente. (SEGÚN ADENDA N° 2).". ¿Este termómetro debe ser integrado o no? O ¿Se están refiriendo a la indicación en el Display?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 59:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 1 - INCUBADORA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla para visualización de parámetros de funcionamiento e interacción incubadora-usuario. Control electrónico digital. Solicitamos a la convocante aclarar lo siguiente: ¿La incubadora debe contar con Panel del tipo Display LCD? O ¿Debe ser con Panel del tipo Display LEDs?

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 60:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler. Solicitamos tengan a bien permitir la cotización de equipos con las posiciones Trendelemburg y Trendelemburg reversa. Y que la Posición Fowler sea "Opcional", a fin de permitir la participación de más oferentes sin disminuir sustancialmente la prestación del equipo solicitado.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 61:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En donde dice "Con los siguientes accesorios" en la parte: Rieles laterales para montaje de accesorios. Solicitamos que permitan cotizar **con rieles o soportes** para montaje de accesorios. Esto va a permitir la competencia en igualdad de condiciones de todos los oferentes.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 62:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En donde dice "Trendelemburg: +/- 15° como mínimo. (SEGÚN ADENDA N° 2) Solicitamos a la convocante poder aceptar la cotización de Servocunas con Trendelemburg: +/- 10° o mayor. A fin de poder contar con la mayor cantidad de oferentes y poder satisfacer de igual manera las necesidades del Hospital.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 63:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Altura del colchón variable entre 95 y 115cms". Solicitamos nos aclaren si se están refiriendo a la altura del soporte o base del colchón, que debe ser ajustable manual o electricamente.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 64:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
Donde dice: "Módulo de control microprocesado....: pantalla LCD/TFT. (SEGÚN ADENDA N° 2). Solicitamos aclarar a la convocante serán aceptadas pantalla LCD/TFT de 5 pulgadas o mayor.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 65:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 2 - SERVOCUNA
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Donde dice: Luminoterapia con brazo rebatible con tecnología a LED de mínimo 10 leads de potencia. (SEGÚN ADENDA N° 2).
Solicitamos a la convocante poder aceptar ofertas con luminoterapia de 5 LED o más. A fin de poder contar con la mayor cantidad de oferentes y poder satisfacer de igual manera las necesidades del Hospital.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 66:

Sección III. Suministros Requeridos - ITEM N° 4 - MONITOR MULTIPARAMETRICO
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: " Almacenamiento de datos de 1200hs. De tendencia gráficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120minutos de ECG, todos como mínimo. (SEGÚN ADENDA N° 2). Respecto a las 1.200 horas solicitadas, consideramos que se podría tratar de un error - involuntario - en la cantidad de horas mencionadas. Muchos modelos van de 90 a 120 horas por lo que solicitamos a la convocante permitir la cotización de monitores con "Almacenamiento de datos de al menos 90 hs o mayor de tendencias graficas"

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 67:

Sección III. 2. PLAN DE ENTREGAS.
Por tratarse de equipos de alta complejidad que requieren un largo y minucioso proceso de producción, solicitamos a la Convocante, tenga a bien extender el plazo de entrega a 60 (sesenta) días, contados a partir de la firma del Contrato.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 68:

Item 3 – Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad

Donde dice: Presión Inspiratoria (cmH2O). Limite inferior 1 o menor y Límite superior 70 o mayor solicitamos permita ofertar equipos con límite inferior 2 o menor

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 69:

Donde dice: Mecanísmo de disparo o Trigger : Seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable a 0.1 a -15cm H2O y por flujo 0.5 a 20lpm o mejor. Solicitamos modificar este punto por Mecanísmo de disparo o Trigger : Seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable a 0.5 a -15cm H2O y por flujo 0.5 a 20lpm o mejor

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 70:

Donde dice: Con servocontrol automático de porcentaje de oxígeno (FiO2) controlado a traves de la medición de la SpO2 del paciente, solicitamos se solicite Ventiladores con servocontrol automático de porcentaje de oxigeno (FiO2) controlado a través de la medición de los parametros de presión o volúmen del paciente. Teniendo en cuenta que solo una marca cuenta que la función solicitada es exclusiva del ventilador AVEA de la marca Viasys.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 71:

Donde dice: Con sensor de flujo térmico proximal reusable solicitamos modificar este punto por Sensor de Flujo proximal

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 72:

Donde dice: *Ventilación No Invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70lpm o mayor* solicitamos se permita ofertar ventiladores con compensación hasta 60 lpm

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 73:

Donde dice: Elastancia Solicitamos se permita ofertar equipos sin esta opción ya que con Compliancia se puede obtener este dato.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 74:

Donde dice: Trabajo inspiratorio del paciente y trabajo inspiratorio total, Solicitamos favor permita ofertar equipos con Monitorización solo de Trabajo impuesto.

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

Consulta 75:

Donde dice: Conexión externa Puerto RS232 y USB, solicitamos se permita ofertar equipos que cuenten solo con conexión RS232

RESPUESTA: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2014. SE ACLARA QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON MINIMAS.

ASUNCION 4 DE DICIEMBRE DE 2014.-