ACLARACION N° 1 - ID 245.280

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 06/2012

"ADQUISICION DE INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS"

Al Oferente:

Consulta 1: Donde dice: Plazo de entrega: Se solicita a la convocante aclarar el tiempo de entrega del ultimo 50% de la cantidad mínima una vez emitida la orden de compra, así como el tiempo de entrega de las cantidades máximas.

Respuesta: El porcentaje de entrega del 20% y 30% corresponden a las cantidades máximas **adjudicadas**. Las entregas de las cantidades máximas se realizarán según necesidad del MSP y BS.

Consulta 2: En los ítems 232, 233, 234 y 235 la cantidad mínima y máxima solicitada corresponde a bidones por litros y el precio a cotizar consecuentemente también en esa unidad de medida.

Respuesta: Las cantidades mínimas y máximas si corresponden a bidones de 5 litros y el precio corresponden a bidones de 5 litros.

Consulta 3: En el ítem 18 Apósito transparente. Favor aclarar si las cantidades solicitadas son unidades o cajas de 5 unidades.

Respuesta: Son unidades de apósitos transparentes.

Consulta 4: En los ítems 172, 173, 174, 175 y 176 Guante de procedimiento. Favor aclarar si las cantidades solicitadas son unidades o cajas de 50 unidades como mínimo.

Respuesta: Son unidades de Guantes de procedimiento.

Consulta 5: En el ítem 270 – Papel para esterilización. Favor si las cantidades solicitadas son unidades o cajas de 50 unidades.

Respuesta: Son unidades de papel de esterilización.

Consulta 6: En los ítems 63 y 64 – Catéter de aspiración con circuito con cerrado de uso pediátrico. Atendiendo que catéter de aspiración de 6 Fr Y 8 Fr con circuito cerrado es para uso neonatal y pediátrico, se podrá ofertar el mismo a partir de 305 mm.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 7: Ítem 65 – Catéter de aspiración con circuito cerrado de uso pediátrico. Atendiendo que catéter de aspiración de 10 Fr con circuito cerrado es para uso pediátrico, se podrá ofertar el mismo a partir de 405 mm.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 8: Ítem 164 – Esponja Hemostática. Teniendo en cuenta que la gelatina en un derivado del colágeno, y este tiene como principio activo acelerar la hemostasia primaria y secundaria, consultamos si puede también contemplarse esponja de colágeno en este ítem.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 9: Ítem 186 al 193 Hilos para Suturas Quirúrgicas. A efectos de que las instituciones de salud amparadas por el MSP pueden garantizar el almacenamiento de las propiedades físicas y químicas de las suturas quirúrgicas absorbibles, sugerimos a la convocante incluir en los requisitos que los empaques de las suturas deben ser, estéril de doble envoltorio, envase interno de aluminio.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 10: Ítem 293 – Sierra de Gigli. Sugerimos a la convocante solicitar certificaciones de calidad tipo ISO-DIN-CE a efectos de garantizar que el acero de los hilos de Gigli, sean resistentes y de alta calidad.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 11: En los ítems 102, 103, 104, 105, 106, 107 – Catéter intravenoso periférico. Lo solicitado corresponde a catéter periférico con sistema de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4659/1012.

Respuesta: Los catéteres periféricos son sin sistema de seguridad. En cuanto a la Ley N° 4569/2012 como Institución estamos en etapa de adecuación a la misma.

Consulta 12: Ítem 283 Equipo macrogotero. Lo solicitado corresponde a Macrogotero 20 gotas/ml?

Respuesta: Ver Adenda N° 1.

Consulta 13: Ítem 06 Aguja Raquídea Pediátrica biselada 25G´x 60 mm, se podrá ofertar las medidas 25G x 50mm, debido a que es la medida utilizada?.

Respuesta: Ver Adenda N° 1.

Consulta 14: Ítem 170 – Se solicita Gel p/ Electrocardiógrafo Gel conductor, de contacto, transparente, sin microburbujas. Frasco x 400 gr. Puede ser esta en presentación de Frasco por 500 gr. Cumpliendo con las

demás especificaciones?

Respuesta 15: Si se podrá ofertar Frasco mínimo x 400 gr.

Consulta 16: Presentación de Muestras de Productos Ofertados. En caso de ofertarse en varios ítems igual marca, calidad y origen de insumos hospitalarios pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente.

Respuesta: Si, será suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente.

Consulta 17: Atendiendo los grandes volúmenes de insumos que se solicitan en la presente licitación y varios de ellos provienen del oriente, siendo la única forma de transportar los mismos vía marítima, es importante resaltar que el Paraguay es un país mediterráneo lo hace que las cargas deban transitar por otros países antes de llegar al nuestro, lo cual genera innumerables retrasos, sin contar con situaciones particulares, como bloqueos en frontera, la bajante de ríos y otros, lo cual es casi imposible no incurrir en demoras excesivas, por lo cual solicitamos a la convocante considere modificar el valor de las multas por retraso a 1% del valor de suministro en mora, por cada semana de retraso o fracción mayor a 3 días.

Respuesta: Las contratistas cuentan con suficientes mecanismos para solicitar prorrogas en las entregas cuando existen motivos de fuerza mayor que les impida proveer conforme a lo establecido en los procedimientos de contratación. Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 18: En el ítem 132 – Cinta adhesiva. ¿Se podrá ofertar cinta adhesiva quirúrgica hipoalergenica de 5 cm x 9,10 mts? En caso de ser afirmativa la respuesta, cual seria la unidad de medida para la evaluación de oferta, por unidad o por centímetro de largor.

Respuesta: Se podrá ofertar, siempre que cumplan con las medidas mínimas solicitadas. La evaluación de las ofertas será teniendo en cuenta el costo por cm de largo.

Consulta 19: En los ítems 282, 284, 286, 288 y 289. Para una mejor conexión, manipulación y seguridad por parte del personal de enfermería, si al momento de instalar los equipos de infusión al catéter I.V. sugerimos que las conexiones de dichos equipos sean con punta catéter y rosca.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 20: En el ítem 283 – Equipo Macrogotero. El equipo Macrogotero debería ser calibrado en 20 gotas/ml.

Respuesta: Ver Adenda N° 1.

Consulta 21: En el ítem 286 – Prolongador de Vía. Lo solicitado por la convocante en este ítem se refiere a prolongador de 2 vías, para infusión intravenosa por gravedad, de PVC transparente, libre de látex, con conexión punta catéter y rosca, con pinza de seguridad para cortar el flujo, de 20 cm.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 22: Ítem 77: Puede ser mínima 50 cm de longitud, así se pueden cotizar Catéteres un poco más largos.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 23: Ítem 81. Se puede cotizar con una medida de 6,6 F.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 24: Ítem 82: Se puede cotizar con una medida de 9,6F.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 25: Ítem 140: El medidor externo puede ser 200 ml.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 26: Ítems 83 y 85: Se solicita corregir cantidades con decimales para poder cotizar.

Respuesta: Ver Adenda N° 1.

Consulta 27: Ítem 278: La malla se puede cotizar 25 cm x 35 cm.

Respuesta: Se mantendrán las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Consulta 28: 191 y 192: La aguja del hilo puede ser de 15 mm.

Respuesta: Ver Adenda N° 1.

Asunción, 29 de octubre de 2012