# ADENDA Nº 01

Asunción, de enero de 2013

Señores:

PRESENTE

**Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2013 "Provisión e instalación de equipos de apoyo para el Laboratorio Genético" AD REFERÉNDUM----------**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la siguiente ADENDA 01 realizada al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

**DONDE DICE**

**Sección I. Datos de la Licitación (DDL)**

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| IAO 23.1 | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: Eco. Guido Burgos, Director de la UOC<br>Dirección: Chile esq. Jejui<br>Número del Piso/Oficina: Mesa de Entrada<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>**Fecha: 17 de enero de 2013**<br>**Hora: 10:15** horas |
| IAO 26.1 | La apertura de las ofertas tendrá lugar en:<br>Dirección: Chile esq. Jejui<br>Número de Piso/Oficina Salón Auditorio<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>**Fecha: 17 de enero de 2013**<br>**Hora: 10:30** horas |

**DEBE DECIR**

**Sección I. Datos de la Licitación (DDL)**

| | **D. Presentación y Apertura de Ofertas** |
|---|---|
| IAO 23.1 | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: Eco. Guido Burgos, Director de la UOC<br>Dirección: Chile esq. Jejui<br>Número del Piso/Oficina: Mesa de Entrada<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es: |

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

**ADENDA Nº 01**

| | |
|---|---|
| | **Fecha: 22 de enero de 2013**<br>**Hora: 08:15** horas |
| IAO 26.1 | La apertura de las ofertas tendrá lugar en:<br>Dirección: Chile esq. Jejui<br>Número de Piso/Oficina Salón Auditorio<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>**Fecha: 22 de enero de 2013**<br>**Hora: 08:30** horas |

**DONDE DICE**

## 1. Especificaciones Técnicas

| EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535 | | |
|---|---|---|
| EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS | | |
| **Ítem** | **Concepto** | **Especificaciones técnicas mínimas requeridas** |
| **10** | Balanza para laboratorio | Analítica, con precisión **de 0,001** g. Rango de pesaje 0 - 150 g. Con gabinete de seguridad de vidrio, rebatibles para el pesaje. Plato de 100 mm con puerto estándar para transferencia de datos a impresora u ordenador. Nivelación de pies y de burbujas para equilibrio y protección para sobrecarga incluidos. Deberá ser nuevo de fábrica. Contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución. |

**DEBE DECIR**

## 1. Especificaciones Técnicas

| EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO - OBJETO DE GASTO 535 | | |
|---|---|---|
| EQUIPOS DE APOYO E INSUMOS | | |
| **Ítem** | **Concepto** | **Especificaciones técnicas mínimas requeridas** |
| **10** | Balanza para laboratorio | Analítica, con precisión **de 0,0001** g. Rango de pesaje 0 - 150 g. Con gabinete de seguridad de vidrio, rebatibles para el pesaje. Plato de 100 mm con puerto estándar para transferencia de datos a impresora u ordenador. Nivelación de pies y de burbujas para equilibrio y protección para sobrecarga incluidos. Deberá ser nuevo de fábrica. Contar con ficha técnica, manual de uso; en forma local con soporte técnico para rápida solución. |

Atentamente,

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION