UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay

Asunción, 05 de Noviembre de 2010.-

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional N° 8/2010
"Adquisición de Productos Químicos y Medicinales"
Presente

El Departamento de Contrataciones Publicas dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Adenda Nº 2.

1- ***Consulta:*** *ITEM 215 DESINFECTANTE ENZIMATICO LIQUIDO (DESINFECTANTE ENZIMATICO): Describen el ítem con la palabra DESINFECTANTE ENZIMATICO, solicitamos que se aclare si se refiere a un DETERGENTE ENZIMATICO y no a un DESINFECTANTE ENZIMATICO ya que no existe en el mercado. El detergente enzimático es para limpieza del instrumental mèdico y el desinfectante es para la esterilización del mismo. Desinfectante con cuantas enzimas se solicita?*

Respuesta: Se refiere a Detergente Enzimatico de 4 enzimas

2- ***Consulta:*** *ITEM 219 DETERGENTE ENZIMATICO (DETERGENTE DESINFECTANTE P/ SUELOS Y SUPERFICIE CON SURFANICOS): Solicitan un DETERGENTE DESINFECTANTE para suelos y superficies pero también agregan la característica DETERGENTE ENZIMATICO siendo que esta última solamente se utilizan en instrumentales medicos. Se prodria excluir la palabra enzimático, cumpliendo con las especificaciones y características solicitadas?*

Respuesta: El pedido debe ser Detergente Desinfectante para suelos y superficies con surfanicos

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

3- ***Consulta:*** *ITEM 929 DESINFECTANTE ENZIMATICO LÍQUIDO (Desinfectante ENZIMÁTICO - MULTIENZIMATICO CON CUATRO ENZIMAS: Solicitan DETERGENTE ENZIMATICO LÍQUIDO con la característica de tener 4 (cuatro) ENZIMAS. Dicha especificación va dirigida a una sola marca, excluyendo a las demás. Se podría considerar la característica de TRIENZIMATICO o MULTIENZIMATICO que es lo más usado en instrumentales médicos.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas

4- ***Consulta:*** *ITEM 928 GLUTARALDEHIDO + ACTIVADOR SOLUCION (Glutaraldehido): Solicitan GLUTARALDEHIDO más ACTIVADOR SOLUCION, esta presentación excluye nuestra marca, dando ventaja sola a la competencia y a una sola marca. Se podría presentar sin activador, es decir, una solución lista para uso cumpliendo con la misma concentración de GLUTARALDEHIDO, mejores tiempo de contacto (10 minutos para desinfección y 1 hora para esterilización).*

Respuesta: El tiempo de acción no debe ser mayor a 20/25 minutos

5- ***Consulta:*** *ITEM 397 CINTA PARA AUTOCLAVE 19 x 30 MTS : Podria ser en rollos de 1 8mm x 50 metros?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas

6- ***Consulta:*** *ITEM 466 PAPEL P/ESTERILIZACION 120 X 120: Debe ser de POLIPROPILENO?*

Respuesta: El papel para esterilización deberá ser de Polipropileno

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

7- ***Consulta:*** *ITEM 744 CINTA PARA AUTOCLAVE - CONTROL QUÍMICO PARA AUTOCLAVE CINTA: Podria ser en rollos de 18 mm x 50 metros?*

Respuesta: La cinta para autoclave deberá ser de 19 mm x 30 m

8- ***Consulta:*** *ITEM 1018: TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA ESTUFA (AMPOLLA TESTIGO 121º) No deberia ser para autoclave vapor?*

Respuesta: La cinta testigo de esterilización deberá ser para estufa

9- ***Consulta:*** *ITEM 1116 CINTA PARA ESTERILIZACIÓN VAPOR AUTOCLAVE 15MM. X 50MTS.-: Podria ser en rollos de 18 mm x 50 metros?*

Respuesta: Podria ser en rollos de 18 mm x 50 metros

10- ***Consulta:*** *ITEM 434 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA y 435 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Solicitan dentro de un mismo ítem, productos diferentes, siendo que en otra parte de la lista de productos requeridos, en el mismo pliego, ambos productos están claramente separados (el código de catálogo de la DNCP, para ambos productos es diferente). Favor especificar si lo solicitado es ACIDO POLIGLICOLICO O HILO POLIGLACTINA.*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

11- Consulta: *ITEM 394 CATETER PERIDURAL: La característica indicada no corresponde al producto solicitado, entendemos que podría tratarse de un error de arrastre de celda, ya que la misma característica corresponde al ítem anterior. Favor eliminar dicha característica.*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

12- Consulta: *ITEM 435 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Solicitan aguja de 36 mm. Siendo que habitualmente el Hospital de Clinicas utiliza de 26 mm. Que es la medida estándar utilizada tanto en el sector público como privado. Favor aclarar si la medida solicitada debe ser de 26 mm.*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

13- Consulta: *ITEM 213: DESINFECTANTE BIOCIDA para manos liquido (DESINFECTANTE JABON P/ MANO SOLUCION) unidad frascos como minimo de 500 ml. Favor aclarar si existe alguna limitación en relación al principio activo a ser ofertado. Asimismo, favor aclarar si los frascos deben tener mecanismo dispensador.*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

14- Consulta: *IAO 11.1 (f): Los oferentes deberán contar con una antigüedad minima de 3 años como empresa dentro de la actividad farmacéutica de nuestro país, este punto también afecta a los oferentes de Insumos Hospitalarios? Si la respuesta es afirmativa se podría salvar con la presentación de algún contrato con fecha anterior a 3 años o se podría salvarlo con la presentación de la Matricula del Comerciante para el caso de una empresa unipersonal? Favor aclarar.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

15- Consulta: *ITEM 380 CAMPO ADHESIVO ESTÉRIL y 1092 CAMPO ADHESIVO QUIRURGICO: CAMPO QUIRUGICO ESTERIL 45 x 45 cm., las medidas normalmente utilizadas en el medio son de 35 x 35 cm. o 45 x 60 cm., podrían adecuarse a alguna de dichas medidas o prodrian habilitar un margen de + - 10 cm. para dicho punto original.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

16- Consulta: *ITEM 464: PAPEL p/ ECG de 3 canales compatible con equipo ESAOTE, podrían dar las medidas exactas del papel o en todo caso para que modelo de maquina de marca ESAOTE seria?*

Respuesta: El papel para ECG de 3 canales solicitados es de 10 cm

17- Consulta: *ITEM 368 APOSITO HIDROCOLOIDE 18 X 20 CM: Se puede cotizar la medida 22 x 22 cm?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

18- Consulta: *ITEM 370 APOSITO HIDROCOLOIDE 16 X16 CM: Se puede cotizar la medida 15 x 15 cm?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

19- Consulta: *ITEM 468 PICO LARGO ELECTROBISTURI CON CABLE: Se refiere al electrodo para lápiz de 15 cm de largo? O al lápiz normal?*

Respuesta: Se refiere al electrodo que se adapta al mango de 15 cm de largo

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

20- Consulta: *ITEM 1093 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALóN (Canula para traqueostomia silicona 100 % nro 3, sin caff): Se puede cotizar el Nro. 4?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

21- Consulta: *ITEM 1094 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALóN (Canula para traqueostomia silicona % nro , sin caff): Se puede cotizar el Nro. 4?*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

22- Consulta: *ITEM 1095 CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN (Cánula para traqueostomía silicona 100% nro 5 sin caff): Se puede cotizar el Nro. 6?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

23- Consulta: *ITEM 1096 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALóN (Canula para traqueostomia siliconada nro 3.5 sin caff): Se puede cotizar el Nro. 6?*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

24- Consulta: *ITEM 1098 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SILICONADA NRO 7, con balón: Se puede cotizar el Nro. 8?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

25- Consulta: *ITEM 1255 CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO: Se puede cotizar de 4 Fr?*

Respuesta: Podra ofertarse catéter intravenoso para via central pediátrico de 4 Fr

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

26- Consulta: *ITEM 1256 CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO: Se puede cotizar de 4 Fr?*

Respuesta: Su consulta fue respondida en la Adenda Nº 1

27- Consulta: *ITEM 1107 CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO: Se puede cotizar de 5 Fr 3 lumen?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

28- Consulta: *ITEM 1017 TESTIGO DE ESTERILIZACION PARA ESTUFA (AMPOLLA TESTIGO 165º): Podria ser indicador multiparámetro CD 30 en tiras, vira en 40 min a 160 ºC?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

29- Consulta: *ITEM 1161 REDUCTORES PARA CVL 12 MM A 5 MM: A que tipo de reductores se refieren en este ítem. CAMISAS DE REDUCCIÓN/ EXTRACTORES (tubos largos) de 12/5 mm o a piezas de reducción cuyos tamaños pueden ser de 11/5 mm; 13/5 mm; 13.5/5 mm.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

30- Consulta: *ITEM 1337 REDUCTOR PARA TROCAR CVL 18MM A 10MM: A que tipo de reductores se refieren en este ítem. CAMISAS DE REDUCCIÓN/ EXTRACTORES (tubos largos) o a piezas de reducción. Se pueden cotizar de 15/10 mm a 22/10, se pueden cotizar no esteriles/rehusables, tal como lo solicitan en los reductores del ítem 1161.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

31- Consulta: *Seria factible incluir lo siguiente, en cuanto a las muestras solicitadas: en el caso de ofertar en varios ítems productos similares, con la única diferencia en las medidas, se puede entregar una muestra correspondiente a uno de ellos, acompañada de una Declaracion Jurada por la cual el oferente se compromete a entregar, en caso de ser adjudicado, el producto con las especificaciones técnicas correspondientes al ítem ofertado y con las mismas características de calidad, marca y procedencia de la muestra presentada.*

Respuesta: Sera aceptada una Declaracion Jurada en donde el Oferente se compromete a entregar en caso de ser Adjudicado

32- Consulta: *ITEM 339 FLUCONAZOL, ITEM 341 LEVOFLOXACINA; ITEM343 METRONIDAZOL; ITEM 1019 Aciclovir 250 mg: Se solicitan en presentación de frasco ampolla. Podrá cotizarse el mismo producto solicitado en la presentación sachet, teniendo en cuenta que ella ofrece los siguientes beneficios mas abajo descriptos, y en varios casos se cotizan a menor valor en el mercado que la presentación frasco-ampolla*

El envase de plástico flexible SOLUFLEX

Se elabora con un compuesto de policloruro de vinilo atóxico y transparente cuya flexibilidad permite establecer un circuito cerrado de administración y una regularidad en el goteo mientras el envase se colapsa hasta agotar su contenido. El envase plástico flexible SOLUFLEX ofrece:

- *Administracion total sin ingreso de aire al recipiente y por lo tanto sin la posibilidad de que ingrese aire circulatorio, debido a su flexibilidad que permite que el envase se colapse totalmente.*
- *Acople con el equipo de administración sin utilizar elementos cortantes*
- *Garantía de esterilidad por su esterilización terminal en autoclaves de vapor a presión*
- *Esterilidad exterior por su bolsa externa de fácil apertura, que favorece la preservación de la asepsia del quirófano*
- *Transparencia que permite observar con nitidez el contenido del envase*
- *Facilidd para el agregado de medicamentos*

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

- *Escala que permite medir en forma aproximada la cantidad administrada*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

33- Consulta: *ITEM 238: Se solicitan ENOXAPARINA SODICA, Caracteristica: Inyectable 40 mg/0,4 ml con dispositivo de seguridad incorporado, Presentacion: Caja conteniendo una jeringa prellenada por la unidad ¿Se puede ofertar y entregar en caso de ser adjudicado cajas x 2 jeringas prellenadas o cajas x 50 o 100 jeringas prellenadas, Caracteristicas: Inyectable 40 mg/0,4 ml con dispositivo de seguridad incorporado*

Respuesta: Se podrá ofertar ENOXAPARINA SODICA con las características descriptas presedentemente

34- Consulta: *ITEM 239: Se solicitan ENOXAPARINA SODICA, Caracteristica: Inyectable 60 mg/0,6 ml con dispositivo de seguridad incorporado, Presentacion: Caja conteniendo una jeringa prellenada por la unidad ¿Se puede ofertar y entregar en caso de ser adjudicado cajas x 2 jeringas prellenadas o cajas x 50 o 100 jeringas prellenadas, Caracteristicas: Inyectable 40 mg/0,4 ml con dispositivo de seguridad incorporado*

Respuesta: Se podrá ofertar ENOXAPARINA SODICA con las características descriptas presedentemente

35- Consulta: *ITEM 91 PICOS P/PIPETAS AUTOMATICAS DE 10UL: ¿Solamente 1 (Una) punta solicita?*

Respuesta: Se solicita una punta, presentación bolsas de 1.000 unidades

36- Consulta: *ITEM 92 PICOS P/PIPETAS AUTOMATICAS DE 50UL: ¿Solamente 1 (Una) punta solicita?*

Respuesta: Se solicita pico p/ pipetas automaticas de una punta

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

37- Consulta: *ITEM 111 REACTIVO PARA IgE METODO ELISA: ¿Podrá ofertarse para 96 determinaciones?*

Respuesta: El rango minimo a ofertar es de 96 determinaciones

38- Consulta: *ITEM 117 SEROLOGIA PARA HEPATITIS B (HBS AG): ¿Podrá ofertarse para 96 determinaciones?*

Respuesta: El rango minimo a ofertar es de 96 determinaciones

39- Consulta: *ITEM 164 REACTIVO PARA HERPES VIRUS - ELISA: ¿Necesitan Herpes Virus IgG 1, IgG 2, o IgM?*

Respuesta: El reactivo para Herpes Virus – Elisa es IgG 2

40- Consulta: *ITEM 545 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA y 546 TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA: ¿Solicitan el mismo producto. ¿Cuál es el error?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

41- Consulta: *ITEM 553 PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS (PICOS AMARILLOS PARA PIPETAS AUTOMATICAS (Tips) Volumen 5 - 250 ul): ¿Podrá ofertarse picos amarillos con volumen de 2-200 ul?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

42- Consulta: *ITEM 1185 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN ORINa: ¿Podrá ofertarse caja de 50 tiras?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

43- Consulta: *ITEM 1355 CHAGAS IgM-IgG MET. ELISA (Kit de reactivos y accesorios) Metodo ELISA caja x 192 determinaciones con sus correspondientes accesorios, ITEM 1356 Hbc-Ac MET. ELISA (Kit de reactivos y accesorios) X 192 DETERMINACIONES, ITEM 1357 Hbs-Ag MET. ELISA (Kit de reactivos y accesorios) X 192 DETERMINACIONES, ITEM 1358 HCV- Ac/Ab MET. ELISA (Kit de reactivos y accesorios) X 192 DETERMINACIONES, y ITEM 1359 HIV - Ac/Ab 1+ 2 + p24 MET. ELISA (Kit de reactivos y accesorios) x 192 DETERMINACIONES: ¿Podrá ofertarse Kit de 96 determinaciones?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

44- Consulta: *ITEM 1411 ACIDO URICO CC: Se solicita "Acido Úrico CC ¿Qué significa " CC "?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

45- Consulta: *ITEM 1441 CALCIO COLOR AA: ¿Podrá ofertarse Caja de 200 determinaciones?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

46- Consulta: *ITEM 1554 CHAGAS IGM ELISA: ¿Podrá ofertarse Caja x 20 determinaciones?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

47- Consulta: *ITEM 1662 CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD: ¿Podrá ofertarse Caja x 50 tiras?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

48- Consulta: *Atento a la exigencia del PBC (Página 413) de completar una planilla de datos garantizados por ítem, lo que en algunos oferentes equivaldría a casi 1732 planillas de datos garantizados (casi 4 resmas de hojas), solicitamos que el requisito citado sea sustituido por la planilla de especificaciones técnicas que agrupa en menos cantidad de hojas un mayor numero de ítems, individualizando los mismos datos.*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

49- Consulta: *ITEM 67 JERINGA DE 10ML C/AGUJA: Podrian aclarar el tamaño de la aguja?*

Respuesta: El tamaño de la aguja es la estándar Nº 21

50-Consulta: *ITEM 68 JERINGA DE 1ML C/AGUJA: Podrian aclarar el tamaño de la aguja?*

Respuesta: El tamaño de la aguja es la estándar Nº 23

51-Consulta: *ITEM 69 JERINGA DE 5ML C/AGUJA: Podrian aclarar el tamaño de la aguja?*

Respuesta: El tamaño de la aguja es la estándar Nº 20

52- Consulta: *ITEM 136 TUBO DE VIDRIO 7,5 X 1CM X UNIDAD: Se puede cotizar el tamaño 12 x 75 mm?*

Respuesta: Podra ser ofertado el tubo de 12 x 75 mm

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

53- Consulta: *ITEM 138 TUBOS DE ENSAYOS CORTOS DE VIDRIO (LONGITUD: 100MM., DIAMETRO EXTERNO: 17MM, DIAMETRO INTERNO: 15MM): Se puede cotizar 16 x 100 mm?*

Respuesta: Podra ser ofertado Tubos de ensayos de 16 x 100 mm con un grosor de pared de 2 mm

54- Consulta: *ITEM 195 CARBAMAZEPINA: Se puede cotizar caja x 30 comprimidos?*

Respuesta: Podra ofertar Carbamazapina, presentacion caja por 30 comprimidos

55- Consulta: *ITEM 208 CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA S/ EPINEFRINA: Se puede cotizar ampolla x 10 ml?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

56- Consulta: *ITEM 218 DETERGENTE ENZIMATICO (DETERGENTE DESINFECTANTE CON DISPOSITIVO MÉDICO): Desinfectante con cuantas enzimas se solicita?a que se refiere cuando dice con dispositivo medico?*

Respuesta: Se refiere a Detergente Enzimatico de 4 enzimas. El Dispositivo medico se refiere al dispensador

57- Consulta: *ITEM 220 DETERGENTE TRI ENZIMÁTICO DE ALTO RENDIMIENTO: ¿Cuales son las enzimas que debe tener el Detergente?*

Respuesta: Las enzimas solicitadas que deben contener el Detergente son: Proteasa, Lipasa y Amilasa

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

58- Consulta: *ITEM 222 DEXAMETASONA: Se puede cotizar ampolla por 1ml?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

59- Consulta: *ITEM 226 DEXTROSA ISOTONICA - SOLUCIÓN PARENTERAL: Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

60- Consulta: *ITEM 228 DEXTROSA HIPERTONICA - SOLUCION PARENTERAL: Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

61- Consulta: *ITEM 248 FLUOXETINA: ¿Se puede ofertar cajas por 14 comprimidos?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

62- Consulta: *ITEM 251 FUROSEMIDA: ¿Se puede ofertar cajas por 14 comprimidos?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

63- Consulta: *ITEM 302 PACLITAXEL: ¿Se puede ofertar frasco ampolla x 150 mg?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

64- Consulta: *ITEM 313 SOL. FISIOLOGICA:¿Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehps?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

65- Consulta: *ITEM 363 AGUJAS RAQUIDEA Nº 25 G PUNTA LAPIZ CON INTRODUCTOR:¿Se puede cotizar aguja punta lápiz de 88 mm?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

66- Consulta: *ITEM 366 APOSITO TRANSPARENTE - 10CM X 12 CM:¿Se puede ofertar aposito 10 x 12, con forma cuadrada y puntas redondeadas?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

67- Consulta: *ITEM 370 APOSITO HIDROCOLOIDE 16 X16 CM:¿Se puede ofertar tamaño 15 x 15?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

68- Consulta: *ITEM 372 CHALECO PARA CIRUGIA:¿Las batas ofertadas pueden tener un rango de 45 a 55 gramos?*

Respuesta: Los Chalecos para cirugía se podrán ofertar en un rango de 45 a 55 gramos

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

69- Consulta: *ITEM 375 BOLSA COLOSTOMIA CON ANLLO DE CARAYA ADULTO Nº 3 C/ CLAMP:¿Se puede ofertar bolsa con anillo hidrocaloide de 60 mm recortable, con clamp, drenable, reutilizable?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

70- Consulta: *ITEM 376 BOLSA COLOSTOMIA CON ANLLO DE CARAYA MEDIANO Nº 2 y1/2 C/ CLAMP:¿Se puede ofertar bolsa con anillo hidrocaloide de 80 mm recortable, con clamp, drenable, reutilizable?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

71- Consulta: *ITEM 395 CERA PARA HUESO DE 2,5 GR:¿Lo solicitado se refiere a la composición de cera blanca de abeja 70% y vaselina 30%?*

Respuesta: Se podrá ofertar con la composición de Cera de abeja 80% y 20% Exipientes

72- Consulta: *ITEM 422 GASA HIDROFILA:¿Se puede cotizar gasa con 16 hebras?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

73- Consulta: *ITEM 429 HILO MONONYLON N° 3/0 CON AGUJA PS:¿ La referencia "PS" corresponde al código de sutura de una marca especifica, entonces se refiere en este item a una sutura de nylon de 75 cm como minimo, con aguja de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen fijo de de 3/8 cortante triangular de 24 mm cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración fisico/quimica de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

74- Consulta: *ITEM 430 HILO MONONYLON N° 2/0 CON AGUJA PS:¿ La referencia "PS" corresponde al código de sutura de una marca especifica, entonces se refiere en este ítem a una sutura de nylon de 75 cm como mínimo, con aguja de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen fijo de de 3/8 cortante triangular de 30 mm cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

75- Consulta: *ITEM 431 HILO DE ALGODÓN Nº 0 CON AGUJA: Se podría cotizar sutura de lino o algodón teniendo en cuenta que cumplen las mismas indicaciones terapéuticas y físicas? Siendo así se podría cotizar con aguja de acero inoxidable serie siliconada de 37 mm, 1/2 circulo, cuerpo redondo, longitud de la hebra 75 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

76- Consulta: *ITEM 432 HILO DE ALGODÓN Nº 3- 0 CON AGUJAS: Se podría cotizar sutura de lino o algodón teniendo en cuenta que cumplen las mismas indicaciones terapéuticas y físicas? Siendo así se podría cotizar con aguja de acero inoxidable serie siliconada de 26 mm, 1/2 circulo, cuerpo redondo, longitud de la hebra 75 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

77- ***Consulta:*** *ITEM 433 HILO DE ALGODÓN Nº 4-0 CON AGUJAS: Para que tipo de indicaciones y/o esta dirigido este tipo de sutura en e este calibre?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

78- ***Consulta:*** *ITEM 434 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Pueden incluir rango de +/- 0,1 mm en la variación de la aguja, teniendo en cuenta que en varias marcas se tiene esta diferencia?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

79- ***Consulta:*** *ITEM 435 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Pueden incluir rango de +/- 0,1 mm en la variación de la aguja, teniendo en cuenta que en varias marcas se tiene esta diferencia?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

80- ***Consulta:*** *ITEM 497 TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN Nº 37 y 498 TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUMEN Nº 39: Pueden aclarar si el producto solicitado es tubo endobronquial, y si es derecho o izquierdo?*

Respuesta: Se podrá ofertar Tubo endobranquial derecho e izquierdo

81- ***Consulta:*** *ITEM 724 TUBOS DE PLÁSTICO DE 75 MM DE LARGO X 12 MM DE DIÁMETRO, CON TAPA SIN ANTICOAGULANTE, CON BOLILLAS DE PLÁSTICO.: Se refiere a tubos granulados al decir bolillas de plástico?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

82- Consulta: *ITEM 725 TUBO DE PLASTICO DE 3 ML CON CITRATO DE SODIO: Se ofertar tubos de 2,5 ml?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

83- Consulta: *ITEM 746 PLACAS DE PETRI DESCATABLES MEDIANAS: A que tamaño se refieren con plascas medianas, podría ser 90 x 14?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

84- Consulta: *ITEM 921 SUERO FISIOLÓGICO: Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp?*

Respuesta: Podra ser ofertado en frascos de sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp

85- Consulta: *ITEM 969 CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA MG/ML S/ EPINEFRINA AMP MULTIDOSIS.: Se puede ofertar de 10ml?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

86- Consulta: *ITEM 996 DEXTROSA ISOTONICA - SOLUCION PARENTERAL (Suero glucosado 5 % fco. X 500 ml): Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp??*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

87-Consulta: *ITEM 1000 SUERO RINGER CON LACTATO: Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp?*

Respuesta: Se podrá ofertar Suero Ringer con Lactato frasco en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp

88-Consulta: *ITEM 1026 SUERO FISIOLÓGICO 0,9% : Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp??*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

89-Consulta: *ITEM 1028 SUERO RINGER CON LACTATO: Se puede ofertar frascos en sistema cerrado, con dos puertos de inyección, libre de latex, pvc y dehp??*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda.

90- Consulta: *ITEM 1072 ACICLOVOR 400 MG: Se puede cotizar aciclovir de 200mg?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

91- Consulta: *ITEM 1078 AGUJA RAQUIDEA: Se puede ofertar aguja de 88mm de longitud?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

92- Consulta: *ITEM 1107 CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO: Se puede ofertar CVC 3lumen 5 FR?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

93- Consulta: *ITEM 1136 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Teniendo en cuenta que no mencionan tipo y medida de aguja, se puede cotizar aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 40 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Podra ser ofertado aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 40 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm

94- Consulta: *ITEM 1137 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA Nº 1: Teniendo en cuenta que no mencionan tipo y medida de aguja, se puede cotizar aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 48 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Podra ser ofertado aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 48 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

95- ***Consulta:*** *ITEM 1138 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Teniendo en cuenta que no mencionan tipo y medida de aguja, se puede cotizar aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 26 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Podra ser ofertado aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 26 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm

96- ***Consulta:*** *ITEM 1139 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Teniendo en cuenta que no mencionan tipo y medida de aguja, se puede cotizar aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 26 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Podra ser ofertado aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 26 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm

97- ***Consulta:*** *ITEM 1140 HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: Teniendo en cuenta que no mencionan tipo y medida de aguja, se puede cotizar aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 13 ó 17 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, E23*

Respuesta: Podra ser ofertado aguja de acero inoxidable seria siliconada, fuerte, cuerpo redondo y 1/2 circulo de 13 ó 17 mm, longitud mínima de la hebra 70 cm, E23

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

98- Consulta: *ITEM 1141 HILO MONONYLON 3.0 PS: La referencia "PS" corresponde al código de sutura de una marca especifica, entonces se refiere en este ítem a una sutura de nylon de 75 cm como mínimo, con aguja de acero inoxidable serie siliconada, fuerte y con buen fijo de de 3/8 cortante triangular de 24 mm cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá ofertar Hilo mononylon 3.0

99- Consulta: *ITEM 1181 ESPONJA DE GELATINA ABSORBENTE: La gelatina es una sustancia coloide que se obtiene a partir del colágeno. Comunmente este último (el colágeno) es la sustancia habitualmente utilizada en los procedimientos quirúrgicos. Se consulta, si están solicitando esponja de origen biológico (colágeno)? la medida de 8 x 5 x 0,5 cm con una capacidad de absorción en 10 segundos puede ser cotizada?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

100- Consulta: *ITEM 1203 APOSITO TRANSPARENTE: Se puede ofertar apósito film transparente para prevención de ulceras y como apósito secundario 6 x 7?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

101- Consulta: *ITEM 1238 HILO ACIDO POLIGLICOLICO: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la hebra ni las características del empaque, se puede cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá contizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack

102- Consulta: *ITEM 1239 HILO ACIDO POLIGLICOLICO: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la hebra ni las características del empaque, se puede cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack

103- Consulta: *ITEM 1240 HILO ACIDO POLIGLICOLICO: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la hebra ni las características del empaque, se puede cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

104- Consulta: *ITEM 1241 HILO MONONYLON: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la hebra ni las características del empaque, se puede cotizar hebra de 45 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada y con buen filo, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá cotizar hebra de 45 cm como mínimo, con aguja fuerte, siliconada y con buen filo, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack

105- Consulta: *ITEM 1242 HILO SEDA: Se puede cotizar seda natural sin recubrimiento de 75 cm de longitud de la hebra, con aguja ½ circulo, fuerte, siliconada y con buen filo de 26 mm?*

Respuesta: Se podrá cotizar Hilo de Seda natural sin recubrimiento de 75 cm de longitud de la hebra, con aguja ½ circulo, fuerte, siliconada y con buen filo de 26 mm

106- Consulta: *ITEM 1244 HILO ACIDO POLIGLICOLICO: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la aguja y de la hebra, se puede cotizar hebra de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte cuerpo redondo de 13 mm, siliconada y con buen filo, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack, para asegurar el buen mantenimiento de las mismas, evitando la alteración físico/química de las mismas por agentes como la luz y la humedad?*

Respuesta: Se podrá cotizar Hilo Acido Poliglicolico de 70 cm como mínimo, con aguja fuerte cuerpo redondo de 13 mm, siliconada y con buen filo, cuyo empaque interior es de aluminio y el exterior peel pack

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

107- Consulta: *ITEM 1259 HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE CROMADO -0: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la aguja y de la hebra, se puede cotizar hebra de 75 cm como minimo, con aguja fuerte cuerpo redondo de 37mm, siliconada y con buen filo?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

108- Consulta: *ITEM 1260 HILO PARA SUTURA DE COLAGENO ABSORBIBLE CROMADO -1: Teniendo en cuenta que no refieren la longitud de la aguja y de la hebra, se puede cotizar hebra de 75 cm como minimo, con aguja fuerte cuerpo redondo de 37 mm, siliconada y con filo?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

109- Consulta: *ITEM 1300 BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO KARAYA 1.5 CON CLAMP: Se puede ofertar bolsa con anillo hidrocoloide de 40mm, drenable, reutilizable, con clamp?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

110-Consulta: *ITEM 1301 BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO KARAYA 2 CON CLAMP: Se puede ofertar bolsa con anillo hidrocoloide de 50mm, drenable, reutilizable, con clamp?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

111-Consulta: *ITEM 1302 BOLSA PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO KARAYA 2,5 CON CLAMP: Se puede ofertar bolsa con anillo hidrocoloide de 60mm, drenable, reutilizable, con clamp?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

112-Consulta: *ITEM 1344 AGUJA PARA SUTURA TRAUMATICA CURVA CHICA: Las agujas solicitadas deben contar con certificaciones de calidad tipo ISO DIN, las mismas que garantizan calidad superior para los instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable grado médico?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

113-Consulta: *ITEM 1345 AGUJA PARA SUTURA TRAUMATICA CURVA MEDIANA: Las agujas solicitadas deben contar con certificaciones de calidad tipo ISO DIN, las mismas que garantizan calidad superior para los instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable grado médico?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

114-Consulta: *ITEM 1346 AGUJA PARA SUTURA TRAUMATICA RECTA GRANDE: Las agujas solicitadas deben contar con certificaciones de calidad tipo ISO DIN, las mismas que garantizan calidad superior para los instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable grado médico?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

115-Consulta: *ITEM 1347 AGUJA PARA SUTURA TRAUMATICA RECTA MEDIANA: Las agujas solicitadas deben contar con certificaciones de calidad tipo ISO DIN, las mismas que garantizan calidad superior para los instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable grado médico?*

Respuesta: Estese a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda

116-Consulta: *ITEM 1677 CHALECO ESTERIL DESCARTABLE: Las batas ofertadas pueden tener un rango de 45 a 55 gramos y tela no tejida tipo SMS?*

Respuesta: Se podrá las batas en un rango de 45 a 55 gramos y tipo no tejida tipo SMS

Lic. DIEGO NEGRETE
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162