ADENDA Nº 3

DIRIGIDA A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2017 – "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LA DIGESA" PLURIANUAL - ID Nº 333.891, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA, A TRAVES DE LA SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3.

Asunción, 31 de agosto de 2017

En la SECCION III SUMINISTRO REQUERIDOS, específicamente para el ITEM N° 79, debe decir:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
79	12142005-001	Helio ultra puro	Helio Ultra Puro 5,0 Analítico. Para análisis por Cromatografia Gaseosa con detección por Espectrometria de Masas (GCMS). Cilindro de 8,5 metros cúbicos como mínimo.	Cilindro	Unidad	2

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS DEMÁS PUNTOS NO AFECTADOS POR LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social