PAC Nº: 278.733.-

NOTA ACLARATORIA N° 01/2014

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 46/2014** ***"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES, SEGÚN CONSULTAS DE LOS POSIBLES OFERENTES:

CONSULTA 1

De los ítems 11 al 22 se detalla como nombre genérico de estos insumos "Coils Cerebral" pero las características de los mismos se refieren a Coils Periféricos para embolizacios de arteria/venas periféricas. Favor aclarar dicho nombre genérico en caso de ser Coils Periféricos.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Lo que se solicita es COIL PERIFERICO. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
NOMBRE GENERICO: Coils Cerebral
DEBE DECIR:
NOMBRE GENERICO: COils Periféricos

CONSULTA 2

En el ítem 17 se detalla Coil Cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas. Solicitamos si en ver de ser de 4 mm de diámetro el coil, si este puede ser de 3 a 4 mm

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Sí, no hay inconvenientes puede ser de 3 a 4 mm de diámetro el coil. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Coil cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO. De 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.

DEBE DECIR:
Coil cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO DE 5 cm DE LARGO. De 3 a 4 mm de diámetro, de 5 vueltas, con fibras sintéticas.

CONSULTA 3

En el ítem 20 se detalla Coil Cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO de 6 cm de largo. De 6,5 m de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.
Solicitamos si en vez de ser de 4 vueltas el coil, si este puede ser de 3 a 4 vueltas.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 3 a 4 vueltas. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Coil cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO. De 6.5 mm de diámetro, de 4 vueltas, con fibras sintéticas.
DEBE DECIR:
Coil cerebral: COIL PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y/O VENOSO DE 6 cm DE LARGO. De 6.5 mm de diámetro, de 3 a 4 vueltas, con fibras sintéticas.

CONSULTA 4

En el ítem 32 se detalla catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta CHG-C. Descartable.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 80 a 125 cm.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 80 a 125 cm de largo. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta CHG-C. Descartable.
DEBE DECIR:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 80 a 125 cm de largo. Punta CHG-C. Descartable.

Dr. MAXI Sergio Barrio
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

CONSULTA 5

En el ítem 33 se detalla catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta RC2. Descartable.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 80 a 125 cm.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 80 a 125 cm de largo. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta RC2. Descartable.
DEBE DECIR:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 80 a 125 cm de largo. Punta RC2. Descartable.

CONSULTA 6

En el ítem 34 se detalla catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta RUC. Descartable.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 90 a 125 cm.

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 90 a 125 cm de largo. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta RUC. Descartable.
DEBE DECIR:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 90 a 125 cm de largo. Punta RUC. Descartable.

CONSULTA 7

En el ítem 43 se detalla catéter guía de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta ANGULADA. Descartable.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 75 a 125 cm. (este debe ser más corto que los catéteres de diagnóstico)

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Puede ser de 90 a 125 cm de largo. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta RECTA. Descartable.
DEBE DECIR:
Catéter de diagnóstico periférico de 5 a 6 fr de 90 a 125 cm de largo. Punta RECTA. Descartable

CONSULTA 8

En el ítem 44 se detalla catéter guía de 5 a 6 fr de 100 a 125 cm de largo. Punta Multipropósito. Descartable.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 75 a 125 cm. (este debe ser más corto que los catéteres de diagnóstico)

Respuesta: Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 9

En el ítem 45 se detalla catéter para medición del lumen de las venas, de 5.5 fr y 70 cm de largo. Tipo pigtail. Para uso con guías .038 inch, catéter con bandas radiopacas. Descartable
Solicitamos si el french del catéter puede ser de 5 a 5,5 french

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si el french del cateter puede ser de 5 a 5,5 french. Favor tener en cuenta y para uso de guias .035 inch.
DONDE DICE:
Catéter para medición del lumen de las venas, de 5.5 fr y 70 cm de largo. Tipo pigtail. Para uso con guias .038 inch, cateter con bandas radiopacas. Descartable
DEBE DECIR:
Catéter para medición del lumen de las venas, de 5 a 5.5 fr y 70 cm de largo. Tipo pigtail. Para uso con guias .038 o .035inch, catéter con bandas radiopacas. Descartable

CONSULTA 10

En el ítem 47 se detalla set introductor para acceso a la carótida. Catéter de 5 a 6,5 fr de 120 a 135 cm de largo. Descartable
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 90 a 135 cm (este debe ser mas corto que los catéter de diagnostico o balones de dilatación

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 90 a 135 cm el largo del cateter. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Set introductor para acceso a la carótida. Cateter de 5 a a 6,5 fr. De 120 a 135 cm de largo. Descartable
DEBE DECIR:
Set introductor para acceso a la carótida. Cateter de 5 a a 6,5 fr. De 90 a 135 cm de largo. Descartable

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

CONSULTA 11

En el ítem 48 se detalla canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o catéteres vasculares vaina de 6 fr de 95 a 120 cm de largo
Solicitamos si la vaina puede ser de 6 a 8 french

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 6 french. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o catéteres vasculares vaina de 6 fr de 95 a 120 cm de largo.
DEBE DECIR:
Canastilla o lazo para extracción de cuerpos extraños o catéteres vasculares vaina de 6 fr de 95 a 120 cm de largo.

CONSULTA 12

En el ítem 49 se detalla balón de bajo perfil para dilatación periférica, de 4 a 10 mm y 2 a 8 cm de largo con marcas radiopacas de oro para mejor visualización. Catéter de 5 fr y 120 cm de largo. Compatible con guía 0.35. Descartable. Con tecnología de re envoltura para realizar varias dilataciones en un mismo procedimiento.
Solicitamos si el largo del catéter puede ser de 120 a 135 cm de longitud

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si puede ser de 120 a 135 cm de largo. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Balón de bajo perfil para dilatación periférica, de 4 a 10 mm y 2 a 8 cm de largo con marcas radiopacas de oro para mejor visualización. Catéter de 5 fr y 120 cm de largo. Compatible con guía .035
DEBE DECIR:
Balón de bajo perfil para dilatación periférica, de 4 a 10 mm y 2 a 8 cm de largo con marcas radiopacas de oro para mejor visualización. Catéter de 5 fr y 120 a 135 cm de largo. Compatible con guía .035

CONSULTA 13

En el ítem 72 se detalla catéter prolongador de alta presión p 1200 a 1500 psi de 40 a 80 cm de longitud, descartable.
Solicitamos si el largo puede ser de 40 a 90 cm

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 06.
Si el largo del cateter puede ser de 40 a 90 cm. Favor tener en cuenta:
DONDE DICE:
Catéter prolongador de alta presión p 1200 a 1500 psi de 40 a 80 cm de longitud, descartable.
DEBE DECIR:
Catéter prolongador de alta presión p 1200 a 1500 psi de 40 a 90 cm de longitud, descartable.

CONSULTA 14

En el ítem 89 se detalla juego de mascaras laríngeas adultos N° 4. Para dultos de 50-70 kg. Elíptica que tiene un reborde exterior insuflable, con cánulas de silicona de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos valvula y balón indicador, descartable en envase esteril individual
Solicitamos si podemos ofertar las mascaraslaringeas de tercera generación que serian las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para adulto puede ser N° 3.5 a 4, de 50 a 70 kg y de 18 a 20 cm de longitud la mascarilla. (Seria mascara laríngea para adultos N° 3.5 a 4, de 50 a 70 kg y de 18 a 20 cm de longitud)

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 15

En el ítem 90 se detalla juego de máscaras laríngeas adulto N° 5 para niños de 70 a 100 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 22 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 4,5 a 5, de 70 a 100 kilos kg. Y de 20 a 22 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 4,5 a 5 de 70 a 100 kilos y de 20 a 22 cm de longitud)

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 16

En el ítem 91 se detalla juego de máscaras laríngeas pediatrica N° 2 para niños de 10 a 20 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 14 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 1,5 a 2, de 7 a 20 kilos kg. (seria mascara laríngea para niños n° 1,5 a 2 de 7 a 20 kilos y de 11 cm de longitud)
Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 17

En el ítem 92 se detalla juego de máscaras laríngeas pediatrica N° 3 para niños de 30 a 50 kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con cánula de silicona, libre de látex de 20 cm, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable en envase estéril individual.
Solicitamos si podemos ofertar las máscaras laríngeas de tercera generación que serían las autoinflables o autopresurizable (con la propia respiración del paciente se infla la mascarilla), no requieren de insuflado, permiten ventilar e intubar. Además, si la medida para niños puede ser N° 2,5 a 3, de 30 a 50 kilos kg. Y de 15 a 20 cm de longitud (seria mascara laríngea para niños n° 2,5 a 3 de 30 a 50 kilos y de 16 a 20 cm de longitud)

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 18

Ítem 17 – Pinza de maggli. Características técnicas: de acero inoxidable adulto. Consulta: El envase puede ser individual no estéril?

Respuesta: Ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 19

En el ítem 49 Catéter Balón. Balón de bajo perfil para dilatación periférica, de 4 a 10 mm y 2 a 8 cm de largo con marcas radiopacas de oro para mejor visualización. Catéter de 5 fr y 120 cm de largo. Compatible con guía .035. Descartable. Con tecnología de re envoltura para realizar varias dilataciones en un mismo procedimiento. Solicitamos si puede ser de 120 a 1235 de largo.

Respuesta: Puede ser Cateter de 5 fr. De 120 a 134 cm de largo. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 20

En el ítem 50 catéter balón. Balón de bajo perfil para dilatación periférica, de 3 a 8 mm y 2 a 10 de largo con marcas radiopacas. Catéter de 4 fr y 135 cm de largo. Compatible con guía .018. Descartable.
Solicitamos si se puede ofertar con un largo de 135 a 150 cm de longitud.

Respuesta: puede tener un largo de 132 a 150 cm (longitud). Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 21

Item 1: se solicita ampliar el sistema de liberación del stent en (+/- 5 cm) ya que esto no afecta al stent

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 22

Item2: se solicita ampliar el sistema de liberación del stent en (+/- 5 cm) ya que esto no afecta al stent y que el sistema navegue sobre guía de 0,018" y 0,035"

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 23

Item3: se solicita ampliar el sistema de liberación del stent en (+/- 10 cm) ya que esto no afecta al stent y que el sistema navegue sobre guía de 0,018" y 0,014"

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 24

Item4: se solicita ampliar el rango del diámetro en (+/- 1 cm) y la longitud del stent en (+/- 10 mm)

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

CONSULTA 25

Item 5: se solicita ampliar el rango de medidas del filtro en (+/- 5 mm)

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 26

Item6: se solicita modificar el rango de diámetro del filtro en (+/- 2 mm)

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 27

Item 26: las prótesis endovasculares torácicas pueden tener o no patas de fijación?

Respuesta:
Las prótesis endovasculares torácicas se aceptarán que tengan patas de fijación o que su fijación sea por fuerza radial indistintamente, porque no afectan en la seguridad del dispositivo, conforme a la Adenda N° 06.

CONSULTA 28

Item 49: se solicita ampliar el sistema de liberación en (+/- 10mm) ya que esto no afecta al balón

Respuesta: Se acepta lo solicitado. Remitirse a la Adenda N° 06.

CONSULTA 29

Item 50: se solicita ampliar el rango de diámetro del balón en (+/- 1mm) y el sistema de liberación en (+/- 5cm)

Respuesta:
Se acepta sin problemas porque no incide la longitud a lo que ellos solicitan.

CONSULTA 30

Item 53,54,55,56: se solicita ampliar las medidas de longitud de los introductores de 11 a 15 cm

Respuesta: Se aceptan ya que no afecta la variación de la longitud planteada y quedarían como medida d longitud de 11 a 15 cm.

Vencimiento: solicitamos que el vencimiento no sea menor a 12 meses.

Respuesta: ajustarse al vencimiento solicitado en el PBC
Sección VII punto I: solicitamos que para representantes sea suficiente la presentación de la declaración jurada de poseer capacidad de suministros en tiempo y forma del oferente y no así del fabricante.

Respuesta: Ajustarse a lo solicitado en el PBC (debe presentar conforme a si es fabricante, oferente o representante).

CONSULTA 31

A fin de beneficiarse de un completo abanico de soluciones para el tratamiento de patología torácicas, con mejores ofertas y dar una mayor participación a los oferentes, solicitamos a la convocante que el mecanismo de fijación de las prótesis endovascular torácica sea indistintamente por fuerza radia o patas

Respuesta:
Las prótesis endovasculares torácicas se aceptarán que tengan patas de fijación o que su fijación sea por fuerza radial indistintamente, porque no afectan en la seguridad del dispositivo, conforme a la Adenda N° 06

CONSULTA 32

Cuáles serían las longitudes mínimas y máximas de las prótesis endovascular torácica que se deberá ofertar

Respuesta:
Dependerá de cada caso y las medidas pueden varias entre 110 mm y 250 mm, conforme a la Adenda N° 06

CONSULTA 33

En cuanto a la presentación de muestra exigida en el PBC, solicitamos a la convocante que para dicho ítem sea válido la presentación de catálogo, atendiendo el alto costo de dicho producto.

Respuesta: ***Ajustarse a lo solicitado en el PBC***

Asunción, 25 de noviembre de 2014

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS