## CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 33/11

**"ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N°16/11"**

## ACLARACION Nº 1

Asunción, 02 de Setiembre de 2011.

**AL OFERENTE:**

Con relación al llamado a Contratación por Vía de la Excepción Nº 33/11 **"ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N° 16/11**, se realiza las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:

**CONSULTA 1:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 13: Catéter Intravenoso Periférico N° 24 de 19 a 20 mm de longitud, Uso Pediatrico.-**

**¿Se podrá ofertar Catéter Intravenoso Periférico N° 24 de 19 a 20 mm de longitud, Uso Pediátrico, que permita flujos de 25 ml/min (+/- 2ml/min)?**

**RESPUESTA 1:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 13: Catéter Intravenoso Periférico N° 24 de 19 a 20 mm de longitud, Uso Pediatrico.-**

***"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones".***

**CONSULTA 2:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 09 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 7: Cánula de Traqueostomía c/ Balón: Cánula de Traqueostomía N° 8 c/ Balón.-**

**¿Se puede cotizar una cánula en material PVC grado médico (Tipo Shiley)?**

**RESPUESTA 2:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 09 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 7: Cánula de Traqueostomía c/ Balón: Cánula de Traqueostomía N° 8 c/ Balón.-**

***"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.***

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

**CONSULTA 3:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 09 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 8: Cánula Nasal Pediátrica para Oxigenoterapia 9 FR.-**

**¿Se puede cotizar una cánula de 2.10 mts de longitud y envase en bolsa plástica?**

**RESPUESTA 3:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 09 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 8: Cánula Nasal Pediátrica para Oxigenoterapia 9 FR.-**

***"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones".***

**CONSULTA 4:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 15: Cáteter Umbilical Arterial: Cáteter Umbilical Neonatal Unilúmen de 15 a 20 cm de longitud.-**

**¿Se puede cotizar un catéter de 38 cm?**

**RESPUESTA 4:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 15: Cáteter Umbilical Arterial: Cáteter Umbilical Neonatal Unilúmen de 15 a 20 cm de longitud.-**

***"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones".***

**CONSULTA 5:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 20: Gasa Hidrófila: Gasa Hidrófila No Estéril 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)**

**¿Se puede cotizar la gasa en tela no tejida ya que esta medida no se fabrica en tela tejida?**

**RESPUESTA 5:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 10 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 20:**
**Gasa Hidrófila: Gasa Hidrófila No Estéril 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)**

***"Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones".***

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

**CONSULTA 6:**

**Sección III. Suministros Requeridos, Pág. 11 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 24: Oxigenador a mambrana capilar: Oxigenador de Fibras Huecas con Reservorio Rígido Neonatal Adaptable a la maquina IC 4, con su bandeja y Soporte.-**

**¿Se solicitaron también Oxigenadores Neonatales para maquina Sarns?**

**RESPUESTA 6:**

**Sección III. Suministros Requeridos, pág. 11 del PBC, 1 Listado de Bienes y Especificaciones Técnicas, ITEM N° 24: Oxigenador a mambrana capilar: Oxigenador de Fibras Huecas con Reservorio Rígido Neonatal Adaptable a la maquina IC 4, con su bandeja y Soporte.-**

***"Se Solicita para maquina marca – modelo: Sarns Terumo".***

- **PARA TODAS LAS PLANILLAS:**

  **ITEM 4:** La bolsa viene con la manta citada en el Pliego de Bases y Condiciones.

  **ITEM 13 y 14:** Se omite la palabra "LUER LOOK" Y "SLIP", de las Especificaciones Técnicas.

  **ITEM 32:** Para la adjudicación está habilitada la presentación en KIT.

Atentamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.