INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA

Av. Artigas Nº 3973 c/ Gral. Roa - TEL.: 290-160; 290-266; 295-409

Nota Aclaratoria N° 01
ID N° 213.319

a) Consultas:

1. Items N° 5 : Pueden citar el tipo de Cromatografo, modelo y en que catalogo se encuentra el part number 5182-0862
2. Items N° 103 al 107: Podría especificar el número de picos de los micros pipetas.
3. Items N° 221: Podrían especificar diámetro y presentación pues esto se vende en cajas con 50 o 100 membranas filtrantes.
4. Items N° 226: Podrían informar del modelo de HPLC para la cual es el ferrul.
5. Podrían aclarar la fase reversa de la columna cromatografica.

Aclaraciones

1. Se aclara que el tipo de Cromatografo es Gaseoso Agilent, 7890A.
2. Se aclara que en las especificaciones técnicas, se colocan el número de picos de cada micro pipetas.
3. Se aclara que debe ser de una porosidad 0,45 micras y que esos vienen en cajas de 100 unidades.
4. Se aclara que el tipo es Shimadzu.
5. Se aclara que en las especificaciones técnicas en ninguna parte se utiliza la frase "fase reversa"

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adenda permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones / INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
I N T N