DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Asunción 16 de octubre de 2019

Señores:
.....
Teléf.: .....
E- Mail: .....
Presente

ADENDA Nº 2

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA LCO Nº 14/19, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO" ID PORTAL Nº 363.600

Debe Decir:

SE MODIFICA EN EL SICP FECHAS DE CONSULTAS PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

5	Conductivimetro	Conductivimetro portátil. Medida en paralelo de pH/mV/conductividad/TDS/salinidad y la temperatura, con accesorios correspondientes y soluciones de verificación. ***Rango de hasta mV: +/- 1999 mV (mili voltios) (apto para medir conductividades bajas Ej.: Agua destilada).*** **El producto ofertado deberá tener representación a nivel nacional, garantía, capacitación y servicios post venta.**	Unidad	1
6	Agitador magnético	Agitador magnético de alta capacidad de material de acero inoxidable, hermética y fácil de limpiar y resistente a productos químicos. De 100-240 V ***y capacidad del volumen de 35ª 40 litros . Rango de agitación de 100 a 2000 rpm (revolución por minuto).*** Con representación a nivel nacional, garantía, capacitación y servicios post venta.	Unidad	2
8	Campana extractora para ácidos	Campana extractora capaces de extraer humos de digestión ácida. Piezas resistentes a productos químicos (paredes, el techo y la superficie de trabajo), exterior de resina compuesta, para procedimientos ácidos extremadamente corrosivos, con luz fluorescente a prueba de vapor y una hoja de policarbonato de deslizamiento vertical para aplicaciones que involucran ácido fluorhídrico.	Unidad	2

Econ. JUAN CARLOS JIMÉNEZ T.
Director
Dirección de Contrataciones

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

		De 100-240 V que incluyan conjunto de cables con enchufes. ***Las dimensiones externas (anchura, altura, profundidad) 1220 x 900 x 1644 mm.*** **Debe ser con el ducto para extracción de vapores ácidos.** El equipo ofertado deberá tener representación a nivel nacional, garantía, capacitación y servicios post venta.		
17	Incubador DBO	Tensión de 220V 50 Hz, Temperatura de 5 a 50 ºC. Con luz artificial, puerta sólida, estantes de metal. ***El volumen o la capacidad del equipo debe ser como mínimo de 450 y como máximo de 600 litros; y debe poseer como mínimo 5 estantes y como máximo 7 estantes.***	Unidad	1

Los demás puntos del Pliego de bases y condiciones permanecen sin variación

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección de Contrataciones
DC
SENAVE

Econ. Juan Carlos Jiménez
Director