Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ADENDA DE LA L.P.N. Nº 02/2017

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD ADJUDICADOS POR EL CONACYT.

San Lorenzo, 25 de agosto de 2017.

Referencia: Llamado de L.P.N. Nº 02/2017 para la Adquisición de Equipos de Laboratorio para los Proyectos de Investigación del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud Adjudicados por el Conacyt. ID Nº 333.714.-

ADENDA Nº 05/2017

1) Se modifica las fechas para recepción y apertura de ofertas, quedando las nuevas fechas como sigue:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 23	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: Atención: **C.P. RODOLFO ROJAS,** Jefe del Dpto. de Contrataciones del IICS. Dirección: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay. La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 05/09/2017.** **Hora: 10:00 a.m.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA. Ciudad: San Lorenzo - Paraguay. **Fecha: 05/09/2017.** **Hora: 10:30 a.m.**

2) Se modifica el volumen en litros en las Características Generales del ítem **1**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

1. DISPOSITIVO o EQUIPO: Estufa de fotoperíodo.
b) Características Generales: • Volumen en Litros: **240 Lts. o más.**

Universidad Nacional de Asunción

Rectorado

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

Departamento de Contrataciones

www.iics.una.py

C. Elect.: uoc@iics.una.py

Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

3) Se modifica la uniformidad de la temperatura en las Características específicas del ítem **16**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

16. DISPOSITIVO o EQUIPO: **Termociclador.**
b) Características específicas: • Uniformidad de la temperatura **±0,4°C** (CI).

4) Se modifica el Rango operacional de temperaturas en las Características específicas del ítem **27**, en la Sección III. Suministros Requeridos. 1. Listado de Bienes, quedando de la siguiente manera:

27. DISPOSITIVO o EQUIPO: **Termociclador.**
b) Características específicas: • Rango operacional de temperaturas: **25-100 °C o más** (CI).

Atentamente;

C.P. RODOLFO ROJAS

Jefe del Dpto. de Contrataciones IICS UNA