POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái tetãygua'ãa mba'e

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de la Unidad Operativa de Contratación

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Asunción, 09 de marzo de 2020

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFICASE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las Etapas y Plazos en las fechas de: Fecha Tope de Consulta, Fecha Tope de Respuesta, Apertura de Propuestas, Cierre de Propuestas, Inicio de Etapa Competitiva, Fecha de Entrega Física, Fecha de Apertura Física.
2. **MODIFIQUESE;** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en la solapa Productos/Bienes y Servicios, la Unidad de Medida y Presentación del Lote N° 09.
3. **INCLUYASE;** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en la solapa Productos/Bienes y Servicios, los lotes N° 134 al 138.
4. **MODIFIQUESE** en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, punto 2 Requisitos para Calificación Posterior, Inciso B) Experiencia y Capacidad Técnica, quedando de la siguiente manera:

Experiencia

El oferente deberá tener por lo menos tres (3) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente.
Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente bienes similares a los solicitados (Reactivos e Insumos con Provisión de Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología), para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2017 - 2018 y 2019) en un porcentaje equivalente del 50% del monto ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta).

Capacidad Técnica

Fotocopia autenticada de la habilitación como fabricante, importador, distribuidor y comercializador de productos para diagnóstico de Uso In Vitro (PDIV), por parte del MSPYBS y el LCSP, deberá estar al día a la fecha de apertura de ofertas, no se aceptarán documentos en trámite.
Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen: a) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. b) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con la capacidad para proveer los bienes solicitados en la planilla de Especificaciones Técnicas.
Contar con por lo menos 3 (tres) personales inscriptos en el Instituto de Previsión Social, para lo cual deberá presentar el Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente y al día a la fecha de apertura física de oferta. Estar al día con el pago del Impuesto al Valor Agregado, para lo que deberá presentar el formulario de última declaración de IVA.
Presentar Certificado de Cumplimiento tributario vigente a la fecha de presentación de oferta física.

5. **INCLUYASE,** en la Sección III. Suministros Requeridos, Numeral N° 1, Especificaciones Técnicas, Condiciones Generales del Servicio, el Numeral 17, quedando de la siguiente forma:

   17. Para los equipos informáticos, las exigencias mínimas son:

   a) Capacidad del Procesador: 8 núcleos

   b) Memoria RAM: 16 gb.

   c) Disco Duro: 1 tb.

6. **MODIFICASE,** en la Sección III. Suministros Requeridos, Numeral N° 1, Especificaciones Técnicas, quedando de la siguiente forma:

LOTE N° 1		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Kit determinación para hemograma automatizado	Kit determinación para hemograma automatizado
2	Tromboplastina Cálcica	Tromboplastina cálcica (tiempo de protrombina)
3	Reactivo TTPA	TIEMPO PARCIAL DE PROTROMBINA ACTIVADA (TTPA)
4	Reactivo de Fibrinógeno	Reactivo de Fibrinógeno
5	Glicemia	Glicemia
6	Reactivo para urea	Reactivo para urea
7	Creatinina	Creatinina
8	Reactivo para ácido úrico	Reactivo para ácido úrico
9	Proteínas totales	Proteínas Totales
10	Albuminas reactivo enzimático colorimétrico c/ standard	Albuminas reactivo enzimático colorimétrico c/ standard
11	Reactivo para triglicéridos	Reactivo para triglicéridos
12	Reactivo para colesterol	Reactivo para colesterol
13	HDL colesterol	HDL Colesterol
14	Amilasa	Amilasa
15	Fosforo	Fósforo
16	Magnesio	Magnesio
17	Calcio	Calcio
18	CK Total	Ck Total
19	CK-MB	Ck mb
20	LDH	LDH
21	GOT	AST (GOT)

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

22	PROTEINAS	PROTEINA LCR (PROTEINA EN ORINA)
23	GPT	ALT (GPT)
24	Bilirrubina	BILIRRUBINA TOTAL
25	Bilirrubina	BILIRRUBINA DIRECTA
26	Gamma GT	Gamma GT
27	Fosfatasa alcalina	Fosfatasa Alcalina
28	Creatinina	Creatinina Orina
29	Hemoglobina Glicosilada	Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c)
30	RUBÉOLA IgG	Rubeola IgG
31	RUBÉOLA IgM	Rubeola IgM
32	Reactivo para Toxomplasmosis IgG	Toxoplasmosis IgG
33	Toxo IgM reactivo	Toxoplasmosis IgM
34	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG	Citomegalovirus IgG
35	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM	Citomegalovirus IgM
36	Ferritina	Ferritina
37	Cortisol	CORTISOL
38	TSH REACTIVO	TSH REACTIVO
39	T3 REACTIVO	T3 REACTIVO
40	FT4 REACTIVO	FT4 REACTIVO
41	Kits- Determinacion de T4	Kits- Determinacion de T4
42	Reactivo para HCG	HCG Cuantitativo
43	Antígeno Prostático Específico (PAS)	PAS TOTAL
44	Antígeno Prostático Específico (PAS)	PAS LIBRE
45	FSH - Hormona Folículo Estimulante	FSH-Hormona Folículo Estimulante
46	LH - Hormona Luteinizante	LH- Hormona luteinizante
47	KIT -DETERMINACION DE PROLACTINA	KIT -DETERMINACION DE PROLACTINA
48	Estradiol	ESTRADIOL
49	Progesterona	PROGESTERONA
50	Alfa Fetoproteina	ALFAFETOPROTEINA
51	CEA	CEA
52	CA 125	CA 125
53	CA 15-3	CA 15-3
54	CA 19-9	CA 19-9
55	PARATHORMONA	PARATHORMONA
56	Reactivo Antígeno de superficie de la Hepatitis B	HBsAg (Antígeno de Superficie de la hepatitis B)
57	Anticuerpo De Superficie Hepatitis B	AC ANTI HBV (anticuerpo de superficie de la hepatitis B)
58	Anti Hav-IgM (Hepatitis A)	Anti HAV IgM(anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A)
59	Troponina	TROPONINA

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

60	IgE Total	IGE TOTAL
61	Herpes 1 y 2 IgG reactivo	Herpes 1 y 2 IgG
62	Electrolitos (Na, K, Cl)	ELECTROLITOS (Sodio, Potasio, Cloro)
63	FT3 reactivo	Reactivo FT3
64	HCV-ac Met	Anticuerpo para Hepatitis C
65	HIERRO SERICO	Hierro Serico
66	TRANSFERRINA	% Saturación de Transferrina
67	REACTIVO PARA HIV	Reactivos para HIV cuantitativo
68	TESTOSTERONA REACTIVO	Testosterona Reactivo
69	VITAMINA D	Vitamina D Reactivo
70	TPO (anticuerpos)	Anti TPO
71	VITAMINA B12	Vitamina B12
72	REACTIVO ACIDO FOLICO	Reactivo Acido Fólico
73	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato
74	Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez	Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez
75	NT pro BNP	PROBNP
76	AC. ANTI TIROGLOBULINA	Ac. Anti Tiroglobulina
77	DIMERO D	Dimero D

LOTE NRO: 2		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Kit para equipo de Electrolitos y Gasómetro	GASOMETRIA

LOTE NRO: 3		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Proteína C. Reactivo (P.C.R.)	PCR (PROTEINA C REACTIVA)
2	Factor Reumatoide	Factor Reumatoide
3	Asto	ASTO

LOTE NRO: 4		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Reactivo para HCG	HCG CUALITATIVO
2	Antígeno Prostático Específico (PAS)	PAS (ANTIGENO PROSTATICO)

LOTE NRO: 5		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Reactivo antígeno V.D.R.L.	Reactivo antígeno V.D.R.L.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

LOTE NRO: 6		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tiras Reactivas de Orina	Tiras p/Orina x 10 parámetros
2	Tiras Reactivas de Orina	Tiras de orina cualitativa

LOTE NRO: 7		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	CHAGAS	Chagas Test Rápido

LOTE NRO: 8		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Dengue Test rápido	DENGUE NS1, Igg, Igm

LOTE NRO: 9		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	AGH poliespecifico	AGH poliespecifico Suero anti IgG humano para prueba de Coombs directo e indirecto.
2	Anti A monoclonal	Anti A anticuerpo monoclonal, frasco por 10 ml como mínimo
3	Anti B monoclonal	Anti B anticuerpo monoclonal, frasco por 10 ml como mínimo
4	Anti D monoclonal	Anti D anticuerpo monoclonal, frasco por 10 ml como mínimo

Lote 10		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tarjetas de identificación para bacterias	Tarjetas de identificación para bacterias GN Tarjetas de identificación para bacterias
2	Tarjetas de sensibilidad para bacterias	Tarjetas de sensibilidad para bacterias GN Tarjetas de sensibilidad para bacterias
3	Tarjetas de identificación para bacterias	Tarjetas de identificación para bacterias GP Tarjetas de identificación para bacterias
4	Tarjetas de sensibilidad para bacterias	Tarjetas de sensibilidad para bacterias GP Tarjetas de sensibilidad para bacterias
5	Tarjeta de identificación para hongos	Tarjetas de identificación para hongos Tarjetas de identificación para hongos
6	Tarjeta de sensibilidad para hongos	Tarjetas de sensibilidad para hongos Tarjetas de sensibilidad para hongos
7	Tarjeta de sensibilidad para streptococcus	Tarjetas de sensibilidad para streptococcus Tarjeta de sensibilidad para streptococcus

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 11		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Hemocultivo Pediatrico c/ Inhibidor	Hemocultivo Pediátrico c/ Inhibidor
2	Hemocultivo adulto c/ inhibidor	Hemocultivo Adulto c/ Inhibidor

Lote 12		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Aceite de Inmersión	Para microscopía, con medio de inclusión. Certificada por la autoridad sanitaria del país de origen. En frasco por 100 ml. como mínimo

Lote 13		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Base Azida	(Medio Deshidratado) Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 14		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Base Kanamicina-Azida	Con Bilis Esculina. (Medio Deshidratado). Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 15		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Base Sangre	Medio Deshidratado. Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 16		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Simmons Citrato	(Medio deshidratado). Medio de identificación. Frasco x 500 g.

Lote 17		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Mac Conkey	Con Cristal Violeta. Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 18		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Salmonella Shigella	(Medio Deshidratado) Frasco x 500 g.como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 19		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar MIO	(Medio deshidratado) Medio de identificación. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 20		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Mueller Hinton	Medio deshidratado. Medio de difusión ATB. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 21		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar DNASA	(Medio Deshidratado) Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 22		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Tripticasa Soja	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 23		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Cary Blair	Agar Cary Blair (Medio deshidratado de transporte). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 24		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Mac Conkey Asociado	Agar Mac Conkey Sorbitol (Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g.

Lote 25		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	(Trple sugar iron, Medio deshidratado). Medio de identificación. Frasco x 100 g. como mínimo

Lote 26		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar base Columbia	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 27		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar bilis esculina	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 28		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar SIM	Medio deshidratado. Medio de identificación. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 29		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Caldo selenito	Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 30		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Nutritivo	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 31		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Agar	(Medio deshidratado). Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 32		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Agar Cromogenico	Agar cromogénico para detección de Carbapenemasas. Medio de aislamiento. Formulación: Peptona 14.00, Factores de crecimiento 15.0, Sustratos cromogénicos 3.00, Agar bacteriológico 16.00. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 33		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Ansa recta	Tubo x 12 unidades como mínimo, punta de platino, tipo aguja, recta.

Lote 34		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Ansas calibradas	ANSA BACTERIOLOGICA CALIBRADA DE 5 MICROLITROS. Tubo x 12 como mínimo, punta aro de platino.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 35		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Antisuero para Escherichia Coli	ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE A, ANTISUERO. Para pruebas de aglutinación. Cotizar en Frasco x 3 ml. como mínimo

Lote 36		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Antisuero para Escherichia Coli	ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASORA POLIVALENTE B, ANTISUERO. Para pruebas de aglutinación. Cotizar en Frasco x 3 ml. como mínimo

Lote 37		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Antisuero para Escherichia Coli	ESCHERICHIA COLI O 157 ANTISUERO. Para pruebas de aglutinacion. Cotizar en Frasco x 3 ml. como mínimo

Lote 38		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Antisuero polivalente de Salmonella	Para pruebas de aglutinacion. Frasco x 3 ml. como mínimo

Lote 39		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Caldo cerebro corazón	(BHI - BRAIN HEART INFUSION) Medio deshidratado. Medio de aislamiento. Frasco x 500 g. como mínimo

Lote 40		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Amikacina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 41		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Eritromicina 15 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 42		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Ertapenem Disco 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 43		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Gentamicina 120 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 44		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Gentamicina 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 45		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Imipenem 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 46		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Meropenem 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 47		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Minociclina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 48		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Nitrofurantoina 300 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 49		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Norfloxacina 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 50		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Novobiocina	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA 5 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 51		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Optoquina 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 52		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma oxacilina 1 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 53		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Teicoplamina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 54		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Tetraciclina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 55		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Vancomicina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 56		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Discos Acido Boronico 300 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de detección de mecanismos de resistencia bacteriana in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 57		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefuroxima	Disco Antibiograma cefuroxima 30 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 58		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Ciprofloxacina 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 59		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Clindamicina 2 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 60		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cloranfenicol 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 61		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Colistin 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 62		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Acido Nalidixico 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 63		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Amoxicilina-Acido Clavulanico 20/10 ug.	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 64		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Ampicilina 10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 65		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Ampicilina-Sulbactan 10/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 66		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefalotina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 67		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefepime 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 68		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefixima 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 69		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma cefoperazona-sulbactan 105 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 70		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma cefoperazona 75 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 71		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefotaxima + Acido Clavulanico 30/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 72		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefotaxima 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 73		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Cefoxitina 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 74		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Ceftazidima 30 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 75		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Ceftazidima + Acido Clavulanico 30/10 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 76		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Streptomicina 300 ug.	Difusión x Disco. tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 77		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco de identificacion ONPG	Difusión x Disco. tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 78		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco EDTA	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 79		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco tipificacion Oxidasa	Disco tipificacion Oxidasa. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 80		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Trimetropin+Sulfametoxazol 1,25/23,75 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 81		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Bacitracina 0,04 ug.	Difusión x Disco. tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 82		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Penicilina de 10 U	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 83		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma Piperacilina-Tazobactam 100/10 ug.	Disco Antibiograma piperacilina-tazobactam 100/10 ug. Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 84		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Disco Antibiograma rifampicina 5 ug.	Difusión x Disco. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 85		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Discos Factor V	Discos de identificación. Debe tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 86		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
75	Discos Factor X	Discos de identificación. tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo

Lote 87		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Discos Factor X +V	Discos de identificación. tener una presentación que facilite su aplicación. Cotizar en Tubo x 50 discos como mínimo.

Lote 88		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Especulo descartable pequeño	Especulo descartable pequeño

Lote 89		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Especulo descartable mediano	Especulo descartable mediano

Lote 90		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Etest Cefotaxima	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

Lote 91		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	E Test Ciprofloxacina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo.

Lote 92		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Etest Penicilina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

Lote 93		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Etest Trimeto + Sulfa	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 94		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Etest Vancomicina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

Lote 95		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Etest Colistina	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

Lote 96		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	E Test Polimixina B	Epsilométrico. Para pruebas de sensibilidad in vitro. Caja x 10 tiras como mínimo

Lote 97		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Kits para Tinción de Gram	KITS PARA TINCIÓN DE GRAM. Los colorantes KIT DE COLORACIÓN (4 x 100)

Lote 98		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Kits para Tinción de Ziehl-Nielsen	KITS PARA TINCIÓN - COLORACION ZIEHL - NEELSEN. Los colorantes KIT DE COLORACIÓN (3 x 100) como mínimo

Lote 99		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Latex p/ Estreptococcus	Prueba de látex (aglutinacion) para identificación de estreptococos beta hemoliticos del grupo B en aislamientos clínicos. Frasco 1 ml. como mínimo

Lote 100		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Placa de Petri descartable	Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm EN BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 101		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Pipeta automática con volumen variable	GRADUABLE de 20 a 100 microlitros. como mínimo

Lote 102		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	PYR	(para detección de L-pirrolidonil arilamidasa). Disco para diferenciación de estreptococos. Caja por 25 discos. como mínimo

Lote 103		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 100 láminas.como mínimo

Lote 104		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Porta Lamina	CAJA PARA LÁMINAS PORTAOBJETOS. En poliestireno con tapa transparente. Capacidad de 50 láminas. como mínimo

Lote 105		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Lámina Cubreobjetos	Láminas cubre objeto, de vidrio, 22x22mm, caja x 100 unidades como mínimo

Lote 106		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Lamina portaobjeto	De vidrio, 74 x 24 mm. Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. Caja x 100 unidades. como mínimo

Lote 107		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Láminas esmeriladas	Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 100 unidades. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 108		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Cinta testigo para autoclave	Cinta indicadora de esterilización para autoclave, calor humedo 121 ºC, autoadhesivas, papel semi crepado, en rollo de 50 metros. como mínimo

Lote 109		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Cinta testigo para estufa	Cinta indicadora de estererilización, calor seco de 150 a 200 ºC. (estufa de estereilización) autoadhesivas, papel semi crepado. En rollo de 50 metros. como mínimo

Lote 110		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Mango para ansa	(Porta ansas). Para utilizar con ansas calibradas o rectas

Lote 111		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Termometro	De alcohol, rango de temperatura de -20 a + 150 °C.como mínimo

Lote 112		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Film para laboratorio	En presentación de rollos de 30 a 50 metros. Posición como mínimo

Lote 113		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	PAPEL ALUMINIO	En presentación de rollos de 40 a 60 metros. como mínimo

Lote 114		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Puntas desechables para pipetas automáticas	Azul. Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros. Bolsa por 500 unidades. como mínimo

Lote 115		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Puntas desechables para pipetas automáticas	Amarillas. Descartables, para volúmenes de 2 a 200 microlitros, BOLSA X 1000 unidades. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 116		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo De baquelita, con tapa rosca, dimensiones 16 X 105 mm. como mínimo

Lote 117		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 13 x 100 mm. como mínimo

Lote 118		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 16 x 100 mm. como mínimo

Lote 119		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Tubo de vidrio con tapa	Material resistente al calor 13 x 100 mm. como mínimo

Lote 120		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Reactivo Indol	Identificaión bacteriana. Frasco x 100 ml. como mínimo

Lote 121		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Serologia para Shigella flexneri	Para pruebas de aglutinacion. D Frasco x 3 ml. como mínimo

Lote 122		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Serologia para Shigella sonnei	Para pruebas de aglutinacion. Frasco x 3 ml. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 123		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Test para Diagnostico de Meningitis	Prueba de látex (aglutinacion) (TEST DE LATEX PARA DIAGNOSTICO DE MENINGITIS) para deteccion en liquidos biológicos de agentes causantes de meningitis: S. pneumoniae, H. influenzae b, S. agalactiae, E. coli K1, N. meningitidis serogrupos A, B, C, Y, W 135. Caja x 25 determinaciones como mínimo.

Lote 124		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Test para identificación de Staphylococus aureus	STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Para pruebas de aglutinacion. Capacidad de realizar como mínimo 25 test por presentación. Frasco x 3 ml. como mínimo.

Lote 125		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Test para sangre oculta	Test rápido inmunocromatografico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Caja por20 determinaciones.como mínimo

Lote 126		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Test rápido para Rotavirus	Test rápido inmunocromatografico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal humana. 100% sensibilidad y 99% . Capacidad de realizar 25 determinaciones por presentación. como mínimo

Lote 127		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Sangre de Carnero	Sangre para suplemento de agar base, certificado de calidad. Bolsa por 300 ml. como mínimo

Lote 128		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Carbapenemasa en Basilos Test Rapido	Reactivo colorimétrico para identificación de Carbapenemasas que debe contar con sus respectivos reactivos complementarios. Caja por 25 determinaciones. como mínimo

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

Lote 129		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Hisopo	Hisopos. Mango de madera ó plástico, estériles o no. Bolsa x 100 unidades. como mínimo

Lote 130		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Galería de Identificación para Micoplasma	Galería de Identificación para Mycoplasma. Debe incluir los reveladores. Capacidad de realizar como mínimo 25 determinaciones por presentación. como mínimo

Lote 131		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Galería de identificación para urea plasma	Debe incluir los reveladores. Capacidad de realizar como mínimo 25 determinaciones por presentación. como mínimo

Lote 132		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Galería de identificación para chlamydia	Debe incluir los reveladores. Capacidad de realizar como mínimo 25 determinaciones por presentación. como mínimo

Lote 133		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Jarra para anaerobios	Sistema de incubación de placas Petri en anaeroniosis práctico y sencillo. De 2,5 litros de capacidad, fabricado en policarbonado transparente. Con tapa con junta de silicona de cierre hermético y gradilla de acero inoxidable. Capacidad: 12 placas standar de 90 mm de diámetro como mínimo.

LOTE NRO: 134		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	MONOTEST	Monotest

LOTE NRO: 135		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	TEST RAPIDO PARA INFLUENZA	Test Rápido para Influenza

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

LOTE NRO: 136		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	HELICOBACTER PILORI	test rápido helicobacter pylori

LOTE NRO: 137		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Reactivo para HIV	Reactivo para HIV

Lote 138		
Ítem	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas**
1	Pipeta automática con volumen variable	GRADUABLE de 10 a 100 microlitros. como mínimo

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LOTE 1

INMUNOLOGIA

- Un (1) Equipo Automatizado para Análisis Inmunológico basado en el sistema de detección por electro quimioluminiscencia (ECLIA) o quimioluminiscencia, **se podrá ofertar 1 (un) equipo complementario para cubrir todas las determinaciones.**
- Reactivos líquidos listos para usar.
- Con capacidad de realizar 80 determinaciones/hora como mínimo.
- De carga continua, banco de datos para resultados, software en español con lector de código de barra.
- Equipos de última generación, no mayor a 5 (cinco) años de fabricación.
- Rotor: con capacidad para 30 muestras como mínimo. Las puntas de pipetas del equipo deberán ser descartables para eliminar la contaminación por arrastre, **o gradillas de muestras en lugar de rotores con carga continua no solo de muestras sino también de insumos y reactivos**.
- Recipiente de desechos sólidos (puntas de pipeta, cubetas, etc.) evitando así el contacto del usuario con los mismos ya que, una vez lleno, se extrae del sistema y se puede tirar íntegramente.
- Debe estar conectada al Sistema de Gestión del Laboratorio.
- El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad)
- Los equipos deben incluir todos los insumos para el correcto funcionamiento: tubos y cubetas desechables, los reactivos deben contar con calibradores, papeles y controles internos de la misma marca que el reactivo.
- Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico.
- El proveedor debe suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Deberá brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LOTE 6

Ítem 2: EQUIPO AUTOMATIZADO DE ORINA (QUIMICA Y SEDIMENTO)

Una unidad automatizada para el análisis de tiras reactivas de orina. Permitiendo la carga/descarga continua de muestras en racks con **5 posiciones o más**. Empezando a funcionar automáticamente después de la carga de las muestras de rutina, prioritarias o urgentes.

7. **MODIFICASE** en la Sección VII, Anexo I Documentos que componen la oferta, quedando redactado de la siguiente forma:

Cualquier otro documento adicional requerido.
❖ El oferente deberá tener por lo menos tres (3) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente.
❖ Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).
❖ Deberá demostrar haber suministrado satisfactoriamente bienes similares a los solicitados (Reactivos e Insumos con Provisión de Equipos en comodato para el servicio de laboratorio de análisis clínicos y de bacteriología), para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2017 - 2018 y 2019) en un porcentaje equivalente del 50% del monto ofertado y presentado en la apertura. Para dicho efecto se deberá presentar contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta).
❖ Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad (Formulario 5), en la cual detallan el NOMBRE, APELLIDO Y NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.
❖ Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen: - Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. - Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. - Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.
❖ Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con la capacidad para proveer los bienes solicitados en la planilla de Especificaciones Técnicas.
❖ Contar con por lo menos 3 (tres) personales inscriptos en el Instituto de Previsión Social, para lo cual deberá presentar el Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente y al día a la fecha de apertura física de oferta.
❖ Estar al día con el pago del Impuesto al Valor Agregado, para lo que deberá presentar el formulario de última declaración de IVA.
❖ Presentar Certificado de Cumplimiento tributario vigente a la fecha de presentación de oferta física.

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 04/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL ID N° 374592.

❖ Fotocopia autenticada de la habilitación como fabricante, importador, distribuidor y comercializador de productos para diagnóstico de Uso In Vitro (PDIV), por parte del MSPYBS y el LCSP, deberá estar al día a la fecha de apertura de ofertas, no se aceptarán documentos en trámite.
❖ Original o fotocopia autenticada por escribano público de la Nota o Carta de Autorización del Fabricante de país de origen: a) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante. b) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para los incisos a) y b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección IV. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser sin inscripción Registro Público de Comercio, Sección Representaciones, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta.
❖ Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.