INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**Dirección de Gestión de Bienes y Servicios**
**Departamento de Licitaciones - Sección Compra**
Tel.: 226-050
Asunción - Paraguay

GOBIERNO NACIONAL

# CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 57/13

# "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ASEGURADO OSCAR JAVIER ELIZECHE INSFRAN"

## ACLARACION Nº 1

Asunción, 23 de octubre de 2013.

**AL OFERENTE:**

Con relación al llamado Contratación Directa N° 57/13 **"ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ASEGURADO OSCAR JAVIER ELIZECHE INSFRAN",** se aclaran los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones:

**CONSULTA 1: En el Ítem 1**
**Donde dice: STEN: STEN de 6 a 12 mm de Diámetro x 1 a 4 cm de longitud.**

**1) Favor aclarar medidas del STENT porque las medidas solicitadas no corresponden a lo comercializado en el mercado regularmente.**

**RESPUESTA:** El oferente deberá adecuarse a la medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que las dimensiones responden a lo estipulado en el Cuadro Básico de Insumos Vigente.

**2) Favor aclarar si el stent es medicado o no medicado**

**RESPUESTA:** Se aclara que lo solicitado es un stent vascular no medicado

**CONSULTA 2: En el Ítem 4**

**Donde dice: ALAMBRE GUIA (PTFE) o hidrofílica 0,038" x 140 a 180 cm Punta "J" o Punta recta**
**Consultamos: Si puede ser alambre guía (PTFE) o hidrofilica de 0,035"**

**RESPUESTA:** El oferente deberá adecuarse a la medida del alambre guía establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que la longitud descripta en el PBC, responde a lo estipulado en el Cuadro Básico de Insumos Vigente.

**CONSULTA 3: En el Ítem 5**

**Donde dice: Catéter de diagnostico cola de chancho (tipo PIG TAIL) 50 a 80 cm de long. 4FR**
**Consultamos: Si puede ser de 5FR.**

**RESPUESTA:** El oferente deberá adecuarse a la medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que las dimensiones responden a lo estipulado en el Cuadro Básico de Insumos Vigente.

Atentamente.