Asunción, 13 de julio de 2011

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2011 – ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, DE SALUD Y LABORATORIO

ADENDA N° 3

Sección I Datos de la Licitación

D. Presentación y Apertura de Ofertas
Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Lic. Gloria Martínez – Directora de la Dirección de Contrataciones*** Dirección: ***Avda. José G. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos*** *N*úmero del Piso/Oficina: ***2º Piso - Ofi: Dirección de Contrataciones*** Ciudad: ***Asunción,* Paraguay** Código postal: *No corresponde* La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **20 de julio de 2011** Hora: ***11:15 a.m.***
La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: ***Avda. José G. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos*** *N*úmero del Piso/Oficina: ***2º Piso – Ofic: Dirección de Contrataciones*** Ciudad: ***Asunción,* Paraguay** Fecha: ***20 de julio de 2011*** Hora: ***11:30 a.m.***

Sección III. Suministros Requeridos

3. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

Se modifica la Adenda N°2: *En el ítem 1 correspondiente a NEGASTOCOPIO, quedando como sigue:*

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	42151701-001	UNIDAD DENTAL	**SILLONES Y EQUIPAMIENTO:** Eléctrico, accionado por comando en el pié y en el equipo manualmente. Base metálica, con tratamiento anticorrosivo. La estructura del respaldo del sillón deberá ser totalmente de acero Accionado por motores con bajo nivel de ruido Movimiento independiente entre asiento y respaldo. Apoyabrazo derecho e izquierdo, Apoya cabeza. Tapizado sin costuras, fácilmente desmontable para su lavado y desinfección. Movimientos de los sillones: A través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y también en el equipo. Movim Posiciones de Trabajo: 2 Posiciones de trabajo programables por el odontólogo VC: Vuelta a cero, Subida y bajada del respaldo, Subida y bajada del asiento. Sistema de seguridad para interrumpir los movimientos del sillón en caso de emergencia. Con sistemas de mangueras convencionales (colgantes). Movimientos horizontal y vertical, brazos articulables con bloqueo neumático. Negatoscopio con luz fría. 1 manguera de acople borden, 1 manguera con terminal para micromotor neumático con acople borden con refrigeración, 1 manguera con terminal para turbina con acople borden.1 manguera con jeringa triple, 1 desarrador ultrasónico con intensidades regulables en tres frecuencias y con 3 (tres) puntas accesorias, 1 fotopolimerizador basado en LEDs. Bandeja auxiliar porta instrumentales. Panel de comando para acceder a todas las funciones del equipamiento en forma manual. Llave para encender y apagar el equipo. Manómetro Indicador de Presión de cada punta rotativa. Sistema de desinfección interna de las mangueras del equipo, mediante líquido bactericida, con v

			REFLECTOR: Accionamiento en el pedal de comando del sillón o a través de llave interruptora. Espejo multifacetado de manera a evitar sombras por interposición. Luz tipo blanca fría de al menos 20.000 Lux
			ESCUPIDERA : Montaje fijo con movimiento horizontal de 90 grados. Jeringa auxiliar. Un suctor de saliva venturi con filtro desmontable para fácil limpieza. Un suctor de alta potencia con filtro desmontable para fácil limpieza con Bomba de Vacio. Porta-vasos de accionamiento eléctrico y salida regulable de agua. Escupidera desmontable para fácil limpieza, con salida de agua temporizable y reprogramable.
			BANQUETA: Asiento activado por pistón a gas para regular altura. Respaldo con regulación de inclinación y altura. 5 ruedas para desplazamiento. Tapizado sin costuras.
			FILTRO PARA COMPRESOR CON TRAMPA DE AGUA
			NEGASTOCOPIO: ***Fijado a la pared.*** ***Medida: 60 cm de largo, 50 cm de alto***
			SISTEMA DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS : Sistema de limpieza de instrumentos con aire Lubricador Para 2 o más instrumentos a la vez Automático
			COMPRESORES DE AIRE : Capaz de proporcionar al menos 85 litros / minuto Presión mínima: 80 libras de presión constante. Las características técnicas aquí solicitadas son mínimas. El oferente deberá proveer compresores adecuados a las necesidades de cada conjunto ofertado.
			TURBINA : Con 3 tobera de spray por cada turbina ofertada. Velocidad mínima de 300.000 rpm Sujeción de la fresa por botón Rulemanes de alta calidad con garantía mínima de 6 (seis) meses con Certificación de Calidad ISO9000, CE, TUV o UL, cualquiera de ellas. Fibra óptica de alta calidad Autoclavable a 135° C Cabeza pequeña

			TURBINA : 3 salidas de agua p/ mejor refrigeración Velocidad mínima de 300.000 rpm Sujeción de fresas sistema rápido. Autoclavable a 135° C Rulemanes de alta calidad con garantía mínima de 6 (seis) meses con Certificación de Calidad ISO9000, CE, TUV o UL, cualquiera de ellas.
			MICROMOTOR NEUMATICO : Velocidad regulable hasta 20.000 rpm Refrigeración interna o externa Autoclavable a 135 grados. Giro Horario y contra Giro Garantía Mínima de 1 año.
			CONTRAANGULOS : Con refrigeración de Agua. Regulable hasta un máximo de 20.000 rpm Para fresas de contraangulo y adaptador para fresa de alta rotación Autoclavable a 135° C.
			PIEZA DE MANO INTRA RECTA: Sujeción giratoria. Giro horario y contra Giro. Para fresas de pieza de mano Refrigeración interna o externa. Velocidad rpm regulable. Autoclavable a 135° C.
			EQUIPOS DE RAYOS X PANTOGRAFICO: Fijación en pared. Potencia de 70 kV / 7 mA Brazo articulable con movimiento horizontal y vertical con alcance mínimo de 1,8 mts, rebatibles tipo tijera. Cabezal y cono revestidos con plomo para evitar radiación difusa. Comando digital que permita seleccionar el tiempo de exposición en centésimas de segundo de manera a evitar exposic la radiación. Listo para usar con películas convencionales o sensores digitales. **Con licencia de Protección Radiológica según Decreto N° 10754/2000 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**
			ESTABILIZADOR DE VOLTAJE : Tensión de salida de 220 V ± 5% o mejor, 50 Hz
			DELANTALES DE PLOMO PARA PACIENTES ADULTOS Y PROFESIONALES: Tipo delantal frontal flexible. Tamaño Adulto Área a proteger: Parte frontal desde el cuello hasta las caderas Nivel de protección: Equivalente a 0,5 mm de Pb
			DELANTALES DE PLOMO PARA PACIENTES PEDIATRICOS: Tipo delantal frontal, flexible. Área a proteger: Parte frontal desde el cuello hasta las caderas Nivel de protección: Equivalente a 0,5 mm de Pb
			CAJAS REVELADORAS: Descripción general: Cajas reveladoras de radiografías periapicales con gabinetes de acero inoxidable.

			La empresa adjudicada deberá presentar una garantía escrita por cada equipo, cuyo plazo mínimo deberá ser de un (1) año, a partir de la puesta en marcha y funcionamiento de los mismos

Obs: Todos los demás ítems y puntos de las especificaciones técnicas quedan sin modificación alguna.