PAC N°: 351.030.-

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 26/19 "ADQUISICION DE PLACAS DIGITAL EN SECO Y MASCARA DE POLICARBONATO PARA EL MSP Y BS" PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO ID N° 351.030.** LA SIGUIENTE RESPUESTA A LAS CONSULTA REALIZADA:

Consulta 1:

Para el ítem N° 3 Mascara Termoplástica Rígida:

- **Sugerimos que soliciten las Normas de Calidad: FDA O CE .**

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3.

Consulta 2:

Para el ítem N° 3 Mascara Termoplástica Rígida:

- **También solicitamos que aclaren las medidas del mismo producto.**

Respuesta: La medida se encuentra establecida en el PBC, Espesor: 2,4 mm +- 0,2 mm..

Consulta 3:

DONDE DICE:

En el ítem 1, Nombre genérico (Placa digital para mamografía revelado a seco), ESPECIFICACIONES TECNICAS (Digital, revelado a seco, para mamografía para impresora láser digital, medidas: 25X30 cm. (10 x 12"), para impresión de imágenes médicas, compatible con impresora del INCAN (CARESTREAM DRYVIEW 5950), Caja por 100 unidades como mínimo.

CONSULTA: se puede cotizar placas digitales para revelado a seco para mamografía medida 26x36 cm. Cajas de 150 unidades de otra marca, dando en comodato una impresora láser.

Respuesta: Adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Asunción, 02 de julio de 2019.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.