INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN SBE N° 47/22
"PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LA SECCION PERFIL TROMBOLICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

ADENDA N° 2

Asunción 03 de noviembre de 2022

AL OFERENTE:

Con relación a la **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN SBE Nº 47/22 "PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LA SECCION PERFIL TROMBOLICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", con ID N° 420.767**, informamos que se realiza la siguiente modificación:

1. ***En la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, punto 1. Especificaciones Técnicas, se realiza la siguiente modificación:***

Donde dice:

Ítem	Código de Catálogo	Código SIH	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	41116105-308	6369	Reactivo para ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA (AAC)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA técnicas automatizadas . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples). Cada kit se compone: 1- Kit completo: a CL IgG e IgM cartuchos Test (Liq), a CL IgG e IgM Calibrador 1 Y 2 (liq), Low a Cl IgG e IgM control (liq), High aCl IgG e IgM control (liq) y/o reactivos necesarios, ó. 2-Kit completo : Tampón de muestra , Tampón de lavado, Conjugado, IgG / IgM, Substrato TMB, Solución de STOP, Calibradores, Controles Negativos y Positivos, Wash, diluyente, , micropocillos recubierto de antígeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación	Kit	400	800
2	41116105-9890	10766	Reactivo para ANTICUERPO BETA 2 GLICOPROTEINA I (Anti B2GP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (técnicas automatizadas) . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples) y/o reactivos necesarios. Cada kit se compone: 1: Kit Completo : anti-ß2GPI IgG/IgM Cartuchos que contienen 1 vial de una suspensión de partículas magnéticas recubiertas con ß2GPI humana purificada, 1 vial de tampón del ensayo, 1 vial de trazador formado por un anticuerpo anti-IgG/IgM humana marcado con isoluminol, y 1 vial de diluyente de muestra que se utiliza para la predilución regular de la muestra y para la dilución automática en la función "rerun". Los reactivos están en una solución tampón fosfato o borato que contiene albúmina de suero bovino, ß2GPI humana, IgG/IgM monoclonal de ratón, estabilizadores yconservante. Calibradores 1 y 2 IgG/IgM y Controles IgG/IgM y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo Tampón de muestra, Tampón de lavado, Conjugado IgG e IgM , Wash, sustrato TMB ,solución Stop, Calibradores IgG/IgM, controles positivos y negativos IgG/IgM , micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación	Kit	400	800

3	41116105-9889	10767	Reactivo para HOMOCISTEINA (Hcy)	Método: ELISA o Método automatizado como microparticulas magnéticas, microesfericas ,Inmunoturbidimetria, Quimioluminiscencia o sistemas múltiples, con controles, calibradores y/o reactivos necesarios. Sensibilidad mínima de 95% y Especificidad mínima de 95%.. Cada kit se compone 1 : Kit Completo.(Turbidimetría) a- Sah reactivo latex liofilizado, Reductante liq, Enzima liq ,Conjugado liq, Buffer liq , Calibrador liq. Control Nivel 1 y 2 liofilizado y/o reactivos necesarios, ó. 2 :Kit Completo (Elisa) React A / Buf Tampón de Ensayo Tampón de Fosfato, ácido sódico liq.React B / Adeno DTT Adenosina/DTT Adenosina / ditiotreitol, ácido cítrico liq. React C / Sah Hydrol Sah-hidrolasa S-adenosil-L-homocisteín hidrolasa recombinante, tris-bufer, glicerol, metilparab liq. React D / Enz Inh Inhibidor de la Enzima Mertiolate, tampón de fosfato liq. React Eadeno Deam Adenosina deaminasa Adenosina deaminasa, tampón de fosfato, ácido sódico, BSA, tinte rojo de fenol liq. React F / Ab Anticuerpo a- SAH Anticuerpo monoclonal anti-S-adenosil-Lhomocisteína de ratón, BSA, mertiolate liq. React G / Enz Conj Conjugado enzimático Enzima de anticuerpos conjugados de conejo anti- ratón, Bsa, peroxidasa de rábano, tinte azulliq. React H / Sub NMP Solución de Substrato N-metil-2 pirrolidona, propilenglicol liq. React S / Stop Solun Solución de Suspensión 0,8 M de Ácido Sulfúrico liq. Wash Soln 10x Tampón de Lavado Tampón de Fosfato, mertiolate, Tween 20, BS liq. CAL 1 – 6 Calibradores S-adenosil-L-homocisteína (2, 4, 8, 15, 30,50 µmol/L) en tampón con conservante liq., Sorb mt Tiras Microtiter Recubiertos con S-adenosil-L-homocisteína 12 x 8 well, Controles L.M.H. y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación	Kit	400	800

Debe decir:

Ítem	Código de Catálogo	Código SIH	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	41116105-308	6369	Reactivo para ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA (AAC)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA técnicas automatizadas . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples). Cada kit se compone: 1- Kit completo: a CL IgG e IgM cartuchos Test (Liq), a CL IgG e IgM Calibrador 1 Y 2 (liq), Low a Cl IgG e IgM control (liq), High aCl IgG e IgM control (liq) y/o reactivos necesarios, ó. 2-Kit completo : Tampón de muestra , Tampón de lavado, Conjugado, IgG / IgM, Substrato TMB, Solución de STOP, Calibradores, Controles Negativos y Positivos, Wash, diluyente, , micropocillos recubierto de antígeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación	Kit	400	800
2	41116105-9890	10766	Reactivo para ANTICUERPO BETA 2 GLICOPROTEINA I (Anti B2GP)	METODOLOGIA: Ensayos en fase solida: ELISA (técnicas automatizadas) . Con diferentes soportes(microparticulas magnéticas, microesferas) y otros sistemas de detección (quimioluminiscencia, citrometria de flujo, sistemas múltiples) y/o reactivos necesarios. Cada kit se compone: 1: Kit Completo : anti-ß2GPI IgG/IgM Cartuchos que contienen 1 vial de una suspensión de partículas magnéticas recubiertas con ß2GPI humana purificada, 1 vial de tampón del ensayo, 1 vial de trazador formado por un anticuerpo anti-IgG/IgM humana marcado con isoluminol, y 1 vial de diluyente de muestra que se utiliza para la	Determinación	Kit	400	800

				predilución regular de la muestra y para la dilución automática en la función "rerun". Los reactivos están en una solución tampón fosfato o borato que contiene albúmina de suero bovino, ß2GPI humana, IgG/IgM monoclonal de ratón, estabilizadores yconservante. Calibradores 1 y 2 IgG/IgM y Controles IgG/IgM y/o reactivos necesarios, ó. 2- Kit Completo Tampón de muestra, Tampón de lavado, Conjugado IgG e IgM , Wash, sustrato TMB ,solución Stop, Calibradores IgG/IgM, controles positivos y negativos IgG/IgM , micropocillos recubierto de antigeno y/o reactivos necesarios. Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO				
3	41116105-9889	10767	Reactivo para HOMOCISTEINA (Hcy)	Método: ELISA o Método automatizado como microparticulas magnéticas, microesfericas ,Inmunoturbidimetria, Quimioluminiscencia o sistemas múltiples, con controles, calibradores y/o reactivos necesarios. Sensibilidad mínima de 95% y Especificidad mínima de 95%.. Cada kit se compone 1 : Kit Completo.(Turbidimetría) a- Sah reactivo latex liofilizado, Reductante liq, Enzima liq ,Conjugado liq, Buffer liq , Calibrador liq. Control Nivel 1 y 2 liofilizado y/o reactivos necesarios, ó. 2 :Kit Completo (Elisa) React A / Buf Tampón de Ensayo Tampón de Fosfato, ácido sódico liq.React B / Adeno DTT Adenosina/DTT Adenosina / ditiotreitol, ácido cítrico liq. React C / Sah Hydrol Sah-hidrolasa S-adenosil-L-homocisteín hidrolasa recombinante, tris-bufer, glicerol, metilparab liq. React D / Enz Inh Inhibidor de la Enzima Mertiolate, tampón de fosfato liq. React Eadeno Deam Adenosina deaminasa Adenosina deaminasa, tampón de fosfato, ácido sódico, BSA, tinte rojo de fenol liq. React F / Ab Anticuerpo a- SAH Anticuerpo monoclonal anti-S-adenosil-Lhomocisteína de ratón, BSA, mertiolate liq. React G / Enz Conj Conjugado enzimático Enzima de anticuerpos conjugados de conejo anti- ratón, Bsa, peroxidasa de rábano, tinte azulliq. React H / Sub NMP Solución de Substrato N-metil-2 pirrolidona, propilenglicol liq. React S / Stop Solun Solución de Suspensión 0,8 M de Ácido Sulfúrico liq. Wash Soln 10x Tampón de Lavado Tampón de Fosfato, mertiolate, Tween 20, BS liq. CAL 1 – 6 Calibradores S-adenosil-L-homocisteína (2, 4, 8, 15, 30,50 µmol/L) en tampón con conservante liq., Sorb mt Tiras Microtiter Recubiertos con S-adenosil-L-homocisteína 12 x 8 well, Controles L.M.H. y/o reactivos necesarios.Debe contar como minimo con una de estas certificaciones: CE, y/o FDA y/o ISO	Determinación	Kit	400	800