Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Unidad Operativa de Contrataciones

NOTA N° 357

Adenda N° 1

Asunción, 11 de octubre de 2010

Referencia: Concurso de Ofertas N° 6/2010
"Adquisición de Equipos odontológico y de laboratorio"
ID N° **203912**

Señores
Oferentes
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de comunicar las modificaciones hechas con relación al llamado de referencia; a continuación se detalla:

DONDE DICE:
Item N° 5
Reflector Odontologico con las siguientes características:
Version de piso, sistema óptico con 5 LEDs, intensidad de 30.000 a 35.000 LUX, fuente de luz fría y blanca,no debe generar calor en el campo operatorio, generada atravez de matriz RGB, foco de luz con spot cuadrado, cabeza en material resistente, con giro de 620°, tiradores bilaterales en forma de asas, protector frontal removible, construido en material resistente, transparente, brazos construidos en acero, con movimientos vertical y horizontal. con instalación y puesta en funcionamiento con materiales incluidos. Garantía 24 meses por escrito.

Item N° 7
Equipo de rayos X fijo con su estabilizador de voltaje incluido con las siguientes características: montado en base muy estable con líneas redondeadas, ruedas reforzadas con freno transversal, asegurando estabilidad y movilidad. **Red:** 127/220. **Frecuencia de red:** 50/60 Hz. **Corriente nominal:** 12 A (127 V) – 6 A (220 V). **Corriente del tubo:** 8 mA. **Voltaje del tubo:** 70KV . **Filtración total:** 2.5 mm/equivalente. **Punto focal:** 0.0 x 0.8 mm. **Brazos:** articulares y pantografico con instalación y puesta en funcionamiento con materiales incluidos. Garantía 24 meses por escrito.

DEBE DECIR:
Item N° 5
Reflector Odontológico con las siguientes características:
Versión de piso, sistema óptico con 5 LEDs, intensidad de 30.000 a 35.000 LUX, fuente de luz fría y blanca, no debe generar calor en el campo operatorio, generada atravez de matriz RGB, foco de luz con spot cuadrado, cabeza en material resistente, con giro de 620°, tiradores bilaterales en forma de asas, protector frontal removible, construido en material resistente, transparente, brazos construidos en acero, con movimientos vertical y horizontal con instalación y puesta en funcionamiento.
Garantía 24 meses por escrito.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Unidad Operativa de Contrataciones

Item N° 7
Equipo de rayos X portátil con su estabilizador de voltaje incluido con las siguientes caracteristicas: montado en base muy estable con líneas redondeadas, ruedas reforzadas con freno transversal, asegurando estabilidad y movilidad. Red: 127/220. Frecuencia de red: 50/60 Hz. Corriente nominal: 7A Corriente del tubo: 7 mA. como minimo Voltaje del tubo: 70KV . Filtración total: 3.5 mA como minimo. Punto focal: 0.8 x 0.8 mm. Brazos: articulares y pantografico con instalación y puesta en funcionamiento. Garantía 24 meses por escrito.

Observación: el oferente debe presentar con su oferta Licencia expedida por MSP y BS del Dpto. de Protección Radiológica, requisito establecido por el Decreto N° 10754/2000 por el cual se adopta el reglamento nacional de seguridad para la protección contra radiaciones ionizantes para la seguridad de las fuentes de radiación.

Atentamente.

Marta Martínez de Ortiz
Jefe de Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. España casi Brasil Telefax: (595-21) 228 444 - Asunción, Paraguay