ADENDA Nº 02

Asunción, 31 de enero de 2014

Señores:

PRESENTE

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2014 "Adquisición de equipos para Anatomía Patológica – ID 266.571 ----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la siguiente ADENDA 02 realizada al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

Sección III. Suministros Requeridos
Especificaciones Técnicas

ÍTEM 4 de las Especificaciones Técnicas queda redacta de la siguiente manera:

1	2	3	4
Ítem*	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien ***	**Especificaciones**
4	42182003-001	Colposcopio con cámara fotográfica	• Aumenta la imagen fija 3.5x, 5x, y 8.5x, 14x y 21.5x. con el *"3rd Eye "* (es decir tercer ojo) permite recibir videocolposcopia micro • El tercer ojo se puede utilizar para conectar el micro, lo que permite el equipo para pruebas de videocolposcopia (Videocolposcópio), lo que permite dos exámenes de la vista gratis para colposcopia (colposcopio) • Aumentos 7x, 14x, 25x, de fibra óptica de luz, intensidades de luz ajustable de distancia de trabajo 300 mm. De micro enfoque des sistema de rejilla metálica del filtro verde de pedestal sobre ruedas. • Voltaje de 127/220 VAC • Campo de visión (mm) 18 como mínimo. • Consumo de energía máximo (VA) 180 • Lámpara LED 12v x 75w • Peso bruto (w/paquete) (Kg.) 13.4 • Altura máxima 1.52 m. • Altura mínima 0.97 m. • Diámetro de base 350 mm. **CÁMARA FOTOGRÁFICA** • Cámara fotográfica digital en miniatura acoplada al colposcopio ocular y monitor de TV (o incluso un monitor de ordenador con entrada de video). • Calidad de imagen de 16 mega píxel como mínimo. • Resolución 768 (H) x 494 (V) pixéles. • Sistema de Grabación de imágenes. • Pantalla de visualización LED de 14 pulgadas como mínimo. • Voltaje 110/220 V • Instalación y puesta en funcionamiento • Manual del usuario El Equipo debe contar con brazo móvil. La antigüedad máxima de fabricación de los equipos debe ser máximo tres años Garantía escrita, debe ser de 1 año a partir de la instalación

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ADENDA Nº 02

			y puesta en funcionamiento de los equipos, con respecto a defectos de fábrica de los equipos, debe incluir sin costo adicional el traslado de los equipos del Laboratorio al proveedor y viceversa.

ÍTEM 6 DE LAS Especificaciones Técnicas queda redacta de la siguiente manera:

6	41104506-002	Estufa para esterilización	• Estufa de esterilización de 60 x 40 x 40 • Capacidad aproximada de 96 litros • Indicador de temperatura digital • Temperatura máxima 300° C • Dispositivo de ventilación La antigüedad máxima de fabricación de los equipos debe ser máximo tres años Garantía escrita, debe ser de 1 año a partir de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, con respecto a defectos de fábrica de los equipos, debe incluir sin costo adicional el traslado de los equipos del Laboratorio al proveedor y viceversa.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público