ACLARACIONES N° 3

L.P.N. Nº 27/2014 "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES Y EQUIPAMIENTOS PARA QUIRÓFANO DEL HOSPITAL SAN JORGE" – AD REFERÉNDUM 2015

I.D. 277.662.-

- **Consulta Nº 1:**

  ITEM 17 - Maquina de Anestesia con Monitor y Capnografo.
  Consulta 1: Solicitan Canister con válvula bypass de C02, que permita el reemplazo de la cal sodada sin despresurizar el circuito. Solicitamos respetuosamente a la Convocante que dicho requerimiento sea de carácter opcional, considerando que en la forma como se encuentra redactado dicho requerimiento, está limitando la participación de un número mayor de oferentes y está apuntando hacia una característica de una marca especifica.

  Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 12.

- **Consulta Nº 2:**

  ITEM 17 - Maquina de Anestesia con Monitor y Capnografo.
  Consulta 2: Solicitan Flujo inspiratorio: 100 LPM o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Flujo inspiratorio: 70 LPM o mayor, ya que el mismo se encuentra dirigido hacia una marca específica, limitando la participación de un número mayor de oferentes.

  Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 11.

- **Consulta Nº 3:**

  ITEM 17 - Maquina de Anestesia con Monitor y Capnografo.
  Consulta 3: Solicitan Rango: Sistólico: 30 a 290 mmHg. Solicitamos a la Convocante introducir parámetros mínimos y máximos, es decir Rango: Sistólico: 30 mmHg o mayor, a 290 mmHg o menor, ya que el mismo se encuentra dirigido hacia una marca específica, limitando la participación de un número mayor de oferentes.

  Respuesta 1: Ajustarse a la Adenda N° 12.

- **Consulta Nº 4:**

  ITEM 17 - Maquina de Anestesia con Monitor y Capnografo.
  Consulta 4: Solicitan Diastólico: 10 a 220 mmHg. Solicitamos a la Convocante introducir parámetros mínimos y máximos, es decir Diastólico: 10 mmHg o mayor, a 220 mmHg o menor, ya que el mismo se encuentra dirigido hacia una marca específica, limitando la participación de un número mayor de oferentes.

  Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 12.

  Ing. MAYE Sergio Barrios
  Director General
  Dirección Operativa de Contrataciones
  MSPBS

- **Consulta Nº 5:**

  ITEM 16 - Mesa de Quirófano con accesorios para parto
  Consulta 5: Mesa Quirúrgica Radiotransparente de operaciones móvil comandado por sistema de control remoto, para aplicaciones en cirugía general y cirugías especiales. Todos los movimientos de la mesa deberán ser accionados a través de un control remoto electrónico inhalámbrico y deberá incluir el cargador de batería instalable en la pared.(ante la falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se deberán realizar a través de un panel de mando auxiliar

en la columna de la mesa). El control remoto deberá poseer posicionamiento nivelado de la mesa (posición horizontal) a través de un sólo botón de control remoto. Solicitamos a la Convocante aceptar mesa quirúrgica radiotransparente de operaciones móviles con control remoto electrónico, ya sea con cable o inalámbrico, ya que las dos opciones poseen el mismo funcionamiento, evitando de esta manera limitar la participación de un número mayor de oferentes, al solicitar un tipo específico de accesorio de la mesa.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 11.

- **Consulta Nº: 6**

ITEM 16 - Mesa de Quirófano con accesorios para parto
Consulta 6: Solicitan Base sólida con 3 (tres) ruedas, 2 fijas y una giratoria, con desbloqueo de ruedas a través de un pedal. Solicitamos respetuosamente a la Convocante establecer que los requerimiento solicitados sean establecidos como requerimientos "mínimos" pudiéndose ofertar una mesa con mejor prestación.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 11.

- **Consulta Nº: 7**

ITEM 16 - Mesa de Quirófano con accesorios para parto
Consulta 7: Solicitan Movimiento de cabeza y piernas a través de cilindros a gas accionados manualmente. Solicitamos a la Convocante aceptar mesa de quirófano con movimiento de cabeza y piernas a través de cilindros de gas o o cualquier otra mecanismo, accionados manualmente. Dicha solicitud obedece a que actualmente el gas es considerado como peligroso ante cualquier eventual accidente que pudiera surgir, por ende existen en el mercado otros tipos de tecnología.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 11.

- **Consulta Nº: 8**

En el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 27/2014 "ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y EQUIPAMIENTOS PARA QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN JORGE " ID N° 277662, Adhenda N° 9 modifica el plazo de entrega a 45 días a partir de recibida la orden de entrega.,

En ese sentido solicitamos a la convocante, la ampliación de dicho plazo de entrega a 60 días por lo menos.

Respuesta: Ajustarse a la Adenda N° 9.

Ing. MIAEL Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Asunción, 08 de Abril de 2015