**PAC Nº: 316.747**

# ADENDA Nº 03/2016

**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 06/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO" - ID N° 316.747 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:**

## DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

| | D. Presentación y Apertura de Ofertas |
|---|---|
| **IAO 23.1** | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: LIC. JAVIER MARTÍNEZ, Encargado de la Unidad Operativa De Contrataciones<br>Dirección: Km 10.5 Campus Universitario<br>Piso/Oficina: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, Bloque Decanato.<br>Ciudad: San Lorenzo, Paraguay<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: 20 de octubre de 2016<br>Hora: hasta las 09:15 a.m. horas |
| **IAO 26.1** | La apertura de las ofertas tendrá lugar en:<br>Dirección: Km 10.5 Campus Universitario<br>Piso/Oficina: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, Bloque Decanato.<br>Ciudad: San Lorenzo, Paraguay<br>Fecha: 20 de octubre de 2016<br>Hora: 09:30 a.m. horas |

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION Unidad Operativa de Contrataciones

**Lic. Javier Martínez**
**Responsable UOC**
**FCV - UNA**

# SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

## 1. LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON MÍNIMAS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|
| 2 | Bomba de infusión a jeringa | BOMBAS DE INFUSIÓN A JERINGA<br>-Peso: 3 kg como máximo.<br>-Portátil.<br>-Programación y Monitoreo General.<br>-Capacidad de utilizar jeringas de dos tamaños diferentes como mínimo.<br>-Capacidad de cálculo de flujo o dosis de droga (según peso, tiempo y volumen)<br>-Capacidad de infundir bolos.<br>-Botón de detención de infusión (stop o parada)<br>Parámetros de Infusión:<br>-Precisión de infusión menor o igual a +/- 3 %<br>**-Rango de flujo de 0.1 ml/h o menos a 200 ml/h o más.**<br>-Visualización del volumen total infundido.<br>-Tiempo límite: de 1 minuto a 99 horas y 59 minutos.<br>Alarmas<br>-De jeringa vacía (o cerca del final)<br>-De alta presión (oclusión)<br>-De batería baja.<br>-Aire en la línea. **(opcional)**<br>-Puerta abierta. **(opcional)**<br>Accesorio<br>-50 jeringas como mínimo de 20 ml tipo LUER LOCK<br>-50 jeringas como mínimo de 50 mil tipo LUER LOCK<br>-100 líneas de extensión para tipo LUER LOCK de 50 cm como mínimo.<br>**-Soporte portaequipo rodable, con capacidad de soportar 3 bombas como mínimo.**<br>Requerimiento de energía:<br>-Apto para funcionar con red eléctrica de 220 vac / 50 Hz.<br>-Batería recargable con autonomía mínima de 3 horas. |

**OBS.: LOS DEMÁS PUNTOS NO MODIFICADOS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES CONFORME AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ADENDAS ANTERIORES.**

SAN LORENZO, 12 DE OCTUBRE DE 2016

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS VITAM IMPENDERE VERO UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Unidad Operativa de Contrataciones

**LIC. JAVIER MARTINEZ**
**Responsable**
**Unidad Operativa de Contrataciones**